



Certificado de Calibración **MLO-034-2026**

Orden de Trabajo :
OT-2026-6564

Laboratorio de Magnitudes Derivadas

Fecha de Emisión :
2026-06-11

Página 1 de 4

1.- Información del solicitante

Expediente : 2008012945
Nombre o Razon Social : SUN FIRE S.A.C.
Dirección : PJ. JOSE SANCHEZ LAGOMARCINO NRO. 1745 URB. CHACRA RIOS LIMA - LIMA - LIMA

2.- Información del Equipo

Descripción : ANEMOMETRO DIGITAL
Marca : EXTECH INSTRUMENTS
Modelo : AN100
Serie : 240320100
Alcance De Medición : TEMPERATURA (-25 °C a +60 °C)
VELOCIDAD DE AIRE (0,8 m/s a 30 m/s)

Identificación : NO INDICA
Procedencia : CHINA

3.- Fecha de Calibración : 2026-06-11

4.- Lugar de Calibración : Laboratorio de Magnitudes Derivadas de METROMECHANICA INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.C.

5.- Método de Calibración

La calibración se realizó por el "Procedimiento Interno METROMECHANICA PC-001-2019, Procedimiento basado en el Procedimiento de Calibración de Anemómetros MEASNET-versión 2-Octubre 2009", utilizando patrones calibrados con trazabilidad Nacional INACAL y extranjera.

6.- Condiciones Ambientales

Temperatura	Humedad
20,7 °C a 20,8 °C	68,6 % H.R a 69,6 % H.R.

Los resultados del certificado son válidos sólo para el equipo o instrumento calibrado y se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas aplicables al producto.

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales y/o internacionales, los cuales realizan las unidades de medición de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado de calibración no podrá ser reproducido parcialmente sin autorización escrita previa de METROMECHANICA INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.C.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de METROMECHANICA INGENIERÍA Y METROLOGÍA S.A.C.

Con el fin de asegurar la calidad de sus mediciones se recomienda calibrar sus equipos o instrumentos a intervalos apropiados.

METROMECHANICA – LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Gerente Técnico



Lic. Elvis Gabriel Ramírez Flores

Reg. CFP N°0833

Firma Digital



Certificado de Calibración **MLO-034-2026**

Laboratorio de Magnitudes Derivadas

Página 2 de 4

7.- Trazabilidad

Código/ Serie	Equipo o Instrumento Patrón	Certificado de Calibración
21065652	Termohigrometro Digital	CLC-1955-001-25/DM-INACAL
1203048	Pinza Multimétrica	EE-A-3216-2025/ DM-INACAL

8.- Resultados

Puntos de Medición	Medición de Velocidad de Viento				
	Lectura de Equipo Patrón m/s	Conversión a Unidad de Trabajo FPM	Lectura de Equipo a Medir m/s	Desviación de Medición m/s	Incertidumbre m/s
1	0,0	0,0	0,00	0,0	0,03
2	0,11	21,65	0,12	-0,01	0,03
3	0,14	27,56	0,14	0,00	0,03
4	0,19	37,40	0,20	-0,01	0,03
5	0,24	47,24	0,25	-0,01	0,03



* Tolerancia establecida en las especificaciones del fabricante



Certificado de Calibración **MLO-034-2026**

Laboratorio de Magnitudes Derivadas

Página 3 de 4

Medición de Temperatura			
Lectura de Equipo Patrón °C	Lectura de Equipo a Medir °C	Desviación de Medición °C	Incertidumbre ± °C
17,95	17,6	0,35	0,08
20,86	20,7	0,16	0,04
45,71	45,6	0,11	0,03



* Tolerancia establecida en las especificaciones del fabricante

La incertidumbre expandida de la medición se obtuvo multiplicando la incertidumbre estandar de la medición por el factor de cobertura $k=2$, con una probabilidad de cobertura del 95% para una distribución normal.



Certificado de Calibración **MLO-034-2026**

Laboratorio de Magnitudes Derivadas

Página 4 de 4



9.- Observaciones y Recomendaciones

- * (*) Identificación hallada en la superficie del instrumento.
- * No exponer el equipo y sus conexiones al polvo y/o golpes, evitese caídas de agua .
- * Revisar periódicamente la hermeticidad del equipo y su operatividad .
- * Se colocó en la superficie del equipo una etiqueta autoadhesiva con la indicación de CALIBRADO, identificada con el código MLO-034-2026.

Fin del Documento