

销售合同

买 方：宁夏回族自治区体检康复保健中心

电 话：0951-6668025

卖 方：西安俊康医疗器械有限公司

电 话：029-81021572、13995004599/

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》和有关政府采购法规，依据公开招标文件及中标通知书，经买卖双方商定，同意按如下条款和条件签订本合同：

（一）卖方应严格按照如下清单的要求提交货物（表格不够填写，另附清单）：

产品名称	品牌	技术规格或型号	数量	单价	金额
全身型双能 X 线骨密度仪	美国 Hologic, Inc.	Discovery Wi (发现)	1	1148000.00	1148000.00
合同总金额		大写：壹佰壹拾肆万捌仟元整 小写（¥）：1148000.00			

上述合同总金额中包括产品的产品价、包装费、运输费、验收费、培训费、技术服务费（包括技术资料、图纸提供等）、伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。卖方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则买方无须再为实现本合同目的另行支付任何费用。

（二）供货范围

合同供货范围包括了所有产品、技术资料、专用工具、备品备件等，如执行合同过程中发现有任何漏项和短缺，而在发货清单中并未列入但确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足对合同产品的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

（三）付款条件及方式

双方签订合同后预付 50 %。买方对卖方所提供货物进行验收，合格后，再次向卖方支付合同款的 45 %，余款作为质量保证金，质保期内无质量、使用问题或卖方已全部妥善解决完毕质量保证期内的相关质量问题后，经卖方提出书面申请且买方确认无误后的 30 日内付清。

（四）供货时间

卖方必须于合同生效之日起 50 个工作日内将上述清单所列的货物送至买方指定的地点免费安装调试完毕且经买方验收合格，并承担运输过程中发生的一切手续和费用。

（五）质量标准

卖方所提供的货物必须是原厂原包装，质量必须符合国家标准和行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全，如货物不符合本合同中约定的要求，买方有权拒绝接受。

（六）卖方不按本合同约定提交货物所产生的任何费用由卖方自己负责，买方对由此所引起的变动不予确认。

（七）技术文件

1. 卖方应在供货同时向买方提供所有有关本合同执行的技术文件（包括设计、监造等）一式 壹 份。

2. 上述技术文件应包含保证卖方能够正确进行安装指导、操作、检查、维修、维护、测试、调试和运作需要的所有内容。

3. 完全按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试所引起的设备或其部件的损坏由卖方承担责任。

4. 所有卖方提供的技术文件的全部费用已包含在合同货物价格中。

5. 买方收货后如发现卖方未提供有关文件，可以推迟付款，直至卖方补齐有关文件。

（八）产品包装和保管

1. 合同产品均由木箱包装，适应长途公路或铁路运输， 并有良好的防湿、防潮、 防震、 防腐蚀的能力，导轨采用可以妥善保护的软包装，保障产品符合正常运输要求。

2. 因卖方或卖方委托的承运人原因，导致合同设备在装卸、运输过程中受损的，由卖方自行解决。

（九）验收

1. 到货初验。

（1）买方初步验收时仅就设备的数量、是否具有合格证明进行形式上的查验，不负责质量验收，具体质量是否合格的验收，以设备安装完毕并经买方验收合格为准。

（2）卖方提供的产品与本合同约定不符的，买方有权拒绝验收，由卖方按买方要求的时间运出到货地点，重新提供符合要求的合同产品，并承担由此发生的费用，同时不视为卖方完成了交货义务，如因此造成安装工期或其它与本合同产品关联的后续合同延误的，卖方应就由此给买方所造成的损失承担违约和赔偿责任。买方验收后，发现产品不符合规范 and 设计要求，仍由卖方修复或拆除及重新采购，并承担给买方造成的损失。

2. 买方负责组织正式测试和验收工作。

货物安装调试过程中，买方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，卖方必须在验收现场提供必要的技术支持。验收结果经买、卖双方确认后，买方必须对照本合同填好《政府采购验收报告》并签名、加盖单位的公章，由买方提交给卖方。

（十）异议期

货物验收后买方对货物、货物质量及其它方面有异议的，卖方应10个工作日内负责解决。

（十一）产品质量保证

1. 卖方保证合同项下产品全新、质量优良、设计先进合理、材料及工艺无缺陷，数量无短缺。

-
2. 卖方保证合同项下产品在按照相应技术规范安装、调试后符合国家标准。
 3. 卖方保证合同项下产品符合国家技术标准对制造商的要求。
 4. 备装箱清单、整套操作、维修手册及品质证书。需妥善包装并随产品一同发运。
 5. 如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同产品停运或推迟安装或造成工程返工、报废的，卖方应立即无偿更换和修理，并承担施工安装费用，如因此造成损失的，卖方还应当承担赔偿责任。

(十二) 违约责任

1. 买方无正当理由不接收或不及时验收的，卖方有权按国家政府采购有关规定提请政府采购监督部门协调处理，若造成卖方损失的，按有关规定由买方赔偿卖方损失。

2. 卖方未能按本合同约定日期供货的，逾期 30 天内的，卖方自逾期之日起每日按本合同总价款 1 %的标准向买方承担违约金，逾期超过 30 天后，买方有权解除合同，买方据此解除合同的，卖方应向买方承担本合同总价款 10 %的违约金并承担损失赔偿责任。

3. 因卖方原因，合同产品未能通过买方验收的，卖方应负责原因的消除直至合同设备通过买方验收，在此期间卖方应按日向买方承担本合同总价款 1 %的违约金。

4. 本合同项下设备在质保期内由于卖方的原因产生的一切责任，均由卖方负责承担，由此给买方造成经济损失的，卖方也应一并承担。

5. 卖方违反本合同第十二条第 6 款规定，经买方三次电话通知，卖方未进行维修的或在上述时间内未解决完毕的，买方有权委托有资质的第三方进行维修，并按实际维修费用 2 倍的标准从卖方质保金中扣收违约金，该违约金不足以弥补买方所遭受的损失，卖方还应当负责向买方赔偿损失。

6. 因卖方原因，在质保期内发生事故的，卖方应负责予以解决并赔偿

7. 质保期内，因卖方原因或自然原因，产品及零配件出现问题的，卖方负责免费更换。

8. 本合同有特别约定的按该约定执行。

(十三) 售后服务:

1. 安装调试正常后, 工程师现场提供使用培训, 直到操作人员能够独立熟练操作
2. 为确保合同货物顺利安装, 卖方售后工程师需要考查安装场地, 并附安装场地图, 请买方按场地安装图要求提供安装条件。安装场地不符合要求的, 卖方工程师可拒绝安装货物。
3. 自安装验收之日开始, 卖方对设备提供整机免费保修 12 个月。维修电话响应并于 2 小时内到达现场。整机免费维修保养一年, 保修期内免费提供原厂所有零配件, 产生的一切费用均由经销商承担, 仪器软件需要升级时提供终身免费升级作业, 工程师为用户提供定期巡回服务。在银川有办事处或原厂配套硬件及应用工程师, 用户提出设备维修应立即应答, 一般情况下故障应于当天排除, 电话: 400-6506-032. 保修期满后卖方工程师依然对买方产品进行 3 个月一巡查, 如产生维修服务, 需要更换零部件, 由买方承担, 卖方继续提供高品质维修服务, 零配件长期提供保证 10 年。提供保修期后的无偿技术支持,
4. 保修期结束前一个月卖方工程师会告知买方, 并进行保养, 双方确认保修期已结束, 对后续维保事宜进行协商, 确定维保协议。
5. 保修期后, 如需更换零配件, 维修站提供零配件价格, 经买方确认维修报价后, 根据维修协议来进行配件维修及其更换, 卖方具有零备件仓库 (地址: 北京市大兴工业开发区金辅路 8 号 电话: 010-61460056 传真: 010-61460786 联系人: 王川)
6. 本设备维修保养不得设置维修密码。
7. 远程技术专业支持, 通过互联网提供在线实时的应用支持, 通过专业系统的视频和语音通话进行远程指导。
8. 具有标准协议数据接口, 免费与现有体检软件连接, 并预留 PACS 系统接口 (包括软、硬件)
9. 另配外置工作站一套: 含品牌电脑 (i7 CPU、内存 $\geq$ 8G、硬盘 $\geq$ 2T、显卡 $\geq$ 1G、显示器为 24 寸液晶屏)、激光打印机、及配套的工作桌、椅, 满足现有工作站的要求。
10. 主机免费配置适配的稳压电源 (UPS)

11. 培训：设备安装调试完毕，专业培训师负责机旁操作培训，直至用户熟练使用为止。

（十四）安装、培训计划方案（见附件）

（十五）合同争议处理方式

在本合同执行中所发生的一切争端，买卖双方应通过友好协商的办法加以解决。

如从协商开始的 30 天内仍得不到解决，双方应将争端提交 买方当地 仲裁委员会
申请仲裁；仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

（十六）本合同一式 4 份，买方、卖方、宁夏天泽众德招标有限公司一份，财政部门
（如需）各执 1 份。

买方（公章）：宁夏回族自治区体检康复保健中心

单位地址：宁夏贺兰山万寿路永康岛

法定代表人（签字或盖章）：

分管副主任（签名或盖章）：

经办人（签名或盖章）：

日期：2019年 10月 20日

卖方（公章）：西安俊康医疗器械有限公司

单位地址：陕西省西安市高新区丈八一路旺都D栋90101室

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

日期： 年 月 日

一、实施方案和计划进度

针对本次的项目实施，我公司将组建项目实施小组，按客户的要求和相应的设计方案，完成设备采购要求的伴随服务中的安装调试环节，实施过程采用项目管理方式的管理和运作。

在项目组成员的选择上，我公司会选择经验丰富的项目管理人员出任项目经理，并挑选各类资深认证工程师及商务、物流接口人组成专门的项目组。

人员构成

团队组成		
岗位	人员	职责
项目经理	候文婷	负责项目运作的监控和变更审批 负责项目质量定义和实施检查 负责项目整体运作、客户接口及合作方协调工作 负责项目计划实施、流程规范执行管理 负责跟踪项目执行和服务质量监控 负责协调人员到场及货物交接 负责组织验收、客户回访 负责项目执行成本进度分析和控制
资深工程师	王飞	负责整体项目架构的构建和实施指导 配合及测试验收工作，客户需求沟通 负责现场环境考察、 负责实施方案撰写 负责现场部分实施工作

项目实施进度计划

针对客户项目的设计和实际需求，安装实施项目大致可分为以下阶段

一、立项、启动和计划阶段控制过程

主要完成以下工作：

-
- 任命项目经理，召开项目启动会
 - 项目实施计划、项目流程管理规范
 - 项目资源规划及落实
 - 建立顺畅的沟通渠道和机制

二、考察、咨询、方案设计阶段

主要完成以下工作：

- 客户安装现场环境考察
- 客户需求沟通，并提供安装、调试及系统架构相关技术咨询
- 项目实施技术方案撰写
- 实施方案完善并提交客户审核
- 提交现场环境需求书和整改建议

三、订货跟踪阶段

此阶段长宇科技将指定专人进行跟踪。及时跟踪产品订货的各项环节，及时汇报进展程度和进度预期。项目组将对可能发生的延误风险进行及时的处理，以避免和缓解影响。

四、实施准备阶段

针对项目实施所用到的工具、设备、介质和其他资源进行检测，确保完好可用

完成初步的实施、维护、使用及测试验收文档模板

五、到货交付阶段

- a) 完成内部货物入库，销售、出库、运输流程
- b) 协调人员进行现场货物交接和签收
- c) 对交付中产生的问题进行记录，并尽快积极解决，达到合同要求

六、安装、调试阶段

- a) 项目经理跟踪项目执行和服务质量监控
- b) 相关现场人员对到场设备拆除包装上架
- c) 对现场环境进行复查检测，已确认符合安装规范要求

-
- d) 协同工作进行拓扑连接、上电验机
 - e) 按客户规划要求和实施方案指导进行硬件、软件安装调试
 - f) 项目组成员共同处理安装调试时发生的异常情况
 - g) 责任人对实施、维护、使用及测试验收文档进行最终的完善

七、初验、监控阶段

- h) 按照计划安排和认可的测试流程进行设备功能性测试
- i) 对测试中遇到的问题和故障进行处理
- j) 提交实施、维护、使用及测试验收文档
- k) 在监控期安排工程师职守随时处理问题

八、终验阶段

- l) 进行最终产品配置功能测试完成验收主要环节
- m) 对于实施、维护、使用及测试验收文档验证及最后的修正
- n) 组织相关技术人员针对客户使用、维护等相关问题进行技术咨询解答
- o) 客服人员对项目组成员工作进行客户回访和满意度调查
- p) 项目经理对项目执行成本进度分析(内部)
- q) 项目经理归纳整个项目的执行情况，进行项目总结

九、设备维保服务阶段

针对客户的维保服务，成立单独的项目运作小组，通过热线、远程技术支持和现场服务等手段及时满足客户的服务需求，保障设备良好运转。

- r) 电话响应服务请求
- s) 现场服务
- t) 按合同条款提供维修备件
- u) 客户回访
- v) 阶段性总结与沟通

二、售后培训

一，培训目标

总体目标是：通过硬件设备商提供商的一系列专业化培训，使骨密度仪操作人员能够正确、熟练、有效地利用本设备安全业务的操作、处理、管理和维护。

在本项目的培训中，我们将减少讲授、增加操作的培训新模式，切实提高受训人员的应用本设备的实际能力。采用理论讲授、操作示范、考察学习相结合的等培训形式，切实提高培训效果。

二，培训教材

全部培训均采用中文教材，中文教学。

三，培训效果跟踪

培训完成以后，我们将不定期地对设备的运行情况进行检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于用户使用问题，将派有专门工程师专门解答。同时我们将从完善用户使用手册、方便快捷的帮助等几个方面来弥补培训中的不足。

四，宁夏售后服务办事处：银川市金凤区宝湖中路湖景公寓 922。联系人：李渊。联系电话：13995004599、13259559999

Discovery Wi 骨密度仪技术参数

- 一、 设备名称：全身型双能 X 线骨密度仪
- 二、 设备用途：人体骨矿及全身肌肉脂肪含量，诊断骨质疏松症，预测骨折风险，监测骨质疏松疗效。
- 三、 具有中国 SFDA，CE 证书及国际 FDA 证书
- 四、 技术规格：

序号	Hologic 技术规格
1	X 线源
1.1	双能 X 线发生方式
1.1.1	稳恒电压
1.1.2	脉冲式产生高，低双能 X 线
1.2	双能的峰值范围：高能 140Kev，低能 100Kev
1.3	球管最大耐受电流 10mA
1.4	球管热负荷：3400 BTU/小时
1.5	球管冷却方式：完全油循环冷
1.6	扫描方式：OnePass 扇形束扫描采集技术 - 独有的 CT 样扫描采样,沿人体长轴，无折返,无漏扫.
1.7	自动智能扫描：无需预扫
2	探测器系统
2.1	探测器的种类为高级影像探测器（稀土陶瓷探测器）
2.2	探测器数目：64 个
3	扫描
3.1	开放式扫描床，床面可前后，左右移动
3.2	床面尺寸：长度 202cm；宽度 105cm
3.3	扫描台伸展面积 长度 302 cm；宽度 150cm
3.4	最大有效扫描视野：长度 X 宽度 195cmX65cm
3.5	扫描时间：正位腰椎或髋关节标准扫描模式 30 秒；全身 4.5 分钟
3.6	精确激光定位灯
3.7	全套扫描定位器
3.8	扫描精度
3.8.1	活体腰椎或髋关节： $\leq 1.0\%$
3.8.2	仿人体腰椎的质控模块扫描精度： $\leq 0.4\%$
3.8.3	长期稳定性好，5 年长期精度 $\leq 1.0\%$
3.9	扫描台最大病人重量限制：204kg
3.10	扫描臂距离扫描床距离 60cm

3.11	工作噪音 53.8 分贝（必须出示检测报告）
4	扫描部位及临床应用功能
4.1	正位脊柱扫描、评估
4.2	侧位脊柱扫描、评估
4.3	单侧股骨扫描
4.4	双侧股骨自动扫描、评估
4.5	全身 BMD 扫描，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量
4.6	全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量
4.7	自动 WHO 体重指数评估
4.8	人工关节置换后的自动扫描、评估。
4.9	儿科扫描
4.10	前臂自动扫描、评估
4.11	全身任意感兴趣区域骨密度测量，分析
4.12	DICOM3.0 接口
5	临床应用软件包
5.1	运行环境：WINDOWS 7 Professional Chinese Version
5.2	骨密度仪中文操作软件
5.3	骨密度结果中文影像检测报告
5.4	骨密度及标准骨密度计算软件包
5.5	NHANES 参照数据库
5.6	ISCD 国际临床骨密度仪协会分析报告系统
5.7	中国大陆人骨密度参考数据库
5.8	与前一次扫描结果对比分析
5.9	异常骨密度区域或金属自动排除软件
5.10	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）
5.11	体重/种族差异校正软件
5.12	T 值和 Z 值分析软件
5.13	WHO 骨折风险评估
5.14	校准系统：含质量检测程序，QA 态势分析及质检模
5.15	检测结果趋势分析软件
5.16	弯曲脊柱专用分析
5.17	扫描时自动对比该病人以往图像
5.18	中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估
6	放射剂量

6.1	脊柱/股骨放射剂量：局部 $\leq 0.07\text{m Gy}$ ； 全身 $\leq 0.015\text{mGy}$
6.2	操作者散射剂量：距扫描床 1 米处外溢剂量 $\leq 0.4\text{ mR/小时}$
7	计算机系统
7.1	主控计算机
7.1.1	CPU 类型：Intel 酷睿双核
7.1.2	CPU 主频： $\geq 2.8\text{GHz}$
7.1.3	内存： $\geq 4\text{G}$
7.1.4	硬盘： $\geq 500\text{GB}$
7.1.5	DVD $\pm$ RW 驱动器
7.2	显示器： ≥ 19 寸液晶显示器
7.3	彩色激光打印机
8	校准
8.1	自动质控测试程序
8.2	外校准系统——仿真人体脊柱体模
8.3	连续时时内校准系统，内校准鼓内有相当于人体骨骼、软组织密度的物质，进行系统不间断校准，病人数据与已知数据作对照，保证数据稳定性、重复性。每一束发出的射线，均经过校准。

WI 配置单

Item Description

- 1 **Discovery-Wi DEXA Bone Densitometer Console including:**
Discovery-Wi 高档双能 X 线骨密度仪主机包括:
 64 Element solid state High Resolution Detector Array
 64 阵元固态高分辨率探测器阵列
 Linear Scanning Fan-Beam DXA Technology
 直线延人体长轴 - 扇形束扫描技术
 OnePass c-arm Acquisition for unique sampling CT-Scan Acquisition
 C 形臂单次扫描采集技术 - 独有的 CT 扫描采样
 Switch-pulsed dual energy (100/140Kvp)
 开关脉冲式双能量 (低能 100Kvp, 高能 140Kvp)
 Oil cooled x-ray tube
 油冷却 X 线球管
 Continuous self-calibrating system - operator calibration not required
 时时连续内校准系统 - 无须操作者校准
 Daily quality control on anthropomorphic phantom
 日常质控仿真人体脊柱体模
 Programmable x-ray controller for specific acquisition
 可编程的 X 线发生控制器 - 执行特定的采集
 15 dedicated collimators, chosen by the machine depending on the scan type
 15 个专用准直器, 由仪器依扫描类型自动选择
 Express BMD Precision of 1% in vivo for measurement in 30 seconds
 30 秒快速骨密度测量 - 活体精度达 1%
 Examination table and Computer console
 可纵横移动的扫描床, 电脑控制台
 AP spine scan pillow
 脊柱正位扫描适配脚垫
 Hip scan positioner
 髋关节扫描适配定位器

2 Standard Computer Configuration:
标准电脑配置:

Intel Core 2 Duo , 2.8G CPU with
Intel 酷睿双核, 2.8G CPU 以及
500GB Hard Drive, 4G RAM
500GB 硬盘, 4G 内存
DVD R/W Drive,
DVD R/W 刻录机
High Resolution 19 Inch Color Monitor
19 英寸高分辨率彩色监视器
Color Laser Printer
彩色激光打印机

3 Standard Software Configuration including:
标准软件配置包括:

Hologic APEX for Windows 7 Professional Operating System
Hologic APEX for Windows 7 Professional 操作系统

Express Exam
快速检查技术

OnePass Technology
扇形束连续无折返扫描技术

OneTime™ Auto Analysis
OneTime™ 自动分析软件

Scan/Analysis Protocols for :
扫描分析软件包括:

AP Lumbar Spine
正位脊柱

Proximal Femur
近端股骨

Dual Hip
双侧髋关节

Forearm/Hand
前臂/手

Whole Body BMD
全身骨密度

Scoliotic Spine
弯曲脊柱分析

Automatic Low Density Spine
低密度脊柱自动分析

Automatic Low Density Hip
低密度髋关节自动分析

Pediatric Spine
小儿脊柱

Pediatric Hip
小儿髋关节

Pediatric Whole Body
小儿全身骨密度

Reposition/Rescan Feature
再次定位/扫描设定

Image Compare Mode for Serial Exams
连续扫描影像比较模式

Single Energy Scan Switch Capability
单能扫描控制开关

Window/Level Control for Image Optimization
图形优化处理系统

Automated Quality Assurance
自动质控评估

Statistical Analysis & Reporting S/W
统计分析及报告生成系统

Patient Database Manager
病人数据库管理系统

DICOM Connectivity Capability
DICOM 连通能力

On-line Normative Reference Values and User-Definable Values
在线标准参照值和用户自定义值

Serial Trend Report w/Automatic Rate of Change/
Significance Calculation
趋势报告：自动生成变化速率、意义计算

NHANES and Ethnic Reference Data
NHANES 和人种参照数据库

Context Sensitive Help
对上下步骤敏感的帮助软件

Tech Tips
医师帮助提示软件

Fracture Risk Indication
骨折危险指示

Reference Database Editor
参考数据库编辑软件

WHO 10 Year Fracture Risk

世界卫生组织 10 年骨折风险评估系统

ISCD report

ISCD 报告系统

Body Composition SW for APEX Operating system

人体成分分析

Sub Region Analysis including A/G Ratio

含亚区分析（包括腹/臀比）

General Region of Interest

通用感兴趣区软件

Prosthetic Hip Option, QDR for Windows

髋关节假体软件

One Page Dx Physician's Report Writer

集成化单页报告书写软件

计算机辅助骨折形态评估分析, 量化形态测量

Physician's Viewer with IVA Toolbox

快速椎体医师阅读软件

HSA™

专利的生物力学分析系统, 包括:

CSA 横断面积(Cross Sectional Area)

Section modulus 截面矩

Buckling ratio 屈曲率

Neck Shaft Angle 颈干角

Hip Axis Length 髋关节轴长

宁夏天泽众德招标有限公司

中标通知书

委托编号: 2019NCZ000375W

项目编号: TZZD/NZC190027A

致: 西安俊康医疗器械有限公司

2019年4月17日,宁夏回族自治区体检康复保健中心2019年体检设备采购项目公开招标评审工作,在宁夏公共资源交易服务中心结束。经评标委员会评定,确定你公司为本项目二标段中标人,具体如下:

项目名称	宁夏回族自治区体检康复保健中心 2019 年体检设备采购项目		
采购方式	公开招标	采购内容	二标段：全身型双能 X 线骨密度仪
中标总金额	小写:¥1,148,000.00 元		
	大写:壹佰壹拾肆万捌仟元整		
中标供应商联系方式			
联系人：李渊 联系电话：13259559999			
地 址：陕西省西安市高新区丈八一路旺都 D 栋 90101 室			

请在接到中标通知书后 30 日内,与本次项目采购人签订政府采购合同,并将合同原件(一份)送交宁夏天泽众德招标有限公司。

采 购 人 (盖章)

2019年4月17日

宁夏天泽众德招标有限公司

2019年4月17日

