

医疗设备采购合同书

甲方：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心

乙方：宁夏格普医疗器械有限公司

2019年6月12日，按照政府采购程序，宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心医疗设备采购项目第二标段进行公开招标（采购计划编号：2019NCZ000724W，采购文件编号：ZXWY-NX-2019/0019），中标方为：宁夏格普医疗器械有限公司。为明确双方责任，确保合同顺利履行，依据《中华人民共和国合同法》规定及招标文件之内容，甲乙双方商定，对以下条款达成一致。

一、设备名称及价格

根据甲方业务需求，乙方向甲方提供超声经颅多普勒血流分析仪壹台，配置情况详见附件。设备总价为人民币 348000.00 元（大写：叁拾肆万捌仟元整），本价格包括增值税、包装、运输、保险等一切设备运至甲方指定地点并安装、运行的所有费用（含税金和附加费用）。

产品名称	规格型号	生产厂家	单价（元）	数量	单位	总价（元）
超声经颅多普勒血流分析仪 (超声多普勒血流分析仪)	Doppler-Box	Compumedics Germany GmbH (德国 DWL)	348000.00	1	台	348000.00

二、交货及验收

1. 交货时间：2019年6月30日前交付。

2. 交货地点：乙方负责免费将全部设备送至甲方指定地点。

3. 验收：甲乙双方依据本合同规定的产品配置在甲方指定现场进行验货；甲方在到货后立即安排乙方安装、调试；在安装调试完毕之日起 3 日内，双方进行最终验收，以甲方签字的验收报告为准。如验收不合格，乙方立即无条件退换并承担甲方损失或解除合同。

4. 退货：由甲方组织本单位和外聘专家按招标技术参数验收，设备与技术参数不符者，由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。

5. 调试、验收期间，乙方要免费为甲方进行现场安装及操作使用培训，保证相关科室人员熟练操作使用。

6. 异议期按有关法律规定执行，货物验收后，甲方对货物有异议时，乙方应在有关法律规定时间内负责解决。

三、品质保证及售后服务

1. 乙方提供的医疗设备的技术性能必须与乙方投标文件提供的生产厂家的技术参数及彩页相一致(技术参数详见合同附件)。

2. 乙方提供的设备质量和性能必须符合国家的规定。

3. 乙方保证所提供设备是由原生产厂商供应的、全新的、未曾使用的,且提供进口货物报关单和产品合格证,并完全符合本合同规定的数量、规格和性能;保证所提供的设备在正确安装、使用和维护的情况下运行良好。

4. 整机质保1年。质保期内,如甲方设备出现问题,乙方免费为甲方更换原厂生产的零配件,并保证维修调试正常。质保期满后,乙方应继续为甲方设备提供维

保。

5. 培训：乙方安排专业技术人员提供现场技术操作培训和指导，保证甲方2名技术人员学会熟练使用该设备，并负责免费安排甲方2名相关专业人员参加全国TCD培训基地短期培训。

四、支付方式

1. 合同金额及付款要求：本合同总价款为人民币 348000.00 元（大写：叁拾肆万捌仟元整）；设备验收合格后 10 个工作日内甲方支付设备全款的 90%。设备运行 1 年后无质量问题，甲方在 10 天内一次付清剩余 10% 设备款。

2. 甲方以财政规定方式转帐至乙方指定银行及帐号支付合同款，乙方向甲方开具合法有效的发票。

五、违约责任

1. 乙方交付的货物不符合合同规定的品质，或货物安装调试后未能通过甲方验收的，乙方应免费予以更换符合要求的货物，由此造成延迟交货所造成的损失，由乙方承担责任。

2. 乙方不履行本合同规定的其他义务的，应赔偿因此而给甲方造成的损失。

六、不可抗力

1. 由于自然灾害等不可抗力的原因导致合同不能履行、迟延履行，当事方可不承担由此引起的违约责任。

2. 发生不可抗力时，合同一方应在一周内书面通知对方，并提供事件发生地公证机关的证明。

七、争议处理

凡涉及本合同或执行本合同而发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签约地法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1. 本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效，任何一方不得擅自终止合同。本合同未尽事宜可由双方另行协商解决，经双方确认后形成正式文件。本合同的任何附件、补充协议及备忘录均为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2. 本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方：宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心
地址：宁夏银川市兴庆区富宁街康乐巷5号
电话：0951-411019

法人代表：

授权委托人：

日期：2019年6月27日

乙方：宁夏格普医疗器械有限公司
地址：银川市兴庆区丽景街商贸城19-11号
开户行：石嘴山银行有限公司银川金凤支行
账号：6401001205000007086

电话：13995472561

法人代表：

授权委托人：

日期：2019年6月27日

附件：中标设备技术参数（法律效力与合同一致）

附件

宁夏回族自治区工伤康复鉴定指导中心采购医疗设备技术参数

序号	产品名称	技术参数
1	超声经颅多普勒血流分析仪	一、计算机配置 品牌计算机，酷睿 i5 处理器，$\geq 1000\text{G}$ 硬盘，$\geq 8\text{G}$ 内存；2G 独显；正版 Windows7 操作系统；19 英寸 LED 显示器；键盘，鼠标。 二、多普勒硬件参数要求 1. 血流速度检测范围：2-500cm/s 2. 可调节过滤范围：10-800Hz 3. 取样容积调节范围（脉冲波）：1, 2, 4, 8MHz:1-20mm；16MHz：0.1-5mm 4. 取样容积调节步长：1, 2, 4, 8MHz:1mm;16MHz:0.1mm 5. 穿透深度调节范围：1, 2MHz:$\geq 140\text{mm}$;4MHz: $\geq 70\text{mm}$;8MHz$\geq 30\text{mm}$;16MHz: $\geq 5\text{mm}$ ★6. 可兼容 1M 与 16M 探头（提供药监局检测报告） ★7. 高分辨率 M 模：≥ 4000 门深（要求厂家网站可查） 8. 能量范围：10-720mw/cm² 三、软件功能要求 1. 中文多普勒操作软件 2. 自动双向血流分析（同时）计算 3. 实时的血流计算（Vmax、Vmin、Vmean、PI、RI、S/D、D/S、TIC、TIS、TIB、HR）等参数 ★4. 具备 IWM 血红细胞数量评估功能 5. 血流频谱的手动测量（冻结后可从病历库中调出） 6. 检查程序可自定义

	7. 探头能量限制功能：要求探头工作时能够自动限制发射功率，保护探头和患者 ★8. 角度校正功能，帮助临床得到准确血流值 9. 包络线有无不影响参数计算：去掉包络线后，仍可自动计算流速 10. 数字化连续 M 波，一平面显示多条血管，点击不同深度即显示相应的频谱 ★11. Lindegaard 指数：用于血管痉挛评估，软件可自动生成 Lindegaard 指数，并可自动导入报告中 ★12. 患者随访趋势图：可将患者不同日期的血流值做成趋势图，观察治疗效果和病情进展 13. 单通道八深度：单通道模式下，可同时显示八个不同深度的频谱 14. 模板式中文报告、图谱报告：PDF、ASC II 数字格式，网页格式报告等多种报告模版，并可导出数据的图片与音频 15. 脑血流自动调节监护软件：可实现卧立位血流变化实验，通过对趋势 W 波的监测判断患者的动脉调节反应性 16. 栓子检测功能：双通道栓子检测软件，多范围的栓子监护软件，可用于栓子监测和发泡试验，要求具备纺锤波、放大 M 模和放大频谱三种栓子分析功能，同时具备栓子数量统计直方图 四、★ 探头及配件要求 1. 1MHZ 脉冲手持探头一个 2. 2MHZ 脉冲手持探头一个 五、 配置要求： ★1. 工作站配套设备中文工作站系统，采用中文系统软件，本仪器可以与杏林七贤体检软件相应系统接口连接。提供免费软件升级项目。（品牌计算机，酷睿 i5 处理器，≥1000G 硬盘，≥8G 内存；2G 独显；正版 Windows7 操作系统；19 英寸 LED 显示器；键盘，鼠标。） 2. UPS 不间断电源一台（大于等于 1 小时，功率必须达到主机要求）。 3. 彩色喷墨打印机一台。 4. 移动式专用台车。 5. 检查床一张，椅子一把。
--	--