

Software Version

Omnia 1.5 - Quark PFT with dongle 2011010318

Env. Temperature (°C)	23	Env. Pressure (mmHg)	762	Env. RH (%)	54
-----------------------	----	----------------------	-----	-------------	----

DLCO Calibration

CH4

	Meas.	Valid Range
Calibration Gas (%)	0.299	0.294:0.306
Delay (ms)	830	400:1200
Gain	1074	800:1400
Baseline (mV)	156	5:300
Zero Hw	226	0:511
Response Time (ms)	310	0:400

CO

Calibration Gas (%)	0.3	0.294:0.306
Delay (ms)	710	400:1200
Gain	1082	800:1400
Baseline (mV)	132	5:300
Zero Hw	243	0:511
Response Time (ms)	270	0:400

Analyzers Pressure (mmHg)	537	500:700
Sampling Flow (mLn/min)	587	500:750

