PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASES DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD	
Denominación de la UOC:	**UOC 84 – Int 006**
Domicilio: 15 de noviembre de 1889 Nro. 1932 – Edificio Nro. 1 – 1er Piso	
Correo Electrónico: safdgs@ejercito.mil.ar sccu3488@gmail.com	
Fax: 011- 4305-5873	

Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PUBLICA	**Proceso Nro. 84/6-0609-LPU26**	**Ejercicio: 2026**
Clase / Causal del Procedimiento: Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad.		
Número de Expediente Nro: EX-2026-79962069- -APN-DGS#EA		**Ejercicio: 2026**
Rubro: MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA - SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL		
Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MODULOS LOG Y SAN HMR 303- HMCM		
Plazo de Duración del Contrato: 60 días corridos.		

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR.: **https://comprar.gob.ar**	Hasta el día y hora determinados en el cronograma delsistema COMPR.AR

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	DIA Y HORA
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR.: **https://comprar.gob.ar**	Hasta el día y hora determinados en el cronograma delsistema COMPR.AR.

CLÁUSULAS PARTICULARES

1. ORDEN DE PRELACIÓN.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Decreto Nro 1030/2016.

c. Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto Nro 1030/2016 citado en b.

d. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, dictado por la Oficina Nacional de Contrataciones (Disposición ONC Nro. 62 E/2016).

e. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

de la Disposición ONC 63 - E/2016).

f. El pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g. La oferta.

h. La visita técnica

i. La adjudicación.

j. La orden de compra.

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001, sus modificaciones y complementarios, su Decreto Reglamentario Nro 1030/2016 y Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, Disposición 62-E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y actualización de Datos en el SIPRO), Disposición 6-E/2018 (Modificaciones), Ley 25.300 (Ley de Fomento a la Micro, Pequeñay Mediana Empresa), Resolución 91/2018, Decreto 963/2018 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), y en cuanto fuera pertinente la Ley 19.549 (Procedimientos Administrativos) y su Decreto Reglamentario Nro 1759/72, y toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar e www.infoleg.gov.ar.

2. CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos, salvo que expresamente se estipule en días corridos.

El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.ar o el que en un futuro lo reemplace.

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

3. NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la Dirección General de Salud y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR en forma automática, solo constituye un medio de aviso. Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el COMPR.AR – en particular el Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que

envía el COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Art 7 del Decreto Nro 1030/2016, Art 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Art 8 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG) y Art 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

4. DOMICILIOS ESPECIALES.

El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el Art 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.

Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios.

5. CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES (Decreto Nro 1030/2016- Art 49).

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado el presente pliego, no obstante, quien no lo hubiese descargado, no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Las consultas al presente pliego deberán efectuarse únicamente a través del sistema COMPR.AR, conforme lo establecido en el Art 11 - CONSULTAS ATINENTES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM, con una antelación mínima de TRES días previos a la fecha fijada para la apertura, para lo cual el interesado deberá haber cumplimentado previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR., conforme lo normado en la Disposición anteriormente citada.

No se aceptarán consultas telefónicas ni las qué fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

En caso de corresponder, se difundirán en el sistema COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en las formas y plazos establecidos en el **Art 50 del Decreto Nro 1030/2016.**

6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS (Decreto Nro 1030/2016 Art 51 y Art 13 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

Las ofertas deberán presentarse hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR

utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se encontrarán disponibles en el portal https://comprar.gob.ar.

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

No se admitirán OFERTAS VARIANTES, y en el caso de presentarse una oferta variante se procederá de acuerdo a lo establecido en el Art 57 del Decreto Nro 1030/2016 y sus modificatorios.

OFERTAS ALTERNATIVAS las mismas deberán ser debidamente identificada y distinguidas de la oferta base. (Decreto Nro 1030/2016 – Art 56).

La cotización deberá ser de conformidad con lo estipulado en el Art 20 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM

Deberán ser expresadas en moneda nacional en PESOS, incluyendo IVA sin discriminar, en atención a que el EJÉRCITO ARGENTINO reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de "IVA EXENTO". (Resol 18 AFIP). (**CUIT 30-54669051-9**). Se deberá colocar dos decimales (Ejemplo $ 2,88), para las cotizaciones que no cumplan con este requisito, se considerarán "SOLAMENTE" los dos primeros dígitos sin redondeo. En el monto de la cotización se considerarán incluidos todos los impuestos vigentes, gastos indirectos, gastos generales, seguros y todo otro gasto o impuesto que resulte de las condiciones que se establecen en la documentación del llamado y que puedan incidir en el valor final de los efectos.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente (Decreto Nro 1030/2016 Art 52).

7. REQUISITOS DE LA OFERTA (Art 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM**)**

Las ofertas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

• Deberán ser redactadas en idioma nacional.

• Los renglones cotizados, deberán cumplimentar lo especificado en la Solicitud de Contratación Nro 84/6-4207-SCO26, sin excepción.

b) REQUISITOS TÉCNICOS:

• Según Especificación Técnica Nro 84/6-4207-SCO26.

• Visitas, se podrá realizar la visita técnica de los Módulos, previa coordinación, desde su publicación de lunes a viernes de 0800h a 1200h, y hasta UN (01) día hábil previo al acto de apertura. Los datos de contacto y coordinación, se detallan en la Especificación técnica de cada Módulo, Según Nro 84/6-4207-SCO26, Punto "CERTIFICADO DE VÍSITA".

c) REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

Deberá adjuntar en forma electrónica en el sistema COMPR.AR:

• ANEXO 1 - Planilla de datos del oferente que declara bajo juramento.

• "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto Nro 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso **deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto Nro 202/2017" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA.** El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. ***Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.***

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el Art 2 del Decreto Nro 202/2017, relativa a funcionarios de rango inferior a ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Nro 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

• **GB GUSTAVO ALEJANDRO MOLINARI, DIRECTOR GENERAL DE SALUD.**

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

Asimismo, deberá tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Deberán ser redactadas en idioma nacional.

b. La cotización de conformidad con lo estipulado en los Arts siguientes del presente pliego.

c. Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cuales las alternativas.

d. La garantía de mantenimiento de la oferta, en el caso que corresponda.

e. La restante información y documentación requeridas en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

f. Las personas que se presenten constituyéndose en una Unión Transitoria (UT): Se regirán por lo normado en los Arts 4 y 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

g. Los oferentes extranjeros: Se regirán por lo normado en los Arts 4 y 18 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Si se presentará documentación en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y certificada por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

8. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Decreto Nro 1030/2016 Art 54).

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada.

9. GARANTÍAS: CLASES.

a. Garantía de mantenimiento de oferta: en caso de corresponder, deberá constituir garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta o la constancia de haberla constituido, la cual se deberá individualizar utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema COMPR.AR a tales efectos.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Salud sita en calle 15 de noviembre de 1889, Nro. 1932 – C.A.B.A. entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada conforme lo expresa el Art 18 i) 1. del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante procederá de conformidad con la Comunicación General ONC N° 3/2020.

b. De cumplimiento de contrato: El adjudicatario deberá constituir una Garantía de Cumplimiento de Contrato, de acuerdo a lo prescripto en el artículo 77, siguientes y concordantes del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nro 1030/2016, dentro del plazo de CINCO (5) días de perfeccionada la orden de compra. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección General de Salud sita en calle 15 de noviembre de 1889, Nro. 1932 – C.A.B.A. Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en el COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física.

c. De impugnación: La garantía de impugnación se constituirá de la forma establecida en el Art Nro. 39 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM. Al respecto se deberá tener en cuenta:

• De impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

• Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

• Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en el presente procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se

impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación deberá ser por la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 96 /100 ($ 2.838.908,96).

• Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación deberá ser por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIENUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 48/100 ($1.419.454,48).

• Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

10. MONEDA Y FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. (Arts 45 y 46 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

La garantía se deberá constituir en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía.

Las garantías se constituirán de las siguientes formas o combinaciones:

a) Mediante certificado de depósito en el Banco de la Nación Argentina, a la orden de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD; Número de Cuenta: 0005986549 y sucursal bancaria: 0014 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, o giro postal o bancario, acompañando la boleta pertinente.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice el procedimiento de selección o del domicilio de la Dirección General de Salud. La Dirección General de Salud deberá depositar el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la Dirección General de Salud, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión, así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación.

d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la Dirección General de Salud y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La Dirección General de Salud solicitará al oferente o adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el proponente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar ante la

fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos al organismo contratante.

f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 MÓDULOS), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00). Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente Art.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

11. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.

No será necesario presentar garantías en los siguientes casos previstos en el Art 80 del Decreto Nro 1030/2016 y sus modificatorios:

a) Cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($40.000,00).

b) Cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (1.000 M), siendo el valor del módulo PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).

c) Ejecución de la prestación dentro del plazo de integración de la garantía. En el caso de rechazo el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

d) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del Art 8 de la Ley Nro 24.156 y sus modificaciones.

e) Cuando el oferente sea un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No obstante, lo dispuesto a los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente pliego, a requerimiento de la Dirección General de Salud, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

12. RENUNCIA TÁCITA.

Si los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tácita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía y la tesorería jurisdiccional deberá:

a) Realizar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía, cuando la forma de la garantía permita tal ingreso.

b) Destruir aquellas garantías que hubiesen sido integradas mediante pagarés o aquellas que no puedan ser ingresadas patrimonialmente, como las pólizas de seguro de caución, el aval bancario u otra fianza.

13. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: (Disposición 62-E/2016 ONC Art 113).

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán devueltas a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de aprobada la respectiva adjudicación.

Al adjudicatario se le devolverá dicha garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de la conformidad de la recepción, o en su defecto, vencido el período de vigencia del contrato se le devolverá el total de la garantía presentada.

14. APERTURA DE OFERTAS

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR. en forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

15. VISTA DE LAS OFERTAS

Los originales de las ofertas serán exhibidos a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día siguiente al de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el Art 60 del Decreto Nro 1030/2016.

Las vistas de las ofertas podrán realizarse a través del portal "COMPR.AR".

16. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable y de las condiciones establecidas en el presente pliego. La COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir información complementaria que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

El orden de mérito recaerá en la oferta que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos en el presente pliego y en la normativa vigente resulte más conveniente para la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD, teniendo en cuenta el precio, la calidad y demás condiciones de las mismas.

Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora, hasta la notificación del dictamen de evaluación.

EVALUACIÓN DE CALIDAD DE LAS OFERTAS:

Se considerará para la evaluación:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto Nro 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
b. Obligaciones tributarias y/o previsionales.
c. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
d. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta. Tendrán prioridad en la adjudicación las marcas de primera calidad reconocidas en el rubro y que se encuentren registradas.
e. No se aceptarán ofertas variantes.
f. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Art 70 del Decreto Nro 1030/2016.

17. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES (Decreto Nro 1030/2016 - Art 66).

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en los casos previstos en el Art 66 del Decreto Nro 1030/2016 y sus complementarias y modificatorias.

18. CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES (Decreto Nro 1030/2016 - Art 67).

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días contados a partir de la fecha de recibida la notificación, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá a la desestimación de la oferta. Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a esta Dirección General de Salud la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

19. COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

20. IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Se podrá impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía estipulada en el apartado 9. c. del presente Pliego.

En caso de que la impugnación sea desestimada, el oferente impugnante perderá la garantía constituida a tal efecto, disponiéndose su ejecución e ingreso a favor del Estado Nacional. Asimismo, la autoridad competente procederá a notificar al impugnante e intimar a depositar en la Cuenta del Tesoro de la Nación Argentina, Banco de la Nación Argentina, Nro 11-85-2510/46, a través del sistema e-Recauda https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/, o el que en el futuro lo reemplace.

Una vez efectuado el depósito o transferencia, deberá informar y adjuntar el comprobante del pago dentro de los 10 hábiles de ser notificado, al correo sccu3488@gmail.com .

21. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD (Decreto Nro 1030/2016 - Art 68).

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el Art 16 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el Art 68 del Decreto Nro 1030/2016.

22. TRIBUTACIÓN IMPOSITIVA:

Se procederá de acuerdo a lo establecido en la Resolución General del AFIP Nro. 6164-E/2017, Comunicaciones Generales ONC Nro 90/2017, 96/2018 y Disposición ONC Nro 6-E/2018.

23. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR (Decreto Nro 1030/2016 Art 94).

Las penalidades establecidas en la normativa vigente no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por esta Dirección General o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones.

La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de esta Dirección General de Salud dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

24. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Decreto Nro 1030/2016 - Arts 75 y 76).

La adjudicación será notificada al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

25. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La notificación de Orden de Compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

Las Órdenes de Compra será autorizada por el responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones y su notificación al cocontratante dará comienzo al plazo para el cumplimiento de la prestación.

26. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los días serán contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación de las Orden de Compra mediante el sitio https://comprar.gob.ar, o en el que en futuro lo reemplace.

Lugar de entrega: Según ET 84/6-4207-SCO26 del PByCP, “Hospital Militar Campo de Mayo, sito en Av. Tte Grl Ricchieri S/N-Campo de Mayo.”

Plazo de entrega: Según ET 84/6-4207-SCO26 del PByCP, punto “PLAZO DE ENTREGA”

Las Ordenes de compra serán enviadas y comunicadas a través del Sistema Electrónico de la Administración Pública Nacional - COMPR.AR (https://comprar.gob.ar).

27. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN (Decreto Nro 1030/2016 Art 93).

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades de la Dirección General de Salud admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la **multa por mora en la entrega**, de acuerdo a lo previsto en el Art 102, Inciso c), apartado 1 del reglamento aprobado por el Decreto Nro 1030/2016.

En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente punto el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y esta Dirección General de Salud acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

28. RECEPCIÓN (Decreto Nro 1030/2016- Art 88).

La recepción será por parte del Departamento Materiales (División Abastecimiento), quien auditará y controlará los efectos, de acuerdo con Órdenes de Compra emitidas y las especificaciones técnicas del PByCP, teniendo en cuenta el plazo de ENTREGA según ET 84/6-4207-SCO26.

La Comisión Receptora de Efectos (CRE) tendrá la responsabilidad de verificar si la prestación del servicio o la recepción de los efectos cumplen o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato.

La Comisión Receptora de Efectos (CRE) recibirá los recibos o remitos que se firmen y quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto esta Dirección General de Salud. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes / o servicios prestados hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

En el caso en que la Comisión Receptora de Efectos (CRE) verificara:

a) **que la prestación cumple con las condiciones establecidas en los documentos que rigieron el presente acto contractual, así como en los que integran el contrato:** procederá a otorgar la conformidad de la recepción.

b) **la existencia de cantidades o servicios faltantes**: deberá intimar al proveedor para que proceda a la entrega en el plazo que fije al efecto.

c) **que los servicios prestados/efectos entregados no cumplen con lo solicitado**: se deberá rechazar e intimar al proveedor a reemplazarlos por otros que cumplan con el pliego de bases y condiciones particulares, dentro del plazo que fije al efecto.

La Comisión deberá realizar en forma obligatoria las intimaciones previstas en los incisos b) y c) si el cumplimiento de la prestación, a pesar de dichas intimaciones, aún pudiera efectuarse dentro del plazo fijado en el pliego de bases y condiciones particulares.

En aquellos casos en que ello no fuera posible, la Comisión también deberá realizar las intimaciones previstas en los incisos b) y c), salvo cuando las necesidades de la Administración no admitieran la satisfacción de la prestación fuera de término o cuando no fuera posible ajustar la prestación. En estos casos, o bien cuando una vez intimado el cocontratante no hubiera cumplido dentro del plazo fijado al efecto, la Comisión deberá rechazar las prestaciones e informar los incumplimientos para que se inicien los trámites para aplicar las penalidades que correspondieran.

Si la entrega de las cantidades o servicios faltantes o el cumplimiento de la prestación conforme a pliego, luego de la intimación, se realizara fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

En el caso en que los elementos fueran rechazados y el cocontratante no hubiera integrado la garantía de cumplimiento, se procederá de acuerdo a lo previsto en el Art 80, inciso f) del Decreto Nro 1030/2016.

Corresponderá a la Comisión Receptora de Efectos (CRE), remitir al Departamento Administrativo Financiero, la conformidad de la recepción correspondiente.

Asimismo, deberá remitir a la Unidad Operativa de Contrataciones todo lo actuado durante la recepción a los fines de su incorporación en el expediente.

29. PLAZO PARA LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN (Decreto Nro 1030/2016- Art 89)

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días. Dicho plazo comenzará a correr a partir del día hábil inmediato siguiente al de la fecha de recepción o del vencimiento establecido.

Para consultas o gestiones ante la Comisión Receptora de Efectos, se encuentran habilitados el correo electrónico **dptocre@gmail.com** y la línea telefónica **11 4346-6400** (Interno: **04 1111**).

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la Dirección General de Salud no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los efectos se tendrán por recibidos de conformidad.

En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos que no eran conformes al pliego, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su ejecución.

30. PENALIDADES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Decreto 1030/2016- Arts 102-103-104-105-106-107-108-109 y 110 y Art 62 del Anexo I DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

CLASES DE PENALIDADES:

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades establecidas en el Art 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

b) Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato sin autorización de la Dirección General de Salud.

c) Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:

1.- Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.

2.- En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor.

3.- En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato. d) Rescisión por su culpa:

1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de conformidad.

2.- Por ceder el contrato sin autorización de la Dirección General de Salud.

3.- En caso de no integrar la garantía de cumplimiento del contrato luego de la intimación cursada por esta Dirección General de Salud, quedando obligado a responder por el importe de la garantía no constituida de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el presente reglamento.

La rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de aquél.

AFECTACIÓN DE PENALIDADES: Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del contrato o de otros contratos de la Dirección General de Salud.

b) De no existir facturas al cobro, el oferente, adjudicatario o cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta Dirección General de Salud, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor.

c) En caso de no efectuarse el depósito, se afectará a la correspondiente garantía.

RESARCIMIENTO INTEGRAL: La ejecución de las garantías o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de las mismas, tendrán lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas que correspondan o de las acciones judiciales que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños que los incumplimientos de los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes hubieran ocasionado.

CLASES DE SANCIONES: Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el Art 29 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales:

a) Apercibimiento:

1.- Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento.

2.- El oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta, salvo en los casos en que se prevea una sanción mayor.

b) Suspensión:

1.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo de hasta UN (1) año:

1.1.- Al adjudicatario al que se le hubiere revocado la adjudicación por causas que le fueren imputables.

1.2.- Al oferente, adjudicatario o cocontratante que, intimado para que deposite en la cuenta de la Dirección General de Salud el valor de la penalidad aplicada, no hubiese efectuado el pago en el plazo fijado al efecto.

1.3.- Al proveedor a quien le fuere rescindido parcial o totalmente un contrato por causas que le fueren imputables.

2.- Se aplicará una suspensión para contratar por un plazo mayor a UN (1) año y hasta DOS (2) años:

2.1.- Cuando se constate fehacientemente que el oferente, adjudicatario o cocontratante hubieren incurrido en las conductas descriptas en el Art 10 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

2.2.- Cuando se constate que el interesado presentó documentación o información falsa o adulterada. En el caso de encontrarse pendiente una causa penal para la determinación de la falsedad o adulteración de la documentación, no empezará a correr —o en su caso se suspenderá— el plazo de prescripción establecido en este reglamento para la aplicación de sanciones, hasta la conclusión de la causa judicial.

2.3.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por resultar inelegible conforme las pautas de inelegibilidad establecidas en el presente reglamento.

2.4.- Al oferente a quien se le hubiese desestimado la oferta por la causal enumerada en el inciso b) del Art 66 del Decreto Nro 1030/2016.

Cuando concurriere más de una causal de suspensión, los plazos de suspensión que se apliquen de acuerdo a lo previsto en los incisos que anteceden, se cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

Los plazos comenzarán a computarse a partir del día en que se carguen las respectivas suspensiones en el Sistema de Información de Proveedores.

c) Inhabilitación:

1.- Serán inhabilitados para contratar por el tiempo que duren las causas de la inhabilitación, quienes se encuentran incursos en alguna de las causales de inhabilidad para contratar establecidas en los incisos b) a h) del Art 28 del Decreto Delegado Nro 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

APLICACIÓN DE SANCIONES: Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y se fijarán dentro de los límites de tiempo establecidos en el Art 106 del Decreto 1030/2016 y de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso. A tales fines se podrá tener en cuenta, entre otras, la extensión del daño causado, los antecedentes previos del

proveedor y los motivos que determinaron el incumplimiento.

CONSECUENCIAS: Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

31. FACTURACIÓN Y RÉGIMEN DE RETENCIONES Presentación de facturas:

Sólo se aceptarán facturas electrónicas "B" ó "C" emitidas a favor del CUIT 30-54669051-9, correspondiente a la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO, las mismas deberán reunir los requisitos que al respecto determina la ARCA y serán presentadas por original y duplicado en la División Contabilidad, del Servicio Administrativo Financiero de la DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD - 15 de noviembre de 1889 Nro. 1932 – 1er Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 09:00 a 12:00 hs.

Con el objeto dar cumplimiento a la Resolución General Nro. 1784 de la AFIP y Directiva Técnica 06/07 de la Contaduría General del Ejército, a partir del 23 de octubre de 2007, los proveedores que tengan la condición de empleadores y el carácter de Responsables Inscriptos en el IVA, cualquiera sea la forma jurídica adoptada, y realicen contrataciones con la Fuerza, serán pasibles de retención del Régimen de Retenciones de Ingresos de contribuciones patronales con destino al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), independientemente de las retenciones de IVA y Ganancias que pudieran corresponderles.

A fin de no proceder a realizar las retenciones correspondientes deberá elevar conjuntamente con la facturación, copia de la documentación que acredite la exención de IVA o ganancias que revista ante el ARCA.

El monto a retener será equivalente al 1% del importe a abonar, descontando el IVA correspondiente.

32. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PERCEPCIÓN DE LOS PAGOS:

A los efectos de percibir el pago por los bienes entregados o servicios prestados deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

Dado que los pagos que realiza el Tesoro se efectúan mediante acreditación en la cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor.

Alta de Beneficiario: los proveedores que no posean el alta beneficiario deberán tramitarlo ante el Servicio Administrativo Financiero de la Dirección General de Salud, sito en la calle 15 de noviembre de 1889 Nº 1932 – 1er piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires – C.P. 1261- de 09:00 a 12:00 horas.

IMPORTANTE: Es condición indispensable para resultar adjudicatario, que el oferente esté dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nro 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nro 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010,

ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

33. PLAZO Y MONEDA DE PAGO (Decreto Nro 1030/2016- Arts 91 y 92).

El pago se efectuará de acuerdo a la normativa en vigencia, a través de la Tesorería General de la Nación, Cuenta Única del Tesoro, conforme las disposiciones de la Resolución Nro 262/95, de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN, y el plazo para el pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos.

Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente.

34. CESIÓN DE CRÉDITO O SUBCONTRATACIÓN (Decreto Nro 1030/2016- Art 101).

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación.

El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

35. SIPRO – INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO - (Arts 112 al 114 del Decreto Nro 1030/2016, DISPOSICIÓN 64-E/2016 "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO".

Se regirá por lo normado en el Art 112 del Decreto Nro 1030/2016 y por el Anexo a la Disposición 64 - E/2016 "MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SIPRO".

36. OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Autoridad competente, podrá:

Dejar sin efecto el presente el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

Aumentar o disminuir: unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Art 12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro. 1023/2001 y Art 59 Disposición 63-E/2016.

En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante,

si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del coco tratante.

El aumento o la disminución: de la prestación podrán tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

37. CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

Ante divergencias en la interpretación o aplicación del acto licitario tras agotar la vía administrativa, el adjudicatario se somete a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, como así también a recusar sin causa al magistrado interviniente.

AGREGADOS

1. ANEXO 1: Planilla de datos del oferente que declara bajo juramento.
2. ANEXO 2: Certificado de Visita Técnica
3. Especificaciones Técnicas Nro. 84/6-4207-SCO26, del renglón Nro 1 al 9.

ANEXO 1 – PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

RAZÓN SOCIAL	
CUIT	
DOMICILIO LEGAL	
DOMICILIO COMERCIAL	
TEL TELEFAX	
E-MAIL	
HORARIO COMERCIAL DEATENCIÓN	MAÑANA: Desde: _ _: _ _ Hasta: _ _: _ _ TARDE: Desde: _ _: _ _ Hasta: _ _: _ _
APODERADO	
PERSONAS AUTORIZADAS (1)	
PERSONAS AUTORIZADAS (1)	

NOTA: Los usuarios descriptos se encuentran habilitados para garantizar la validez de la oferta cargada, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores – Art 9 - OFERTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

ANEXO 2 – CERTICADO DE VISITA TÉCNICA

CERTIFICADO DE VISITA

Certifico que la razón social …….. ha realizado en el día de la fecha se presenta para realizar la visita de los Módulos del HMR-303, según la Especificación Técnica Nro 4207/2026 correspondiente al **Proceso de Compra 84/6-0609-LPU26,** para el **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS MODULOS LOG Y SAN HMR 303- HMCM,** habiéndose realizado la visita técnica de los Renglones Nro.(s):…….
……
…….……
……
……
……..……
……..

Habiéndose realizado las aclaraciones pertinentes y satisfechas los interrogantes planteados, se entrega en mano una copia original del presente Certificado para ser adjuntado a la documentación respectiva y exigida.

C.A.B.A., de ……..de 2026

……

FIRMA Y ACLARACIÓN

ESPECIFICACION TECNICA MÓDULO DE GENERACIÓN DE OXÍGENO - HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE GENERACIÓN DE OXÍGENO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 1

1. FINALIDAD

a) El mantenimiento correctivo de los equipos detallados en los respectivos renglones, pertenecientes al Módulo de Generación de Oxígeno del Hospital Reubicable 303 del HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, que incluye mano de obra, repuestos y otros materiales.

b) La presente Especificación Técnica, junto al Pliego de condiciones, y a los anexos que pudieran existir, definirá los requisitos y condiciones técnicas bajo los que se realiza la prestación del servicio. El acto de concurrir a la licitación implica que el licitador acepta el contenido de estas especificaciones sin limitación alguna.

2. INSPECCIÓN PREVENTIVA/VISITA

El Oferente deberá efectuar una inspección los dias habiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el dia habil previo al dia del acto apertura, de los equipos a reparar, a fin de comprobar su real estado, de manera que la oferta contemple la totalidad del servicio a prestar, ya que no se admitirán modificaciones de los valores previamente estipulados en los pliegos respectivos.

Para dar cumplimiento a esta tarea, deberán presentar un informe al responsable del modulo CR MATONTI Ricardo Telefono de contacto: 2914 16- 4401 , en el que deberán asentar los detalles de la inspección realizada, dejando constancia del estado de cada equipo y las reparaciones a efectuar para su puesta en servicio nuevamente.

La visita se efectuará en oportunidad a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El Certificado de visita deberá estar firmado por un responsable del Departamento de Materiales y del Servicio de Farmacia.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

a. El mantenimiento y reparación objeto de la presente ET, se realizará a los equipos que se detallan a continuación, pertenecientes y ubicados en el Módulo de Generación de Oxígeno del Hospital Reubicable 303 del Hospital Militar Campo de Mayo:

Ren-glón	**DESCRIPCIÓN**
1.	3.3.3–2440.80 - MANT. Y REP. EQ. MÉDICOS; DESCRIPCIÓN: MANT. Y REP. DE EQ. MÉDICOS, CRITERIO SOCIAL: SIN PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE **MANTENIMIENTO Y REPRACION (PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), DEL MÓDULO DE GENERACIÓN DE OXÍGENO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 DEL HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** 1. MANTENIMIENTO Y REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO POR PSA, CONSISTENTE EN: - REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL GENERADOR DE OXÍGENO, REGENERACIÓN DE LOS LECHOS DE ZEOLITAS PARA INTERCAMBIO IÓNICO, REVISIÓN Y CAMBIO DE VÁLVULAS SOLENOIDES FUERA DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN Y RECAMBIO DE TUBULADURAS Y MANGUERAS Y CONTROL DE JUNTAS, SELLOS Y HERMETICIDAD DE LAS MISMAS.. - SERVICE INTEGRAL DEL COMPRESOR. - CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA DE PANTALLA A IDIOMA INGLÉS. - VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS DISTINTOS CICLOS, AJUSTE DE PARÁMETROS DE TRABAJO Y PRUEBA DE LOS MISMOS. - REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA A PUNTO Y PRUEBA DE LOS PARÁMETROS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE VÁLVULAS SOLENOIDES, CONDUCTOS Y TUBULADURAS DETERIORADOS. 2. MANTENIMIENTO Y REPARACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) COMPRESOR ATLAS COPCO GA7VSDIPM N° WUX312674, CONSISTENTE EN: - REVISIÓN INTEGRAL DEL COMPRESOR. - CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE, DE FILTRO SEPARADOR DE ACEITE Y DEL FILTRO DE AIRE. - AJUSTE DE PARÁMETROS DE TRABAJO, PRUEBA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. - CAMBIO DE IDIOMA DE PANTALLA A INGLÉS. 3. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONECTORES ADAPTADORES EN LOS CABEZALES DE LOS CUATRO TUBOS DE OXÍGENO DE ACERO, DE MODO DE

	PERMITIR LA CONEXIÓN DE MANGUERAS CON ROSCAS BAJO NORMAS IRAM NACIONALES. 4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN DISPOSITIVO CENTRALIZADO PARA LA REGULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (MAINFOLD) PARA LA CARGA DE TUBOS DE OXÍGENO DE ORIGEN NACIONAL BAJO NORMAS IRAM, CON DOS TRASVASADORES CON ACOPLE Y REGULADOR. 5. CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS DE TRABAJO Y PRUEBA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS COMPONENTES Y DEL MÓDULO EN SU CONJUNTO. COMPROBACIÓN DE LA PUREZA Y DE LA PRESIÓN DE SALIDA DEL OXÍGENO, OBTENIDA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE. 6. MÁS ALLÁ DE LO CONSIGNADO EN LOS RENGLONES RESPECTIVOS, SE DEBERÁN CAMBIAR LOS CARACTERES DIGITALES DE TODAS LAS PANTALLAS A IDIOMA INGLÉS. 7. CAPACITACIÓN DE TRES PERSONAS PARA LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL MÓDULO. 8. GARANTÍA DE LAS REPARACIONES EFECTUADAS DE SEIS (6) MESES.

b. **El precio consignado en la oferta debe contemplar la revisión integral, su reparación, la puesta en funcionamiento y calibración de todos los parámetros de trabajo, de los equipos fuera de servicio detallados anteriormente, y del módulo generador de oxígeno en su conjunto y funcionamiento integral.**

4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El área Técnica del hospital, junto con el Servicio de Farmacia, supervisará y coordinará las acciones del adjudicatario, para asegurarse que el mantenimiento y reparación y la conservación de las máquinas y equipos se están realizando conforme a las exigencias del pliego y compromisos contractuales establecidos.

5. PLANES DE TRABAJO:

a. Realizar el mantenimiento y reparación en todos los equipos objeto de la presente contratación, y elementos de los mismos que lo requieran.

b. Reparar los equipos y reemplazar piezas y/o elementos defectuosos o averiados por otros iguales de idénticas o superiores características técnicas y tecnológicas.

Las piezas siempre tendrán que ser legítimas o autorizadas por el fabricante**.**

c. La empresa adjudicataria notificará al Servicio de Farmacia y al área Técnica del hospital, las fechas de los trabajos a efectuar, con una antelación de dos días hábiles.

d. La revisión de los equipos y su mantenimiento se deberá realizar en un horario pactado de mutuo acuerdo entre la firma adjudicada y el responsable de los respectivos módulos.

e. Las herramientas e instrumentos utilizados en las operaciones de asistencia técnica se encontrarán calibrados y dispondrán de los correspondientes certificados de calibración en vigor.

f. Los elementos, componentes y partes reemplazadas, deben ser entregadas al personal del Hospital Militar Campo de Mayo para su registro y guarda.

6. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, ACCESORIOS E INSTALACIONES.

Debe cubrir el conjunto de operaciones necesarias para que los equipos, sus accesorios e instalaciones se utilicen y mantengan en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de vida útil.

a. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE SEGURIDAD

1. Después de la realización de las operaciones de mantenimiento y reparación, se deberá verificar que se mantienen las características y especificaciones técnicas iníciales de los equipos, esenciales para la seguridad y el funcionamiento de los mismos, en la medida en que puedan haberse visto afectadas por las tareas de reparación efectuadas. La firma adjudicada, deberá confeccionar un Informe Técnico donde deberán constar detalladamente, los sistemas, partes y componentes controlados, las piezas reemplazados, los controles de funcionamiento y verificaciones realizadas.

2. Se deberá realizar los controles de seguridad, de acuerdo con los plazos y el alcance determinados en las instrucciones de uso de los equipos exigidos por la legislación vigente.

b. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1) LOS REPUESTOS Y GASTOS QUE DEMANDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO, CORREN EN SU TOTALIDAD A CARGO DEL OFERENTE QUE RESULTARA ADJUDICADO.

7. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a. Deberá poseer todos los instrumentos de medida y control de uso común en mantenimiento electro médico (Voltímetro, multiamperímetro, osciloscopio, caudalimetro, manómetro, fuente de alimentación, generadores, de señales, etc.), que sean necesarios para el desarrollo de la labor de mantenimiento correctivo de los equipos mencionados en esta Especificación Técnica. La homologación y calibración de este instrumental será responsabilidad del adjudicatario.

8. RECURSOS HUMANOS

a) El adjudicatario pondrá a disposición del servicio, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debiendo contar cada uno de sus miembros, con experiencia en el ámbito objeto del contrato.

b) La empresa adjudicataria no podrá subcontratar los trabajos de mantenimiento y reparación de equipos a reparar, con empresas especializadas. Si lo hiciere, los trabajos serán a su costo y deberán resolverse dentro de los plazos autorizados.

c) El personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento y reparación deberá poseer las autorizaciones exigidas por las Autoridades Sanitarias necesarias para el desarrollo de sus funciones, en caso de corresponder.

d) El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene, especialmente la Ley de ART y su reglamentación.

e) Los daños ocasionados por el personal del adjudicatario en el módulo, mobiliario, instalaciones, equipos u otras propiedades del Hospital Reubicable 303, causados por negligencia o dolo serán responsabilidad del adjudicatario debiendo este hacerse cargo de los gastos de reparación.

9. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

10. INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalizacion del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

CAMPO DE MAYO, 16 de junio de 2026

ESPECIFICACION TECNICA Nro 2 - MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 2

1. FINALIDAD

a) El mantenimiento correctivo de los equipos detallados en los respectivos renglones, pertenecientes al Módulo de Esterilización del Hospital Reubicable 303 del HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, que incluye mano de obra, repuestos y otros materiales.

b) La presente Especificación Técnica, junto al Pliego de condiciones, y a los anexos que pudieran existir, definirá los requisitos y condiciones técnicas bajo los que se realiza la prestación del servicio. El acto de concurrir a la licitación implica que el licitador acepta el contenido de estas especificaciones sin limitación alguna.

2. INSPECCIÓN PREVENTIVA/VISITA

El Oferente deberá efectuar una inspección los dias habiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el dia habil previo al dia del acto apertura, de los equipos a reparar, a fin de comprobar su real estado, de manera que la oferta contemple la totalidad del servicio a prestar, ya que no se admitirán modificaciones de los valores previamente estipulados en los pliegos respectivos.

Para dar cumplimiento a esta tarea, deberán presentar un informe al responsable del modulo CR MATONTI Ricardo Telefono de contacto: 2914 16- 4401 , en el que deberán asentar los detalles de la inspección realizada, dejando constancia del estado de cada equipo y las reparaciones a efectuar para su puesta en servicio nuevamente.

La visita se efectuará en oportunidad a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El Certificado de visita deberá estar firmado por un responsable del Departamento de Materiales y del Servicio de Farmacia..

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

a. El mantenimiento y reparación del objeto de la presente ET, se realizará a los equipos que se detallan a continuación, pertenecientes y ubicados en el Módulo de Esterilización del Hospital Reubicable 303 del Hospital Militar Campo de Mayo:

Ren-Glón	**DESCRIPCIÓN**
1.	3.3.3–2440.80 - MANT. Y REP. EQ. MÉDICOS; DESCRIPCIÓN: MANT. Y REP. DE EQ. MÉDICOS, CRITERIO SOCIAL: SIN PRESTACIÓN DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y MEDIOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), DEL MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 DEL HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:** 1. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) AUTOCLAVE VERTICAL DE VAPOR SATURADO, CONSISTENTE EN: - REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO, SENSORES DE NIVEL DE AGUA Y CALDERÍN. - LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN, TAPA Y BURLETE DE PUERTA. - CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA DE PANTALLA A IDIOMA INGLÉS. - VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS DISTINTOS CICLOS, AJUSTE DE PARÁMETROS DE TRABAJO Y PRUEBA DE LOS MISMOS. - REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, PUESTA A PUNTO Y PRUEBA DE LOS PARÁMETROS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE VÁLVULAS SOLENOIDES, CONDUCTOS Y TUBULADURAS DETERIORADOS. 2. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (01) EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA, CONSISTENTE EN: - VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. - REGENERACIÓN DEL INTERCAMBIADOR IÓNICO. - AJUSTE DE PARÁMETROS DE TRABAJO, PRUEBA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 3. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA (1) MÁQUINA LAVADORA DE INSTRUMENTAL POR ULTRASONIDO, CONSISTENTE EN: - PURGA Y REVISIÓN DE FILTROS. - CONFIGURACIÓN DE PANTALLA Y CICLOS DE PROCESOS (A IDIOMA INGLÉS). - DESARME Y LIMPIEZA DE BATEA DE LAVADO.

	- REVISIÓN COMPLETA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO, REEMPLAZO DE VÁLVULAS Y TUBULADURAS DETERIORADAS. - PRUEBA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 4. AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE PARÁMETROS DE TRABAJO Y PRUEBA INTEGRAL DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO. 5. TODAS LAS REPARACIONES DEBERÁN TENER UNA GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE SEIS (6) MESES. 6. CAPACITACIÓN PARA TRES (3) PERSONAS EN LA OPERACIÓN INTEGRAL DEL MÓDULO DE ESTERILIZACIÓN.

b. **El precio consignado en la oferta debe contemplar la revisión integral, su reparación, la puesta en funcionamiento y calibración de todos los parámetros de trabajo, del equipo**

4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El área Técnica del hospital, junto con el Servicio de Farmacia y Esterilización, supervisará y coordinará las acciones del adjudicatario, para asegurarse que el mantenimiento y reparación y la conservación de las máquinas y equipos se están realizando conforme a las exigencias del pliego y compromisos contractuales establecidos.

5. PLANES DE TRABAJO:

a. Realizar el mantenimiento y reparación en todos los equipos objeto de la presente contratación, y elementos de los mismos que lo requieran.

b. Reparar los equipos y reemplazar piezas y/o elementos defectuosos o averiados por otros iguales de idénticas o superiores características técnicas y tecnológicas.

Las piezas siempre tendrán que ser legítimas o autorizadas por el fabricante**.**

c. La empresa adjudicataria notificará al Servicio de Esterilización y al área Técnica del hospital, las fechas de los trabajos a efectuar, con una antelación de dos días hábiles.

d. La revisión de los equipos y su mantenimiento se deberá realizar en un horario pactado de mutuo acuerdo entre la firma adjudicada y el responsable de los respectivos módulos.

e. Las herramientas e instrumentos utilizados en las operaciones de asistencia técnica se encontrarán calibrados y dispondrán de los correspondientes certificados de calibración en vigor.

6. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO, ACCESORIOS E INSTALACIONES

Debe cubrir el conjunto de operaciones necesarias para que los equipos, sus accesorios e instalaciones se utilicen y mantengan en funcionamiento conforme a las especificaciones del fabricante durante su periodo de vida útil.

a. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE SEGURIDAD

1. Después de la realización de las operaciones de mantenimiento y reparación, se deberá verificar que se mantienen las características y especificaciones técnicas iníciales de los equipos, esenciales para la seguridad y el funcionamiento de los mismos, en la medida en que puedan haberse visto afectadas por las tareas de reparación efectuadas. La firma adjudicada, deberá confeccionar un Informe Técnico donde deberán constar detalladamente, los sistemas, partes y componentes controlados, las piezas reemplazados, los controles de funcionamiento y verificaciones realizadas.

2. Se deberá realizar los controles de seguridad, de acuerdo con los plazos y el alcance determinados en las instrucciones de uso de los equipos exigidos por la legislación vigente.

b. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1) LOS REPUESTOS Y GASTOS QUE DEMANDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE FUERA DE SERVICIO, CORREN EN SU TOTALIDAD A CARGO DEL OFERENTE QUE RESULTARA ADJUDICADO.

7. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

a. Deberá poseer todos los instrumentos de medida y control de uso común en mantenimiento electro médico (Voltímetro, multiamperímetro, osciloscopio, caudalimetro, manómetro, fuente de alimentación, generadores, de señales, etc.), que sean necesarios para el desarrollo de la labor de mantenimiento correctivo de los equipos mencionados en esta Especificación Técnica. La homologación y calibración de este instrumental será responsabilidad del adjudicatario.

8. RECURSOS HUMANOS

a) El adjudicatario pondrá a disposición del servicio, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos objeto del contrato, debiendo contar cada uno de sus miembros, con experiencia en el ámbito objeto del contrato.

b) La empresa adjudicataria no podrá subcontratar los trabajos de mantenimiento correctivo de equipos a reparar, con empresas especializadas. Si lo hiciere, los trabajos serán a su costo y deberán resolverse dentro de los plazos autorizados.

c) El personal encargado de realizar los trabajos de mantenimiento y reparación deberá poseer las autorizaciones exigidas por las Autoridades Sanitarias necesarias para el desarrollo de sus funciones, en caso de corresponder.

d) El adjudicatario deberá cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene, especialmente la Ley de ART y su reglamentación.

e) Los daños ocasionados por el personal del adjudicatario en el módulo, mobiliario, instalaciones, equipos u otras propiedades del Hospital Reubicable 303, causados por negligencia o dolo serán responsabilidad del adjudicatario debiendo este hacerse cargo de los gastos de reparación.

9. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

10. INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalizacion del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

CAMPO DE MAYO, 16 de junio de 2026

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO QUIROFANO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 3

1. **OBJETO:**
   a. Prestación de mano de obra especializada, insumos y herramientas correspondiente al módulo quirúrgico.
   b. Servicio de mantenimiento y reparación:
   Se solicita mantenimiento y reparación en equipamiento adquirido sujeto a uso de los mismos. En caso de daño o rotura especificar lugares y personal de asistencia técnica y garantizar reemplazo mientras está en reparación.

2. **DETALLE:**

EQUIPO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NOVEDADES
EVALUACIÓN TÉCNICA DE SERVICIO ELÉCTRICO	personal capacitado en electromedicina con conocimientos en electrónica.	para retiro de scialíticas y garantizar suministro eléctrico seguro para instalación de nuevos artefactos.
LÁMPARA SCIALÍTICAS PARA QUIRÓFANO	configuración de techo; único brazo. luz homogénea de tipo led. intensidad de luz ajustable 16k a 160k. diámetro ajustable del campo de luz en 3 pasos de 240mm a 270mm y 3 pasos a 270mm a 300mm. temperatura del color de la luz 4000, 4700, máximo 5300 kelvin. tiempo de uso de led con soporte mayor a 60000 hs.	tensión de alimentación 220 v. instalación y adquisición de artefactos.

3. Se adjuntan imágenes correspondientes a lámparas quirúrgicas:









1 -

4. Tareas previas a la prestación del servicio:

   a. Retiro de luces quirúrgicas scialiticas en cada uno de los sectores del módulo quirúrgico a cargo de personal con manejo en electrónica o electricidad.

   b. Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico para iniciar instalación de nuevo equipamiento.

   c. Al momento de licitación, especificar condiciones y plazo (meses) de garantía, si presenta servicio técnico oficial en el país, plazo de entrega.

5. **Certificado de visita:**

   Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los dias habiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs1200hs hasta el dia habil previo al dia del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

6. **Plazo de entrega:**

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 30 días corridos a partir de dicha fecha.

7. **Informe del servicio:**

Para la finalizacion del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono: 379-405-1313

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO LAVADERO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 –– HMCM – RENGLON 4

1- OBJETO

Mantenimiento del Módulo de Lavadero del Hospital Reubicable 303- Hospital Militar Campo de mayo, sitio en AV. Tte. Grl. Ricchieri S/N — Campo de Mayo.

2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

El módulo consiste en un lavadero móvil de campaña diseñado para el tratamiento y limpieza de textiles hospitalarios. Está equipado con una lavadora industrial con una capacidad nominal de procesamiento de 40 kg/h. El equipo está diseñado para operar con un consumo promedio de agua de 25 litros por kilogramo y un consumo energético de hasta 4 kWh. Las dimensiones máximas del equipo son de 1200 x 1220 x 1750 mm, con una masa máxima permitida de 950 kg.

Sistema eléctrico y de control

La fuente de alimentación del módulo es AC220V / 50Hz, distribuida de forma trifásica/monofásica según los requerimientos de los motores de lavado y secado. El diseño eléctrico contempla conectores impermeables de tipo aviación para garantizar la estanqueidad frente a la humedad propia del sector. El sistema de protección del tablero principal cuenta con disyuntores diferenciales con una sensibilidad de protección contra fugas de hasta 30 mA para asegurar la operatividad y la vida del personal encargado bajo normas de seguridad industrial vigentes.

3- TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento y reparación.

4- DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

Mantenimiento y reparación de motores y sistemas de transmisión de la lavadora: Revisión integral, medición de consumo y bobinado de los motores eléctricos de la lavadora (40 kg/h). Incluye la verificación de rulemanes, alineación de poleas, tensión de correas de transmisión y balanceo del tambor para evitar vibraciones excesivas que afecten la estructura del módulo.

Reparación y calibración del sistema de carga, calentamiento y bombas de desagote: Control y sustitución de electroválvulas de entrada de agua, sensores de nivel (presostatos) y mantenimiento crítico de las bombas de desagote. Revisión y medición de las resistencias eléctricas encargadas del calentamiento del agua, asegurando el cumplimiento de los parámetros de consumo especificados por el fabricante.

Provisión, ingeniería de adaptación y normalización integral del sistema de control electrónico: Debido a que la placa electrónica controladora de la lavadora de 40 kg/h se encuentra faltante y no disponible en la unidad, el contratista adjudicado será totalmente responsable de proveer e instalar una solución operativa integral en su reemplazo. Esto incluye:

- La provisión del módulo lógico original de fábrica **o**, en su defecto, el diseño, programación e instalación de un sistema de control alternativo industrial (tipo PLC o placa controladora universal para lavadoras industriales de alta capacidad) de marca reconocida y con soporte en el mercado nacional.

- La adaptación, conexionado y calibración de todo el cableado de maniobra, sensores de temperatura, presostatos, comandos del panel frontal y relés de potencia para los motores.
- La entrega del equipo en perfecto estado de funcionamiento, garantizando la ejecución automática de los ciclos completos de lavado, centrifugado y desagote nominales, debiendo entregar el esquema eléctrico actualizado del nuevo comando instalado.

Revisión, normalización y puesta en valor edilicia y eléctrica integral del módulo: El contratista deberá realizar un control exhaustivo de todos los componentes periféricos y estructurales del contenedor de Lavadero. Esto incluye de forma obligatoria:

- **Sistema lumínico:** Revisión, provisión y recambio de la totalidad de las luminarias, focos, tubos LED o artefactos faltantes o quemados, garantizando la correcta iluminación estanca del área de trabajo.
- **Instalación eléctrica periférica:** Control y reemplazo de llaves de encendido, tomas de corriente, zócalos, cableados expuestos y canales de distribución dañados por la humedad constante del sector.
- **Herrajes y estanqueidad:** Verificación del correcto cierre de puertas, aberturas, burletes y trabas de transporte del módulo contenedor para asegurar su condición estanca frente a filtraciones de agua exteriores.

5- OBSERVACIONES:

Para la ejecución de mantenimiento preventivo se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar constancia de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

6- PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 60 días corridos a partir de dicha fecha.

7- INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalizacion del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

8- CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los dias habiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el dia habil previo al dia del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono: 379-405-1313

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE PURIFICACION Y SUMINISTRO DE AGUA DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 5

1- OBJETO

Mantenimiento y Reparación del Módulo de Purificación y Suministro de Agua (Planta Potabilizadora) del Hospital Reubicable 303 - Hospital Militar Campo de Mayo, sito en AV. Tte. Grl. Ricchieri S/N
— Campo de Mayo.

2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

El módulo consiste en una planta purificadora y potabilizadora de agua móvil montada sobre contenedor táctico, diseñada para abastecer al Hospital Reubicable 303. El sistema cuenta con tecnología de purificación multi-etapa basada en Membranas de Ósmosis Inversa (RO), filtros multimedia de sedimentos, filtros de carbón activado y dosificadores químicos automáticos para asegurar la eliminación de partículas, bacterias y la correcta cloración del agua para consumo humano.

Sistema eléctrico, de bombeo y control La fuente de alimentación del módulo es AC220V / 50Hz. El sistema cuenta con una red interna de distribución eléctrica estanca para alimentar los tableros de control automatizados, las electroválvulas de paso y el conjunto de motobombas de alta y baja presión (incluyendo bombas de entrada de agua cruda, bombas de presurización para las membranas y sistemas de distribución de agua tratada). Al igual que los demás módulos del conjunto, el cableado y las conexiones externas utilizan conectores de tipo aviación con protección de estanqueidad IP67 para operar en condiciones climáticas adversas de campaña, asegurando el aislamiento eléctrico del circuito.

3- TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento y Reparación.

4- DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

Diagnóstico, deshumidificación y normalización del Tablero Eléctrico de Control Automatizado: Debido a fallas críticas por cortocircuitos activos y presencia de sulfatación en los componentes internos del gabinete de control, el contratista deberá realizar un servicio técnico electrónico integral que incluye de forma obligatoria:

- Limpieza química dieléctrica profunda y remoción de sulfato y óxido en todas las borneras de conexión, zócalos de relés auxiliares y llaves térmicas/disyuntores (marca CHINT o superior).
- Testeo de aislamiento, continuidad y reemplazo del cableado de maniobra dañado o recalentado.
- Verificación de parámetros y estado operativo de la fuente de alimentación switching de CC (Marca **Mean Well NDR-120-24**), garantizando la entrega estable de 24V al circuito lógico.

Revisión, configuración y puesta en marcha de Automatismos y Controladores (PLC / HMI / Variador): Servicio especializado sobre la lógica de control del módulo de agua:

- Verificación del estado de encendido, comunicación y respuesta táctil de la pantalla **HMI Delta** (instalada en la contrapuerta) y su correcto enlace con el controlador lógico.
- Diagnóstico técnico, testeo de etapas de potencia y parametrización del variador de frecuencia **ABB Modelo ACS380**, encargado del control y arranque suave de las electrobombas del sistema.

Mantenimiento y reparacion de instrumental de medición hidráulica y dosificación: Inspección y calibración de los componentes de campo visibles en los paneles frontales de acero inoxidable:

- Reemplazo o limpieza de los sensores electrónicos superiores de conductividad eléctrica del agua cruda y pura (Monitores Honest).
- Desarme, limpieza interna y calibración de los cuatro (4) manómetros de glicerina de presión diferencial aplicados a las etapas críticas de: **Presión de Entrada de Ultrafiltración (Ultrafiltration Intake Pressure), Presión de Rechazo de Ultrafiltración (Ultrafiltration Waste Water Pressure), Presión de Entrada de Ósmosis Inversa (Reverse-Osmosis Intake Pressure) y Presión de Rechazo de Ósmosis Inversa (Reverse-Osmosis Waste Water Pressure)**.
- Calibración de los rotámetros/flujómetros de acrílico frontales de medición de caudal en tiempo real.

Mantenimiento electromecánico de bombas, etapas de filtración (RO y Ultrafiltración) y periféricos: * Inspección integral de motores eléctricos de alta presión conectados al variador ABB, realizando medición de aislamiento de bobinados.

- Control de estanqueidad en el portamembranas de Ósmosis Inversa (RO) y en la unidad de **Ultrafiltración (Ultrafilter)** de acero inoxidable, incluyendo el cambio de juntas, sellos hidráulicos y acoples rápidos con fugas.
- **Control integral del habitáculo:** Reparación y recambio de la totalidad de las luminarias y focos estancos del contenedor, tomas de corriente externas tipo aviación IP67 y verificación de herrajes de las aberturas.

5. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

6. INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalización del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

7. CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el día hábil previo al día del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono: 379-405-1313

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO COCINA DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 6

1- OBJETO

Mantenimiento y Reparación del Módulo de Cocina del Hospital Reubicable 303- Hospital Militar Campo de mayo, sitio en AV. Tte. Grl. Ricchieri S/N — Campo de Mayo.

2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

El módulo consiste en una cocina móvil para hacer alimentos básicos con una estufa de combustible. El equipo está fabricado principalmente en acero inoxidable 304 y está equipado con un quemador Diesel autoencendido G5 para proporcionar una fuente de calor. Como estufa de horno utiliza un quemador diesel italiano de encendido automático Riello G3.

El sistema de suministro y distribución de energía se divide en sistema de suministro de energía y sistema de distribución de energía. La fuente de alimentación es AC220V / 50Hz, que se distribuye razonablemente por el sistema de distribución de energía para proporcionar energía CA y CC estable y confiable para que el sistema cumple con los requisitos de suministro de energía del sistema de control y el equipo eléctrico. El diseño, cableado e instalación del sistema eléctrico cumplen con los requisitos de 3.11.2.14 en GJB79A-1994 "Especificaciones generales para vagones de mercancías". Refleja principalmente: El voltaje nominal del circuito del sistema eléctrico es AC220V / 50Hz, y la resistencia a tierra de todo el vehículo es de 0.317 Ohmios, que cumple con los requisitos técnicos de no más de 50 Ohmios; la resistencia de aislamiento en frío del circuito en el compartimiento a tierra es de 648 Megaohmios, la resistencia de aislamiento en frío general es de 639 Megaohmios. Cumplir con el requisito de no menos de 2 Megaohmios; Hay una caja de alimentación de pared en el lado derecho de la parte posterior del soporte para la entrada de energía externa. El panel de alimentación está equipado con conectores de aviación y es resistente al agua y al polvo (IP67); El gabinete de distribución de energía del sistema de suministro de energía está instalado en la parte superior derecha del marco deslizante. El gabinete está equipado con un dispositivo antivibración y un dispositivo a prueba de aceite. Hay 6 lámparas de iluminación y 2 lámparas germicidas ultravioleta en la parte superior del carro, la iluminancia en el carro es de 80Lx y la iluminancia de la consola y el panel es de 100Lx.

3- TIPO DE MANTENIMIENTO

Manteminiento y reparación.

4- DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

Mantenimiento y reparación del circuito eléctrico y electrónico general ya que posee cortocircuitos y circuitos abiertos: Se debe realizar el relevamiento integral, detección de fallas, reparación y/o reemplazo de componentes dañados en el gabinete de distribución, llaves termomagnéticas, disyuntores y cableado interno. El sistema deberá quedar normalizado para operar de forma segura bajo la tensión nominal de AC220V / 50Hz, restableciendo los valores óptimos de resistencia a tierra y de aislamiento en frío exigidos por el fabricante.

Reparación, calibración y puesta en marcha del sistema de quemadores y estufas de horno: Servicio técnico correctivo integral sobre el quemador Diesel autoencendido G5 y el quemador de horno italiano Riello G3. Incluye el reemplazo de componentes electrónicos de control averiados (pirómetros, sensores de temperatura), revisión de electroválvulas, limpieza de inyectores de combustible, calibración de la mezcla de aire/gasoil y la verificación de los sistemas automáticos de seguridad y corte de llama.

Restitución integral del sistema lumínico interior y de sanitización UV: Provisión, instalación y conexionado eléctrico de los artefactos faltantes o dañados para normalizar las seis (6) lámparas de iluminación general y las dos (2) lámparas germicidas ultravioleta de la parte superior del módulo. Las nuevas luminarias deberán respetar los niveles de iluminancia nominales (80 Lx en el carro y 100 Lx en la consola y panel de control), utilizando tecnología apta para resistir las condiciones de vibración, humedad y grasa propias del ambiente de cocina.

5- PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

6- INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalización del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

7- CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el día hábil previo al día del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono: 379-405-1313

.

ESPECIFICACION TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO GRUPO ELECTRÓGENO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 7

1. OBJETO:

a. La presente Especificación Técnica establece los requisitos y exigencias básicas que beberá satisfacer el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Electrógeno existente en el módulo de suministro de energía del Hospital militar Reunicable 303 - HMCM

b. En tal sentido, todo detalle omitido o insuficientemente descripto en la especificación técnica y que resulte necesario para el normal funcionamiento, operando sin fallas ni defectos y de acuerdo a las practicas, leyes o estándares vigentes; deberá ser previsto por el proveedor y considerado en la oferta.

2. DETALLE DE LOS EQUIPOS A MANTENER Y REPARAR:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	UBICACIÓN
I	Equipo Nro. 01 Grupo Electrógeno KF MOVILE SISTEMS de 385 KVA (ORIGEN CHINO) conforma un sistema de respaldo de energía eléctrica del HMR 303 – Hospital de campaña.	vehículo suministro de energía

3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:

a. TAREAS INICIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO:

1) Equipo Nro. 01 Marca KF MOVILE SISTEMS de 385 KVA:

a) En el motor: Se deberá cambiar el aceite (15 W 40 solo primeras marcas) según su manual.
b) Cambios de filtros de aire, aceite y combustible.
c) Sistema de refrigeración: remplazar líquido refrigerante.
d) Medidas de seguridad: el oferente se hará responsable de la recarga de los matafuegos que se encuentren en el modulo, como así también de toda la cartelería indicadores de medida de seguridad según las normas IRAM que corresponda.
e) Remplazo de dos (2) baterias 12V 180 AMP.
f) Esta actividad estará controlada por el Mecánico de Instalaciones y Mecánico Motorista de la Unidad.
g) Se realizarán trabajos de Mantenimiento y reparación del generador de electricidad instalado y del sistema de control y regulación.
h) Sera responsabilidad del oferente contar con las herramientas necesarias para el mantenimiento y reparación.
i) Será responsable de la disposición final y tratamiento de los residuos que se generen.
j) Deberá llevarse consigo todos los desechos, fluidos y filtros que se recambien en cada Mantenimiento.
k) Estará a cargo de dicho mantenimiento personal idóneo (técnico electromecánico), matriculado, certificado y supervisado por un ingeniero electromecánico.

b. EN EL MOTOR:

1) Los trabajos serán los siguientes:

a) Remplazo de Batería y bornes.
b) Remplazo de Filtro de aceite (marca original o primeras marcas).
c) Remplazo de Filtro del aire (marca original o primeras marcas).
d) Remplazo de Filtro de combustible (marca original o primeras marcas).
e) Remplazo de Bombín de combustible.
f) Sistema de refrigeración: En caso de roturas en bomba de agua, mangueras etc. reemplazarlo por el repuesto original.
g) Verificación de sistema de alimentación: En caso de rotura o perdida remplazar los caños y accesorios (tanto alimentación como retorno).
h) Esta actividad de mantenimiento y reparación deberá ser controlada por el mecánico motorista de la unidad.

c. EN EL GENERADOR:

1) Los trabajos serán los siguientes:

a) Se comprobará el estado y se reemplazará en caso de ser necesario.
b) Rodamientos.
c) Regulador eléctrico.
d) Acoplamiento.
e) Colector.
f) Ventilación.
g) Escobillas, ajuste y limpieza
h) Aislamiento eléctrico.
i) El generador deberá, al menos, cumplir los siguientes valores de prestación según norma ISO 8528/ 1-7.
j) Esta actividad deberá ser controlada por el mecánico instalaciones de la unidad.

d. EN EL EQUIPO ELÉCTRICO SIN TENSIÓN:

a) Se realizará la verificación y reemplazo de ser necesario de los siguientes elementos:
b) Aparatos de medida. Contactores, Pilotos, Relés.
c) Mandos del panel.
d) Apriete de bornes y lubricación.
e) Interruptor general.
f) Cableado.
g) Resistencias de caldeo.
h) Termostato de las resistencias
i) Puesta a tierra.
j) Esta actividad deberá ser controlada por el mecánico instalaciones de la unidad.

e. PANEL DE CONTROL:

a) Se verificará la correcta medición de los siguientes parámetros:
b) Potencia aparente: KVA
c) Potencia activa: KW, analógico y digital
d) Potencia reactiva: KVA.
e) Tensión simultanea: Ven las tres fases
f) Coriente simultanea: I en las tres fases
g) Frecuencia: Hz
h) Horas de marcha
i) Presión de aceite
j) Temperatura de refrigeración

k) Tensión de batería
m) R.P.M. 5
n) Nivel de combustible en: %
o) Se verificarán, además, todas las alarmas pre-establecidas, de motor y generador
p) Esta actividad estará controlada por el mecánico instalaciones de la unidad.

4. ITEMS A CARGO DEL PROVEEDOR:

a. La empresa tendrá a su cargo la provisión de los siguientes ítems:

a) En caso de roturas reponer:
b) Motor de arranque,
c) Alternador
d) Bomba de agua
e) Interruptores termo magnéticos
f) Relevo térmico.
g) Baterías y bornes
h) Bombín de combustible
i) Cable puente de batería
j) Filtros de aceite.
k) Filtros de aire.
l) Filtro de combustible.
m) Correas (Alternador y bomba de agua).
n) Tensores de correa.
o) Mangueras de combustibles y agua
p) Aceite tipo para motor diésel 15w 40 según manual primera marca
q) Líquido refrigerante.
r) Relés
s) Rodamientos del generador Y todo aquel repuesto y accesorio que se considere necesario para el normal funcionamiento de los grupos electrógenos.

5. OTRAS CARACTERISTICAS DEL SERVICIO:

a CONDICIONES LABORALES Y SOCIALES:

1) El adjudicatario asumirá la responsabilidad legal por todo el personal que tenga en relación de dependencia, tanto en carácter permanente como transitorio, debiendo cumplimentar al efecto todas las disposiciones legales en vigencia (SEGURO POR ACCIDENTE DE TRABAJO, SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO Y TODO OTRO SEGURO QUE LAS AUTORIDADES Nacionales ESTABLEZCAN COMO OBLIGATORIO), quedando este nosocomio, ajeno a todo reclamo establecido en este punto. Esta actividad estará controlada por la División Seguridad Hospitalaria.

2) PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 30 días corridos a partir de dicha fecha.

3) INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalización del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

4) CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el día hábil previo al día del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

6. DE LA FIRMA ADJUDICATARIA Y EL PERSONAL:

- Deberá contar con el personal necesario para asegurar la eficiencia del servicio en forma permanente Al efecto, el adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a lo que establece la Ley Nro. 24.493 (Mano de obra nacional) y sus normas modificatorias.

- El personal que trabaje para la firma adjudicataria no tendrá dependencia laboral con el HMR 303 - HMCM.

- Los cambios de personal que trabaje deberán ser informados al HMCM 602, quedando a decisión de la Dirección su aceptación o rechazo.

- El H GRL 602- HMCM no se responsabiliza por ningún accidente o perjuicio de cualquier naturaleza que fuera, que pudiera ocurrirle a la firma adjudicataria o a su personal, dentro del ámbito del Nosocomio y en el itinerario desde y hacia este Nosocomio.

7. LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DE PRESTACION DEL SERVICIO:

1) La ejecución de todas las tareas de mantenimiento se coordinará con el Depto. MATERIALES para que este de aviso al TALLER de AUTOMOTORES del HMCM 602 para el control de la actividad, quien determinara el día y hora en que se realizara el servicio, lo que será notificado a la firma al correo electrónico constituido por el Contratista suscripto al momento de retirar el Pliego de Bases y Condiciones. A los efectos de la comunicación, el HMCM 602 establece como correo de contacto: materialeshmcm@.gmail.com Las fechas, días y horarios que se coordinen, podrán ser modificadas por el HMCM 602 de acuerdo a las necesidades del mismo, previa comunicación y anuencia de la firma adjudicataria.

8. REPUESTOS, ACCESORIOS Y COMPONENTES:

1) Si al momento de efectuar el servicio o realizar las inspecciones, la firma detectara fallas que requieran realizar alguna reparación, reemplazo de piezas, partes y/o componentes de algún sistema que no se encuentren comprendidos dentro de los ítems a cargo del Proveedor establecidos en el presente contrato, la misma deberá manifestarlo por escrito y certificado por el área de control del Depto. MATERIALES (INTENDENTE DE CUARTEL y TALLER de AUTOMOTORES) antes de elevar la solicitud de gastos Depto. ADMINISTRATIVO FINANCIERO del HMCM 602. Conjuntamente con la presentación efectuada, la forma deberá agregar el valor exclusivamente de los repuestos y/o materiales necesarios para la reparación, acompañado de los pertinentes presupuestos elaborados por las firmas proveedoras de dichos componentes y que acrediten el monto consignado. Una vez aprobado el mismo por el Depto. ADMINISTRATIVO FINANCIERO la firma podrá iniciar el trabajo que corresponda, procediendo posteriormente el HMCM 602 a reintegrarle el monto resultante.

9. INFORME TECNICO Y DE REGISTRO DE FALLAS:

1) La firma deberá disponer de todos los instrumentos y herramientas que permitan un rápido y efectivo diagnóstico de las instalaciones y el desarrollo de las tareas de mantenimiento previstas, y prestar todos los trabajos y/o elementos que, aunque no estén específicamente mencionados en el presente Pliego, sean necesarios para dejar los equipos en perfecta estado de funcionamiento, encargándose de todo gasto o gestión por mano de obra, materiales, transporte, inspecciones, pruebas, etc., elementos que integran el valor del servicio cotizado.

2) Las tareas de mantenimiento deberán estar en un todo de acuerdo con las normas específicas vigentes.

3) La adjudicataria será responsable del tratamiento de los residuos que se generen y de su traslado a vertedero autorizado o entrega a gestor autorizado.

4) Cada vez que el contratista deba retirar algún elemento componente de los equipos para su reparación en taller, deberá solicitar autorización al Depto. MATERIALES y confeccionar un remito con el detalle de las piezas retiradas, fecha y nombre y firma de quien autoriza el retiro. Correrán por cuenta y riesgo de la adjudicataria, todo traslado acarreo y descarga de equipos nuevos o a reparar, repuestos, objetos y componentes necesarios para facilitar la ejecución de las tareas a realizar.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE DUCHAS Y VESTUARIO DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 8

1- OBJETO

Mantenimiento y Reparación del Módulo de duchas y vestuario del Hospital Reubicable 303 - Hospital Militar Campo de Mayo, sito en AV. Tte. Grl. Ricchieri S/N — Campo de Mayo.

2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

El módulo consiste en un contenedor táctico móvil de higiene y personal dividido internamente en dos áreas principales: un Sector de Duchas Colectivas con lavatorios y un Sector de Vestuario/Cambiador equipado con lockers metálicos integrados para el personal. El sistema de calentamiento de agua sanitaria está compuesto por una unidad de caldera/calentador de campaña con quemador alimentado a Diesel (Gasoil) asistido por un panel eléctrico de control y una bomba circuladora de fluidos. El suministro eléctrico opera bajo una tensión nominal de AC220V / 50Hz, y las conexiones hidráulicas exteriores se realizan mediante mangueras flexibles industriales de acople rápido.

3- TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento y Reparación.

4- DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

- Reparación, puesta en valor y calibración del sistema de calefacción de agua (Caldera Diésel/Eléctrica):
    - El contratista deberá realizar el diagnóstico integral del sistema de agua caliente para normalizar su funcionamiento.
    - Incluye la revisión y reparación del panel eléctrico de control de la caldera, testeo de sensores de temperatura (termostatos), automatismos de encendido y la bomba circuladora de agua caliente.
    - Limpieza, calibración y puesta en marcha del quemador Diésel, verificación de inyectores de combustible, electrodos de encendido y conductos de evacuación de gases para garantizar el correcto suministro continuo de agua caliente sanitaria en las duchas.

- Reemplazo integral de líneas de abastecimiento de agua y mangueras de desagote:
    - Retiro total de las mangueras externas e internas de abastecimiento de agua y de las líneas flexibles de salida de desagüe/evacuación de aguas grises que se encuentren resecas, quebradas o con filtraciones.
    - Provisión e instalación de nuevas mangueras flexibles industriales de alta presión, aptas para uso rudo de campaña e intemperie, incluyendo sus respectivas abrazaderas de acero inoxidable, juntas estancas y acoples rápidos de conexión.

- Mantenimiento y reparación de cerrajería en el Sector de Vestuario (Lockers):

    - Reparación integral y puesta en valor de la totalidad de los lockers/armarios metálicos del cambiador.
    - Trabajos de cerrajería especializada que incluyen el destrabe, reparación o reemplazo de cerraduras dañadas, provisión de juegos de llaves nuevos para cada compartimento, alineación de puertas metálicas y sustitución de bisagras o pasadores fatigados.

- Revisión, normalización y puesta en valor eléctrica y edilicia general:

    - **Sistema Lumínico:** Control, provisión y recambio de la totalidad de las luminarias, focos y artefactos estancos (antihumedad) faltantes o quemados tanto en la zona de duchas como en el cambiador.
    - **Instalación Eléctrica:** Inspección de tableros secundarios, térmicas, cableados y tomas de corriente para asegurar la perfecta aislación frente al vapor constante del módulo.
    - **Griferías y Habitáculo:** Mantenimiento de los cabezales de ducha, canillas mezcladoras, piletas de patio, rejillas de piso, y verificación del correcto cerramiento estanco de las puertas y herrajes exteriores del contenedor.

8. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

9. INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalización del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

10. CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el día hábil previo al día del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono:379-405-1313

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MODULO DE BAÑOS DEL HOSPITAL REUBICABLE 303 – HMCM - RENGLON 9

1- OBJETO

Mantenimiento y Reparación del Módulo de Baños del Hospital Reubicable 303 - Hospital Militar Campo de Mayo, sito en AV. Tte. Grl. Ricchieri S/N — Campo de Mayo.

2- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

El módulo consiste en un contenedor táctico móvil de servicios sanitarios dividido internamente en tres (3) zonas operativas independientes: Sector Baño de Hombres, Sector Baño de Mujeres y Sector de Duchas/Lavatorios. El sistema cuenta con inodoros asistidos eléctricamente mediante bombas trituradoras y maceradoras individuales de descarga forzada para efluentes cloacales. El suministro eléctrico interno opera bajo una tensión nominal de AC220V / 50Hz, y las conexiones exteriores de fluidos se realizan mediante mangueras flexibles de alta resistencia para el abastecimiento de agua corriente y el desagote de aguas grises y negras hacia las redes de campaña.

3- TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento y Reparación.

4- DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR:

Reparación y puesta en marcha del sistema de inodoros eléctricos y bombas trituradoras:

- El contratista deberá realizar el desmontaje técnico, reparación integral o provisión y reemplazo del motor/bomba trituradora averiada del inodoro fuera de servicio, garantizando que recupere su potencia nominal de succionamiento, trituración y achique automático.
- Mantenimiento preventivo general en la totalidad de los inodoros restantes del módulo, incluyendo limpieza de cámaras de maceración, remoción de sarro u obstrucciones, y verificación del correcto sellado de juntas para evitar filtraciones y olores en los sectores de hombres y mujeres.

- Reemplazo integral de líneas de abastecimiento de agua y mangueras de desagote:

  - Retiro total de las mangueras externas e internas de abastecimiento de agua y de evacuación de efluentes que se encuentren resecas, rotas, estranguladas o quebradas.
  - Provisión e instalación de nuevas mangueras flexibles industriales de alta presión y resistencia a la intemperie (aptas para uso rudo de campaña), incluyendo el reemplazo de acoples rápidos, abrazaderas de acero inoxidable y válvulas de retención para asegurar circuitos 100% estancos y sin pérdidas de fluido.

- Mantenimiento correctivo y preventivo del sistema eléctrico, tableros y automatismos:

    - Revisión del sistema de distribución eléctrica (AC220V / 50Hz) que alimenta los motores de los inodoros, pulsadores de descarga y sensores de nivel.
    - Limpieza dieléctrica profunda de cajas de conexión, reemplazo de llaves térmicas o disyuntores mecánicamente fatigados y control de la estanqueidad de las líneas para evitar cortocircuitos por humedad ambiente.

- Revisión, normalización y puesta en valor edilicia e iluminación del habitáculo:

    - El contratista deberá realizar un control exhaustivo de los componentes periféricos del contenedor. Esto abarca obligatoriamente:
    - **Sistema lumínico:** Revisión, provisión y recambio de la totalidad de las luminarias, focos y artefactos estancos quemados o faltantes en las tres zonas (Hombres, Mujeres y Duchas).
    - **Griferías y desagües:** Mantenimiento de canillas, duchas, sistemas de corte automático de agua (tipo temporizadas) y limpieza de piletas de patio y rejillas de piso.
    - **Aberturas:** Inspección de herrajes de puertas, trabas de transporte militar y burletes para asegurar el correcto cerramiento estanco del módulo.

11. PLAZO DE ENTREGA:

El plazo para el inicio de las actividades correrá desde el primer día hábil siguiente a la fecha de la notificación del perfeccionamiento del documento contractual. Las tareas de mantenimiento y reparación crítico iniciales deberán ejecutarse y concluirse dentro de los primeros 45 días corridos a partir de dicha fecha.

12. INFORME DEL SERVICIO:

Para la finalización del servicio se deberá coordinar día y fecha con el Jefe o Encargado del Hospital Reubicable 303. Luego de realizadas las tareas se tendrá que dejar un informe de los trabajos realizados en cada equipo a dicho encargado.

13. CERTIFICADO DE VISITA:

Este Hospital Reubicable, por su operatividad, tendrá como fecha para la inspección de los equipos, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 0800hs a 1200hs hasta el día hábil previo al día del acto apertura, por lo cual los interesados deberán coordinar dicha inspección con el Encargado de la Unidad Requiriente del Departamento de Materiales de dicho hospital, donde se emitirá el certificado de visita correspondiente, firmado por el mismo.

CONTACTO A COORDINAR: Encargado de Unidad Requiriente: SA BRAVO Marisel, Correo: unidadrequiriente@gmail.com
Telefono: 379-405-1313

6

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-80094917-APN-DGS#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 19 de Agosto de 2026

Referencia: PByCP - 84/6-0609-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 50 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.19 20:46:44 -03:00

Manuel Alejandro Cortez
Capitán
Dirección General de Salud
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.19 20:46:45 -03:00