PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	***Hospital General 601 - Hospital Militar Central***

UOC: 084/026	
Domicilio: Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CABA	
Correo Electrónico: sccu2341@cge.mil.ar; contrataciones.hgrl601@gmail.com	
Tel/ Fax: 011 4576-5635	
Tipo: Licitación Publica	**Nº:** 84/26-0687-LPU26
Clase: De Etapa Única Nacional	
Modalidad: Sin Modalidad	
Expediente: EX-2026-94259101 - -APN-HMC#EA	
Rubro comercial: EQUIPOS	
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL H GRAL 601 - HMC.	
Costo del pliego: Sin costo	
Duración del Contrato: QUINCE (15) días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual.	

CONSULTAS DE PLIEGOS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado.	A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora establecidos en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
A través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado	A partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora del Acto de Apertura de las ofertas establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar.	En el día y horario establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento

PERIODO DE VISTAS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
El establecido en el Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional, "COMPR.AR", cuyo sitio de internet es https://comprar.gob.ar, ingresando al Proceso de Compra identificado.	DOS (2) días posteriores a la apertura de ofertas de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs.

En adelante cuando en el presente pliego se enuncie:

El "HMC": deberá entenderse como Hospital General 601 - Hospital Militar Central "Cirujano Mayor Cosme Argerich" - sito en Luis María Campos Nº 726 – CP 1426 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La "UOC": deberá entenderse por UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, sito en Luis María Campos Nº 726 – 1º Piso, CP 1426 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – Tel. 011 4576-5635

ARTÍCULO 1 – NORMAS LEGALES

a. Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
b. Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
c. Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
d. La Disposición ONC Nº 63 - E/2016 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificada por la Disposición Nro 62/2024 (DI-2024-62-APN-ONC#JGM).
e. Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO.
f. Disposición ONC Nº 65 - E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR. Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:
   - Ley N° 19.549 - Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
   - Ley N° 24.156 - Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
   - Ley N° 25.300 – Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
   - Ley N° 27.636 - Ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero.
   - Decreto Nº 659/21. REGLAMENTACION DE LA LEY N° 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero "Diana Sacayan – Lohana Berkins".
   - Guías de Sustentabilidad.

Toda la legislación mencionada, ***podrá consultarse online*** desde el sitio de web www.comprar.gob.ar; o en www.infoleg.gov.ar.- En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ARTÍCULO 2 – CONSULTAS, ACLARACIONES Y CIRCULARES.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares sólo podrán efectuarse a través del sistema "COMPR.AR" hasta TRES (3) días hábiles administrativos antes de la fecha fijada para el Acto de Apertura de las ofertas, establecido en el Cronograma previsto en el "COMPR.AR", https://comprar.gob.ar/ , para el presente procedimiento.

Para efectuar consultas al Pliego, el interesado deberá contar con el usuario y contraseña generado al registrarse como usuario.

No se aceptarán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio; así como tampoco serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

En el caso de corresponder, se confeccionarán circulares aclaratorias y/o modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en las formas citadas en el artículo 50 del Decreto 1030/2016 y sus modificatorios, bajo los criterios interpretativos plasmados en la Comunicación General ONC N° 23

del 29 de septiembre de 2021 o aquella que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 3 – NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre el Organismo Contratante y los interesados, postores, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en "COMPR.AR" https://comprar.gob.ar/ y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión.

El envío de mensajería mediante "COMPR.AR" en forma automática sólo constituye un medio de aviso.

Se recomienda a los postores revisar periódicamente el "COMPR.AR" —en particular Escritorio del Oferente— para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.

Para cualquier diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada mediante la modalidad antes expuesta por no estar alcanzada por el "COMPR.AR", se realizarán válidamente por cualquiera de los medios enumerados en el artículo 7º del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4 – PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1. PRESENTACIÓN:

a. Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora establecida en la convocatoria, a través del COMPR.AR https://comprar.gob.ar utilizando el formulario Electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

b. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

c. La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta electrónica.

d. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla y/o su confirmación en el Sistema por parte del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

e. Las ofertas que no sean ingresadas y confirmadas en el portal COMPR.AR, hasta el día y hora consignados para ello, se tendrán como no validas, sin excepción.

f. Las ofertas deberán cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el artículo 18 del PUBCG.

g. Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas.

h. La cotización deberá ser por renglón, no siendo aceptables las cotizaciones parciales.

2. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD:

Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado Nro. 1.023/01 y sus modificaciones, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los supuestos estipulados en el artículo 68 del Decreto Nro. 1030/2016.

ARTÍCULO 5 – REQUISITOS DE LAS OFERTAS

a. REQUISITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS.

1) La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG).

2) Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (artículo 5 del Decreto Nº 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561 "De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario").

3) Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda nacional. (artículo 17° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

b. REQUISITOS TÉCNICOS.

Los potenciales oferentes deberán cumplimentar la totalidad de los requisitos detallados en las Especificaciones Técnicas que se adjuntan como Anexo 2 al presente PBCP.

1) **Especificación Técnica – 84/26-5252-SCO26 (RENGLÓN 1)**

2) **Especificación Técnica – 84/26-5294-SCO26 (RENGLÓN 2)**

3) **Especificación Técnica – 84/26-5329-SCO26 (RENGLÓN 3)**

4) **Especificación Técnica – 84/26-5335-SCO26 (RENGLÓN 4)**

c. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS.

1) Garantía de mantenimiento de la oferta, equivalente al CINCO PORCIENTO (5%) del monto total de la oferta, o la constancia de haberla constituido, bajo el procedimiento establecido en el artículo 10º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65 - E/2016.

2) **Anexo 1 – "Declaración Jurada de Intereses"** prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA.

El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.

A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021). Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento como Anexo 1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".

En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: -

Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

> ***IMPORTANTE:*** *Deberá tener en cuenta lo estipulado en Comunicación General ONC Nro 7-2024 y su aclaratoria Comunicación General ONC Nro 24-2024, en la referida comunicación se hizo especial hincapié en que la Declaración Jurada de Intereses (DJI) debe presentarse junto con la OFERTA y en SIPRO, tratándose de presentaciones diferenciadas. Los proveedores deben necesariamente cumplir con ambas, por separado, aunque sendos trámites se lleven a cabo a través de la Plataforma "Trámites a Distancia".*
> *A todo evento, se aclaró oportunamente que el hecho de tener la DJI actualizada en SIPRO no exime de su presentación junto con la oferta. De igual modo, se indicó que presentar la DJI con la oferta no dispensa al interesado de la carga de presentarla en SIPRO y actualizarla, conforme la normativa vigente.*

3) Declaración Jurada de Elegibilidad como **Anexo 3** al presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4) Toda documentación que revista el carácter de declaración jurada, deberá ser firmada previamente en forma holográfica y posteriormente ser digitalizada e incorporada al momento de ingresar la oferta en el Sistema COMPRAR junto con toda otra documentación que por la presente se requiera y que debiera ser adjuntada en formato digital.-

ARTÍCULO 6 - OFERTAS ALTERNATIVAS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Decreto Nº 1030/2016.-

ARTÍCULO 7 - OFERTAS VARIANTES.

No se aceptarán Ofertas Variantes. (Artículo 57° del Decreto 1030/2016 y artículo 19° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).-

ARTÍCULO 8 – GARANTÍAS.

a. **Clases** (artículo 78 del Decreto 1030/16)

Todo oferente y/o adjudicatario deberá constituir garantía, a saber:

1) **De mantenimiento de la oferta**: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

La garantía se deberá individualizar en el portal de COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

El original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberán ser presentados en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, sita en Av. Luis María Campos Nº 726 – CABA, en el horario de 0800 a 1300 horas, dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, contado a partir del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada.

2) **De cumplimiento del contrato**: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato.

La garantía se deberá individualizar en el portal del sistema COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

3) **De impugnación al Dictamen de Evaluación:** TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Asimismo, para los supuestos establecidos en el 3º, 4º y 5º párrafo del artículo 32, Inciso a) de la Disposición Nº 63-E/2016. Deberá constituirse con carácter previo a la presentación de la impugnación contra el Dictamen de Evaluación de Ofertas. Dicha garantía deberá ser presentada en la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, sita en Av. Luis María Campos Nº 726 – CABA, en el horario de 0800 a 1300 horas.

b. **Formas** (artículo 46 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG)

De todas las formas de constitución de garantías previstas en el artículo 46 de la Disposición 63 – E/2016 (PUBCG) y su modificación inserta mediante la Disposición ONC N° 96/2019, deberán

tenerse especial atención a las siguientes consideraciones particulares:

1) **Depósito bancario:** No se recibirán garantías en efectivo, debido que la cuenta correspondiente al Hospital General 601 – Hospital Militar Central se encuentra embargada.

2) **Pólizas de seguros de caución**: "Solo se aceptarán Pólizas Electrónicas de Seguro de Caución", emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del **EJÉRCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT: 30-54669051-9** con domicilio en **AVENIDA LUIS MARIA CAMPOS 726 – CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**, debiendo cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

   a) La póliza electrónica de seguro de caución queda exceptuada de la presentación física del documento. Para ello, la UOC cotejará los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta electrónica y dará conformidad de su presentación según lo establece la Disposición ONC N° 109/2019.

   b) Los seguros de caución que correspondan a las garantías de cumplimiento de contrato deberán contener, además, una cláusula mediante la cual el asegurador se constituya en fiador solidario, liso y llano con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la interpelación judicial previa

3) P**agaré a la vista**: extendidas a favor del **EJÉRCITO ARGENTINO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT: 30-54669051-9** con domicilio en **AVENIDA LUIS MARIA CAMPOS 726 – CUIDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES**, debiendo cubrir el período correspondiente hasta la finalización de los compromisos emergentes del contrato.

Cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la garantía de mantenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiere establecido en el pliego, no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M), equivalentes al monto total de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 10.400.000,00).

Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

El HMC solicitará al adjudicatario la sustitución de la compañía de seguros, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

c. **Devoluciones de garantías** (Artículo 43 de la Disposición 62 – E/2016 (Manual de Procedimiento)

1) Las devoluciones de garantías deberán estarse a lo establecido en la Disposición ONC N° 62 – E/2016.

2) La devolución de las garantías constituidas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución se realizará a través de la plataforma "Trámites a Distancia" y dentro de los plazos fijados aplicados según el procedimiento de selección correspondiente.

d. **Excepciones a la obligación de presentar garantías**: (artículo 80 del Decreto Nº 1030/2016)

Cuando el monto de la oferta y/u Orden de Compra no supere la suma de PESOS CUARENTA MILLONES CON 00/100 ($ 40.000.000,00), los oferentes y/o adjudicatarios estarán exentos de conformar las garantías que correspondiesen.

e. **Valor del módulo:** UN (1) Módulo es equivalente a PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00).

ARTÍCULO 9 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto apertura. Si el oferente no manifiesta en forma expresa su fehaciente

voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada, conforme lo normado en el Artículo 54 de la Decreto delegado 1030/2016, (Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales) podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 10 - SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días hábiles administrativos, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá conforme lo normado en el Artículo 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 11 – CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE OFERTAS NO SUBSANABLES.

Serán desestimadas las ofertas, sin posibilidad de subsanación alguna, en los supuestos enunciados en el artículo 66 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030/16 y su modificatoria Decreto 811/2022.

ARTÍCULO 12 – EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Se verificará que se cumplan los aspectos formales requeridos por ley, por el Decreto Delegado Nº 1023/01, Decreto Nº 1030/16 y sus normas complementarias.

A los efectos de un correcto e idóneo asesoramiento por parte de la Comisión Evaluadora al Director del Hospital, en la evaluación de las ofertas se tendrán en consideración los aspectos formales de la totalidad de las mismas, en cuanto al cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificación Técnica y la calidad del Oferente, a saber:

a. Idoneidad del Oferente - SIPRO: Se consultará la situación actual de los oferentes en la base de datos de proveedores de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (www.comprar.gob.ar).

   Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se halla inscripto, o bien, que posee la inscripción desactualizada, intimará al oferente para que en el plazo de DOS (2) días realice las gestiones ante la ONC para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del periodo de evaluación. (Artículo 25 de la Disposición ONC 62 – E/2016)

   A tal efecto, se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas precedente.

b. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL): se consultará en el sitio web del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las Jurisdicciones Provinciales. Esta consulta se realizará el día de la Apertura de Ofertas, previo a la emisión del Dictamen de Evaluación y al momento de la respectiva Adjudicación, de corresponder.

c. Obligaciones tributarias y/o previsionales: El organismo contratante mediante el sitio web de la ARCA (Ex AFIP) realizará la evaluación dispuesta en el Artículo 3° de la Resolución General AFIP N° 4164-E/17, a los fines de determinar la habilidad para contratar respecto de las obligaciones impositivas que correspondiesen.

Cabe aclarar que, al momento de la evaluación de las ofertas, de existir deuda se procederá a intimar al oferente a subsanar dicha novedad en el plazo de TRES (3) días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 del Decreto Nº 1030/16; si no lo hiciere el oferente se constituirá en inelegible, conforme lo establece el Artículo 28º, Inciso f. del Decreto 1023/2001.

d. Evaluación técnica económica: Para la evaluación técnica económica de las ofertas admisibles, será condicionante en su elección el Informe Técnico y que el monto cotizado se encuentre dentro de los parámetros aceptables en base a los referenciados por los por la Unidad Requirente. No obstante, se dará prioridad en la elección, a aquellos que sean consideradas de primera calidad y/o de marcas reconocidas en el mercado, con el solo fin de lograr adquisiciones de servicios de excelente calidad y económicamente convenientes para el Estado Nacional.

e. Empate: De existir empate entre las ofertas cotizantes se procederá conforme al Artículo 70 del Decreto 1030/2016 y Artículo 35 de la Disposición DI-2024-62-APN-ONC#JGM (PUBCG).

f. Antecedentes negativos: En materia contractual con la Fuerza y con la Administración Pública Nacional (cumplimientos fuera de término, intimaciones por problemas de entrega informados por las unidades requirentes, Apercibimientos vigentes ONC).

g. Inelegibilidad – Decreto N° 5/26: Las Comisiones Evaluadoras (CEO) o, en su caso, a las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC's) verificaran que las ofertas de toda persona humana o jurídica no se encuentren en las listas de inhabilitados del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y el BANCO MUNDIAL (BM) por cualquiera de las causales contempladas en los mecanismos de exclusión de los citados bancos multilaterales, ampliándose de este modo, el ámbito de aplicación de las pautas de inelegibilidad del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y del Decreto N° 1169/18.

ARTÍCULO 13 – IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Para el caso en que el impugnante fuera alguien que no revisten la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o bien cuando lo que se impugnare no fuera uno o más renglones específicos, sino sobre cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación, en ambos casos, será equivalente en **PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 65/100 ($ 14.263.251,65),** conforme lo normado en el Artículo 78 del Decreto Delegado 1030/2016, artículo 29 de la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículos 38 y 39 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016.

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo, del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto Nº 1759/72 (t.o.2017) no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

No se aceptarán presentaciones impugnatorias en formato físico (papel), vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada.

LAS GARANTÍAS DE IMPUGNACIÓN SERÁN REINTEGRADAS AL IMPUGNANTE SÓLO EN CASO DE QUE LA IMPUGNACIÓN SEA RESUELTA FAVORABLE (Art 49 del Pliego de Condiciones Generales).

ARTÍCULO 14 – ADJUDICACIÓN.

La adjudicación recaerá sobre el oferente que, habiendo cumplido todos los requisitos técnicos y formales establecidos en el pliego, cotice el menor precio total para la totalidad de los bienes o servicios requeridos, garantizando la adjudicación íntegra del contrato a un único proveedor, según surja de las verificaciones y evaluaciones detalladas en el presente pliego; y será notificada mediante difusión en el sitio https://comprar.gob.ar, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo.

ARTÍCULO 15 – PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico, conforme lo previsto en el Artículo 43° de la Disposición 63-E/2016 (PUBCG).

ARTÍCULO 16 – GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

a. Tributos que correspondan;

b. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

c. Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

d. Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

e. Costo del flete hasta el lugar de entrega indicado en el Pliego.

f. El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a terceros y propios de la Fuerza, en caso de un mal montaje de productos y/o repuestos.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario todo accidente de trabajo que ocurra con el personal dependiente, así como la reparación de todos los daños, totales o parciales, en las personas y/o bienes propios y de terceros, como consecuencia de la prestación del servicio en cuestión. Se desvincula al HMC de pretensiones que generen dichas situaciones y/o futuros reclamos que deriven del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende.

ARTÍCULO 17 – RECEPCIÓN DEL EFECTO

La COMISIÓN DE RECEPCÍON DE EFECTOS (CRE) deberá cumplir lo prescripto en los artículos 45° al 48° de la Disposición ONC N° 62 – E/2016.

a. Lugar y plazo de entrega:

1) **Lugar**: Comisión Receptora de Efectos del Hospital General 601– Hospital Militar Central "Cirujano Mayor Dr. Cosme ARGERICH"- Avenida Luis María CAMPOS 726, CABA.
2) **Plazo**: QUINCE (15) días hábiles a partir del perfeccionamiento del documento contractual.

b. Conformidad de la recepción:

La CRE recibirá con carácter provisional y los remitos que se firmen al momento de la entrega de los mismos quedarán sujetos a la conformidad definitiva.

La CRE controlará previamente la provisión con el presente Pliego y las Especificaciones Técnicas respectivas, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

A los efectos de la conformidad de la recepción, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1) CUMPLIMIENTO:

   En el caso en que verificara que los efectos cumplen con las condiciones establecidas en el PBCP y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, otorgará la conformidad de la recepción mediante la emisión del correspondiente "Acta de Recepción Definitiva", la que notificará fehacientemente a través del correo electrónico oficial **(crehmc@gmail.com).**

2) INCUMPLIMIENTO:

   a) En el caso en que verificara faltantes en la provisión de los efectos, intimará al proveedor al cumplimiento del contrato, de modo fehaciente mediante correo electrónico oficial.

   b) En el caso en que verificara que los efectos y/o el servicio no cumple con lo solicitado en el PBCP y las Especificaciones Técnicas que rigieron el llamado, intimará al proveedor, de modo fehaciente mediante correo electrónico oficial, a que realice las acciones que fueran necesarias para dar cumplimiento al contrato, dentro del plazo que le fije al efecto.

   c) Si la entrega de los servicios no cumplimentase la prestación conforme a PBCP, luego de la intimación, se realizará fuera de los plazos de cumplimiento originalmente pactados, corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento de la obligación.

La conformidad de la recepción se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la recepción de los bienes y/o servicios objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.

c. Extensión del plazo de cumplimiento:

Tal como lo cita el artículo 55 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016, la extensión del plazo de cumplimiento de contrato sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Nosocomio admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá dirigirse a la CRE, por escrito y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación de entrega del bien, exponiendo los motivos de la demora, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL – Av. Luis María Campos Nº 726, 1er Piso, CP 1426 – CABA, o al correo electrónico crehmc@gmail.com. De resultar admisible, será aceptada por la CRE.

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102° del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 18 - ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

El estado Nacional canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única de Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el Tesoro nacional se efectúan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen - Artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC N° 63 – E/2016 (PUBCG).

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el Alta de Beneficiario pertinente en el Ministerio de Economía, sito en Hipólito Irigoyen N° 250 7° Piso Oficina

701 C.A.B.A. o a través de la División Tesorería del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL – Av. Luis María Campos Nº 726, 1er Piso – CABA en días hábiles de 0800 a 1200 hs.

ARTÍCULO 19 – FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO.

a. Las facturas deberán ser presentadas en el Departamento Contaduría y Finanzas – División Contabilidad, a la dirección postal del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL – Av. Luis María Campos Nº 726, 1er Piso – CABA –, o a los correos electrónicos **divisiontesoreria.hmc@gmail.com; contaduriahmc@yahoo.com.ar,** una vez recibida la notificación fehaciente del Acta de Recepción Definitiva (artículo 90 del Decreto 1030/16).

En caso de corresponder la exención, deberá adjuntar, los siguientes documentos, al momento de enviar la factura al correo mencionado anteriormente:

1) **Impuesto al Valor Agregado (IVA).**
2) **Impuesto a las Ganancias (GAN).**
3) **Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).**

b. Las facturas deberán ser confeccionadas a nombre de la **CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO / HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, CUIT 30-54669051/9,** además de reunir los requisitos que al respecto determina la ARCA (Ex AFIP) (Facturación Electrónica).

c. La CRE elevará al Departamento Contaduría y Finanzas del HMC la totalidad de los documentos, para iniciar el trámite de pago dentro de los SIETE (7) días hábiles de la fecha de recepción definitiva de la CRE.

d. El plazo para el trámite de pago por parte del Departamento Contaduría y Finanzas se iniciará una vez recibida la siguiente documentación:

1) Alta Patrimonial – CAP (Ingreso del remito por Guardia de Prevención y planilla de ingreso).

2) Acta de Recepción Definitiva del bien (ARD)

3) Copia del Remito.

e. El plazo para el pago de las facturas será realizado entre los SESENTA (60) / NOVENTA (90) días corridos – Artículo 57 de la Disposición ONC N° 63 – E/2016.

f. **Impuesto al Valor Agregado**: el HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, revista el carácter de CONSUMIDOR FINAL, debiendo el adjudicatario ajustarse en la facturación, a las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 100/98 y 1.415/03.

g. **Retenciones**: En cumplimento a lo determinado en las Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/1997, 830/2000 y 1784/2005, este Organismo actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO A LAS GANANCIAS (IG) y SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar las facturas, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta Modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

ARTÍCULO 20 – PENALIDADES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, por las causas citadas en el artículo 102 del Decreto 1030/16, a saber:

a. Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

b. Pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

c. Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

d. Rescisión por su culpa.

En el caso de los contratos de servicios o de tracto sucesivo, los pliegos de bases y condiciones particulares podrán prever la aplicación de multas por distintas faltas vinculadas a las prestaciones a cargo del proveedor. (artículo 102, Inc c), Apartado 2 del Decreto 1030/16).

ARTÍCULO 21 – SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, por las causas citadas en el artículo 106 del Decreto 1030/16, a saber:

a. Apercibimiento.

b. Suspensión.

c. Inhabilitación.

Las sanciones serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. (Art. 107, Dec. 1030/16).

ARTÍCULO 22 – TRANSFERENCIA DE ORDENES DE COMPRA

a. Si el adjudicatario quisiera transferir o ceder su orden de compra deberá presentar ante la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES la solicitud por escrito, acompañando el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y los debidos fundamentos. La UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES evaluará la solicitud y al cesionario propuesto para resolver si el mismo reúne los requisitos y antecedentes para cumplir la prestación requerida y en caso favorable, elevará las actuaciones para su aprobación a la autoridad competente.

b. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 23 – CESIONES DE DERECHOS

a. Los adjudicatarios que, cumplidas las exigencias contractuales, cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero, en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (artículos 1614 a 1631), deberá ser indefectiblemente efectuada por Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

b. La notificación de la cesión a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL deberá realizarse mediante Escritura Pública, presentándose además el testimonio de cesión, duplicados de los certificados de retención entregados por el cesionario al cedente y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano, en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción.

c. El plazo que transcurre entre la fecha de producida la cesión y la notificación de la misma, no debe ser superior a CINCO (5) días hábiles.

d. El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiarios para su posterior cancelación.

e. Para el caso de dejar sin efecto una cesión de derechos, la misma debe realizarse por Escritura Pública, notificándose de la misma a la División Contabilidad del HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, la notificación se hará mediante presentación del testimonio y DOS (2) copias certificadas de la mencionada documentación con la legalización de la firma del Escribano en caso de corresponder, si se tratara de extraña jurisdicción, en el mismo plazo que para la notificación de la cesión original.

f. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

ARTÍCULO 24. FACULTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

La autoridad competente podrá ***dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor del oferente,*** conforme a lo establecido en el Artículo 20, 2do párrafo del Decreto Nº 1023/01.

ARTÍCULO 25. OPCIONES A FAVOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

La Autoridad competente podrá:

1. Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto Delegado Nro 1023/01 y 100, Inciso a) del Decreto 1030/16.
   En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante.
2. Las modificaciones autorizadas en el inciso b) del artículo 12 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, deberán realizarse sin variar las condiciones y el precio unitario adjudicado y con la adecuación del plazo respectivo.
3. El aumento o la disminución podrá incidir sobre total del renglón de la orden de compra. En ningún caso el aumento o la disminución podrán exceder los porcentajes antes citados del importe del renglón sobre el cual recaerá el aumento o la disminución.
4. El aumento o la disminución de la prestación podrá tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato, incluida la prórroga en su caso o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato.
5. Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación correspondiente, sin otro requisito.
6. La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá en ningún caso ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de duración del mismo.

ARTÍCULO 26 - JURISDICCIÓN JUDICIAL

El HOSPITAL GENERAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL y el adjudicatario se convienen, en caso de suscitarse cualquier controversia en la interpretación y/o cumplimiento del presente contrato, que la competencia para entender en caso de conflicto, será la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, siendo válida todas las comunicaciones que se cursen en los domicilios indicados por las partes.

DOCUMENTOS AGREGADOS

- Anexo 1 – Funcionarios con Competencia - Declaración Jurada de Intereses - Decreto 202/17.
- Anexo 2 – Especificaciones Técnicas.
- Anexo 3 – Declaración Jurada de Elegibilidad.

ANEXO 1 – DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/17

Declaración Jurada de Intereses – Decreto Nº 202/2017

Organismo Contratante:	**Ejército Argentino – Hospital General 601 – Hospital Militar Central**
Correo Electrónico:	**sccu2341@cge.mil.ar; contrataciones.hgrl601@gmail.com**
Denominación de la UOC:	**011 4576-5635**

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Nº de Proceso: 84/26-0687-LPU26
Tipo: Licitación Publica **Clase:** De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente: EX-2026-94259101 - -APN-HMC#EA
Rubro comercial: EQUIPOS
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL H GRAL 601 - HMC.

TEXTO

Conforme lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto PEN Nº 202/2017, y su modificación en Comunicación General ONC 7/2024, *a través del cual se comunicó la Resolución N° RESOL-2023-4-APN-OA#PTE donde se aprobó el "Modelo de Formulario Digital de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/2017" – individualizado como ACTO-2023-106005735-APN-DPPT#OA y lo comunicado en Comunicación General ONC 21/2024*, en cumplimiento de las reglas de ética e integridad, y con el fin de suministrar la información para que los oferentes puedan cumplir con la obligatoriedad de lo establecido en el mencionado decreto, pongo en conocimiento la nómina de los funcionarios con competencia de decisión sobre el procedimiento de selección en cuestión.

AUTORIDADES COMPETENTES

AUTORIZAR CONVOCATORIA Y ELECCIÓN DE PROCEDIMIENTO	
Nombre/s	GERARDO RAMON
Apellido/s	BANEGAS
DNI	22.329.072
Cargo	DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL 601 – HMC
Jurisdicción	EJÉRCITO ARGENTINO
APROBAR PROCEDIMIENTO Y ADJUDICAR	
Nombre/s	GERARDO RAMON
Apellido/s	BANEGAS
DNI	22.329.072
Cargo	DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL 601 – HMC
Jurisdicción	EJÉRCITO ARGENTINO

_____
FIRMA Y ACLARACIÓN

ANEXO 2 – ESPECIFICACION TECNICA (84/26-5252-SCO26) RENGLON 1

EJERCITO ARGENTINO
H GRL 601- HMC
"Cir My Cosme Argerich"

"2026- Año de la Grandeza Argentina"

Especificación Técnica Nro 06/26 para la Adquisición de Equipamiento Electromédico
División Electromedicina – 2026

1. **Objeto:** Efectuar la adquisición de Sistema de Ultrasonido necesario para el correcto funcionamiento del Departamento de Emergencias Médicas del H Grl 601 - HMC.

2. **Efectos a adquirir:** según solicitud de contratación 84/26-5252-SCO26

3. **Especificaciones Técnicas (ET):**

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificaciones Técnicas
01	Adquisición de Sistema de Ultrasonido	**I. Estado** El equipamiento deberá ser nuevo de fábrica, sin uso previo, correspondiente a un modelo vigente, con una antigüedad de fabricación no mayor a doce meses a la fecha de recepción y en perfecto estado de conservación, entregado en su embalaje original cerrado. No se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished), de demostración (demo), reconstruidos (remanufactured) ni discontinuados por el fabricante. **II. Función** Permitir la adquisición de imágenes ecográficas de tejidos del cuerpo humano mediante la transmisión y recepción acústica digital, el procesamiento de señales en tiempo real y su visualización en una pantalla. Permitir el almacenamiento nativo de imágenes estáticas, secuencias de video y datos crudos, con capacidad de exportación e integración a redes hospitalarias. **III. Aplicación clínica requerida del Sistema** El sistema de ultrasonido deberá estar configurado para la evaluación ecográfica a la cabecera del paciente en servicios de urgencias y unidades de cuidados intensivos, incluyendo como mínimo las capacidades listadas a continuación. **A. Diagnóstico y evaluación ecográfica:** 1. Protocolo eFAST (Evaluación Focalizada Extendida con Ecografía para Traumatismos) 2. Ecografía pulmonar y pleural (evaluación de neumotórax, consolidaciones y derrame pleural) 3. Ecografía abdominal y detección de líquido libre (ascitis) 4. Ecografía vascular venosa periférica (evaluación de permeabilidad y descarte de trombosis venosa profunda (TVP)) 5. Medición del diámetro de la vaina del nervio óptico (DVNO). **B. Guiado de procedimientos e intervencionismo:** 1. Canalización de accesos venosos centrales y periféricos bajo visión directa. 2. Colocación de catéteres vasculares avanzados y de drenaje. 3. Punciones ecoguiadas diagnósticas y terapéuticas. **IV. Partes componentes mínimas requeridas** **A. Interfaz de Usuario** **B. Unidad Principal de Procesamiento acústico** **C. Base rodante para soporte y traslado** **D. Accesorios** **1. Transductor Lineal** **2. Transductor Convexo** **3. Transductor Sectorial (Phased Array)** **4. Módulo de adquisición de señal Electrocardiográfica (ECG)** **V. Tipo de sistema** El sistema deberá ser del tipo institucional, es decir, la Unidad Principal no podrá desmontarse de la Base rodante para soporte y traslado. No se aceptarán equipos portátiles montados sobre carros adaptados. **VI. Interfaz de usuario** **A. Sistema para el ingreso de instrucciones** El mismo deberá estar conformado al menos por los siguientes elementos. 1. Panel de control 2. Teclado alfanumérico **a. Tipo de diseño:** QWERTY

1

B. Sistema para la presentación de imágenes, mediciones y cálculos

1. **Monitor**
   a. **Tecnología de pantalla:** Pantalla de Cristal Líquido (LCD) con retroiluminación LED o superior
   b. **Tamaño mínimo requerido:** 21,5"
   c. **Resolución mínima requerida:** 1920 x 1080 (Full HD)

VII. Unidad principal

A. Sistema de adquisición de señales

B. Modos de Imagen

El sistema deberá disponer al menos de los siguientes modos de imagen

1. Modo Brillo (B)
2. Modo Movimiento (M)
3. Modo Movimiento Anatómico (MA)
4. Modo Doppler Continuo (CW)
5. Modo Doppler Pulsado (PW)
6. Modo Doppler Pulsado de Alta Frecuencia de Repetición de Pulsos (HPRF)
7. Modo Doppler Color
8. Modo Doppler Color M
9. Modo Doppler de Potencia (Power Doppler)
10. Modo Doppler de Potencia Direccional (Directional Power Doppler)
11. Modo Doppler Tisular (TDI)
    a. Doppler Tisular de Velocidad
    b. Doppler Tisular de Energía
    c. Doppler Tisular Pulsado
    d. Doppler Tisular en modo M
12. Imagen Panorámica Continua en Tiempo Real
13. Elastografía por Deformación

C. Sistema de Pre-Procesamiento de señal

1. **Arquitectura acústica:** El sistema deberá contar con tecnología para la formación de haz, basada en software, mediante transmisión por zonas anchas y procesamiento de datos en el dominio del canal, con enfoque dinámico sintético en todo el campo de visión.
2. **Funciones de Pre-Procesamiento señal requeridas**
   a. Ajuste de Frecuencia
   b. Activación de Imagen Armónica de Tejidos (THI)
   c. Ajuste de Ganancia
   d. Ajuste de Ganancia de Color
   e. Ajuste de la Profundidad de muestreo.
   f. Compensación de la Ganancia de Tiempo (TGC).
   g. Compensación de Ganancia Lateral (LGC)
   h. Ajuste de Inclinación del Haz
   i. Ajuste de Densidad de Líneas
   j. Ajuste de Rango dinámico
   k. Activación de suavizado (Smooth)
   l. Reducción de ruido Moteado (Speckle Reduction)
   m. Persistencia
   n. Inversión Horizontal de imagen
   o. Inversión Vertical de imagen
   p. Rotación de imagen
   q. Imagen de Composición Espacial
   r. Optimización de la velocidad del sonido por tipo de tejido
   s. Realce de la Resolución de Contraste
   t. Optimización Automática de Imagen
   u. Procesamiento Adaptativo de la Señal Ecográfica
   v. Reducción de Niebla Acústica
   w. Ajuste del tamaño y la posición de la Región de Interés (ROI)
   x. Visualización Dual Simultánea en Tiempo Real
   y. Tamaño del Paquete de Pulsos
   z. Ajuste del Estado de la Velocidad del Flujo
   aa. Frecuencia de Repetición de Pulsos
   bb. Filtro pasa alto
   cc. Rastreo Automático de Vasos
   dd. Flujo de Alta Resolución
   ee. Ajuste de Ganancia de Doppler Potencia
   ff. Ajuste de Ventana de Muestra Doppler Pulsado
   gg. Ajuste de Posición de Foco en Doppler Continuo
   hh. Ajuste de Calidad de imagen
   ii. Balance de Resolución temporal / espacial

jj. Campo de Visión Extendido
kk. Realce de Aguja

D. Funciones de Post – Procesamiento de señal requeridas
1. Amplificación a Pantalla Completa
2. Ajuste de contraste de la escala de grises
3. Colerización de la Escala de Grises
4. Desplazamiento de la Línea Base
5. Inversión de la señal Doppler
6. Mapa de Color Doppler
7. Prioridad por Color
8. Etiquetado de velocidad.
9. Visualización Doppler con relieve
10. Velocidad de barrido
11. Realce de bordes
12. Ajuste de Suavizado del trazado
13. Activación de Marcas de Tiempo
14. Cálculos Automáticos
15. Corrección de Ángulo Doppler
16. Ajuste de Volumen Audio Doppler
17. Conteo y Medición Automática de Folículos ováricos
18. Medición Automática de la Íntima Media
19. Medición Biométrica Fetal Automatizada
20. Medición Automática de Translucencia Nucal
21. Reconstrucción 3D a Mano Libre
22. Medición Automática del Volumen Vesical

E. Sistema de Gestión de Pacientes
El equipo deberá contar con una plataforma integrada de gestión de datos de pacientes que permita realizar las siguientes acciones.
1. Ingreso de datos demográficos
2. Almacenamiento de imágenes y videos del examen completo
3. Revisión retrospectiva del examen
4. Elaboración de Informes estructurados con imágenes integradas.
5. Exportación de Informes

F. Herramientas de asistencia al usuario
El sistema deberá contar con las siguientes herramientas.
1. **Automatización del flujo de trabajo**
   Protocolos de automatización del flujo de trabajo clínico paso a paso.
2. **Tutorial de Ultrasonido Integrado**
   Tutorial de ecografía y guía anatómica interactiva integrada en pantalla.

G. Sistema de Almacenamiento de Datos
Permitir el grabado de imágenes, secuencias de video y audio como datos crudos (raw data), con capacidad de reproducción nativa en el equipo.
1. **Tipo de Almacenamiento**
   a. **Interno:** Unidad de disco de estado sólido (SSD) de al menos 512 GB
   b. **Externo:** al menos mediante la conexión de dispositivos de memoria flash USB y red.
2. **Formatos**
   a. **Imágenes:** al menos en los formatos BMP, JPG, PNG y DICOM (DCM)
   b. **Videos:** al menos en los formatos AVI, MP4 y DCM

H. Puertos de conexión de señales de Entrada/Salida
1. **Puertos de conexión para transductores requeridos:** al menos 3 (tres) activos seleccionables por software.
2. **Puertos de Datos requeridos.**
   a. **Tipo de transmisión:** Serie
   b. **Tipo de conector:** USB tipo A o USB tipo C.
   c. **Estándar:** 2.0
      i. **Cantidad:** al menos 2 (dos)
   d. **Estándar:** 3.0
      i. **Cantidad:** al menos 2 (dos)
3. **Puertos de salida de video requeridos**
   a. **Tipo de señal:** Digital
   b. **Tipo de conector:** HDMI
   c. **Cantidad mínima:** al menos 1 (uno)
4. **Puertos de red requeridos**
   a. **Tipo de conector:** RJ45
   b. **Cantidad mínima:** 1 (uno)

I. Conectividad: deberá permitir la transferencia de datos mediante conexión inalámbrica.
1. **Tipo de adaptador inalámbrico:** integrado.
2. **Tecnología de comunicación requerida:** al menos Wi-Fi.

J. Estándar para las Imágenes Médicas
Estándar requerido: licencia DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine), para la generación, almacenamiento, envío de imágenes a través de la red para su impresión o almacenamiento en el Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) y para el manejo de listas de trabajo.

K. Paquete de Servicios compartidos requeridos
Deberá incluir los paquetes clínicos completos de software y cálculo de Abdomen, Cardiología, Ginecología, Medicina de Emergencias, Obstetricia, Pediatría, Partes Pequeñas, Sistema Nervioso, Urología y Vascular.

L. Seguridad Informática
El sistema deberá contar con un software antivirus de forma de evitar ataques de virus, spyware u otros programas maliciosos.

VIII. Base rodante para soporte y traslado

A. Posicionamiento

1. **Monitor:** deberá estar soportado mediante un sistema que permita el desplazamiento de la pantalla hacia adelante, hacia atrás y a los lados de forma independiente.
2. **Sistema de interfaz:** deberá estar soportado mediante un sistema que permita la variación vertical en altura del panel de control y el teclado junto con el monitor.

B. Tren rodante: Deberá poseer un tren rodante para facilitar su traslado, el cual se deberá poder bloquear para fijar el equipo en la ubicación deseada y evitar el desplazamiento accidental del mismo.

IX. Accesorios
Se deberá proveer con el sistema los siguientes componentes.

A. Transductores
El sistema deberá contar al menos con los siguientes transductores.

1. **Transductor Lineal**
   a. **Rango de Frecuencia operativa:** al menos desde 3.0 a 13.0 MHz
   b. **Región de aplicación:** Superficie corporal
   c. **Uso previsto:**
      i. Órganos pequeños
      ii. Aparato locomotor
      iii. Sistema nervioso
      iv. Sistema vascular
   d. **Modos de captura compatibles:**
      i. B
      ii. M
      iii. MA
      iv. PW
      v. Doppler Color
      vi. Doppler Potencia
      vii. Imagen Panorámica Continua en Tiempo Real
      viii. Elastografía por Compresión
   e. **Cantidad:** al menos 1 (uno)

2. **Transductor Convexo**
   a. **Rango de Frecuencia operativa:** al menos desde 1.2 a 6.0 MHz
   b. **Lugar de aplicación:** Superficie corporal
   c. **Uso previsto:**
      i. Órganos pequeños
      ii. Región Abdominal
      iii. Región Torácica / Pleural
      iv. Aparato locomotor
      v. Sistema nervioso
      vi. Sistema vascular
      vii. Ginecología
      viii. Obstetricia
      ix. Urología
   d. **Modos de captura compatibles:**
      i. B
      ii. M
      iii. MA
      iv. PW
      v. Doppler Color
      vi. Doppler Color M
      vii. Doppler Potencia
      viii. Imagen Panorámica Continua en Tiempo Real
   e. **Cantidad:** al menos 1 (uno)

3. **Transductor Sectorial (Phased Array)**
   a. **Rango de Frecuencia operativa:** al menos desde 1.5 a 4.5 MHz
   b. **Lugar de aplicación:** Superficie corporal
   c. **Uso previsto:**
      i. Región Abdominal
      ii. Ecocardiografía
      iii. Región Cefálica
      iv. Región Torácica / Pleural
      v. Aparato locomotor
      vi. Sistema vascular
      vii. Ginecología
      viii. Obstetricia
   d. **Modos de captura compatibles:**
      i. B
      ii. M
      iii. MA
      iv. PW
      v. Doppler Color
      vi. Doppler Color M
      vii. Doppler Potencia
      viii. TDI
      ix. Imagen Panorámica Continua en Tiempo Real
   e. **Cantidad:** al menos 1 (uno)

B. Módulo para adquisición de señal electrocardiográfica (ECG)
Deberá incluir todos los cables necesarios para su conexión con el paciente y, en caso de requerir, con la Unidad Principal.
El Módulo como el cable provisto deberán ser a prueba de desfibrilación.

X. Condiciones de alimentación
El sistema deberá poder funcionar alimentado al menos bajo las siguientes modalidades.

A. Conectado a la red de distribución eléctrica
1. **Tipo de sistema de alimentación:** Monofásico.
2. **Tensión nominal de alimentación:** 220V de Corriente Alterna (CA).
3. **Fluctuaciones de tensión admisible:** al menos ± 10%.
4. **Frecuencia:** 50Hz.

B. A batería
1. **Tipo:** Interna
2. **Tecnología:** batería de iones de litio
3. **Autonomía mínima requerida:** 60 minutos.

XI. Seguridad requerida
A. Seguridad Eléctrica: Norma IEC 60601-1 o equivalente
B. Compatibilidad Electromagnética (CEM): Norma IEC 60601-1-2 o equivalente

XII.Documentación Técnica
Todos los componentes que integran el sistema deberán ser entregados con sus correspondientes manuales, a saber:
A. Manual de Operación en español.

B. Manual de Servicio Técnico, que incluya diagramas completos de circuitos eléctricos, electrónicos y procedimientos detallados de mantenimiento preventivos y correctivos del equipo.

C. Certificado de calibración o de control de calidad.

XIII. Garantía Técnica
A. Los equipos estarán amparados por un "Certificado de Garantía de Calidad" escrito, contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el Adjudicatario al momento de la entrega, por un período no inferior a 12 (doce) meses a partir de la recepción definitiva del mismo.

B. Ante el reemplazo de un equipo, repuesto o accesorio por falla dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo elemento entregado estará amparado exclusivamente por un nuevo período de igual duración que el del original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo.

C. El "Certificado de Garantía de Calidad" incluirá una cláusula en la cual se exprese fehacientemente que el Adjudicatario se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor a 30 (treinta) días.

D. Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del Adjudicatario.

		E. El adjudicatario, dentro de las obligaciones de la garantía, deberá comprometerse a brindar un servicio de post venta de asesoramiento técnico, cuando se requiera información adicional, para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema. **XIV. Puesta en Servicio** La instalación, conexionado, configuración y puesta en marcha del sistema será obligación del adjudicatario. La realización de la misma deberá ser coordinada previamente con la División Electromedicina – Departamento Materiales. **XV. Requisitos de Post Venta** **A.** Los equipos deberán contar a nivel nacional, con capacidad técnica para el mantenimiento necesario de los mismos. **B.** Se deberá garantizar por un período no menor a 5 (cinco) años la obtención de insumos y repuestos en el mercado relacionados con el mantenimiento de los equipos. **C.**

4. <u>Documentación a presentar con las ofertas</u>

A fin de efectuar la Evaluación Técnica del material ofertado, los Oferentes deberán adjuntar a sus Ofertas lo siguiente:

I. Folletos y hojas técnicas, que describan las características establecidas en la presente Especificación Técnica de los efectos ofertados, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. Toda documentación (folletos y hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

B. El folleto u hoja técnica no deberán ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la Marca, el Modelo, el Origen y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 3.

II. Certificaciones, de acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la comercialización de Productos Médicos, al perfil de la empresa oferente y a las características de los efectos ofertados.

A. Habilitación de Establecimiento y Buenas Prácticas

1. Fabricante o Importador de productos médicos

i. Habilitación del Establecimiento: Copia de Disposición y Certificado de Habilitación del Establecimiento, emitidos por la A.N.M.A.T., de conformidad con la Disposición 2319/02 (TO 2004).

ii. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación: Copia del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, emitido por la ANMAT, de conformidad con las disposiciones disposición 3266/13, disposición 7425/13 y sus actualizaciones bajo disposición 2096/22.

iii. Obligatoriedad de Presentación Conjunta: La habilitación del establecimiento y el certificado de BPF vigente deberán presentarse de manera conjunta, careciendo de validez su presentación por separado.

2. Distribuidor de productos médicos

i. **Documentación de Respaldo:** Copias de toda la documentación exigida en los puntos i, ii y iii del apartado 1 (Habilitación del establecimiento y BPF vigentes) correspondientes al Fabricante o Importador que sea titular del producto medico ofertado.

ii. **Nexo comercial Obligatorio:** nota emitida por el Fabricante o Importador titular del producto médico, con firma del representante legal (apoderado) o responsable técnico, que certifique de manera explícita el vínculo comercial existente respecto del distribuidor, autorizándolo a comercializar y distribuir el equipamiento ofertado en la presente licitación.

iii. **Habilitación del Distribuidor:** Copia de la habilitación de su establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, siempre que la legislación provincial asi lo prevea.

B. Registro del Producto Médico

1. Equipo o sistema principal
Copia del Certificado de Registro del producto médico vigente emitido por la ANMAT, de conformidad con la Disposición 64/2025.

2. Accesorios y consumibles
Todos los accesorios, partes y consumibles ofertados que califiquen como productos médicos conforme a la normativa de la ANMAT, deberán contar con su correspondiente Registro de Producto Médico vigente bajo la Disposición ANMAT N° 64/2025, ya sea de forma independiente o figurando explícitamente como accesorios autorizados dentro del Certificado de Registro del equipo principal ofertado.

5. <u>Inspección y recepción de los efectos</u>

I. **Plazo de entrega**: El plazo de entrega será de 15 días hábiles a partir del Perfeccionamiento del Documento Contractual.

II. **Lugar:** Comisión Receptora de Efectos (CRE) del HOSPITAL GENERAL CENTRAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Av Luis María Campos Nro 726 – CABA.

III. **Oportunidad**: De lunes a viernes en el horario comprendido entre las 08:00 a 12:00 horas. Se deberá coordinar el turno con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles vía mail a crehmc@gmail.com y a electromed.hmc@gmail.com.

IV. El Adjudicatario y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la Entrega y Recepción del material objeto de esta Especificación Técnica, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el especialista de la División Electromedicina.

V. **Control de Trazabilidad e Importación:** para el caso de Productos importados el oferente deberá presentar copia de Autorización de Ingreso al País emitida por la Dirección de Tecnología Médica de ANMAT donde se indique producto, marca, modelo y número de lote o serie del producto médico.

VI. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 10 (diez) días corridos.

VII. La CRE confeccionara el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que se reciba toda la documentación solicitada en la presente Especificación Técnica (Manuales de Usuario, Manuales de Servicio Técnico, Certificado de garantía de calidad).

6. Envases y embalajes

I. Los efectos se entregarán de acuerdo al envase original utilizado por el fabricante, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos.

II. El mencionado embalaje deberá ser apto para su almacenamiento por períodos prolongados en todo tipo de depósito, y sin permitir que se produzcan daños en los efectos contenidos.

7. Rotulado de seguridad

El oferente garantizará que el embalaje y los rótulos de las unidades a entregar respondan al formato oficial de la ANMAT, exhibiendo en idioma castellano la razón social del fabricante/importador, nombre del responsable técnico legalmente habilitado, la leyenda obligatoria: «Autorizado por ANMAT – PM [N° Legajo]-[N° de Producto]», número de lote o serie y fecha de fabricación.

8. Ensayos a considerar

I. En caso de discrepancias entre el Adjudicatario y la CRE sobre la calidad del equipamiento entregado y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

II. El Adjudicatario se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.

III. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el Adjudicatario en la cantidad utilizada para ese fin.

Ing. César Martín Barbera
Solicitante – Sistema COMPR.AR

Mayor Bárbara Beatriz Luján Barreto
J Dpto Mat – H Grl 601 - HMC

EJERCITO ARGENTINO - H Grl 601-HMC "Cir My Dr Cosme Argerich" -

Coronel Alfio Roberto Basile
Director Operativo – H Grl 601 - HMC

ANEXO 2 – ESPECIFICACION TECNICA (84/26-5294-SCO26) RENGLON 2

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central *Año de la Grandeza Argentina*

Especificación Técnica Nro 30/26 para la Adquisición de Equipamiento Electromédico - 2026

1. OBJETO: Efectuar la adquisición de un Sistema de Electroencefalografía (EEG) Digital, necesario para el correcto funcionamiento del Servicio de Neurología del H Grl 601 - HMC.

2. EFECTOS A ADQUIRIR: según solicitud de contratación

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificación Técnica
01	Adquisición de Sistema de Electroencefalografía (EEG) Digital	**I.Estado** El equipamiento deberá ser nuevo de fábrica, sin uso previo, correspondiente a un modelo vigente, con una antigüedad de fabricación no mayor a doce meses a la fecha de recepción y en perfecto estado de conservación, entregado en su embalaje original cerrado. No se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished), de demostración (demo), reconstruidos (remanufactured) ni discontinuados por el fabricante. **II. Función** Permitir el registro, adquisición y visualización en tiempo real de señales electroencefalográficas de superficie, mediante un sistema digital de EEG apto para su uso clínico. Permitir el almacenamiento de los trazados y estudios generados, así como la generación y exportación de informes médicos con inclusión de los trazados obtenidos, con capacidad de exportación e integración a redes hospitalarias. **III. Aplicación clínica requerida del Sistema** El sistema de electroencefalografía deberá permitir la realización de estudios diagnósticos de alta resolución, incluyendo como mínimo las capacidades listadas a continuación: **A.** Sistema de cabezales amplificadores acoplables que permita modular el equipo desde una configuración mínima de 36 canales hasta 256 canales. **B.** Conexión con el computador y alimentación a través de cable USB, sin requerir conexión a 110/220 Volts, a fin de eliminar riesgos de descarga eléctrica e interferencias. **C.** Puerto serial incorporado para el manejo de una amplia gama de estimuladores externos (opcionales), con marcación sincronizada en el trazado. **D.** Función que permita operar los cabezales amplificadores en modo monopolar (referencial) y en modo 100% diferencial. **E.** Adquisición simultánea en alta velocidad y resolución, mediante software de 32 bits bajo entorno Windows®, con compatibilidad total con computadoras e impresoras, funcionamiento en red y acceso a Internet. **F.** Posibilidad de exportar los trazados e informes en formato PDF, para su lectura en cualquier computador remoto sin necesidad de licencias adicionales. **IV. Partes componentes mínimas requeridas** **I. Interfase de adquisición.** **II. Preamplificador principal.** **III. Preamplificador secundario.** **IV. Accesorios de adquisición.** **V. Software.** **VI. Computadora soporte.** **VII. Fotoestimulador de estado sólido.** **VIII. Módulo de video EEG/PSG digital.**

1

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central *Año de la Grandeza Argentina*

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificación Técnica
		V. Interfase de adquisición **A.** Interfase optoaislada USB, apta para operar con la cadena de preamplificadores del sistema. **B.** Puerto serial incorporado para manejo de estimuladores externos (opcionales). ***VI. Preamplificador principal*** **A.** 20 canales, con entradas activas monopolares más entradas referenciales (configuración 10/20). **B.** Posibilidad de operar como preamplificador de entradas totalmente diferenciales. **C.** Entrada adicional multicanal para uso de casco de electrodos, grilla de corticografía o calibrador externo. ***VII. Preamplificador secundario*** **A.** 16 canales, con entradas activas monopolares más entradas referenciales. **B.** Posibilidad de operar como preamplificador de entradas totalmente diferenciales. ***VIII. Accesorios de adquisición*** **A.** Set completo de cables y electrodos para el registro. ***IX. Software*** **A.** Licencia de uso de software con llave de habilitación, que incluya como mínimo los siguientes módulos: **B.** Base de datos para manejo de pacientes y estudios. **C.** Módulo de adquisición de EEG bajo entorno Windows®. **D.** Módulo de mapeo topográfico cerebral, frecuencial y temporal; histogramas de frecuencias; mapeo espectral; mapeo estadístico; tablas de potencia espectral; coherencia espectral, entre otras funcionalidades de análisis. ***X. Computadora soporte tipo notebook*** **A.** Procesador **1.** tipo Intel Core i3/i5 o superior, compatible con el equipo cotizado. **2.** Memoria RAM 12 GB **3.** Puertos USB 3 (tres). **4.** HDSS 1 TB **5.** Sistema operativo Windows **B.** Monitor: **1.** Tecnología de la pantalla: Pantalla de cristal líquido (LCD) con retroalimentación LED o superior. **2.** Tamaño mínimo requerido: 14" **XI. Fotoestimulador de estado sólido** **A.** Fotoestimulador con LEDs, telecomandado, con generación automática de marcas sobre el trazado. **XII. Módulo de video EEG/PSG digital** Sistema de adquisición de video digital en color de alta resolución, totalmente sincrónico con la señal poligráfica, con exhibición y grabación conjunta en disco rígido de estímulos, respuestas e imagen del paciente en formato de video de alta calidad, compuesto por: **A.** Software de adquisición y compresión de video digital con licencia de uso. **B.** Cámara IP tipo domo, multifocal y telecomandable, con control remoto de pan, tilt y distancia focal. **XIII. Documentación técnica** Todos los componentes que integran el sistema deberán ser entregados con sus correspondientes manuales, a saber: **A.** Manual de Operación en español. **B.** Manual de Servicio Técnico, que incluya diagramas completos de circuitos eléctricos, electrónicos y procedimientos detallados de mantenimiento preventivos y correctivos del equipo. **C.** Certificado de calibración o de control de calidad.

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central
Año de la Grandeza Argentina

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificación Técnica
		XIV. Garantía técnica **A.** Los equipos estarán amparados por un "Certificado de Garantía de Calidad" escrito, contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el Adjudicatario al momento de la entrega, por un período no inferior a 12 (doce) meses a partir de la recepción definitiva del mismo. **B.** Ante el reemplazo de un equipo, repuesto o accesorio por falla dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo elemento entregado estará amparado exclusivamente por un nuevo período de igual duración que el del original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo. **C.** El "Certificado de Garantía de Calidad" incluirá una cláusula en la cual se exprese fehacientemente que el Adjudicatario se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. **D.** Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del Adjudicatario. **E.** El adjudicatario, dentro de las obligaciones de la garantía, deberá comprometerse a brindar un servicio de post venta de asesoramiento técnico, cuando se requiera información adicional, para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema. **XV. Puesta en Servicio** La instalación, conexionado, configuración y puesta en marcha del sistema será obligación del adjudicatario. La realización de la misma deberá ser coordinada previamente con la División Electromedicina – Departamento Materiales. **XVI. Requisitos de Post Venta** **A.** Los equipos deberán contar a nivel nacional, con capacidad técnica para el mantenimiento necesario de los mismos. **B.** Se deberá garantizar por un período no menor a 5 (cinco) años la obtención de insumos y repuestos en el mercado relacionados con el mantenimiento de los equipos.

4. <u>Documentación a presentar con las ofertas</u>

A fin de efectuar la Evaluación Técnica del material ofertado, los Oferentes deberán adjuntar a sus Ofertas lo siguiente:

I. Folletos y hojas técnicas, que describan las características establecidas en la presente Especificación Técnica de los efectos ofertados, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. Toda documentación (folletos y hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

B. El folleto u hoja técnica no deberán ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la Marca, el Modelo, el Origen y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 3.

II. Certificaciones, de acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la comercialización de

3

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central *Año de la Grandeza Argentina*

Productos Médicos, al perfil de la empresa oferente y a las características de los efectos ofertados.

A. Habilitación de Establecimiento y Buenas Prácticas

1. Fabricante o Importador de productos médicos

i. **Habilitación del Establecimiento:** Copia de Disposición y Certificado de Habilitación del Establecimiento, emitidos por la A.N.M.A.T., de conformidad con la Disposición 2319/02 (TO 2004).

ii. **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación:** Copia del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, emitido por la ANMAT, de conformidad con las disposiciones disposición 3266/13, disposición 7425/13 y sus actualizaciones bajo disposición 2096/22.

iii. **Obligatoriedad de Presentación Conjunta:** La habilitación del establecimiento y el certificado de BPF vigente deberán presentarse de manera conjunta, careciendo de validez su presentación por separado.

2. Distribuidor de productos médicos

i. **Documentación de Respaldo:** Copias de toda la documentación exigida en los puntos i, ii y iii del apartado 1 (Habilitación del establecimiento y BPF vigentes) correspondientes al Fabricante o Importador que sea titular del producto medico ofertado.

ii. **Nexo comercial Obligatorio:** nota emitida por el Fabricante o Importador titular del producto médico, con firma del representante legal (apoderado) o responsable técnico, que certifique de manera explícita el vínculo comercial existente respecto del distribuidor, autorizándolo a comercializar y distribuir el equipamiento ofertado en la presente licitación.

iii. **Habilitación del Distribuidor:** Copia de la habilitación de su establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, siempre que la legislación provincial así lo prevea.

B. Registro del Producto Médico

1. Equipo o sistema principal
Copia del Certificado de Registro del producto médico vigente emitido por la ANMAT, de conformidad con la Disposición 64/2025.

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central *Año de la Grandeza Argentina*

2. Accesorios y consumibles

Todos los accesorios, partes y consumibles ofertados que califiquen como productos médicos conforme a la normativa de la ANMAT, deberán contar con su correspondiente Registro de Producto Médico vigente bajo la Disposición ANMAT N° 64/2025, ya sea de forma independiente o figurando explícitamente como accesorios autorizados dentro del Certificado de Registro del equipo principal ofertado.

5. Inspección y recepción de los efectos

I. Plazo de entrega: El plazo de entrega será de 15 días hábiles a partir del Perfeccionamiento del Documento Contractual.

II. Lugar: Comisión Receptora de Efectos (CRE) del HOSPITAL GENERAL CENTRAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Av Luis María Campos Nro 726 – CABA.

III. Oportunidad: De lunes a viernes en el horario comprendido entre las 08:00 a 12:00 horas. Se deberá coordinar el turno con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles vía mail a crehmc@gmail.com y a electromed.hmc@gmail.com.

IV. El Adjudicatario y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la Entrega y Recepción del material objeto de esta Especificación Técnica, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el especialista de la División Electromedicina.

V. Control de Trazabilidad e Importación: para el caso de Productos importados el oferente deberá presentar copia de Autorización de Ingreso al País emitida por la Dirección de Tecnología Médica de ANMAT donde se indique producto, marca, modelo y número de lote o serie del producto médico.

VI. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un periodo no mayor a 10 (diez) días corridos.

VII. La CRE confeccionara el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que se reciba toda la documentación solicitada en le presente Especificación Técnica (Manuales de Usuario, Manuales de servicio Técnico, Certificado de garantía de calidad).

6. <u>Envases y embalajes</u>

I. Los efectos se entregarán de acuerdo al envase original utilizado por el fabricante, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos.

II. El mencionado embalaje deberá ser apto para su almacenamiento por períodos prolongados en todo tipo de depósitos, y sin permitir que se produzcan daños en los efectos contenidos.

5

EJÉRCITO ARGENTINO
Hospital General 601 – Hospital Militar Central *Año de la Grandeza Argentina*

7. **Rotulado de seguridad**
El oferente garantizará que el embalaje y los rótulos de las unidades a entregar respondan al formato oficial de la ANMAT, exhibiendo en idioma castellano la razón social del fabricante/importador, nombre del responsable técnico legalmente habilitado, la leyenda obligatoria: ((Autorizado por ANMAT – PM [N° Legajos]-[N° de producto])), número de lote o serie y fecha de fabricación.

8. **Ensayos a considerar**

I. En caso de discrepancias entre el Adjudicatario y la CRE sobre la calidad del equipamiento entregado y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

II. El Adjudicatario se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.

III. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el Adjudicatario en la cantidad utilizada para ese fin.

MY Med Lorena M. CABRERA
M.N. 130.732 J. Ser Neurología
H Grl 601 HMC

Coronel DIEGO CRISTIAN ALASI
DIRECTOR MEDICO - H GRL 601 - HMC

6

ANEXO 2 – ESPECIFICACION TECNICA (84/26-5329-SCO26) RENGLON 3

EJERCITO ARGENTINO
H GRL 601- HMC
"Cir My Cosme Argerich"

"2026- Año de la Grandeza Argentina"

Especificación Técnica Nro 06/26 para la Adquisición de Equipamiento Servicio de Anestesiología - Departamento Quirúrgico – 2026

1. Objeto: Efectuar la adquisición de Maquinas de Anestesia de Alta Complejidad con Monitorización Multiparamétrica y de Gases Anestésicos integrada, necesaria para el correcto funcionamiento del Servicio de Anestesiología del H Grl 601 - HMC.

2. **Especificaciones Técnicas (ET):**

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificaciones Técnicas
01	Adquisición de Estación de Anestesia con Monitor Multiparamétrico y Módulo de Gases	**I. Estado** El equipamiento deberá ser nuevo de fábrica, sin uso previo, correspondiente a un modelo de última generación vigente en el catálogo del fabricante, con una antigüedad de fabricación no mayor a doce (12) meses a la fecha de entrega y en perfecto estado de conservación, entregado en su embalaje original cerrado. No se aceptarán equipos reacondicionados, de demostración, reconstruidos ni discontinuados por el fabricante. **II. Función** Máquina de trabajo de anestesia integral de alta gama, diseñada para la administración segura y controlada de gases medicinales, agentes anestésicos volátiles y soporte ventilatorio mecánico avanzado en pacientes adultos y pediátricos durante procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, con monitorización hemodinámica, espirométrica y de gases respiratorios integrada en tiempo real. **III. Aplicación clínica requerida del Sistema** La estación deberá estar configurada para su utilización en quirófano de alta complejidad, permitiendo: **A.** Manejo de anestesia inhalatoria y balanceada en pacientes adultos y pediátricos. **B.** Ventilación mecánica controlada y espontánea/asistida con protección pulmonar y compensación automática de fugas y distensibilidad. **C.** Monitorización continua en tiempo real de mecánica respiratoria (espirometría con curvas y bucles), gases espirados e inspirados (CO_2, O_2, N_2O, agentes anestésicos halogenados con identificación automática y cálculo de CAM/MAC), oximetría de pulso avanzada, electrocardiografía, temperatura corporal y presiones arteriales invasivas y no invasivas. **IV. Partes componentes mínimas requeridas** **A**. Unidad Principal y Estructura Rodante de la Estación de Anestesia con freno centralizado. **B.** Sistema Neumático de Mezcla y Dosificación de Gases Frescos (O_2 y Aire). **C.** Ventilador Anestésico Electrónico de Alta Precisión. **D.** Sistema de Respiración de Bajo Volumen con Canister Reutilizable y Válvula de Bypass de CO_2. **E.** Interfaz de Usuario con Pantalla Color Táctil de al menos 15 pulgadas integrada en la mesa. **F.** Módulo de Espirometría Clínica con visualización de bucles de flujo-volumen y

1

presión-volumen.

G. Módulo de Monitorización de Gases Respiratorios y Anestésicos por tecnología paramagnética e infrarroja.

H. Monitor Multiparamétrico de Signos Vitales Independiente con Pantalla Táctil de al menos 12 pulgadas, montado sobre brazo articulado/organizador.

I. Vaporizador de Anestésico Volátil para Sevoflurano con sistema de montaje selectivo y llenado seguro.

J. Conjunto de Mangueras de Suministro de Gases de Alta Presión, Sensores y Accesorios de Paciente Reutilizables y Descartables.

V. Tipo de sistema

El sistema deberá ser una estación de anestesia integrada tipo institucional montada sobre carro rodante de grado médico con ruedas de desplazamiento suave y sistema de frenos centralizado/bloqueable. La consola del ventilador, el mezclador de gases y el circuito respiratorio deberán conformar una unidad estructuralmente sólida, ergonómica y robusta, con gavetas de almacenamiento, mesa de trabajo amplia e iluminación auxiliar.

VI. Interfaz de usuario de la estación

A. Pantalla principal de la estación:

1. Pantalla color táctil (Touchscreen) de grado médico, con un tamaño no menor a 15 pulgadas (15").

2. Interfaz intuitiva y configurable que permita visualización simultánea de parámetros numéricos, curvas respiratorias y bucles espirométricos.

3. Inicio rápido de caso guiado por perfiles configurables predeterminados según peso y categoría de paciente (adulto/pediátrico).

4. Procedimiento de autochequeo del sistema completamente automatizado o paso a paso en pantalla, que verifique hermeticidad/fugas del circuito, presiones de entrada de gases y estado del ventilador.

VII. Sistema de suministro y mezcla de gases

A. Entradas de gases canalizados de alta presión para Oxígeno (O2) y Aire Comprimido Medicinal.

B. Manómetros mecánicos de visualización rápida para control de presión de suministro en línea.

C. Sistema de mezcla de gases frescos mediante control de alta precisión con visualización del flujo total entregado.

D. Válvula de descarga rápida de oxígeno (O2 Flush) de accionamiento directo.

E. Sistema de corte automático ante caída de presión de oxígeno y alarma audible y visual de falla de suministro de O2.

F. Interruptor de encendido del sistema que active simultáneamente la electrónica y el flujo de gas.

VIII. Sistema respiratorio y de absorción

A. Sistema respiratorio compacto de bajo volumen interno para asegurar rápida respuesta en cambios de concentración de gases frescos y agentes halogenados.

B. Integración de canister para cal sodada con capacidad de al menos 1,4 litros, completamente esterilizable/autoclavable.

C. Mecanismo de Bypass de CO2 incorporado: deberá permitir el recambio del

2

canister de cal sodada durante la intervención quirúrgica en curso sin interrumpir la ventilación mecánica ni generar fugas en el circuito paciente.

D. Válvula APL (Airway Pressure Limiting) de liberación de presión ajustable, con escala graduada y conmutación ágil manual/automática.

E. Sistema de evacuación pasiva/activa de gases anestésicos residuales (AGSS).

IX. Ventilador anestésico

A. Modos de ventilación incorporados de fábrica como mínimo:

1. Ventilación Controlada por Volumen (VCV) con compensación automática de volumen corriente por distensibilidad y flujo de gases frescos.

2. Ventilación Controlada por Presión (PCV).

3. Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada con control por volumen (SIMV-VC).

4. Ventilación Mandatoria Intermitente Sincronizada con control por presión (SIMV-PC).

5. Ventilación con Presión de Soporte con respaldo por apnea automático (PSVPro / PSV con Apnea Backup).

6. Modo Manual / Espontáneo.

B. Parámetros ventilatorios y rangos:

1. Volumen corriente (Vt): apto para amplio rango desde uso pediátrico hasta adulto, con límites configurables desde al menos 20 ml hasta 1500 ml.

2. Frecuencia respiratoria: ajustable desde al menos 4 hasta 99 respiraciones por minuto.

3. Relación I:E: configurable desde al menos 2:1 hasta 1:8.

4. Presión límite inspiratoria (Plim): ajustable hasta al menos 70 cmH2O.

5. PEEP electrónica integrada: ajustable desde 0 (Off) hasta al menos 30 cmH2O.

6. Presión de soporte (Psupport): ajustable de 2 a 40 cmH2O.

C. Monitoreo de mecánica respiratoria y espirometría:

1. Curvas en tiempo real de Presión vs. Tiempo, Flujo vs. Tiempo y Volumen vs. Tiempo.

2. Bucles de Espirometría en tiempo real: Presión-Volumen (P-V) y Flujo-Volumen (F-V).

3. Capacidad de guardar bucles de referencia para comparación clínica durante la intervención.

X. Sistema de monitoreo de gases respiratorios y agentes anestésicos

A. Módulo analizador de gases con técnica de aspiración por flujo lateral (sidestream):

1. Medición de Dióxido de Carbono (CO2): EtCO2, FiCO2 y capnograma continuo.

2. Medición de Óxido Nitroso (N2O): FiN2O y EtN2O.

3. Medición de Oxígeno (O2): FiO2 y EtO2 mediante tecnología paramagnética de larga duración sin consumo galvánico ni necesidad de reemplazo frecuente de celda.

4. Medición de 5 agentes anestésicos halogenados (Sevoflurano, Desflurano, Isoflurano, Enflurano, Halotano) con identificación automática del agente

		administrado y detección de mezclas de agentes. **5.** Cálculo y visualización continua de Concentración Alveolar Mínima (MAC / CAM) corregida por la edad del paciente. **B.** Accesorios para muestreo de gases: **1.** Trampa de agua de alta eficiencia que prevenga la entrada de secreciones y condensación al banco óptico (tecnología D-Fend Pro o equivalente en desempeño). **2.** Línea de retorno o evacuación de la muestra de gas hacia el circuito de evacuación. **3.** Líneas de muestreo y adaptadores en codo para toma en circuito respiratorio. **XI. Monitor multiparamétrico de signos vitales** **A.** Monitor de cabecera independiente montado sobre brazo orientable integrado en la estación. **B.** Pantalla táctil capacitiva a color de grado médico de al menos 12 pulgadas (12"). **C.** Parámetros fisiológicos monitoreados en tiempo real: **1.** Electrocardiograma (ECG): de al menos 3 y 5 latiguillos con detección de arritmias, análisis de segmento ST y protección contra descargas de desfibrilador y electrobisturí. **2.** Oximetría de pulso (SpO2): con curva pletismográfica y tecnología de alta sensibilidad frente a baja perfusión y artefactos por movimiento (tecnología TruSignal o superior). **3.** Frecuencia Cardíaca y Frecuencia Respiratoria por bioimpedancia torácica. **4.** Presión Arterial No Invasiva (PANI / NIBP): con algoritmo de medición rápida y precisa durante deflación/inflación (tecnología Dinamap SuperSTAT o superior). **5.** Temperatura corporal: al menos 2 canales para medición simultánea (diferencial T1, T2 y Delta T). **6.** Presión Arterial Invasiva (IBP): al menos 2 canales integrados con visualización de curvas hemodinámicas y cálculo de presiones sistólica, diastólica y media. **XII. Sistema de vaporización de agentes anestésicos.** **A.** Un (1) Vaporizador para Sevoflurano provisto: **1.** Compensado automáticamente por temperatura, flujo y presión de trabajo. **2.** Sistema de llenado seguro y hermético tipo Easy-Fil o equivalente para evitar derrames y contaminación ambiental en quirófano. **3.** Escala de graduación de concentración de 0 a 8% v/v. **4.** Indicador visual de nivel de líquido anestésico de fácil lectura. **XIII. Accesorios requeridos incluidos con el equipamiento** **A.** Suministro de gases y circuito: **1.** Una (1) manguera para Oxígeno de alta presión con codificación de color normalizada y conexiones correspondientes (longitud mínima 4 metros). **2.** Una (1) manguera para Aire Comprimido Medicinal de alta presión con codificación de color normalizada y conexiones correspondientes (longitud mínima 4 metros). **3.** Un (1) canister reutilizable y autoclavable para cal sodada de al menos 1,4 L.

		4. Un (1) juego de tubuladuras de paciente adulto/pediátrico libre de látex, con bolsa reservorio de anestesia, pieza en Y y filtros antibacterianos/virales. **5.** Accesorios de evacuación y muestreo de gases (trampa de agua, líneas de toma de muestra y codos adaptadores). **B**. Accesorios para monitor multiparamétrico: **1.** Un (1) cable troncal de ECG con juego de 5 latiguillos protegidos contra desfibrilación. **2.** Un (1) sensor de SpO2 reutilizable para paciente adulto/pediátrico con su respectivo cable de extensión (longitud total mínima 3 metros). **3.** Un (1) manguito reutilizable para PANI tamaño adulto (rango 23 a 33 cm) con conector de acople rápido (Dinaclick o equivalente) y manguera de conexión de al menos 3,5 metros. **4.** Un (1) sensor de temperatura reutilizable esofágico/rectal con su cable adaptador. **5.** Un (1) cable para monitorización de Presión Invasiva (IBP) con adaptador dual. **6.** Brazo de soporte giratorio y regulable para montaje del monitor sobre la estación. **XIV. Condiciones de alimentación** **A.** Conectado a la red de distribución eléctrica: **1.** Tipo de sistema: Monofásico. **2.** Tensión nominal: 220 V de Corriente Alterna (CA). **3.** Fluctuaciones admisibles: ± 10%. **4.** Frecuencia: 50 Hz. **5.** Tomacorrientes auxiliares integrados en la mesa para alimentación de monitores periféricos. **B.** A batería: **1.** Batería interna recargable integrada en la estación. **2.** Autonomía mínima requerida: al menos noventa (90) minutos de funcionamiento continuo ante corte de suministro eléctrico de red. **XV. Seguridad requerida** **A.** Seguridad Eléctrica: Norma IEC 60601-1 o equivalente nacional/internacional. **B.** Compatibilidad Electromagnética (CEM): Norma IEC 60601-1-2 o equivalente. **C.** Norma particular para sistemas de anestesia: IEC 60601-2-13 / ISO 80601-2-13 o equivalente. **XVI. Documentación Técnica** Todos los componentes que integran el sistema deberán ser entregados con sus correspondientes manuales, a saber: **A.** Manual de Operación y Uso en idioma español. **B.** Manual de Servicio Técnico con diagramas esquemáticos y rutinas de calibración. **C.** Certificado de calibración y control de calidad emitido por el fabricante. **XVII. Garantía Técnica** **A.** Los equipos estarán amparados por un "Certificado de Garantía de Calidad" escrito, contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el Adjudicatario al momento de la entrega, por un período no inferior a doce (12) meses

		a partir de la recepción definitiva del mismo. **B.** Ante el reemplazo de un equipo, repuesto o accesorio por falla dentro del período de garantía, el nuevo elemento entregado estará amparado por un período de igual duración contado a partir del momento de su reemplazo. **C.** El Adjudicatario se comprometerá a subsanar fallas y proveer repuestos en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. **D.** Todos los costos que surgieran de la aplicación de la garantía serán por cuenta del Adjudicatario. **E.** El adjudicatario deberá brindar asesoramiento técnico especializado para la instalación y puesta en funcionamiento. **XVIII. Puesta en Servicio y Capacitación** **A.** La instalación, conexionado, verificación de estanqueidad, calibración y puesta en marcha del sistema será obligación del adjudicatario, coordinada con la División Electromedicina y el Departamento de Anestesiología. **B.** El adjudicatario deberá brindar capacitación clínica y operativa in situ al personal médico de anestesiología y de enfermería de quirófano, así como capacitación técnica al personal de la División Electromedicina. **XIX. Requisitos de Post Venta** **A.** Los equipos deberán contar a nivel nacional con servicio técnico autorizado y calificado por el fabricante.

3. <u>Documentación a presentar con las ofertas</u>

A fin de efectuar la Evaluación Técnica del material ofertado, los Oferentes deberán adjuntar a sus Ofertas lo siguiente:

I. **Folletos y hojas técnicas**, que describan las características establecidas en la presente Especificación Técnica de los efectos ofertados, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. Toda documentación (folletos y hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

B. El folleto u hoja técnica no deberán ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la Marca, el Modelo, el Origen y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 3.

II. **Certificaciones**, de acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la comercialización de Productos Médicos, al perfil de la empresa oferente y a las características de los efectos ofertados.

A. Habilitación de Establecimiento y Buenas Prácticas

1. Fabricante o Importador de productos médicos

i. **Habilitación del Establecimiento:** Copia de Disposición y Certificado de Habilitación del Establecimiento, emitidos por la A.N.M.A.T., de conformidad con la Disposición 2319/02 (TO 2004).

ii. **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación:** Copia del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, emitido por la ANMAT, de conformidad con las disposiciones disposición 3266/13, disposición 7425/13 y sus actualizaciones bajo disposición 2096/22.

iii. **Obligatoriedad de Presentación Conjunta:** La habilitación del establecimiento y el certificado de BPF vigente deberán presentarse de manera conjunta, careciendo de validez su presentación por separado.

2. Distribuidor de productos médicos

i. **Documentación de Respaldo:** Copias de toda la documentación exigida en los puntos i, ii y iii del apartado 1 (Habilitación del establecimiento y BPF vigentes) correspondientes al Fabricante o Importador que sea titular del producto medico ofertado.

ii. **Nexo comercial Obligatorio:** nota emitida por el Fabricante o Importador titular del producto médico, con firma del representante legal (apoderado) o responsable técnico, que certifique de manera explícita el vínculo comercial existente respecto del distribuidor, autorizándolo a comercializar y distribuir el equipamiento ofertado en la presente licitación.

iii. **Habilitación del Distribuidor:** Copia de la habilitación de su establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, siempre que la legislación provincial asi lo prevea.

B. Registro del Producto Médico

1. Equipo o sistema principal

Copia del Certificado de Registro del producto médico vigente emitido por la ANMAT, de conformidad con la Disposición 64/2025.

2. Accesorios y consumibles

Todos los accesorios, partes y consumibles ofertados que califiquen como productos médicos conforme a la normativa de la ANMAT, deberán contar con su correspondiente Registro de Producto Médico vigente bajo la Disposición ANMAT N° 64/2025, ya sea de forma independiente o figurando explícitamente como accesorios autorizados dentro del Certificado de Registro del equipo principal ofertado.

7

4. Inspección y recepción de los efectos

I. **Plazo de entrega**: El plazo de entrega será de 15 días hábiles a partir del Perfeccionamiento del Documento Contractual.

II. **Lugar:** Comisión Receptora de Efectos (CRE) del HOSPITAL GENERAL CENTRAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Av Luis María Campos Nro 726 – CABA.

III. **Oportunidad**: De lunes a viernes en el horario comprendido entre las 08:00 a 12:00 horas. Se deberá coordinar el turno con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles vía mail a crehmc@gmail.com y a electromed.hmc@gmail.com.

IV. El Adjudicatario y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la Entrega y Recepción del material objeto de esta Especificación Técnica, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el especialista de la División Electromedicina.

V. **Control de Trazabilidad e Importación:** para el caso de Productos importados el oferente deberá presentar copia de Autorización de Ingreso al País emitida por la Dirección de Tecnología Médica de ANMAT donde se indique producto, marca, modelo y número de lote o serie del producto médico.

VI. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un periodo no mayor a 10 (diez) días corridos.

VII. La CRE confeccionara el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que se reciba toda la documentación solicitada en le presente Especificación Técnica (Manuales de Usuario, Manuales de servicio Técnico, Certificado de garantía de calidad).

5. Envases y embalajes

I. Los efectos se entregarán de acuerdo al envase original utilizado por el fabricante, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos.

II. El mencionado embalaje deberá ser apto para su almacenamiento por períodos prolongados en todo tipo de depósitos, y sin permitir que se produzcan daños en los efectos contenidos.

6. Rotulado de seguridad

El oferente garantizará que el embalaje y los rótulos de las unidades a entregar respondan al formato oficial de la ANMAT, exhibiendo en idioma castellano la razón social del fabricante/importador, nombre del responsable técnico legalmente habilitado, la leyenda obligatoria: ((Autorizado por ANMAT – PM [N° Legajos]-[N° de producto])), número de lote o serie y fecha de fabricación.

7. Ensayos a considerar

I. En caso de discrepancias entre el Adjudicatario y la CRE sobre la calidad del equipamiento entregado y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

II. El Adjudicatario se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.

8

III. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el Adjudicatario en la cantidad utilizada para ese fin.

Coronel DIEGO CRISTIAN ALASIA
DIRECTOR MEDICO - H GRL 601 - HMC

Med MARÍA REIMUNDES
M.N. 138.705
Servicio Anestesia - J Sec Med del Dolor
H Grl 601-HMC "Cir My Dr Cosme Argerich"

ANEXO 2 – ESPECIFICACION TECNICA (84/26-5335-SCO26) RENGLON 4

EJERCITO ARGENTINO
H GRL 601- HMC
"Cir My Cosme Argerich"

"2026- Año de la Grandeza Argentina"

Especificación Técnica Nro 07/26 para la Adquisición de Equipamiento Electromédico
División Electromedicina – 2026

1. **Objeto:** Efectuar la adquisición de un Equipo de Rayos X Rodante Digital Directo necesario para el correcto funcionamiento del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del H Grl 601 - HMC.

2. **Efectos a adquirir:** según solicitud de contratación 84/26-5335-SCO26

3. **Especificaciones Técnicas (ET):**

Renglón	Nombre Descriptivo	Especificaciones Técnicas
01	Equipo de Rayos X Rodante Digital Directo	**I. Estado** El equipamiento deberá ser nuevo de fábrica, sin uso previo, correspondiente a un modelo vigente, con una antigüedad de fabricación no mayor a doce meses a la fecha de recepción y en perfecto estado de conservación, entregado en su embalaje original cerrado. No se aceptarán equipos reacondicionados (refurbished), de demostración (demo), reconstruidos (remanufactured) ni discontinuados por el fabricante. **II. Función** Permitir la adquisición de imágenes radiográficas del cuerpo humano mediante la generación de rayos X, su recepción digital, el procesamiento de las imágenes generadas y su visualización en una pantalla. Permitir el almacenamiento nativo de imágenes estáticas, con capacidad de exportación e integración a redes hospitalarias. **III. Aplicación clínica requerida del equipo** El equipo deberá permitir principalmente obtener imágenes radiológicas diagnósticas a la cabecera del paciente, en servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos, unidades coronarias e internación general. Entre las aplicaciones clínicas requeridas se pueden mencionar las listadas a continuación. **Unidad de Terapia Intensiva (UTI)** - Monitoreo de congestión pleuropulmonar - Verificación de posición de dispositivos invasivos (catéteres venosos centrales, tubos endotraqueales **Unidad Coronaria (UCO)** - Monitoreo de Insuficiencia Cardiaca Aguda - Verificación de posicionamiento de Dispositivos de Asistencia Circulatoria y Electrofisiología **Guardia Médica (GM)** - Evaluación de trauma agudo - Descarte de fracturas y luxaciones. **Internación General** - Evaluación de pacientes con tracciones esqueléticas. - Estudio de dolor agudo severo **Sectores de Aislamiento Epidemiológico** - Examen de Tórax en control de infecciones **IV. Partes componentes mínimas requeridas** **A. Unidad de Generación de Rayos X** **1. Generador de Alta Tensión** **2. Tubo de Rayos X** **3. Colimador** **B. Interfaz de Usuario** **1. Sistema de Gestión de Pacientes** **2. Panel de control** **3. Panel de Indicación de estados** **4. Pantalla para la presentación de estudios** **C. Unidad de Detección de Rayos X** **1. Detector Plano (FPD)** **D. Unidad de Procesamiento de imagen digital** **E. Base rodante para soporte y traslado** **F. Accesorios**

V. Unidad de Generación de Rayos X

A. Generador de Alta Tensión

1. **Máxima potencia de salida:** al menos 2,5 kW
2. **Máxima tensión de salida:** al menos 100 kV
3. **Máxima corriente de salida:** al menos 35 mA

B. Tubo de Rayos X

1. **Valor nominal del foco requerido:** 1,2 mm
2. **Capacidad térmica máxima del ánodo:** al menos 50 KHU

C. Colimador

1. **Campo luminoso:** deberá poseer un sistema de iluminación que permita el posicionamiento del campo de radiación en la región anatómica del paciente.
2. **Distancia Foco - Detector:** deberá poseer un sistema que mida la distancia entre el punto focal y el sensor del detector (SID).
3. **Ajuste del campo de radiación:** deberá poseer un sistema de ajuste del campo de radiación en las dos direcciones del plano espacial, mediante el movimiento independiente de placas para colimación de rayos X
4. **Manija de posicionamiento:** deberá poseer una manija para el posicionamiento del conjunto tubo de rayos X - colimador.

VI. Interfaz de usuario

La misma deberá estar conformado al menos por los siguientes elementos.

A. Sistema de Gestión de Pacientes

El equipo deberá contar con una plataforma integrada de gestión de datos de pacientes que permita realizar las siguientes acciones.

1. Ingreso de datos demográficos
2. Almacenamiento de imágenes del examen completo
3. Revisión retrospectiva del examen
4. Importación y Exportación de imágenes

B. Panel de control

Deberá permitir como mínimo el ajuste de parámetros y activación de funciones listadas a continuación.

1. **Radiografía Programada Anatómicamente (APR):** Ajuste automático de la técnica radiológica a partir de la selección de la región anatómica a estudiar.
2. **Ajuste de tensión del tubo en kV**
   a. **Rango de ajuste de Tensión mínimo requerido**: desde 40 hasta 100 kV
   b. **Paso de ajuste de Tensión mínimo requerido:** 1 kV
3. **Ajuste del producto corriente – tiempo del tubo en mAs**
   a. **Rango de ajuste del producto corriente – tiempo mínimo requerido:** desde 0,25 hasta 25 mAs
   b. **Cantidad de pasos de ajuste:** al menos 20 pasos
4. **Activación del campo luminoso**
5. **Selector de Modo Sincronizado / Autónomo:** deberá permitir la conmutación entre exposiciones sincronizadas con captura de imagen a través del detector y exposiciones independientes.
6. **Selector de tamaño del paciente:** deberá permitir seleccionar entre al menos Adulto Mediano o Adulto Grande para ajustar de forma rápida los parámetros de exposición.
7. **Adquisición de Imágenes almacenadas en el detector**

C. Panel de Indicación de estados

1. Indicador de Nivel de Batería del generador de rayos X
2. Indicador de Equipo listo para emisión de rayos X
3. Indicador de emisión de rayos X en progreso.
4. Indicador de temperatura del tubo de rayos X elevada
5. Indicador de error en el sistema.

D. Pantalla para la presentación de estudios

Deberá poseer una pantalla para la visualización de imágenes, datos, mediciones y cálculos.

1. **Características físicas de la pantalla**
   a. **Tecnología de la pantalla:** Táctil
   b. **Tamaño mínimo requerido:** 12"
   c. **Resolución mínima requerida:** 1024 x 768 (XGA)
   d. **Movilidad:** deberá estar montada sobre un sistema que permita orientar la pantalla hacia ambos lados.
2. **Información a presentar en pantalla**
   a. **Datos del Paciente**
   b. **Nombre del Licenciado / Técnico en producción de Bioimágenes responsable del estudio**
   c. **Estado de comunicación con el detector.**
   d. **Estado de batería del detector:** deberá poseer al menos 5 niveles para indicar el estado de carga de la batería del detector.
   e. **Imagen adquirida:** deberá permitir su visualización y el postprocesamiento de la misma

VII. Unidad de Detección de Rayos X

El sistema deberá permitir la captura y conversión de los rayos X en una imagen digital en la pantalla de manera instantánea.

A. Detector Plano (FPD)

1. **Tecnología:** basada en sustrato TFT (Thin Film Transistor) flexible
2. **Tipo de Centellador:** Yoduro de Cesio (CsI) o superior
3. **Área de detector activa aproximada:** 14 x 17 in (± 0.2in)
4. **Tamaño del pixel:** no mayor a 150 µm
5. **Profundidad de bits:** al menos 16 bits
6. **Filtrado:** deberá contar con una arquitectura electrónica de lectura de bajo ruido
7. **DQE (1 mR , 1 cyc/mm):** igual o mayor a 58%
8. **MTF (2 cyc):** igual o mayor a 54%
9. **Tipo de comunicación con la unidad de procesamiento:** mediante conexión física e inalámbrica
10. **Almacenamiento:** deberá permitir el almacenamiento de al menos 100 exposiciones.
11. **Alimentación:** a batería
12. **Autonomía:** al menos 4 hs de uso continuo
13. **Modo Ahorro de energía:** deberá pasar de manera automática a un estado de ahorro de energía
14. **Peso (con batería):** no mayor a 2,5 kg
15. **Grado de Protección contra ingreso de polvo y líquidos requerido:** IP56 o superior
16. **Control de la Infección Cruzada:** la totalidad de la superficie deberá poseer un recubrimiento antibacteriano por iones de plata (Ag).
17. **Resistencia mecánica**
    a. **Carga Localizada:** deberá soportar un peso de al menos hasta 150 kg aplicado de forma localizada en el plano de exposición.
    b. **Carga Distribuida:** deberá soportar un peso de al menos hasta 300 kg aplicado de forma distribuida en todo el plano de exposición.

VIII. Unidad de procesamiento de Imagen digital

A. Herramientas de procesamiento

El sistema deberá permitir las siguientes funciones listadas a continuación.

1. **Corrección de radiación dispersa por software:** el sistema deberá simular digitalmente el efecto de la rejilla antidifusora para el procesamiento de la imagen.
2. **Magnificación de imagen**
3. **Ajuste de brillo de la imagen**
4. **Ajuste de contraste de la imagen**
5. **Permitir introducir anotaciones sobre la imagen**

B. Sistema de Almacenamiento de Datos

Permitir el grabado de imágenes como datos crudos (raw data), con capacidad de reproducción nativa en el equipo.

1. **Tipo de Almacenamiento**
   a. **Interno:** unidad de disco de estado sólido (SSD) de al menos 128 GB
   b. **Externo:** al menos mediante la conexión de dispositivos de memoria flash USB y red.
2. **Formatos**
   a. **Imágenes:** al menos en los formatos DICOM (DCM)

C. Conectividad: deberá permitir la transferencia de datos mediante conexión cableada e inalámbrica.

1. **Tipo de adaptador inalámbrico:** integrado.
2. **Tecnología de comunicación requerida:** al menos Wi-Fi.

D. Puertos de conexión de señales de Entrada/Salida

1. **Puertos de Datos requeridos.**
   a. **Tipo de transmisión:** Serie
   b. **Tipo de conector:** USB tipo A o USB tipo C.
2. **Puertos de red requeridos**
   a. **Tipo de conector:** RJ45
   b. **Cantidad mínima:** 1 (uno)

IX. Base rodante para soporte y traslado

A. Tren rodante

Deberá poseer un tren rodante para facilitar su traslado y un sistema de bloqueo para fijar el equipo en la ubicación deseada y evitar el desplazamiento accidental del mismo.

1. **Ruedas**
   a. **Cantidad requerida:** 4 (cuatro), dos delanteras y dos traseras.
   b. **Movilidad:** 360° de rotación alrededor de su eje vertical
2. **Sistema de bloqueo**

Mediante el accionamiento de un mismo pedal deberá generar las siguientes condiciones de movilidad.

   a. **Movilidad total:** todas las ruedas liberadas
   b. **Movilidad reducida:** bloqueo de giro del eje vertical de ruedas traseras.
   c. **Movilidad nula:** bloqueo de las 4 (cuatro) ruedas.

B. Columna y Brazo soporte

Deberán soportar al conjunto Tubo de rayos X - Colimador y permitir su posicionamiento espacial.

1. **Requerimientos Geométricos y de Movimiento**
   a. **Rango de variación en altura del punto focal (respecto al nivel del suelo):** al menos desde los 400mm hasta los 2000mm.
   b. **Rango de oscilación (respecto del plano sagital del equipo):** al menos de -15° a +15° alrededor del eje de la columna.
   c. **Rango de rotación lateral (respecto del plano axial del equipo):** al menos de -165° a +165° alrededor del eje del brazo soporte.
   d. **Rango de rotación frontal (respecto del plano coronal del equipo):** al menos de -40° a +180° alrededor del eje transversal
      i. **Medidor de rotación:** deberá poseer un sistema que indique el ángulo de rotación frontal.
   e. **Rango de rotación del colimador (respecto del plano sagital del equipo):** al menos de -90° a +90° alrededor del eje vertical del colimador
2. **Sistema de bloqueo**
   Deberá contar con sistema de bloqueo mecánico o superior para todos los movimientos de forma tal que permita fijar el conjunto Tubo de rayos X y Colimador en la posición espacial deseada.

C. Compartimiento para Detector Plano

Deberá existir un sector destinado en el carro en donde pueda alojarse el Detector Plano para el traslado del equipo, y la carga de su batería interna.

1. **Sistema de carga**
   Deberá contar con un sistema para conectar el Detector y proporcionar la carga de la batería interna del mismo, sin necesidad de retirarla de su alojamiento en el Detector.
2. **Bloqueo de Seguridad**
   Deberá contar con un sistema de bloqueo de extracción mediante cerradura con llave o sistema superior.

X. Accesorios

Se deberá proveer con el sistema los siguientes accesorios

A. Detector Plano (FPD)
Cantidad: al menos 1 (uno)

B. Batería para FPD
Cantidad: al menos 2 (dos)

C. Cargador de batería para FPD
Deberá permitir la carga de dos baterías en simultáneo
Cantidad: al menos 1 (uno)

D. Disparador a distancia
Cantidad: al menos 1 (uno)

XI. Condiciones de alimentación

El sistema deberá poder operar con normalidad bajo las siguientes modalidades.

A. Conectado a la red de distribución eléctrica
1. **Tipo de sistema de alimentación:** Monofásico.
2. **Tensión nominal de alimentación:** 220 V de Corriente Alterna (CA).
3. **Fluctuaciones de tensión admisible:** al menos ± 10 %.
4. **Frecuencia:** 50 Hz.
5. **Consumo:** no mayor a 10 A.

B. A batería
1. **Tipo:** Interna
2. **Tecnología:** batería de iones de litio
3. **Autonomía mínima requerida:** al menos 12 h.

XII. Seguridad requerida

A. Seguridad Eléctrica: Norma IEC 60601-1 o equivalente

B. Compatibilidad Electromagnética (CEM): Norma IEC 60601-1-2 o equivalente

XIII. Condiciones físicas

A. Dimensiones

Con el equipo configurado para el transporte, es decir, con el Tubo de Rayos X en su posición más próxima a la base, las dimensiones requeridas deben ser las siguientes.

1. **Ancho máximo:** no mayor a 600 mm
2. **Largo máximo:** no mayor a 800 mm
3. **Alto máximo:** no mayor a 1500 mm

B. Peso máximo requerido: no mayor a 90 kg

		XIV. Estándar para las Imágenes Médicas Estándar requerido: licencia DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine), habilitada para la generación, almacenamiento, envío de imágenes a través de la red para su impresión o almacenamiento en el Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes (PACS) y para el manejo de listas de trabajo. **XV. Documentación Técnica** Todos los componentes que integran el sistema deberán ser entregados con sus correspondientes manuales, a saber: **A.** Manual de Operación en español. **B.** Manual de Servicio Técnico, que incluya diagramas completos de circuitos eléctricos, electrónicos y procedimientos detallados de mantenimiento preventivos y correctivos del equipo. **C.** Certificado de calibración o de control de calidad. **XVI. Garantía Técnica** **A.** Los equipos estarán amparados por un "Certificado de Garantía de Calidad" escrito, contra defectos del material y/o mano de obra, otorgado y firmado por el Adjudicatario al momento de la entrega, por un período no inferior a 12 (doce) meses a partir de la recepción definitiva del mismo. **B.** Ante el reemplazo de un equipo, repuesto o accesorio por falla dentro del período de cumplimiento de la garantía, el nuevo elemento entregado estará amparado exclusivamente por un nuevo período de igual duración que el del original, el cual será contado a partir del momento del reemplazo. **C.** El "Certificado de Garantía de Calidad" incluirá una cláusula en la cual se exprese fehacientemente que el Adjudicatario se hará cargo de los cambios que resulten necesarios durante el período de validez de la misma en un plazo no mayor a 30 (treinta) días. **D.** Los costos que surgieran de la aplicación de la garantía (embalaje, fletes, seguros, gastos administrativos y/o fiscales, reparaciones u otros) serán por cuenta del Adjudicatario. **E.** El adjudicatario, dentro de las obligaciones de la garantía, deberá comprometerse a brindar un servicio de post venta de asesoramiento técnico, cuando se requiera información adicional, para la instalación y puesta en funcionamiento del sistema. **XVII. Puesta en Servicio** La instalación, conexionado, configuración y puesta en marcha del sistema será obligación del adjudicatario. La realización de la misma deberá ser coordinada previamente con la División Electromedicina – Departamento Materiales. **XVIII. Requisitos de Post Venta** **A.** Los equipos deberán contar a nivel nacional, con capacidad técnica para el mantenimiento necesario de los mismos. **B.** Se deberá garantizar por un período no menor a 5 (cinco) años la obtención de insumos y repuestos en el mercado relacionados con el mantenimiento de los equipos.

4. **Documentación a presentar con las ofertas**

A fin de efectuar la Evaluación Técnica del material ofertado, los Oferentes deberán adjuntar a sus Ofertas lo siguiente:

I. **Folletos y hojas técnicas,** que describan todas las características establecidas en la presente Especificación Técnica de los efectos ofertados, teniendo en cuenta lo siguiente:

A. Toda documentación (folletos y hojas técnicas) que sean obtenidas a través de Internet, deberán estar acompañadas por la dirección Web de donde se obtuvo, para permitir corroborar su exactitud y veracidad.

B. El folleto u hoja técnica no deberán ser solo una foto del efecto, debiendo contener como mínimo la Marca, el Modelo, el Origen y la descripción de las especificaciones técnicas solicitadas en apartado 3.

II. **Certificaciones**, de acuerdo a lo establecido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para la comercialización de Productos Médicos, al perfil de la empresa oferente y a las características de los efectos ofertados.

A. Habilitación de Establecimiento y Buenas Prácticas

1. Fabricante o Importador de productos médicos

i. **Habilitación del Establecimiento:** Copia de Disposición y Certificado de Habilitación del Establecimiento, emitidos por la A.N.M.A.T., de conformidad con la Disposición 2319/02 (TO 2004).

ii. **Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación:** Copia del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) vigente, emitido por la ANMAT, de conformidad con las disposiciones disposición 3266/13, disposición 7425/13 y sus actualizaciones bajo disposición 2096/22.

iii. **Obligatoriedad de Presentación Conjunta:** La habilitación del establecimiento y el certificado de BPF vigente deberán presentarse de manera conjunta, careciendo de validez su presentación por separado.

2. Distribuidor de productos médicos

i. **Documentación de Respaldo:** Copias de toda la documentación exigida en los puntos i, ii y iii del apartado 1 (Habilitación del establecimiento y BPF vigentes) correspondientes al Fabricante o Importador que sea titular del producto medico ofertado.

ii. **Nexo comercial Obligatorio:** nota emitida por el Fabricante o Importador titular del producto médico, con firma del representante legal (apoderado) o responsable técnico, que certifique de manera explícita el vínculo comercial existente respecto del distribuidor, autorizándolo a comercializar y distribuir el equipamiento ofertado en la presente licitación.

iii. **Habilitación del Distribuidor:** Copia de la habilitación de su establecimiento emitida por la Autoridad Sanitaria jurisdiccional correspondiente, siempre que la legislación provincial asi lo prevea.

B. Registro del Producto Médico

1. Equipo o sistema principal
Copia del Certificado de Registro del producto médico vigente emitido por la ANMAT, de conformidad con la Disposición 64/2025.

2. Accesorios y consumibles
Todos los accesorios, partes y consumibles ofertados que califiquen como productos médicos conforme a la normativa de la ANMAT, deberán contar con su correspondiente Registro de Producto Médico vigente bajo la Disposición ANMAT N° 64/2025, ya sea de forma independiente o figurando explícitamente como accesorios autorizados dentro del Certificado de Registro del equipo principal ofertado.

5. **Inspección y recepción de los efectos**

I. **Plazo de entrega**: El plazo de entrega será de 15 días hábiles a partir del Perfeccionamiento del Documento Contractual.

6

II. **Lugar:** Comisión Receptora de Efectos (CRE) del HOSPITAL GENERAL CENTRAL 601 – HOSPITAL MILITAR CENTRAL, sito en Av Luis María Campos Nro 726 – CABA.

III. **Oportunidad**: De lunes a viernes en el horario comprendido entre las 08:00 a 12:00 horas. Se deberá coordinar el turno con una antelación mínima de 5 (cinco) días hábiles vía mail a crehmc@gmail.com y a electromed.hmc@gmail.com.

IV. El Adjudicatario y/o su representante legal, deberán estar presentes durante la Entrega y Recepción del material objeto de esta Especificación Técnica, actividades que estarán a cargo de la CRE, para realizar el control de estado y cargo por calidad y cantidad conjuntamente con el especialista de la División Electromedicina.

V. **Control de Trazabilidad e Importación:** para el caso de Productos importados el oferente deberá presentar copia de Autorización de Ingreso al País emitida por la Dirección de Tecnología Médica de ANMAT donde se indique producto, marca, modelo y número de lote o serie del producto médico.

VI. Ante la detección de fallas, defectos u otras anomalías en efectos a recepcionar, el ADJUDICATARIO estará obligado al reemplazo inmediato del mismo, dentro de un período no mayor a 10 (diez) días corridos.

VII. La CRE confeccionara el Acta de Recepción Definitiva (ARD) una vez que se reciba toda la documentación solicitada en la presente Especificación Técnica (Manuales de Usuario, Manuales de Servicio Técnico, Certificado de garantía de calidad).

6. Envases y embalajes

I. Los efectos se entregarán de acuerdo al envase original utilizado por el fabricante, apto para manipuleo y transporte por diferentes modos.

II. El mencionado embalaje deberá ser apto para su almacenamiento por períodos prolongados en todo tipo de depósito, y sin permitir que se produzcan daños en los efectos contenidos.

7. Rotulado de seguridad

El oferente garantizará que el embalaje y los rótulos de las unidades a entregar respondan al formato oficial de la ANMAT, exhibiendo en idioma castellano la razón social del fabricante/importador, nombre del responsable técnico legalmente habilitado, la leyenda obligatoria: «Autorizado por ANMAT – PM [N° Legajo]-[N° de Producto]», número de lote o serie y fecha de fabricación.

8. Ensayos a considerar

I. En caso de discrepancias entre el Adjudicatario y la CRE sobre la calidad del equipamiento entregado y el contenido de la presente ET, se efectuarán los ensayos que ambas partes consideren necesarios, siendo el INTI el único lugar reconocido para su ejecución.

II. El Adjudicatario se hará cargo de todos los gastos inherentes a los ensayos.

III. La totalidad del material que se destruya o inutilice por efecto de los ensayos realizados deberá ser reintegrado por el Adjudicatario en la cantidad utilizada para ese fin.

.....
Ing. César Martín Barbera
Solicitante – Sistema COMPR.AR

.....
Mayor Bárbara Beatriz Luján Barreto
J Dpto Mat – H Grl 601 - HMC

EJERCITO ARGENTINO - H Grl 601 - HMC "Cir My Dr Cosme Argerich" -

.....
Coronel Alfio Roberto Basile
Director Operativo – H Grl 601 - HMC

ANEXO 3 – DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

Lugar y Fecha:……...…….
Razón Social o Nombre:…….…….
C.U.I.T.:……..……..

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DECRETO N° 1030/2016 y sus

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA DEL OFERENTE ……

ACLARACIÓN……

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-96445447-APN-HMC#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Octubre de 2026

Referencia: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES - 84/26-0687-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 47 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.02 16:02:06 -03:00

Pablo Damian GONZALEZ
Mayor
Hospital Militar Central
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.10.02 16:02:17 -03:00