PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo contratante	**HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR "Campo de Mayo"**

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: LICITACIÓN PRIVADA	N°: 84/8-0614-LPU26	Ejercicio: 2026
Clase: De etapa única nacional.		
Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
Expediente Nº: EX-2026-80346281- -APN-HMCM#EA		
Rubro Comercial: PROD. MEDICO/FARMACÉUTICOS/LAB, REPUESTOS, QUÍMICOS.		
Nombre de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL Y PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS.		
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERALY PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS EN EL H GRL 602.		
PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: CIENTO VEINTE (120) DIAS CORRIDOS O HASTA AGOTAR EL STOCK.		
Costo del Pliego: SIN COSTO.		

CONSULTAS AL PByCP	
Lugar	**Plazo y forma**
https://comprar.gob.ar denominado COMPR.AR	De acuerdo a lo previsto establecido en el Artículo 7° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16.

OBTENCION DEL PByCP	
Lugar	**Plazo y Horarios**
https://comprar.gob.ar denominado COMPR.AR	De acuerdo a lo previsto establecido en el Artículo 6° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS	
Lugar	**Plazo y Horarios**
https://comprar.gob.ar denominado COMPR.AR	Según lo determinado en el Cronograma COMPRAR y lo establecido en el Artículo 9° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16.

APERTURA	
Lugar	**Día y Hora**
https://comprar.gob.ar denominado COMPR.AR	Según lo determinado en el Cronograma COMPRAR y lo establecido en el Artículo 11° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/16.

MUESTRA	
Lugar	**PLAZO Y HORARIO**
HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – DEPARTAMENTO MATERIALES Y DEPARTAMENTO DE INTENDENTE CUARTEL– Av. Tte Grl PABLO RICCHIERI S/Nro. – Puerta 4 – Campo de Mayo – Provincia de Buenos Aires – C.P. 1659	Según lo determinado en el Cronograma en el Sistema COMPRAR.
CORREO INSTITUCIONAL:	sccu2342@cge.mil.ar/ comprashmcm@hotmail.com
CORREO COMISIÓN RECEPTORA	crehmcm@outlook.com
Observaciones	

Para resultar adjudicatario de la presente Contratación, deberá poseer el "Alta de Beneficiario" en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE ECONOMÍA

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1: MARCO LEGAL NORMATIVO.

El presente Proceso de Selección se regirá conforme a la normativa que a continuación se detalla, la cual es a los fines enunciativos y no taxativos:

a. Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Delegado Nº 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Nº 1.030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios y complementarios.

c. Decreto Nº 1.075/2001.

d. Decreto Nº 1.344/2007 y sus modificatorios y complementarios.

e. Decreto Nº 312/2010 y sus modificatorios y complementarios.

f. Decreto Nº 202/2017 y sus modificatorios y complementarios.

g. Decreto Nº 800/2018 y sus modificatorios y complementarios.

h. Decreto Nº 963/2018 y sus modificatorios y complementarios.

i. Decreto Nº 811/2022 y sus modificatorios y complementarios.

j. Decreto Nº 666/2024.

k. Decreto Nº 206/2025.

l. Disposiciones ONC Nº 62-E/2016, 63-E/2016, 64-E/2016 y 65-E/2016, 24/2023, 62/2024 y sus modificatorias y complementarias.

m. Comunicaciones Generales ONC Nº 47/2016, 90/2017, 102/2018, 130/2019, 3/2020, 2/2024, 7/2024, 8/2024, 20/2024, 24/2024, 8/2025 y 1/2026.

n. Resoluciones Generales AFIP Nº 1415/2003, 2485/2008, 4164/2017 y 4290/2018 y sus modificatorias y complementarias.

ñ. Leyes Nº 19.587, 19.549, 24.156, 24.557, 25.300, 27.401, 27.636, 27.742.

o. Resolución N° 11-E/2017 y 4/2023 – Oficina Anticorrupción.

p. RESOL-2026-296-APN-MD - Competencia de las autoridades de las FFAA y el EMCO.

q. Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

Toda la normativa citada precedentemente podrá consultarse en el Sitio Web http://www.infoleg.gob.ar, en forma directa o a través del Portal COMPR.AR, ingresando a https://comprar.gob.ar/, o en el que en un futuro lo reemplace, sin que pueda alegarse su desconocimiento. La enumeración precedente no excluye la aplicación al presente de las normas que corresponda en virtud de los bienes o servicios a adquirir.

que prestarán los proveedores que resulten seleccionados.

ARTICULO 2: ORDEN DE PRELACIÓN.

Conforme lo establecido en el Artículo 2° del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus normas modificatorias y complementarias, todos los documentos que rijan el llamado, así como los que integren el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

a. Decreto Delegado Nº 1.023/2001 y sus modificatorios y complementarios.

b. Las disposiciones del Reglamento aprobado por el Decreto 1.030/2016.

c. Las normas que se dicten en consecuencia del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus normas modificatorias y complementarias.

d. El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector del presente régimen.

e. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

f. El Pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

g. La Oferta.

h. Las muestras que se hubieran acompañado.

i. La adjudicación.

j. La orden de compra, de venta o el Contrato, en su caso.

ARTICULO 3: CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario. El cómputo de plazos se regirá por la fecha y hora oficial del Sitio Web https://comprar.gob.ar, o en el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTICULO 4: NOTIFICACIONES.

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizarán válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.
Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica en particular Escritorio del Proveedor, para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante y artículo 8° del Pliego Único de Bases y Condiciones - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

Asimismo, las notificaciones que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran en

el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios el Artículo 7º del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65 – E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR.

ARTICULO 5: CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

El Pliego se encontrará a disposición de los interesados para su consulta y retiro en el Sitio Web https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse a través del Portal COMPR.AR, o el que en el futuro lo reemplace, hasta TRES (3) días hábiles previos a la fecha fijada para la apertura de las Ofertas.

En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueran efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

ARTICULO 6: CIRCULARES ACLARATORIAS y MODIFICATORIAS.

La Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto podrá elaborar Circulares Aclaratorias o Modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas, Comunicación General ONC 23/2021.

Las Circulares Aclaratorias podrán ser emitidas por el Titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de este Nosocomio y comunicadas con DOS (2) días hábiles, como mínimo, de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las Ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado y/o descargado el Pliego y al que hubiere efectuado la consulta si la Circular se emitiera como consecuencia de ello e incluirlas como parte integrante del Pliego y difundirlas en el Sitio Web https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

Las Circulares Modificatorias serán emitidas por la misma Autoridad que hubiere aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, o por aquel en quien se hubiese delegado expresamente tal facultad.

Las Circulares Modificatorias serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día hábil en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original con UN (1) día hábil, como mínimo, de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas, se difundirán en el Sitio Web https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

Teniendo en cuenta que, entre la publicidad de la Circular Modificatoria y la fecha de apertura, deberán cumplirse los mismos plazos de antelación estipulados en la normativa vigente que deben mediar entre la convocatoria original y la fecha de apertura, se indicará en la misma la nueva fecha para la presentación de las Ofertas.

Las Circulares por las que únicamente se suspenda o se prorrogue la fecha de apertura o la de presentación de las Ofertas podrán ser emitidas por el titular de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto y serán difundidas, publicadas y comunicadas por UN (1) día hábil en los mismos medios en que hubiera sido difundido, publicado y comunicado el llamado original, con UN (1) día hábil, como mínimo, de anticipación a la fecha originaria fijada para la presentación de las Ofertas.

No se podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través del COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

ARTICULO 7: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS - ACTO DE APERTURA.

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora determinados en el cronograma de fechas del presente

pliego, a través del COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos del presente pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que sólo sea posible efectuar la presentación en forma material, como la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta electrónica y serán presentados ante la UOC del HMCM hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de ofertas, y dentro de los DOS (2) días hábiles posteriores a la apertura para la presentación de garantías (pagare).

A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores, según Disposición ONC N° 65-E/2016.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla y/o su confirmación en el sistema por parte del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Las ofertas que no sean ingresadas y confirmadas en el portal COMPR.AR y hasta el día y hora consignados para ello, se tendrán como no válidas, sin excepción.

La Apertura de Ofertas se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace). En forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo, de acuerdo a la establecido en el Artículo 54 del Decreto 1.030/2016, Articulo 12 de la Disposición N° 63-E/2016 y con la Comunicación General de la ONC N° 7/2022.

ARTICULO 8: HABILIDAD PARA CONTRATAR.

Se rige sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y artículo 25 de la Disposición N° 62/2024 de la ONC, (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

a. Ser una persona Humana o Jurídica con capacidad para obligarse.

b. Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación de ofertas.

c. No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios.

A los fines de cumplimentar lo dispuesto por el Artículo 28, Inciso f) del Decreto Nº 1.023/2001, Artículo 1, Inciso b) del Decreto N° 811/2022, sus modificatorios y complementarios, la Unidad Operativa de Contrataciones del Nosocomio verificará la habilidad de contratar del Oferente en los términos de la Resolución AFIP Nº 4164-E/2017 y la Comunicación General ONC Nº 90/2017; motivo por el cual el oferente no deberá registrar deuda exigible ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), para poder resultar Preadjudicado.

A los fines de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 28 Inciso h) del Decreto Nº 1.023/2001, se consultará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

ARTICULO 9: COTIZACIÓN.

En la cotización se deberá consignar:

a. Precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida solicitada. Las Ofertas deberán ser expresadas en PESOS ARGENTINOS, con hasta DOS (2) decimales, incluyendo IVA sin discriminar, en atención a que la Contaduría General del Ejército reviste el carácter de "EXENTO" en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias, y actúa como Agente de Retención de ambos tributos y en el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

b. El precio cotizado será el precio final que deba pagar este Nosocomio en su carácter de Organismo Contratante por todo concepto.

c. Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato.

d. No se admitirán Cotizaciones Parciales, es decir, se deberá cotizar el total del Renglón, regirá para todos los oferentes participantes y para las MIPyME´S.

e. Los oferentes deberán cotizar productos nuevos, sin uso, siendo este Nosocomio el primer usuario desde que los mismos salieron de fábrica y servicios de primera calidad. Todos los Bienes y/o Servicios deberán ofrecer permanentemente óptimas condiciones de seguridad, cumpliendo con todas las normas y pautas de comercialización vigentes al momento de presentar la Oferta.

ARTICULO 10: REQUISITOS DE LAS OFERTAS.

Las Ofertas deberán cumplir, con los siguientes requisitos:

a. Deberán ser redactadas en Idioma Nacional.

b. Deberán cumplir con lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I de la Disposición N° 62/2024 de la ONC, (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

c. No se admitirán cláusulas de ajuste de precios bajo ninguna modalidad y/o condición.

d. Deberán dar cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

e. No se aceptarán Ofertas Variantes en los términos del Artículo 57 del Decreto Nº 1030/2016.

f. Solo en caso de que el monto de la Oferta supere la cantidad que represente UN MIL (1.000) MÓDULOS, el Oferente deberá presentar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en la forma prevista por la Disposición ONC Nº 63-E/2016 y sus modificatorias y complementarias. El valor del módulo será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) conforme lo determinado en el Artículo 5 del Decreto 666/2024.

g. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO Nº 202/2017: Los Oferentes deberán cumplimentar lo dispuesto en la Comunicación General ONC Nº 24/2024. Salvo que se informare lo contrario, y a los fines de cumplir con la obligación de los Artículos 1° y 2° del Decreto Nº 202/2017, modificados por la Resolución N° 4/2023.

- "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave

fiscal y seleccionar el siguiente trámite.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. **Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.**

- Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."



- Los oferentes deberán cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

h. Los Oferentes que declaren encontrarse constituidos como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (en adelante MiPyME) o Cooperativa, deberán acreditar dicha condición al momento de la presentación de la Oferta. La condición de MiPyME o Cooperativa deberá encontrarse vigente al momento de la emisión del dictamen de evaluación de las Ofertas, o bien, en los procedimientos en que no se realice dicha etapa, al momento de la adjudicación. A los fines de ser considerados MiPyME, los Oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la Resolución SECPYME Nº 220/2019, sus normas modificatorias y complementarias, y las que en el futuro la reemplacen.

ARTICULO 11: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACIÓN PRESENTAR CON LA OFERTA.

Las ofertas deberán ser presentadas en documentos formato PDF, todos los documentos requeridos y efectos a cotizar, y ser adjuntado donde es requerido en el proceso, no se aceptará otro formato, en caso contrario será intimado a adjuntar nuevamente como se solicita, en caso de no hacerlo la oferta quedara comprendida en el artículo 1 inciso i. del Decreto 811/2022, el cual modifica el Decreto 1.030/2016, siendo esta desestimada.

Como así también:

a. **Anexo I** al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL OFERENTE.

b. **Anexo II** al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

c. **Anexo III** al Pliego de Bases y Condiciones Particulares DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

d. **Anexo IV** al Pliego de Bases y Condiciones Particulares –ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 07/ FARM/HMCM/2026.

e. **Anexo V** al Pliego de Bases y Condiciones Particulares – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 02/ FARM/HMCM/2026

f. Adjuntar a la oferta el Remito de MUESTRA.

g. "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

h. Constancia de inscripción ante la ARCA.

i. Personas humanas: fotocopia de la primera y segunda hoja de su DNI.

j. Personas jurídicas: Deberán adjuntar copia del acta constitutiva, estatuto o contrato social y sus reformas de conformidad con el tipo societario. Asimismo, la mencionada documentación deberá contar con la inscripción en el registro u órgano de contralor respectivo, debiendo encuadrarse en las normas correspondientes a la entidad de la que se trate. En los casos en que el oferente sea una Sociedad Anónima deberá presentar copia debidamente certificada (del modo antes mencionado) de la nómina del directorio y en su caso, del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente por la que se designe al directorio y del acta de directorio con la distribución de cargos. Documentación qúe acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el qúe se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario qúe actúe en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original. En el supuesto que los documentos y el directorio hayan sido dados de alta en la ONC y figuren en la misma como "aprobados", no será necesario presentar la documentación que acredite dicha presentación.

La oferta deberá ser escaneada y subida en la plataforma electrónica del COMPR.AR.

Los Anexos a presentar deberán ser los que se encuentran detallados en el Art 31 del presente PBCP.

ARTICULO 12: REQUISITOS TÉCNICOS.

a. SI, se requiere muestras.
b. Las muestras deberán ser presentadas en el SERVICIO DE FARMACIA de este Nosocomio, tendrá como

única fecha la estipulada en el sistema COMPR.AR. Dichas muestras deberán estar acompañadas del correspondiente remito, el que será conformado por el funcionario que recibe (firma, aclaración, hora y fecha de la entrega) y deberá adjuntarse a la oferta, caso contrario no será tomado como válido a la hora de evaluación de la misma.
Las muestras serán sin cargo para el Organismo, por lo tanto, el oferente deberá hacerlo constar en la documentación, caso contrario se tendrán por no presentadas. Deberá presentarlas de manera que contribuyan a ilustrar mejor su oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas fijadas en el presente pliego. Deben estar perfectamente embaladas, en su envase original y deben indicar en forma visible los datos del procedimiento de selección, número de renglón al que corresponda, fecha y hora de apertura de las ofertas y la identificación del oferente.

c. La cotización deberá realizarse según lo solicitado en Anexo IV y V – Especificaciones Técnicas necesario adjuntar dicho anexo como parte de la oferta electrónica.

ARTICULO 13: REQUISITOS ECONÓMICOS FINANCIEROS.

a. La oferta deberá cumplir, como mínimo, con los requisitos establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

b. Los precios cotizados serán considerados finales, únicos, fijos, invariables y deberán incluir el I.V.A., sin discriminar, durante todo el periodo que abarque la contratación y hasta la cancelación total de la facturación, por cantidades netas, no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (Artículo 5 del Decreto Nº 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561 "De Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario").

c. La cotización deberá ser total por renglón, no siendo aceptables las cotizaciones parciales del renglón, salvo las excepciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

d. Los oferentes deberán obligatoriamente cotizar la marca del producto, en un todo de acuerdo con las características citadas en el PByCP y en las Especificaciones Técnicas, al momento de la apertura de las ofertas. La que deberá ser taxativa, no pudiéndose usar expresiones tales como "o similar" y/o "según existencia al momento de la entrega", siendo requisito para poder realizar una correcta comparación entre las ofertas obtenidas.

ARTICULO 14: FORMAS DE GARANTÍAS.

De acuerdo a lo establecido en:

a. Artículo 46° FORMAS DE GARANTÍAS de la Disposición 62/2024 de la ONC y artículo 46 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 15: CLASES DE GARANTÍAS.

Los Oferentes o los Cocontratantes deberán constituir las Garantías que más abajo se detallan, en la misma moneda utilizada para presentar su Oferta. A los efectos de lo dispuesto en el presente Pliego y en el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios, el valor del módulo será de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).

a. De Mantenimiento de Oferta: Los Oferentes deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del importe total de la Oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la Garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

En la Oferta presentada a través del Portal COMPR.AR se deberá individualizar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el Portal a tal efecto.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se deberá constituir por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. No será necesario presentar esta Garantía cuando el monto de la misma no supere la cantidad que represente UN MIL (1.000) MÓDULOS, conforme lo dispuesto en el Inciso c) del Artículo 80 del Decreto Nº 1.030/2016 y sus modificatorios y complementarios.

b. De impugnación: El importe de la Garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la Oferta del Renglón o los Renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el Contrato.

c. Para las impugnaciones realizadas por personas físicas/jurídicas (interesados) que no revistan la calidad de Oferente, deberán integrar como garantía de impugnación el monto fijo equivalente a DOCE (12) MÓDULOS.

Las Garantías de Impugnación serán reintegradas al Impugnante solo en caso de que la Impugnación sea resuelta favorablemente.

Devoluciones de garantías: Artículo 113 de la Disposición 62 – E/2016.

Asimismo, las garantías deben estar a favor del EJÉRCITO ARGENTINO – HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO (CUIT 30-54669051-9), con domicilio en "Avenida Teniente General Riccheri s/n – H Grl 602 – HMCM". También deberá hacer mención al Objeto, tipo y N° de la Contratación.

Cuando la garantía NO FUERA ELECTRÓNICA, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el DAF de la HOSPITAL GENERAL 602 – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO" - sito en la Ruta Nacional 202 y Ruta 8 Campo de Mayo - Provincia de Buenos Aires - CP 1659. Caso contrario la oferta será desestimada.

ARTICULO 16: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES.

UNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS Y CONCESIONARIOS DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

"SICO", en tanto base de datos unificada, se integrará con los Sistemas de Gestión Electrónica de Contrataciones COMPR.AR y CONTRAT.AR, según corresponda, y estará conformada por TRES (3) categorías de cocontratantes del Estado Nacional claramente diferenciadas:

Proveedores (SICO-PRO), Proveedores de bienes y servicios (SICO-COP) Contratistas de obra pública y (SICO-CON) Concesionarios de obra, infraestructura y servicios públicos.

Téngase presente que el artículo 19 del Decreto N° 206/25 estipula que hasta tanto la ONC dicte la normativa complementaria relativa al SICO y fije la fecha en la cual el nuevo sistema cuente con plena operatividad continuarán vigentes los regímenes de registro y/o inscripción de las personas interesadas en participar en procedimientos de selección regidos por el Decreto Nº 1023/01 y las Leyes Nros. 13.064 y 17.520 y sus modificatorias y reglamentarias, de acuerdo al siguiente detalle:

a. El Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la Oficina Nacional de Contrataciones, es el Registro en el cual deben inscribirse los Proveedores de Bienes y Servicios que deseen contratar con la Administración Pública Nacional y se incorpora al Portal COMPR.AR.

b. Los interesados deberán realizar la Preinscripción / Actualización de los datos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) accediendo al Sitio Web de COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de preinscripción, todo ello con sujeción a lo normado en la Disposición ONC Nº 64-E/2016 y su modificatoria.

c. Los instructivos y manuales de apoyo a los proveedores están disponibles en el sitio de Internet https://comprar.gob.ar.

d. Los Oferentes que no se encuentren preinscriptos en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán constituir un Domicilio Electrónico Especial en la respectiva Oferta. El Domicilio Electrónico Especial podrá constituirse en cualquier parte del Territorio Nacional o en el Extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante Declaración Jurada.

e. Dentro de los DOS (2) días siguientes al Acto de Apertura de las Ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones verificará la Preinscripción/Actualización de los datos en el Sistema de Información de Proveedores, conforme lo estipulado en el Artículo 25 de la Disposición ONC Nº 62-E/2016 y artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 17: EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE OFERTAS.

La Evaluación de las Ofertas será efectuada por la Comisión Evaluadora, conforme lo determinado en el Artículo 64 del Decreto 1.030/2016 y Artículo 27° de la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

La adjudicación se realizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 15° del Decreto Delegado N° 1.023/01.

Se considerará para la evaluación lo siguiente:

a. Normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.

b. No se admitirá la especificación "según Pliego" como identificación del servicio o equipamiento ofrecido. Deberán detallar las especificaciones técnicas de los productos ofrecidos que permitan evaluar el estricto cumplimiento de los requerimientos estipulados en el presente Pliego, pudiendo adjuntar folletería a tales efectos.

c. Obligaciones tributarias y/o previsionales.

d. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional, lo que no significa que se le adjudicará al menor precio ofertado, será de acuerdo a la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

e. Antecedentes negativos en materia contractual con la Fuerza y con la Administración Pública Nacional (cumplimientos fuera de término, intimaciones por problemas de entrega informados por las unidades requirentes, Apercibimientos vigentes ONC a partir del año 2025, se les asignará el último orden de mérito en cada renglón ofertado, ello de conformidad con el Artículo 68 Inciso g) del Decreto 1030/2016.

f. Cumplimiento de lo estipulado en las Especificaciones Técnicas, Anexos y Observaciones solicitadas, establecidas o adjuntas al presente Pliego.

g. Se verificará si los oferentes se encuentran incluidos en listas de inhabilitación o sanción emitidas por organismos internacionales de crédito, tales como el BANCO MUNDIAL y/o el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) dando cumplimiento a la Comunicación de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) N° 1/2026, Punto II En caso de constatarse dicha inclusión, la persona humana o jurídica será considerada inelegible a los efectos de la presente contratación.

- **CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES.**

Conforme lo determinado en el Artículo 66 del Decreto Nº 1.030/2016, lo modificado por el

Artículo 1° del Decreto Nº 811/2022.

- **CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES.**

  Conforme lo determinado en el Artículo 67 del Decreto Nº 1.030/2016, lo modificado por el Artículo 2° del Decreto Nº 811/2022 y Artículo 31° Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

- **DESEMPATE DE OFERTAS.**

  Cuando este Nosocomio lo estime oportuno y conveniente, solicitara mejora de precios, a los fines de mejorar la única oferta admisible que haya sido confirmada en la plataforma electrónica COMPR.AR o, en caso de existir más de una, el pedido de mejora sólo recaerá en la oferta admisible de más bajo precio, cuando el oferente sea a su vez hábil y elegible, de acuerdo al artículo 35° del Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

- **MEJORA DE PRECIOS.**

  Cuando este Nosocomio lo estime oportuno y conveniente, solicitara mejora de precios, a los fines de mejorar la única oferta admisible que haya sido confirmada en la plataforma electrónica COMPR.AR o, en caso de existir más de una, el pedido de mejora sólo recaerá en la oferta admisible de más bajo precio, cuando el oferente sea a su vez hábil y elegible, de acuerdo al artículo 36° del Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 18: COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

El Dictamen de Evaluación de las Ofertas se notificará a todos los Oferentes mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace). Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR. De acuerdo al Art 30 de la Disposición 63/E/2016.

ARTICULO 19: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El computo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del Sistema Electrónico de Contrataciones, conforme a lo establecido en el Artículo 73° del Decreto 1.030/2016, Artículo 38° Pliego de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM), integrando la Garantía determinada en el Artículo 78 del Decreto Nº 1.030/2016.

Cuando la Garantía integrada no fuera electrónica, el Original o el Certificado pertinente de la Garantía de Impugnación constituida deberá ser presentado dentro del plazo de impugnación en el Departamento Administrativo Financiero, dirección Av. Tte Grl Pablo Ricchieri S/ N° Puerta 4 (CP 1659) Campo de Mayo – Buenos Aires, de lunes a viernes (hábiles y administrativos) de 08:00 a 12:00 horas (PAGARE).

Cuando la Garantía fuera una Póliza Electrónica de Seguro de Caución, el impugnante deberá individualizar junto con la impugnación en el Portal COMPR.AR completando los datos requeridos por el mismo y no se presentará en forma física.

Para las impugnaciones realizadas por personas físicas/jurídicas (interesados) que no revistan la calidad de Oferente, deberán integrar como garantía de impugnación el monto fijo equivalente a VEINTE (20) MÓDULOS.

ARTICULO 20: FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Mediante el Acto Administrativo de Finalización del Procedimiento de Selección, se aprobara lo actuado, cuando así corresponda, según el caso, se declarará Desierto, cuando no se presenten ofertas o fracasado

Cuando se desestimen ofertas por resultar inadmisibles o sean excluidas del orden de mérito por inconvenientes, se dejará sin efecto el procedimiento o algunos de los renglones; o bien se adjudicará total.

La adjudicación recaerá a favor de la Oferta más conveniente para el Organismo Contratante, teniendo en cuenta el precio Ofertado, la calidad, la idoneidad del Oferente y demás condiciones de la Oferta de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola Oferta.

La Adjudicación será notificada al Adjudicatario o los Adjudicatarios y al resto de los Oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el Acto Administrativo respectivo, mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace). Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR.

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, éstas serán resueltas en el mismo Acto que disponga la Finalización del Procedimiento.

ARTICULO 21: ADJUDICACIÓN.

La adjudicación se realizará por renglón y de acuerdo a lo establecido en Art 31° de la Disposición 62/2016.
La notificación de la Orden de Compra al Adjudicatario o los Adjudicatarios producirá el Perfeccionamiento, de acuerdo lo establecido en el Artículo 15° del Anexo I a la Disposición ONC N° 65-E/2016.
La notificación del Documento Contractual al Adjudicatario o los Adjudicatarios se realizará mediante la difusión en el Portal COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/ o en la que en un futuro la reemplace).
Asimismo, se enviarán automáticamente avisos mediante mensajería del Portal COMPR.AR.

ARTICULO 22: PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA.

Posterior a la adjudicación se producirá el perfeccionamiento del contrato, conforme las previsiones establecidas en el Artículo 43 del PUBCG.

- **SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: 84/8-4499-SCO26 ET Nro 07/FARM/HMCM/2026 (renglón 01 al 89).**

  El número máximo de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato es del 100% de lo especificado en cada renglón.
  1. La frecuencia aproximada con que se realizarán las Solicitudes de Provisión será la siguiente:
  Una Solicitud de Provisión, por el 50 % de la cantidad total de cada uno de los renglones, dentro del primer
  mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.

  •Otra Solicitud de Provisión por el 25 % de cada renglón, dentro del segundo mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.

  •Otra Solicitud de Provisión por el 25 % de cada renglón, dentro del cuarto mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.

  •Supeditado lo anterior a la disponibilidad presupuestaria.

- **SOLICITUD DE CONTRATACIÓN: 84/8- 4739-SCO26 ET Nro 02/FARM/HMCM/2026 (Renglón 90 al 161).**

- **El número máximo** de unidades que podrán requerirse durante el lapso de vigencia del contrato es del 100% de lo especificado en cada renglón.
  1. **La frecuencia** aproximada con que se realizarán las Solicitudes de Provisión será la siguiente:
  • Una Solicitud de Provisión, por el 50 % de la cantidad total de cada uno de los renglones, dentro del primer

mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.

• Otra Solicitud de Provisión por el 25 % de cada renglón, dentro del segundo mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.
• Otra Solicitud de Provisión por el 25 % de cada renglón, dentro del cuarto mes de vigencia de las correspondientes Órdenes de Compra Abierta.

Supeditado lo anterior a la disponibilidad presupuestaria.

Se considerará cumplido cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos de conformidad definitiva, que será otorgada por la Comisión Receptora de Efectos (CRE) del H GRL 602-HMCM.

ARTICULO 23: RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.
Las pautas para la Recepción de los Bienes y/o Servicios son las que se encuentran normadas en el Artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

Contacto: COMISIÓN DE RECEPCIÓN:
Correo Electrónico: crehmcm@outlook.com
La Comisión de Recepción verificará si la prestación cumple o no las condiciones establecidas en los documentos del llamado, así como en los que integren el contrato. En principio recibirán los servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción. Para ello, procederá conforme lo determinado en los Artículos 86°, 88° y 89° del Decreto Nº 1.030/2016 y los Artículos 45°, 47° y 48° de la Disposición ONC Nº 62-E/2016.

La recepción de los Bienes y/o Servicios consistirá de DOS (2) etapas:

a. Recepción Provisoria: La Comisión de Recepción recibirá los bienes y/o prestación de los servicios con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.

   La Comisión de Recepción podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente. A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión Receptora deberá proceder previamente a la confrontación de las prestaciones con las especificaciones técnicas y/o requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
   En los casos en que se verificaran bienes o servicios faltantes, deficientes o que no cumplen con lo solicitado, intimará al cocontratante a que realice las acciones que fueran necesarias para que los bienes y/o servicios sean prestados de conformidad, dentro del plazo establecido.

   El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Comisión Receptora, vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita en favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos.

b. Recepción Definitiva: Deberá ser otorgada en forma expresa por la Comisión Receptora, mediante la emisión de la correspondiente acta o certificación. En el caso de que se verificará que la prestación cumple con las condiciones establecidas en el PBCP, la Comisión Receptora procederá a otorgar la conformidad de la recepción dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a partir de la recepción de bienes y servicios objeto del contrato.
   A los fines del otorgamiento de la conformidad de la recepción, la Comisión Receptora interviniente actuara de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III, Capitulo del Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.
   La Comisión Receptora emitirá un "Acta o Certificado de Recepción Definitiva", debiendo remitir una copia al cocontratante a fin de tramitar el pago de la factura correspondiente.
   En el acta de recepción se deberá detallar, si los hubiera, los incumplimientos del cocontratante, indicando si dan lugar a la aplicación de penalidades y en su caso los montos a descontar, por aplicación de lo previsto en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 y sus modificatorios.

La Recepción Definitiva no conlleva la aceptación de Bienes y/o servicios defectuosos por parte del Nosocomio. Muy por el contrario, este Organismo Contratante sólo adquiere servicios aptos y de primera calidad. En consecuencia, los servicios defectuosos o que presenten vicios ocultos detectados con posterioridad a la Recepción Definitiva serán comunicados al Adjudicatario para su inmediata reposición.

ARTICULO 24: RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario o adjudicatarios será responsable de los daños y/o perjuicios que por causas imputables a él o a sus dependientes, en ocasión de la provisión, pudieran sufrir su personal, los bienes del Nosocomio, el personal del mismo y terceros que circunstancialmente se encuentren bajo su responsabilidad obligándose a reparar y/o reponer lo dañado.

ARTICULO 25: FORMA, PLAZO, LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE FACTURA.

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 90° al 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Artículo 56 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

Solo se admitirá las facturas que se ajusten a lo establecido en las Resoluciones Generales AFIP Nº 1415/2003 y sus modificatorias y complementarias, 2485/2008 sus modificatorias y complementarias, 4164/2017 sus modificatorias y complementarias y 4290/2019.

a. **LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS**: en el DAF de este Nosocomio, de lunes a viernes de 08:00 hs a 13:00 hs en original y a nombre de CONTADURÍA GENERAL DEL EJERCITO (CUIT 30-54669051-9) IVA EXENTO, una vez operada la conformidad definitiva de los Bienes y/o Servicios por la CRE.
b. Se podrán enviar válidamente en correo electrónico (formato PDF): hmcm_contabilidad@hotmail.com.

Se aclara lo que debe corresponder en la facturación
Razón Social: CUIT: 30-54669051-9
CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO – HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO.
PIEDRAS 141 - PISO 01 - CABA
CAPITAL FEDERAL - C.P. 1070
Condición Fiscal: IVA EXENTO
Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE.

a. PLAZO Y MONEDA DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional y a través de la Tesorería General de la Nación, Cuenta Única del Tesoro, conforme las disposiciones de la Resolución SH Nº 262/1995.

El plazo para el pago de las Facturas será de TREINTA (30) días corridos, conforme lo determinado en el de acuerdo a lo establecido en el Art 92° del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Art 57° del PUBCG - DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

La Contaduría General del Ejército en su carácter de Agente de Retención designada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), tiene la obligación de intervenir en la retención de los siguientes impuestos:

a. Impuesto al Valor Agregado (IVA).
b. Impuesto a las Ganancias (GAN).
c. Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

En caso de corresponder la exención, deberá adjuntar, los siguientes documentos, al momento de enviar la factura al correo mencionado anteriormente:

f. Impuesto al Valor Agregado (IVA).

g. **Impuesto a las Ganancias (GAN).**

h. **Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS).**

ARTICULO 26: GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 99° GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016 y en el Artículo 53° del PBCG (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

ARTICULO 27: PENALIDADES.

Serán determinadas, conforme lo establecido en el Artículo 29, Inciso a) del Decreto Nº 1.023/2011, Artículo 102 del Decreto Nº 1.030/2016 y Artículo 3 del Decreto Nº 811/2022 y se tramitarán conforme a la Comunicación General ONC N° 8/2024 y en el Artículo 62° del PBCG (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM).

Para la integración del pago de la afectación de las penalidades se procederá conforme al Artículo 104 del Decreto Nº 1.030/2016, el cuál determina que: "Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden y modalidad:

a. En primer lugar, se afectarán las Facturas al cobro emergente del Contrato o de otros Contratos de la jurisdicción o entidad contratante.

b. De no existir Facturas al cobro, el Oferente, Adjudicatario o Cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la Cuenta Bancaria de la Jurisdicción u Organismo Contratante, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la aplicación de la penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor. En caso de no efectuarse el depósito, se afectará la correspondiente Garantía.

ARTICULO 28: CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA.

En casos de divergencias en la interpretación o ejecución del Contrato, tras agotar la vía administrativa, el Adjudicatario se somete a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder, a tal efecto, el Adjudicatario deberá fijar domicilio legal en el ámbito de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 29: FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN.

La Autoridad Competente podrá:

a. Dejar sin efecto el presente llamado en su totalidad o bien uno o varios renglones, en cualquier momento con anterioridad al Perfeccionamiento del Contrato sin que ello acuerde derecho alguno a los interesados u oferentes o adjudicatarios para que se reembolsen los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

b. La Jurisdicción o Entidad Contratante se reserva la facultad de ampliar o disminuir el monto total adjudicado, así como de modificar las cantidades máximas contratadas, en forma total o parcial por renglón, hasta un límite del VEINTE POR CIENTO (20%) del monto o de las cantidades originales pactadas, manteniendo los mismos precios unitarios y condiciones contractuales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 12, inciso b), del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y en el Artículo 100 del Anexo I del Decreto N° 1.030/2016.

   En caso de exceder el porcentaje indicado, la ampliación requerirá la conformidad expresa del cocontratante, sin que en ningún caso el incremento pueda superar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto o de las cantidades originales, conforme lo dispuesto en el Artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM.

ARTICULO 30: FUNCIONARIOS CON COMPETENCIA PARA CONTRATAR Y APROBAR GASTOS CORRESPONDIENTES AL PRESENTE ACTO CONTRACTUAL

1.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:
*.- Autorizar convocatoria y elección del procedimiento.
*.- Dejar sin efecto.
*.- Declarar desierto.

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
HMCM	Coronel	ALEJANDRO JOSÉ FELICI	Dir Grl – H Grl 602 - HMCM

2.- AUTORIDAD COMPETENTE PARA:
*.- Aprobar procedimiento y adjudicar.
*.- Declarar fracasado.

UNIDAD	GRADO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
DGS	General	GUSTAVO ALEJANDRO MOLINARI	DGS

ARTICULO 31: ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO.

a. Anexo I al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL OFERENTE.

b. Anexo II al Pliego de Bases y Condiciones Particulares - DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

c. Anexo III al Pliego de Bases y Condiciones Particulares DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

d. Anexo IV al Pliego de Bases y Condiciones Particulares- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 07 FARM/HMCM/2026.

e. Anexo V al Pliego de Bases y Condiciones Particulares – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Nº 02/ FARM/HMCM/2026.

……...……
Firma y aclaración del oferente

ANEXO I - DATOS DEL OFERENTE

PLANILLA DE DATOS DEL OFERENTE QUE DECLARA BAJO JURAMENTO

Los datos consignados en la presente planilla, que adjunto a esta oferta declaro que revisten la categoría de declaración jurada.

RAZÓN SOCIAL		
CUIT		
DOMICILIO LEGAL		CP:
TEL / FAX:		
E-MAIL		
HORARIO COMERCIAL DE ATENCIÓN	MAÑANA: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _ TARDE: De : _ _ : _ _ A: _ _ : _ _	
PERSONAS AUTORIZADAS (1)		
PERSONAS AUTORIZADAS (1)		

NOTA:
Las personas consignadas en (1), están legalmente facultadas a recibir notificaciones y a tramitar los mismos ante este Nosocomio, en caso de resultar adjudicatario.
En caso de no completar/presentar el presente anexo; se tomaran como ÚNICOS los datos suministrados por el sistema de información de proveedores del COMPR_AR.

COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS

A partir de la comunicación de haber resultado ser adjudicatario, asumo la obligación de comunicar en modo fehaciente (carta documento- telegrama) y dentro de un plazo improrrogable de veinticuatro horas sobre cualquier modificación a los datos mencionados precedentemente. La misma se realizará a la UOC del H GRL 602 HMCM.

…….
Firma y aclaración del oferente

ANEXO II - DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD.

Lugar y Fecha:
Razón Social o Nombre:
C.U.I.T.:

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO N°1030/2016.
ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:
a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.
i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano
de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA DEL OFERENTE, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL:
ACLARACIÓN:

ANEXO III - DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR.

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
CUIT:	
Razón Social o Nombre completo:	

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1.023/2001 y sus modificaciones y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo legal.

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DECRETO N° 1023 / 2001

Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas.

Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente.

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Etica Pública, N° 25.188.

c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

Lugar y Fecha:	

ANEXO IV – ESPECIFICACIONES TECNICAS – Nº 7/FARM/HMCM/2026 -(Renglón 01 al 89)

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA N° 07/FARM/HMCM/2026

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL H GRL 602- HMCM"

FECHA: 01 JUN 26

Modalidad: Orden de Compra Abierta

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar.

Anexo 3: Requisitos particulares.

Apendice 1: Descripción del Item/Especificaciones Técnicas

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR LOS OFERENTES

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que **SE DEBERÁN CUMPLIR PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE USO GENERAL PARA EL H GRL 602-HMCM**

CONDICIONES GENERALES

1. **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.**

   a. Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.
   b. Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

   1) **En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:**

   a) Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). (*El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado*).

PAGINA 1 DE 23

b) Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

2) **En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:**
Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

3) **En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:**
Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

4) **En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:**
Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

5) **En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:**
Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.**

6) **En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:**
Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de **la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994,** de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

c. **Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y por el Responsable Legal, haciéndose responsables de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud).**

d. Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia de reempadronamiento para Transito Interprovincial vigente a la fecha de presentación de la documentación.

e. Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

f. Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

g. Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la siguiente información como mínimo:

(1) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.

(2) El código del lote precedido para la palabra "Lote" o el Nº de serie según corresponda.
(3) Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.
(4) Nombre y matrícula del Director Técnico.

h. La documentación solicitada en la presente Especificación Técnica, debe encontrarse firmada por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico, en cada una de sus páginas.

CAMPO DE MAYO, 01 de Junio de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

ANEXO 1: ENVASES. MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:
   a. La condición de estéril.
   b. Método de esterilización utilizado.
   c. Fecha de vigencia o caducidad.
   d. Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.
5. **TOLERANCIA**

Las consignadas en los respectivos renglones de la Especificación Técnica.

CAMPO DE MAYO, 01 de Junio de 2026

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

1. Lugar de entrega:
   - HOSPITAL GRL 602- HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SERVICIO DE FARMACIA (AV. TTE GRL RICHIERI S/N, CAMPO DE MAYO, PCIA DE BS AS.)
2. El plazo de entrega de los efectos será de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Solicitud de Provisión por parte del adjudicatario.
3. La duración del contrato será de CIENTO VEINTE (120) días corridos.
4. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato será las cantidades especificadas en cada renglón.
5. Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia.
6. El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.

CAMPO DE MAYO, 01 de Junio de 2026

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

1. **ESPECIALIDADES MEDICINALES/ ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES.**

   a. Las especialidades medicinales, antisépticos y desinfectantes deberá contar con certificado de aprobación ANMAT.

   b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

2. **PRODUCTOS MEDICOS:**

   a. Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular, por ejemplo FDA, NIOSH, CE, etc

   b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

3. **PRODUCTOS ESTÉRILES**

   a. Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.
   b. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.
   c. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad de Esterilización** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
   d. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

4. **MUESTRAS**

   a. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras del producto de los renglones ofertados, según se indique en el **Apéndice 1: Descripción del Ítem/Especificaciones Técnicas** de la presente Especificación Técnica.

   b. Lugar de entrega de muestras:

   HOSPITAL GRL 602- HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SERVICIO DE FARMACIA (AV. TTE GRL RICHIERI S/N, CAMPO DE MAYO, PCIA DE BS AS.), en el horario de 08:00 a 12:00 hs desde la publicación del llamado a la licitacitación y hasta el tercer dia hábil anterior a la fecha de apertura. Salvo que en la publicación de la licitación en el COMPR.AR se consigne un plazo distinto para la presentación de las muestras. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo para el Hospital Militar Campo de Mayo.

c. Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS HABILES. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

d. La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES. se podrá presentar un sobre).

e. Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

f. Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

1) Designación del producto
2) Marca
3) Presentación
4) Nombre de la empresa proveedora
5) Número de la contratación
6) Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

g. Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

CAMPO DE MAYO, 01 de Junio de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM
Año de la grandeza Argentina

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RGN	SIBYS	DESCRIPCIÓN CATALOGO ONC	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD
1	295.4707.17	PIPETAS P/NEBULIZAR; USO: NEBULIZACION ADULTO, TIPO: AEROCAMARA , MATERIAL: PLASTICO	AEROCAMARA RIGIDA- DISPOSITIVOS INHALATORIOS; TIPO: DESMONTABLE, USO: AEROSOLTERAPIA, LONGITUD: 10 Cm, VOLUMEN: 100 A 250 CM3 AEROCAMARA PUFF CON MASCARA TAMAÑO ADULTO TIPO AERO 100. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
2	2.5.2-710.4	AGUA OXIGENADA; VOLUMEN 10 - PRESENTACION ENVASE X 1000CM3	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, ENVASE x 1000 ML, según normas FA VII ED. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
3	2.9.5-441.344	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO: ESPINAL PUNTA LAPIZ, ESPECIFICACION: 21 G, PRESENTACION: UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 21 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lápiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
4	2.9.5-441.345	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO: ESPINAL PUNTA LAPIZ, ESPECIFICACION: 23 G, PRESENTACION: UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 23 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lápiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
5	2.5.2-711.41	ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 70 %, PRESENTACION: GEL ENVASE X 250 CM3	ALCOHOL AL 70% EN GEL X 250 ml ENVASE X UN, gel a base de alcohol etílico 70º, glicerina y gelificante. USO MEDICINAL. Presentación envase con dispensador. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
6	2.5.2-711.45	ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 70 %, PRESENTACION: GEL ENVASE X 1 L	ALCOHOL AL 70% EN GEL X 1 litro. ENVASE X UN, gel a base de alcohol etílico 70º, glicerina y gelificante. USO MEDICINAL. Presentación envase con dispensador. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

7	2.5.2-711.2	ALCOHOL USO MEDICINAL; PUREZA: 96 º, CAPACIDAD: 1000 CM3, PRESENTACION: ENVASE X 1000 CM3	ALCOHOL ETILICO 96º, ENVASE x 1000 ML, lo especificado en el renglón, según normas FA VI ED. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
8	2.9.5-470.33	ALGODONES; TIPO: ESTERIL, PRESENTACION: ENVASE X 200 UN	ALGODON CON COLA ESTÉRIL . TAMAÑO CHICO , MEDIDAS 1,0 X 1,0 CM. Cada unidad deberá poseer 30 cms de hilo adherido en forma de cola pudiendo seleccionarlo con o sin radio opacidad. DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
9	2.9.5-470.33	ALGODONES; TIPO: ESTERIL, PRESENTACION: ENVASE X 200 UN	ALGODON CON COLA ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO , MEDIDAS 1,5 X 2,0 CM.Cada unidad deberá poseer 30 cms. de hilo adherido en forma de cola pudiendo seleccionarlo con o sin radio opacidad. DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
10	2.9.5-470.34	ALGODONES; TIPO: EN DISCO, PRESENTACION: ENVASE X 36 UN	ALGODON CON COLA ESTÉRIL. TAMAÑO GRANDE, MEDIDAS 2,0 X 3,5 CM.Cada unidad deberá poseer 30 cms. de hilo adherido en forma de cola pudiendo seleccionarlo con o sin radio opacidad. DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
11	2.2.2-836.436	AMBO; SACO: RECTO, TELA: SIN VALOR, COLOR: BLANCO, TALLE: 38	AMBO DESCARTABLE TELA NO TEJIDA SMS 45 GR HEMORREPELENTE PUÑO RIBB Y COSTURA EN CUELLO TALLE XXL. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
12	2.9.5.5040-7	BOLSAS RESUCITADORAS; TIPO AMBU	RESUCITADOR MANUAL TIPO AMBU ADULTO AUTOCLAVABLE SILICONADO CON MASCARA, BOLSA RESERVORIO Y VALVULA PEEP . Libre de látex, bolsa resucitadora de 1500 ml, bolsa reservorio de PVC de 2500 ml, Mascara oronasal DE SILICONA equipada con válvula de insuflación y araña de sujeción, con conector de diámetro interno de 22 mm. Con tubuladura para administración de oxígeno de PVC de 2mts de largo. Válvula Limitadora de Presión con Pop-Off y Válvula Peep. Recuperación inmediata de bolsa. Compresión uniforme. **DEBERÁ CONSIGNAR EN SU RÓTULO LA LEYENDA O SIMBOLOGÍA DE "LIBRE DE LATEX".** DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD

PÁGINA 28 DE 71

13	2.9.5-427.112	APOSITOS; TIPO: GASA ALGODON, TAMAÑO: 20 X 15 Cm	APOSITO DE ALGODÓN Y GASA TUBULAR DE 15 X 20 CM. **NO ESTERIL**. Compuesto por 10 grs de algodón contenido por gasa tubular, sin bodes que desprendan material, ambas calidad FNA VII Ed y Norma IRAM 7782. Todo el material deberá estar en bolsa de polietileno cerrada como envase primario y en caja como envase secundario del bulto. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT	UNIDAD
14	2.9.5-2505.6	BOLSAS COLECTORAS; TIPO: DE ORINA C/DESAGOTE, USO: ADULTO, CAPACIDAD: 2000 mL	BOLSA COLECTORA DE ORINA. Capacidad 2000 ml, con gancho para colgar, de PVC termosellado, con manguera de drenaje con pico de conexión luer y válvula antirreflujo, manguera de desagote con obturador en su parte inferior, salida de gases para facilitar el llenado. TIPO K-207. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
15	2.9.5-4198.60	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CAMISOLIN HEMORREP. C/REFUERZO, PRESENTACION: UNIDAD	CAMISOLÍN HEMORREPELENTE **NO ESTERIL** . CAMISOLIN, tamaño grande, hidro y hemorrepelente con puño, confeccionado en tela SMS no menor a 45 gr/m2 y largo NO MENOR A 1,30 MTS. . DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
16	2.9.5-4198.60	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CAMISOLIN HEMORREP. C/REFUERZO, PRESENTACION: UNIDAD	CAMISOLÍN HEMORREPELENTE **ESTERIL** . CAMISOLIN , tamaño grande, hidro y hemorrepelente con puño, confeccionado en tela SMS no menor a 45 gr/m2 y largo NO MENOR A 1,30 MTS. . DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
17	2.9.5-4198.27	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CAMPO, CANTIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	CAMPO QUIRURGICO DE 1,00 X 2,40 mts. Tela no menor a 45 grs SMS. **ESTERIL, EMBALADO EN DOBLE BOLSA (DE POLIETILENO O POUCH).** DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
18	2.9.5-4198.27	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CAMPO, CANTIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	CAMPO QUIRURGICO DE 1,35 x 2,60 mts.Tela no menor a 45 grs SMS. **ESTERIL, EMBALADO EN DOBLE BOLSA (DE POLIETILENO O POUCH).** DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
19	2.9.5-4198.27	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CAMPO, CANTIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	CAMPO QUIRURGICO DE 1,40 x 2,00 mts. Tela no menor a 45 grs SMS. **ESTERIL, EMBALADO EN DOBLE BOLSA (DE POLIETILENO O POUCH).** DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

20	2.9.5-2161.395	CATETERES/SONDAS; NUMERO: K 66, TIPO: CANULA ASPIRACION RIGIDA	CANULA TIPO K 66, CANULA P/ASPIRACION RIGIDA C/TUBULADURA T63 Sonda o cánula para aspiración de campo quirúrgico con 2 (dos) metros de tubo de PVC T-63. Envase individual estéril, con identificación de fecha de caducidad y número de lote. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
21	2.9.5-441.81	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO: ABBOCATH, ESPECIFICACION: Nº 24, UNIDAD VENTA: POR UNIDAD, PRESENTACION: POR UNIDAD	CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 24 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula radiopaca libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
22	2.9.5-4198.28	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CEPILLO, CANTIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	CEPILLO ESPONJA ESTERIL PARA LAVADO DE MANOS PRE QUIRURGICO SIN ANTISEPTICO. UNIDAD. Esponja sintética, cuerpo de plástico resistente y pequeñas cerdas o púas de nylon o plástico en la parte inferior, en envase individual, de fácil apertura y con identificación: fecha de caducidad y número de lote. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
23	2.9.5-2160.17	DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA: 2, CAPACIDAD: 2 L, MODELO: ABERTURA DOBLE TAPA, MODELO EQUIPO: ABERTURA DOBLE TAPA, SISTEMA DE CIERRE: ABERTURA DOBLE TAPA	Descartador para vidrios y residuos peligrosos.CAPACIDAD 2 LTS. TIPO P-2 EXPORT DE INTER LIFE. Cuerpo rectangular de una sola pieza . COLOR AMARILLO. Boca central de 8 cm de diámetro, con tapa de cierre provisorio y sellado definitivo, con asas, para su seguro traslado, con indicador de nivel de llenado en sus 3/4 partes Construido en polipropilerio virgen, inyectado, de color amarillo. Autoclavable, incinerable, embutible en almacenamiento. Deberá tener CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015. DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
24	2.9.5-2160.19	DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA: 2, CAPACIDAD: 4 L, MODELO: ABERTURA DOBLE TAPA, MODELO EQUIPO: ABERTURA DOBLE TAPA, SISTEMA DE CIERRE: ABERTURA DOBLE TAPA	Descartadores para vidrios y residuos peligrosos. CAPACIDAD 4 LTS. TIPO P-4 EXPORT DE INTER LIFE.Cuerpo rectangular de una sola pieza. COLOR AMARILLO. Boca central de 8 cm de diámetro, con tapa de cierre provisorio y sellado definitivo,c on asas, para su seguro traslado,con indicador de nivel de llenado en sus 3/4 partes. Construido en polipropileno virgen, inyectado, de color amarillo. Autoclavable, incinerable, embutible en almacenamiento. Deberá tener CERTIFICACIÓN DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015. DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD

25	2.9.5-2160.18	DESCARTADORES DE AGUJAS; BOCA: 2, CAPACIDAD: 7 L, MODELO: ABERTURA DOBLE TAPA, MODELO EQUIPO: ABERTURA DOBLE TAPA, SISTEMA DE CIERRE: ABERTURA DOBLE TAPA	Descartadores para vidrios y residuos peligrosos. CAPACIDAD 7 LTS. Cuerpo rectangular de una sola pieza. COLOR AMARILLO. Boca central de 8 cm de diámetro, con tapa de cierre provisorio y sellado definitivo,c on asas, para su seguro traslado,con indicador de nivel de llenado en sus 3/4 partes. Construido en polipropileno virgen, inyectado, de color amarillo. Autoclavable, incinerable, embutible en almacenamiento. Deberá tener CERTIFICACIÓN DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2015. DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
26	2.9.5-2225.86	ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO: DE CONTACTO, USO: ELECTROBISTURI, PIN: SIN, AGUJA: SIN, DESCARTABLE: NO	ELECTRODO DE RETORNO PARA ELECTROBISTURI DE DOS COMPONENTES AUTOADHESIVO PACIENTE ADULTO.TIPO VALLEYLAB Adhesivo conductor hidrófilo tipo gel. Compatible con todos los sistemas de seguridad tipo REM. Área conductora. Combinación de materiales resistivo y dieléctrico 96,8 cm2. Tamaño aprox. 12,1 x 13,3 cm. Tipo marca Valleylab. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
27	295- 2204.5	GUIA DE SUERO; USO IRRIGACION QUIRURGICA - AGUJA SIN - MODELO V109 - TIPO MACROGOTERO	EQUIPO DOBLE VIA CON CONECTOR EXTERNO PARA IRRIGACION QUIRURGICA EN R.T.U., V - 109. TIPO RIVERO. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
28	2.9.5-2204.2	GUIAS DE SUERO; USO: ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, AGUJA: SIN, MODELO: V17, TIPO: MICROGOTERO	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MICROGOTERO, TIPO V 17. Constara de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con microgotero de material plástico transparente y flexible (PVC) b) un conector en "T" de material plástico duro, con sitio de inyección de látex siliconado para la administración de medicamentos, regulador de flujo ajustable mediante una ruedita plástica. Envasado en dos sobres plásticos herméticamente cerrado y de fácil apertura. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
29	2.9.5-4198.181	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: ESPONJA GELATINA HEMOSTATICA, PRESENTACION: UNIDAD	ESPONJA HEMOSTATICA REABSORBIBLE DE GELATINA, TIPO SPONGOSTAN. UNIDAD DE 70 MM X 50MM X 10MM. Esponja de gelatina absorbente, estéril, gelatina porcina 100% de acción neutra, porosidad uniforme, para uso directo en quirófano. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

30	2.5.8-5590.13	FILMS DE POLIETILENO; ESPESOR: 60 Mn, ANCHO: 20 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 200 M, USO: ESTERILIZAR	FILM DE POLIETILENO DE 60 MICRONES. ROLLO DE 10 CM DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN INCLUIDO EN EL FILM. TIPO BIOLENE. SE ACEPTARA UNA TOLERANCIA + - 20 % EN LA MEDIDA CORRESPONDIENTE AL ESPESOR. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION	UNIDAD
31	2.9.5-7830.8	FILTROS HUMIDIFICADORES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: 250 A 1500 mL, USO: INTERCAMBIADOR	FILTRO HUMID FLO. Deberá tener un rango de volumen tidal: 250-1500 mL. Salida de humedad: 30,4 mg H_2O/L a un volumen tidal de 1000 mL.Resistencia: 1,5 cm H_2O a 60 L/min en modo HME; 0,9 cm H_2O a 60 L/min en modo aerosol. Espacio muerto: 57 mL. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
32	2.9.5-473.80	GASAS; TIPO: HIDROFILA, MEDIDA: 10 X 10 Cm, PRESENTACION: UNIDAD	GASAS HIDROFILA TUBULARES DOBLES DE 10 X 10 CMS. **NO ESTERIL**. SOBRE X 2 UNIDADES. Envase con testigo químico vapor impreso, conteniendo dos gasas hidrófilas tubulares dobles, inicio de corte no menor 30 x 30 cm, dobladas tamaño final 10 x 10 cms, calidad FNA VII Ed y Norma IRAM 7783, cerrado por termosellado rotulado. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	SOBRE X 2 UNIDADES
33	252.3584.1	GEL P/ECOGRAFIA; PRESENTACION ENVASE X 1KG	GEL P/ECOGRAFIA; PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
34	295.1909.77	GUANTE USO MEDICINAL; TIPO DESCARTABLE - TAMAÑO CHICO - MATERIAL LATEX	GUANTES DESCARTABLES PARA TACTO TAMAÑO CHICO, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100
35	295.1909.79	GUANTE USO MEDICINAL; TIPO EXAMINACION - TAMAÑO MEDIUM - MATERIAL LATEX	GUANTES DESCARTABLES PARA TACTO TAMAÑO MEDIANO, CAJA X 100 UNIDADES, de látex de caucho natural, anatómico, resistente al estiramiento, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. Se deberá adjuntar muestra para su comprobación. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100
36	2.9.5-1909.84	GUANTE USO MEDICINAL; TIPO P/QUIMICOS - TAMAÑO CHICO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO "CHICO", CAJA X 100 UNIDADES. COLOR LILA O AZUL, NO DEBE SER DE COLOR NEGRO. Guante de Nitrilo Descartable tamaño CHICO O SMALL, caja x 100 unidades Sin talco Libre de siliconas Borde enrollado Ambidiestro Según Norma Europea CE. EN 374 En 374 Riesgos Químicos y Micro-Organismos Cumple con Resolución 896, Sello "S" IRAM. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100

37	2.9.5-1909.83	GUANTE USO MEDICINAL; TIPO P/QUIMICOS - TAMAÑO MEDIANO - MATERIAL NITRILO - PRESENTACION ENVASE X 100UN	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO "MEDIANO", CAJA X 100 UNIDADES. COLOR LILA O AZUL, NO DEBE SER DE COLOR NEGRO. Guante de Nitrilo Descartable tamaño mediano, caja x 100 unidades Sin talco Libre de siliconas Borde enrollado Ambidiestro Según Norma Europea CE. EN 374 En 374 Riesgos Químicos y Micro-Organismos Cumple con Resolución 896, Sello "S" IRAM. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100
38	2.9.5-6286.1	HEMOSTATICOS ABSORBIBLES; MEDIDA: 5 X 7 X 1 Cm, TIPO: SURGIEL, PRESENTACION: UNIDAD	HEMOSTATICO ABSORBIBLE TIPO SURGICEL. MALLA DE 5 CM X 7 CM X 1 CM. Estéril, tela tejida ligeramente entrelazada, absorbible y estéril. Hemostático absorbible estéril están compuestas por: Celulosa oxidada regenerada. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
39	2.9.5-6286.4	HEMOSTATICOS ABSORBIBLES; TIPO: SURGIEL, MEDIDA: 10,2 X 20,3 Cm, PRESENTACION: UNIDAD	HEMOSTATICO ABSORBIBLE TIPO SURGICEL. MALLA DE 10,2 CM X 20,3 CM. Estéril, tela tejida ligeramente entrelazada, absorbible y estéril. Hemostático absorbible estéril están compuestas por: Celulosa oxidada regenerada. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
40	2.9.5-6752.2	ASPIRADORES MEDICOS; TIPO: HEMOSUCTOR PLASTICO, CAPACIDAD: 750 CM3, EQUIPO: INDIVIDUAL, USO: QUIRURGICO	HEMOSUCTOR (ASPIROFUSOR) TIPO FUELLE DE 750 ml. SACHET DESCARTABLE DE ASPIRACION CONTINUA PARA DRENAJE POSTQUIRURGICO. Recolector de fluidos biológicos con fuelle. Capacidad 750 ml. Producto libre de Látex. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
41	2.5.2-1723.73	ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: IODOPOVIDONA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION, PRESENTACION: FRASCO X 500 mL	IODOPOVIDONA 10%, SOLUCION x 500 ml, CON PICO DOSIFICADOR, TIPO PERVINOX. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
42	2.5.2-1723.115	ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: IODOPOVIDONA, FORMA FARMACEUTICA: JABON LIQUIDO, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL	IODOPOVIDONA 5%, SOLUCION JABONOSAx 500 ml, CON PICO DOSIFICADOR, TIPO PERVINOX. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

43	2.9.5-2157.115	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 1 CM3, AGUJA: CON, USO: TUBERCULINA	JERINGA DESCARTABLE DE 1 ML C/ AGUJA 15/5 O 16/5 PARA TUBERCULINA. Pico luer excentrico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
44	2.9.5-2157.180	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 1 mL, AGUJA: SIN, USO: INSULINA	JERINGA DESCARTABLE DE 1 ML S/ AGUJA. PARA INSULINA. Escala 1-100 UN. Pico luer. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
45	2.9.5-2157.142	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 1 mL, AGUJA: CON, USO: INSULINA	JERINGA DESCARTABLE DE 1 ML C/ AGUJA 15/5 O 16/5. PARA INSULINA. Escala 1-100 UN. Pico luer. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
46	2.9.5-2157.8	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 20 mL, AGUJA: SIN, USO: SIN VALOR	JERINGA DESCARTABLE DE 20 ML. Pico luer excentrico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
47	296-5827.3	KIT SANITARIO; COMPONENTES 5	KIT DE PROTECCION PERSONAL COMUN. Compuesto por; un (1) camisolin, tamaño grande, hidrofobico con puño, confeccionado en tela Spundbond no menor a 35 gr/m2 y largo, un (1) PAR de botas para cirugia, caña larga, confeccionada en tela Spundbond no menor a 35 gr/m2 hidrorrepelente y una (1) cofia confeccionada en Tejido sin tejer, con elástico alrededor de toda la superficie, diámetro de la cofia extendida de no menos de 47 cm., longitud del elástico entre 39 y 40 cm.mas (1)un barbijo quirurgico Hemorrepelente, tricapa, tableado de polipropileno termofilado de 1 sola pieza hemorrepelente capa de soporte de no menos de 40 g/m2, capa exterior de no menos de 20 gr/m2. De forma rectangular, tableado formando un fuelle de amplitud en su uso que permita cubrir nariz y boca del operario. Ribeteado en todo su contorno con cinta del mismo material continuado de la misma en el sentido longitudinal largo aprox. 35 cm., o en su defecto podra tener bandas elasticas para ajuste en orejas en ambos extremos. Ballenado en la zona de la nariz con dispositivo metálico moldeable al rostro de 11 cm. x 3 mm. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

48	2.9.5-8874.395	INSTRUMENTAL MEDICO; DESCARTABLE: SI, MATERIAL: SILICONA + PLASTICO, ELEMENTO: KIT CANULA + CIRC. RESP.	KIT SET PERCUTÁNEO PARA TRAQUEOSTOMIA PARA CANULA N°8: Debe poseer un acceso inicial, el cual incluye una cánula de punción de 14 G y alambre guía (seldinger) condispensador. Un pre dilatador y dilatador: equipado con un dilatador cónica y recubrimiento hidrófilo paraminimizar la fricción. Un catéter guia: Incorpora un sistema con bloqueo de seguridad para mayorestabilidad. Una cánula traqueal con balón de baja presión , conector universal de 15 mm, endo cánulas ypuerto para aspiración subglótica . Debe incluir , además, bisturí, jeringa y compresas de gasa. TIPO KITSET PERCUTÁNEO PARA TRAQUEOSTOMIA. PERCUTRACH. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACION.	UNIDAD
49	295-5972.7	MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: 12 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON	MALLA TUBULAR DE 12 cm de ancho, tejida en algodón rollo de largo no menor a 25 mts, ancho. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION	UNIDAD
50	2.9.5-5972.14	MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: ANCHO 15 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON	MALLA TUBULAR DE 15 cm de ancho X 25 metros, tejida en algodón rollo de largo no menor a 25 mts, ancho. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
51	2.9.5-5972.13	MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: ANCHO 20 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 25 M, MATERIAL: HILO DE ALGODON	MALLA TUBULAR DE 20 cm de ancho X 25 metros, tejida en algodón rollo de largo no menor a 25 mts. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
52	2.9.5-4198.324	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: LÁPIZ ELECTROBISTUBI, PRESENTACION: UNIDAD	MANGO ELECTROBISTURI MONOPOLAR DESCARTABLE CON CABLE Y FICHA. Con comandos de corte y coagulación con sistema "Tact Switch". Hoja de acero inoxidable con pulido mate. Ficha inyectada de una sola pieza. Cable de 3 mts de longitud. Acondicionado en pouch individual. Estéril. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

53	2.9.5-6519.4	MASCARAS LARINGEA; USO: P/VIA RESPIRATORIA N° 3, MATERIAL: SILICONA	MASCARA LARINGEA PARA INTUBACIÓN N° 3 . MATERIAL PVC Canal gástrico integrado de amplio tamaño -Curvatura anatómica para asegurar una inserción fácil -Posibilidad de intubación con TE estándard -Bloque mordedor que evita oclusiones ante mordida del paciente -El balón piloto muetra la talla y una indicación táctil del grado de inflado -Marcas de navegación para uso de FBO o VD -Apto para Resonancia Magnética -Sin Ftalatos -Colocación rápida DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACION	UNIDAD
54	2.9.5-6519.3	MASCARAS LARINGEA; USO: P/VIA RESPIRATORIA N° 4, MATERIAL: SILICONA	MASCARA LARINGEA PARA INTUBACIÓN N° 4 . MATERIAL PVC Canal gástrico integrado de amplio tamaño -Curvatura anatómica para asegurar una inserción fácil -Posibilidad de intubación con TE estándard -Bloque mordedor que evita oclusiones ante mordida del paciente -El balón piloto muetra la talla y una indicación táctil del grado de inflado -Marcas de navegación para uso de FBO o VD -Apto para Resonancia Magnética -Sin Ftalatos -Colocación rápida DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACION	UNIDAD
55	2.9.5-6519.2	MASCARAS LARINGEA; USO: P/VIA RESPIRATORIA N°5, MATERIAL: SILICONA	MASCARA LARINGEA PARA INTUBACIÓN N° 5 . MATERIAL PVC- Canal gástrico integrado de amplio tamaño -Curvatura anatómica para asegurar una inserción fácil -Posibilidad de intubación con TE estándard -Bloque mordedor que evita oclusiones ante mordida del paciente -El balón piloto muetra la talla y una indicación táctil del grado de inflado -Marcas de navegación para uso de FBO o VD -Apto para Resonancia Magnética -Sin Ftalatos -Colocación rápida DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACION	UNIDAD
56	2.9.5-467.23	MASCARAS; TIPO: P/ANESTESIA, MATERIAL: PLASTICO, USO: ADULTO	MÁSCARA PARA ANESTESIA ADULTO PEQUEÑA Nro 3. Material PVC grado médico traslúcido, libre de látex. Con cojin neumático con válvula de inflado y desinflado para ajustar al paciente. Anillo y arnés de soporte en color para identificar el tamaño. **Debe consignar en el rótulo en forma clara la condición de libre de látex.** DEBE CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

57	2.9.5-467.23	MASCARAS; TIPO: P/ANESTESIA, MATERIAL: PLASTICO, USO: ADULTO	MÁSCARA PARA ANESTESIA ADULTO MEDIANO Nro 4. Material PVC grado médico traslúcido, libre de látex. Con cojin neumático con válvula de inflado y desinflado para ajustar al paciente. Anillo y arnés de soporte en color para identificar el tamaño. **Debe consignar en el rótulo en forma clara la condición de libre de látex.** DEBE CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
58	2.9.5-467.23	MASCARAS; TIPO: P/ANESTESIA, MATERIAL: PLASTICO, USO: ADULTO	MÁSCARA PARA ANESTESIA ADULTO GRANDE Nro 5. Material PVC grado médico traslúcido, libre de látex. Con cojin neumático con válvula de inflado y desinflado para ajustar al paciente. Anillo y arnés de soporte en color para identificar el tamaño. **Debe consignar en el rótulo en forma clara la condición de libre de látex.** DEBE CONTAR CON APROBACIÓN DE ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
59	2.9.5-467.87	MASCARAS; TIPO: 6 %, MATERIAL: PLASTICO, USO: OXIGENOTERAPIA	MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA CON SEIS PORCENTAJES ADULTO - TIPO VENTURI CON TUBULADURA Y AJUSTE PARA ROSTRO. Mascarilla de plástico transparente y flexible adaptable anatómicamente al rostro mediante ajuste elástico, con dispositivo para regular como mínimo seis porcentajes de oxigeno, con tubuladura prolongadora de plástico antiacodable de conexión estándar, acondicionadas en envase de cierre hermético. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
60	295-8234.1	ORINALES; MATERIAL: PVC	ORINAL DE PLASTICO DESCARTABLE PARA MUJER. Realizado en polietileno de alta densidad, con manija anatomica y graduación de volumen. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
61	2.9.5-4707.1	PIPETAS P/NEBULIZAR; USO: PARA NEBULIZAR, TIPO: C/MASCARA P/ADULTO, MATERIAL: PLASTICO	PIPETA DE PLASTICO PARA NEBULIZAR COMPLETA MASCARA CON AJUSTE DE ROSTRO Y TUBULADURA. ADULTO de plástico transparente y flexible adaptable anatómicamente al rostro mediante ajuste elástico, con pipeta nebulizadora de 10 a 15 ml de plástico rígido con graduación de volumen residual mínimo, con tubuladura prolongadora de plástico antiacodable de conexión estándar, acondicionadas en envase de cierre hermético. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

62	295-2554.8	ROLLO P/ESTERILIZACION; TIPO PAPEL PAUCHET - PRESENTACION ROLLO X 20 CM X 100M	BOBINAS PELABLES TIPO POUCH, MEDIDAS 20 X 200 MTS Fabricados con papel uso medicinal y film transparente. Film color celeste para comprobar visualmente la integridad del sellado. Apertura aseptica y cierre por termosellado. Facil visualizacion de su contenido a traves del film. Indicador quimico paraVAPOR, ETO y FORM. Fabricados segun NOrmas EN 868 Parte 5 (CE) - BS 6871 - DIN 58953 Parte 4 - IRAM 3116 DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
63	2.9.5-2205.4	PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO: ADMINISTRADOR DE SOLUCIONES, MODELO: PT35	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 3515. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro, envase plástico doble de cierre hermético estéril Medidas: longitud: 1,5 mts, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
64	2.9.6-6387.40	VALVULAS; TIPO: REGULADORA DE PRESION Y CAUDAL, USO: TUBO DE OXIGENO	REGULADOR PARA CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL CON CAUDALIMETRO GRADUADO DE 0 A 15 LTS/MIN Y FLUMITER. Presión de entrada de 0 a 200 Bar. MATERIAL: **BRONCE** DEBERA CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERA PRESENTAR FOLLETO PARA SU APROBACION	UNIDAD
65	2.9.5-2161.156	CATETERES/SONDAS; NUMERO: K10, TIPO: NASOGASTRICA	SONDA K-10. INTUBACION GASTRICA SONDA K - 10. De PVC, para intubación gástrica tipo levine calibre 5,3 mm 16Fr, extremo distal con orificios redondeados atraumático, en el extremo proximal conector luer con tapón. Envase estéril individual, con doble bolsa de polietileno, con nro de lote y fecha de vencimiento. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
66	2.9.5-2161.224	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 14, TIPO: FOLEY DOBLE VIA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA CON BALÓN NRO 14. Lo especificado en el rengión, de látex extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atra umáticos; balón rellenable resistente. Extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
67	295-2226.28	CONECTORES P/MEDICINA; CONECTOR DIAM. 11 CM	SUJETADOR DE TUBO ENDOTRAQUEAL, Con parche adhesivo siliconado para fijación al rostro. TIPO HOLLISTER. Deberá estar aprobado por la ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

68	2.9.5-2620.6	INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION: AUTOCLAVE DE VAPOR, TIPO DE INDICADOR: CINTA INDICADORA, PRESENTACION: ROLLO, METODO: AUTOCLAVE DE VAPOR, INDICADOR: CINTA INDICADORA	CINTA ADHESIVA INDICADORA DE PROCESO PARA VAPOR. Cinta autoadhesiva con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1) que cambian de color ante la presencia del agente esterilizante y permita distinguir materiales expuestos al proceso de esterilización de los que no fueron sometidos al mismo. La medida de la cinta no debera ser menor a los 18 mm de ancho y 50 mts de largo. Deberán cumplir los sistemas de certificación ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
69	2.9.5-2620.5	INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION: OXIDO DE ETILENO, TIPO DE INDICADOR: CINTA INDICADORA, PRESENTACION: ROLLO, METODO: OXIDO DE ETILENO, INDICADOR: CINTA INDICADORA	CINTA ADHESIVA INDICADORA DE PROCESO PARA OXIDO DE ETILENO. Cinta autoadhesiva con indicador químico clase 1 (EN ISO 11140-1) que cambian de color ante la presencia del agente esterilizante y permita distinguir materiales expuestos al proceso de esterilización de los que no fueron sometidos al mismo. La medida de la cinta no deberá ser menor a los 18 mm de ancho y 50 mts de largo. Deberán cumplir los sistemas de certificacion ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
70	2.9.5-931.10	TELAS ADHESIVAS; LONG.DE CUERPO: 9 M, ANCHO: 10.00 Cm, TIPO: SIN VALOR	TELA ADHESIVA COMUN 10 CM. Cinta de tejido de lienzo micro poroso. Con adhesivo de caucho y oxido de zinc, de alto poder adhesivo en una de sus caras no dejando residuos del adhesivo al ser retirada fácil de rasgar en sentido transversal. Rollo por no menos de 9 mts. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
71	2.9.5-931.71	TELAS ADHESIVAS; ANCHO: 5 Cm, LONG.DE CUERPO: 9 M, TIPO: HIPOALERGENICA	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MICROPORE DE 5 CMS DE ANCHO. Cinta micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo deno menos de 9 mts de largo. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
72	2.9.5-931.2	TELAS ADHESIVAS; LONG.DE CUERPO: 9 M, ANCHO: 2.50 Cm, TIPO: HIPOALERGENICA	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, TRANSPORE DE 2,5 CM X 9 M, ROLLO. Cinta plástica micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo deno menos de 9 mts de largo. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
73	2.9.5-931.3	TELAS ADHESIVAS; ANCHO: 5.00 Cm, LONG.DE CUERPO: 9 M, TIPO: HIPOALERGENICA	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, TRANSPORE DE 5 CM X 9 M, ROLLO. Cinta plástica micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo deno menos de 9 mts de largo. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

74	2.9.5-2620.27	INDICADORES DE ESTERILIZACION; METODO DE ESTERILIZACION: VAPOR, TIPO DE INDICADOR: BIOLOGICO, PRESENTACION: CAJA X 100 UN, METODO: VAPOR, INDICADOR: BIOLOGICO	TESTIGO BIOLOGICO AUTOCONTENIDO PARA VAPOR, SISTEMA DE LECTURA SUPER RAPIDA POR FLUORECENCIA TIPO TERRAGENE BIO BT222. DEBE SER COMPATIBLE CON INCUBADORA TERRAGENE MINIBIO EXISTENTE EN EL SERVICIO, CASO CONTRARIO SE DEBERÁ PROVEER EN COMODATO INCUBADORA CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA EXISTENTE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERA PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 50
75	258-6597.14	MANGUERA PLASTICA; MATERIAL PVC - DIAMETRO 12MM - LONG.DE CUERPO 50M	TUBO MANGUERA TIPO CRISTAL DE PVC TIPO T-95, ROLLO X 50 mts. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
76	258-6597.15	MANGUERAS PLASTICAS; TIPO: SIN VALOR, MATERIAL: PVC, DIAMETRO: 6 mm, PRESION DE TRABAJO: SIN VALOR, LONG.DE CUERPO: 50 M	TUBO MANGUERA TIPO CRISTAL DE PVC TIPO T-63, ROLLO X 50 mts. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
77	2.9.5-6509.10	SET DE TUBULADURA; USO: ANESTESIA, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: UNIVERSAL	TUBULADURA PARA CIRCUITO DE ANESTESIA, TIPO DCD 010, PARA ADULTOS, CORRUGADO DE 1,50 M, CON CONECTOR EN "Y". DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
78	2.5.2.5520-4	VASELINA; TIPO: SOLIDA, PRESENTACION: 1 Kg	VASELINA SOLIDA FRASCO X 1 KG, DEBE RESPONDER A FARMACOPEA ARGENTINA VII EDICION. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
79	295-461.67	VENDAS USO MEDICO; TIPO: ENYESADA, MEDIDA: 5 CM X 3 M	VENDA ENYESADA FRAGUADO RAPIDO (VENDA DE YESO) 5 CM DE ANCHO X 3 MTS LARGO. CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM. PARA EL ANCHO Y DE 2 CM. PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
80	295-461.64	VENDAS USO MEDICO; TIPO: ENYESADA, MEDIDA: 10 CM X 3 M	VENDA ENYESADA FRAGUADO RAPIDO (VENDA DE YESO) 10 CM DE ANCHO X 3 MTS LARGO. CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM. PARA EL ANCHO Y DE 2 CM. PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

81	295-461.66	VENDAS USO MEDICO; TIPO: ENYESADA, MEDIDA: 20 CM X 3 M	VENDA ENYESADA FRAGUADO RAPIDO (VENDA DE YESO) 20 CM DE ANCHO X 3 MTS LARGO. CONFECCIONADAS CON TARLATANA Y YESO DE PRIMERA CALIDAD. LAS TOLERANCIAS SERAN DE 1 CM. PARA EL ANCHO Y DE 2 CM. PARA EL LARGO. EL YESO DEBERA SER DE FRAGUADO RAPIDO, Y SE PRESENTARAN EN ENVASE INDIVIDUAL. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
82	2.9.5-461.35	VENDAS USO MEDICO; TIPO: DE GOMA SMARCH, MEDIDA: 10	Venda de goma fabricada en goma tipo Esmarch de hule natural grado médico para provocar isquemia temporal. MEDIDA 10 cm x 2,50 metros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
83	2.9.5-461.37	VENDAS USO MEDICO; TIPO: DE GOMA SMARCH, MEDIDA: 15	Venda de goma fabricada en goma tipo Esmarch de hule natural grado médico para provocar isquemia temporal. MEDIDA 15 cm x 2,50 metros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
84	2.9.5-461.38	VENDAS USO MEDICO; TIPO: DE GOMA SMARCH, MEDIDA: 20	Venda de goma fabricada en goma tipo Esmarch de hule natural grado médico para provocar isquemia temporal. MEDIDA 20 cm x 2,50 metros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
85	2.9.5-461.40	VENDAS USO MEDICO; MEDIDA: 5, TIPO: DE GOMA SMARCH	Venda de goma fabricada en goma tipo Esmarch de hule natural grado médico para provocar isquemia temporal. MEDIDA 5 cm x 2,50 metros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
86	2.9.5-461.58	VENDAS USO MEDICO; TIPO: SIN VALOR, MEDIDA: 5 CM X 10 M	VENDAS USO MEDICO; MEDIDA: 5 cm X 3 m, TIPO: OVATA DE ALGODÓN NO ABSORVENTE, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN BLANQUEAR, 100 % LIBRE DE IMPUREZAS, ULTRA SUAVE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBE PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
87	2.9.5-461.78	VENDAS USO MEDICO; TIPO: OVATA, MEDIDA: 10 Cm	VENDAS USO MEDICO; MEDIDA: 10 cm X 3 m, TIPO: OVATA DE ALGODÓN NO ABSORVENTE, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN BLANQUEAR, 100 % LIBRE DE IMPUREZAS, ULTRA SUAVE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBE PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
88	2.9.5-461.80	VENDAS USO MEDICO; TIPO: OVATA, MEDIDA: 15 Cm	VENDAS USO MEDICO; MEDIDA: 15 cm X 3 m, TIPO: OVATA DE ALGODÓN NO ABSORVENTE, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN BLANQUEAR, 100 % LIBRE DE IMPUREZAS, ULTRA SUAVE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBE PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

89	2.9.5-461.88	VENDAS USO MEDICO; TIPO: OVATA, MEDIDA: 20 Cm	VENDAS USO MEDICO; MEDIDA: 20 cm X 3 m, TIPO: OVATA DE ALGODÓN NO ABSORVENTE, RESISTENTE A LA TRACCIÓN, SIN BLANQUEAR, 100 % LIBRE DE IMPUREZAS, ULTRA SUAVE. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT DEBE PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

CAMPO DE MAYO, 01 de Junio de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

ANEXO V ESPECIFICACION TECNICA Nº 2/FARMA/HMCM/2026 -(Renglón 90 al 161)

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Nº 02/FARM/HMCM/2026

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS EN EL H GRL 602- HMCM"

FECHA: 30 ENE 26

Modalidad: Orden de Compra Abierta

ANEXOS

Anexo 1: Envases. Marcación, Rotulado y Embalaje

Anexo 2: Lugar de entrega -Inspección y Recepción. Pruebas y Ensayos a considerar.

Anexo 3: Requisitos particulares.

Apendice 1: Descripción del Item/Especificaciones Técnicas

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA POR LOS OFERENTES

OBJETO

La presente Especificación Técnica establece los requisitos técnicos que **SE DEBERÁN CUMPLIR PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES AMBULATORIOS E INTERNADOS EN EL H GRL 602- HMCM.**

CONDICIONES GENERALES

1. **DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA.**

   a. Fotocopia de la Disposición extendida por el Ministerio de Salud, donde se designa al Director Técnico de la Empresa.
   b. Deberá acreditar habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa según corresponda, para lo cual deberá presentar copia de la documentación prevista en las siguientes alternativas:

      1) En caso de ser importador o productor de Productos médicos y/o biomédicos:

      a) Según el régimen nuevo: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación y autorización de funcionamiento de la empresa según Disposición Nro 2319/02 (TO 2004) ANMAT, acompañada de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente (BPF). (*El rubro de autorización está determinado por el Certificado de BPF y no por el certificado de habilitación, motivo por el cual ambos deben presentarse en forma conjunta, careciendo de validez por separado*).

b) Según el régimen anterior: Fotocopia de Disposición y certificado de habilitación de establecimiento según Resolución 255/94-MsyAS, donde consten la vigencia y el rubro de los productos médicos.

2) **En caso de ser distribuidor de Productos médicos y/o biomédicos:**
Fotocopia de la habilitación o autorización de funcionamiento de la empresa, emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT.

3) **En caso de ser droguería, productor o importador de especialidades medicinales:**
Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 17.565 y/o Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

4) **En caso de ser elaborador, importador o distribuidor de productos de uso In-vitro:**
Fotocopia de Habilitación emitida por el Ministerio de Salud y/o ANMAT, regulada por Ley 16.463 y sus decretos, resoluciones y disposiciones complementarias.

5) **En caso de ser productor, fraccionador o importador de materiales de uso odontológico:**
Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de la **Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994.**

6) **En caso de ser distribuidor y/o comercializador de materiales de uso odontológico:**
Fotocopia de Habilitación emitida por la ANMAT, conforme con lo establecido en el Artículo 3° de **la Disposición 2606/97 y/o Resolución 255/1994,** de cada empresa establecida en el punto anterior de acuerdo a los productos cotizados.

c. **Declaración Jurada original debidamente firmada por el Director Técnico y por el Responsable Legal, haciéndose responsables de que los productos cotizados se ajustan a la normativa vigente (Decreto 2505/85 y Resolución 255/94-MsyAS o Disposición 2319/02 TO 2004 y 2318/02 TO 2004 del Ministerio de Salud).**

d. Cuando las empresas comercialicen especialidades medicinales y estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberá presentar la Constancia de reempadronamiento para Transito Interprovincial vigente a la fecha de presentación de la documentación.

e. Cuando las empresas estén emplazadas fuera del ámbito de la Provincia de Buenos Aires, deberán presentar la Constancia de Inscripción conforme al Decreto 1299/97 y Resolución 538/98 (Inscripción de Establecimiento que realiza Tránsito Interprovincial).

f. Los documentos redactados en idioma extranjero, deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor público matriculado.

g. Todos los rótulos correspondiente a cada producto deberá cumplir con la siguiente información como mínimo:

(1) Razón social y dirección de fabricante y también del importador, si se trata de un producto importado.

(2) El código del lote precedido para la palabra "Lote" o el Nº de serie según corresponda.
(3) Si corresponde. La fecha de fabricación y plazo de validez o la fecha antes de la cual deberá utilizarse el producto.
(4) Nombre y matrícula del Director Técnico.

h. La documentación solicitada en la presente Especificación Técnica, debe encontrarse firmada por lo menos por uno de los representantes legales o apoderados declarados en la solicitud de inscripción y por el Director Técnico, en cada una de sus páginas.

CAMPO DE MAYO, 30 de enero de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM
Año de la grandeza Argentina

ANEXO 1: ENVASES, MARCACIÓN, ROTULADO Y EMBALAJE

1. Deberán responder a las normas oficiales vigentes que rigen en este pliego.
2. Deberá garantizarse el perfecto estado del material al momento de su recepción en lo referido a su integridad e higiene.
3. El material estéril deberá garantizar su condición de tal durante el tiempo de vigencia indicado en el envase por el fabricante.
4. El rótulo del material estéril deberá indicar explícitamente:
   a. La condición de estéril.
   b. Método de esterilización utilizado.
   c. Fecha de vigencia o caducidad.
   d. Nombre y Matrícula del Director Técnico responsable del procedimiento de esterilización.
5. **TOLERANCIA**

Las consignadas en los respectivos renglones de la Especificación Técnica.

CAMPO DE MAYO, 30 de enero de 2026

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

ANEXO 2: LUGAR DE ENTREGA-INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.

1. Lugar de entrega:
   - HOSPITAL GRL 602- HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SERVICIO DE FARMACIA (AV. TTE GRL RICHIERI S/N, CAMPO DE MAYO, PCIA DE BS AS.)
2. El plazo de entrega de los efectos será de diez (10) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la respectiva Solicitud de Provisión por parte del adjudicatario.
3. La duración del contrato será de CIENTO VEINTE (120) días corridos.
4. El máximo de unidades que se requerirán en el lapso de duración del contrato será las cantidades especificadas en cada renglón.
5. Las cantidades a entregar serán a requerimiento del Servicio de Farmacia.
6. El día y horario de entrega será coordinado previamente con el Servicio de Farmacia.

CAMPO DE MAYO, 30 de enero de 2026

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

ANEXO 3: REQUISITOS PARTICULARES

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EFECTOS

1. **ESPECIALIDADES MEDICINALES/ ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES.**

   a. Las especialidades medicinales, antisépticos y desinfectantes deberá contar con certificado de aprobación ANMAT.

   b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

2. **PRODUCTOS MEDICOS:**

   a. Todos los Productos Médicos referidos en esta licitación deben detentar en su envase individual el Número de registro de la ANMAT (PM). Salvo que se indique el cumplimiento de otra Norma para un producto particular, por ejemplo FDA, NIOSH, CE, etc

   b. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.

3. **PRODUCTOS ESTÉRILES**

   a. Los que sean estériles deben referir en forma visible su condición de tal.
   b. Deberá estar indicado el método de esterilización empleado.
   c. Deberán detentar Fecha de **Vencimiento o Caducidad de Esterilización** con margen de uso no menor a DIECIOCHO (18) meses, considerados a partir del momento de la entrega de los efectos.
   d. Para los productos que requieran algún tipo de envoltura particular, ello será indicado en la especificación particular del renglón correspondiente.

4. **MUESTRAS**

   a. Se deberá enviar una detallada descripción técnica, adjuntando muestras del producto de los renglones ofertados, según se indique en el **Apéndice 1: Descripción del Item/Especificaciones Técnicas** de la presente Especificación Técnica.

   b. Lugar de entrega de muestras:

   HOSPITAL GRL 602- HOSPITAL MILITAR CAMPO DE MAYO – SERVICIO DE FARMACIA (AV. TTE GRL RICHIERI S/N, CAMPO DE MAYO, PCIA DE BS AS.), en el horario de 08:00 a 12:00 hs desde la publicación del llamado a la licitacitación y hasta el tercer día hábil anterior a la fecha de apertura. Salvo que en la publicación de la licitación en el COMPR.AR se consigne un plazo distinto para la presentación de las muestras. La presentación de una muestra no exceptúa a otra de igual característica. Las muestras a presentar deberán ser sin cargo para el Hospital Militar Campo de Mayo.

c. Cuando las muestras entregadas por los oferentes no sean suficientes para desarrollar los procedimientos de control de calidad, la Comisión Evaluadora podrá solicitar cantidades adicionales, las que deberán ser entregadas en el término de CINCO (5) DIAS HABILES. Queda expresamente establecido que no se devolverán aquellas muestras cuyo proceso de control implique la inutilización del producto.

d. La muestra deberá responder al producto a cotizar (marca, presentación, envase o envoltorio original del producto solicitado, etc.). Se podrá presentar una unidad de los efectos que por las características de presentación puedan ser fraccionados, siempre y cuando posean envase individual (Ejemplo: SOBRE DE PAPEL CONTENIENDO CINCO GASAS DOBLES RECTILINEAS 10 X 10 CMS, DOBLE ENVOLTORIO, CAJA X 100 UNIDADES, se podrá presentar un sobre).

e. Las muestras requeridas para su aprobación podrán ser sometidas a prueba de funcionamiento.

f. Las muestras deben entregarse mediante remito, recibo o nota de entrega confeccionado por original y duplicado, este último deberá estar conformado por un Farmacéutico del Servicio Farmacia de este nosocomio y será adjuntado a la oferta, debiendo estar precintadas en bolsas plásticas individuales y rotuladas con los siguientes datos:

1) Designación del producto
2) Marca
3) Presentación
4) Nombre de la empresa proveedora
5) Número de la contratación
6) Número de renglón

Los productos que sean estériles deberán referir en forma visible su condición de tal.

g. Los proveedores que no fueren adjudicados, podrán retirar las muestras entregadas en un lapso de UN (1) mes posterior a la comunicación de no adjudicación, salvo que por la característica del efecto este haya sido sometido a prueba de funcionamiento. Pasado este tiempo las muestras pasarán a ser propiedad del Organismo contratante.

CAMPO DE MAYO, 30 de enero de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm HMCM

Ejército Argentino
H Grl 602-HMCM

Año de la grandeza Argentina

APENDICE 1: DESCRIPCIÓN DEL ITEM/ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RGN	SIBYS	DESCRIPCIÓN CATALOGO ONC	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD
1	2.9.5-441.243	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO: HIPODÉRMICA, ESPECIFICACION: 16/5, UNIDAD VENTA: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	AGUJA DESCARTABLE 16/5 X UNIDAD. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no mas de 100 unidades.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
2	2.9.5-441.49	AGUJAS QUIRURGICAS; ESPECIFICACION: 25/8, UNIDAD VENTA: C/U, TIPO: DESCARTABLE, PRESENTACION: C/U	AGUJA DESCARTABLE 25/8 X UNIDAD. Tubo de acero inoxidable siliconado con bisel trifasetado, cono luer con color para la identificación de calibres, pabellón de polipropileno con capuchón protector de aguja .En pauch individual de fácil apertura con identificación de lote y caducidad, estériles y acondicionadas en cajas de no más de 100 unidades. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
3	2.9.5-441.346	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO: DESCARTABLE, ESPECIFICACION: 25 G, PRESENTACION: UNIDAD	AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ Nº 25 G. Para anestesia intrarraquidea o espinal, punta lápiz, pabellón de polipropileno transparente, tubo cilíndrico de acero inoxidable, con mandril o introductor metálico incorporado y con tapón adaptable a pabellón. Envase individual estéril, de fácil apertura y con identificación de fecha de caducidad, número de lote. Medida calibre, lo especificado en cada renglón.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

4	2.5.7-2953.10	ANTISEPTICOS; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: CLOROXILENOL, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION, PRESENTACION: FRASCO X 250 mL	ANTISEPTICO LOCAL CLOROXILENOL X 250 ml. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
5	2.5.2-1723.177	ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODROGA, DROGA GENERICA: IODOPOVIDONA 10%, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION, PRESENTACION: ENVASE X 500 mL	ANTISÉPTICO LOCAL IODOPOVIDONA 10%, SOLUCION x 500 ml, CON PICO DOSIFICADOR, TIPO PERVINOX. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO O MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
6	2.9.5-427.90	APOSITOS; TIPO: QUIRURGICO , TAMAÑO: 15 X 20 Cm	APOSITO DE ALGODÓN Y GASA TUBULAR DE 15 X 20 CM. **ESTERIL**. Compuesto por 10 grs de algodón contenido por gasa tubular, sin bodes que desprendan material, ambas calidad FNA VII Ed y Norma IRAM 7782. Todo el material deberá estar en bolsa de polietileno cerrada como envase primario y en caja como envase secundario del bulto. DEBERÁ CONTAR CON APROBACION ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
7	2.9.5-427.58	APOSITOS; TIPO: TRANSPARENTE DE POLIURETANO, TAMAÑO: 10 X 12 Cm	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR DE 10 X 12 CM adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. TIPO TEGADERM. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
8	2.9.5-427.69	APOSITOS; TIPO: FILM, TAMAÑO: 10 X 25 Cm	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR DE 10 X 25 CM adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. TIPO TEGADERM. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

9	2.9.5-427.68	APOSITOS; TIPO: FILM, TAMAÑO: 6 X 7 Cm	APOSITO TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMIPERMEABLE CON ADHESIVO HIPOALERGENICO Y MARCO APLICADOR DE 6 X 7 CM adhesivo hipoalergénico. Para sujeciones de catéteres periféricos y centrales. Prevención de lesiones y cuidado de heridas. TIPO TEGADERM. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
10	2.9.5-428.16	BARBIJOS; TIPO: TABLEADO ALTO RIESGO DESCARTAB	BARBIJO QUIRURGICO HEMORREPELENTE, tricapa, tableado de polipropileno termofilado de 1 sola pieza hemorrepelente capa de soporte de no menos de 40 g/m2, capa exterior de no menos de 20 gr/m2. De forma rectangular, tableado formando un fuelle de amplitud en su uso que permita cubrir nariz y boca del operario. Debe tener bandas elasticas para ajuste en orejas en ambos extremos. Ballenado en la zona de la nariz con dispositivo metálico moldeable al rostro de 11 cm. x 3 mm.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
11	2.9.5-2554.49	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO: BOLSA PARA AUTOCLAVE, PRESENTACION: 10 CM X 31 M	BOLSA DE PAPEL **110 X 30 X 190 mm** GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. Fabricadas con papel grado medico conforme a normas internacionales, doble sellado longitudinal, cierre inferior de la bolsa con banda termosellada de doble doblez y banda termosellable en la parte superior para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre. Indicador químico para vapor, fabricadas según normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 - IRAM 3112.PRESENTADO EN CAJA X 1000 UNIDADES. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

12	2.9.5-2554.51	PAPELES P/ESTERILIZACION; TIPO: BOLSA PARA AUTOCLAVE, PRESENTACION: 15 CM X 31 M	BOLSA DE PAPEL **140 x 40 x 250** mm GRADO MEDICO, DOBLE COSTURA LONGITUDINAL, TESTIGO QUIMICO VAPOR IMPRESO, CIERRE TERMO-SOLDABLE EN LA PARTE SUPERIOR Y CIERRE INFERIOR DE LA BOLSA CON BANDA TERMOSELLADA DE DOBLE DOBLEZ. Fabricadas con papel grado medico conforme a normas internacionales, doble sellado longitudinal, cierre inferior de la bolsa con banda termosellada de doble doblez y banda termosellable en la parte superior para agilizar el empaquetado y brindar seguridad en su cierre. Indicador quimico para vapor, fabricadas según normas EN 868 Parte 4 (CE) - BS 6257 - IRAM 3112.PRESENTADO EN CAJA X 1000 UNIDADES. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
13	295-2505.31	RECIPIENTE RECOLECTOR; TIPO: C/FILTRO, USO: RECOLECCION DE FLUIDOS, CAPACIDAD: NO CORRESPONDE	BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES. CAPACIDAD 3 LTS, con válvula antirreflujo Bolsa descartable de poliuretano con válvula antirreflujo y filtro de aerosoles. Se deberá entregar en comodato 6 carros para doble canister + dos canister por carro (total 12 canister) para liners de 3 litros de capacidad y 12 canister para liners de 3 litros para pared con su respectivo soporte . DEBE SER COMPATIBLE CON LA MARCA OFERTADA. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
14	2.6.5-1741.18	CAL; PRESENTACION: ENVASE X 1 Kg, USO: MEDICINAL, TIPO: SODADA GRANULADA	CAL SODADA USO ANESTESIA X 1 Kg. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO O MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
15	2.9.5-6930.4	CARTUCHOS P/ESTERILIZAR; TIPO: OXIDO DE ETILENO, PRESENTACION: ENVASE X 100 GR	CARTUCHO DE OXIDO DE ETILENO 100%- ENVASE 100 GRS(3,52 OZ) Cartuchos descartables de aluminio, conteniendo óxido de etileno de maxima pureza, sin CFC (freon). DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

16	2.9.5-2161.765	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 16, TIPO: ABOCATH	CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 16 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
17	2.9.5-2161.766	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 18, TIPO: ABOCATH	CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 18 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
18	2.9.5-2161.767	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 20, TIPO: ABOCATH	CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 20 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

19	295-2161.768	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 22, TIPO: ABOCATH	CATETER INTRAVENOSO TIPO ABBOCATH NRO 22 CON TRAMPA DE AIRE Y FILTRO Compuesto por aguja guía interior, de acero inoxidable, siliconada y con punta de triple bisel, con cámara de visualización transparente, y tapón incorporado, cánula exterior de material histocompatible radiopaca libre de teflon, con conexión Luer-Lock, utilizando los colores normatizados internacionalmente. Presentación envase individual estéril, tipo blister de fácil apertura. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
20	2.9.5-4198.28	ELEMENTOS DESC. P/CIRUGIAS; TIPO: CEPILLO, CANTIDAD: UNIDAD, PRESENTACION: UNIDAD	CEPILLO ESPONJA ESTERIL PARA LAVADO DE MANOS PRE QUIRURGICO **CON ANTISEPTICO** UNIDAD. Esponja sintética, cuerpo de plástico resistente y pequeñas cerdas o púas de nylon o plástico en la parte inferior, impregnado con solución de gluconato de clorhexidina al 4% o de iodopovidona al 10%, en envase individual, de fácil apertura y con identificación: fecha de caducidad y número de lote.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
21	2.9.5-5294.3	CERAS P/HUESOS; USO: TRAUMATOLOGIA, PRESENTACION: SOBRES ESTERILES	Cera para huesos. Cera hemostática estéril para huesos, derivada de la cera de abejas. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
22	2.9.5-6509.10	SET DE TUBULADURA; USO: ANESTESIA, PRESENTACION: UNIDAD, TIPO: UNIVERSAL	CIRCUITO PARA MESA DE ANESTESIA COMPLETO, TIPO DCD 100, PARA ADULTOS. Circuito para ARM universal ADULTO, con conector en "Y" desacoplable, de 1,50 m de longitud con manguera y conector para presión proximal con conector flex que oficia de codo paciente con conector para capnografia. El set deberá contar con filtro viral/ bacterial, linea de capnografia , bolsa de anestesia de capacidad 3 lts y mascara oronasal para anestesia cloruro de polivinilo transparente de gran flexibilidad para confort del paciente. Equipada con válvula de insuflación. El set debe ser atóxico, libre de látex. Apto para anestesia - oxigeno u otros gases. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN DE LA ANMAT DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD

23	2.9.5-2226.40	CONECTORES P/MEDICINA; USO: SIST CERRADO P/ASPIRACION, CONECTOR: 5 FR	CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION ADULTOS PARA TRAQUEOSTOMIA (TQT) DE 14 FR . Lo especificado en el renglón. Presentación estéril, longitud no menor a 300 mm, conector en Y, adaptadores TE según referencia. Textura uniforme, transparente, graduada y con marca de seguridad. De punta roma con orificio y con uno o más orificios laterales. Con válvula de control de flujo.Adaptador con giro de 360 °. Codo cónico ubicado a 30 °, para la conexión del circuito ventilatorio. Puerto de infusión que permite lavado e irrigación y válvula unidireccional para prevenir la infiltración de secreciones y fugas de ventilación. Para uso único por paciente por 24 horas y luego desechar según protocolo institucional. Empaque individual en sobre. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
24	2.9.5-2226.32	CONECTORES P/MEDICINA; USO: SIST CERRADO P/ASPIRACIÓN, CONECTOR: 16 FR	CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION ADULTOS PARA TRAQUEOSTOMIA (TQT) DE 16 FR . Lo especificado en el renglón. Presentación estéril, longitud no menor a 300 mm, conector en Y, adaptadores TE según referencia. Textura uniforme, transparente, graduada y con marca de seguridad. De punta roma con orificio y con uno o más orificios laterales. Con válvula de control de flujo.Adaptador con giro de 360 °. Codo cónico ubicado a 30 °, para la conexión del circuito ventilatorio. Puerto de infusión que permite lavado e irrigación y válvula unidireccional para prevenir la infiltración de secreciones y fugas de ventilación. Para uso único por paciente por 24 horas y luego desechar según protocolo institucional. Empaque individual en sobre. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

25	2.9.5-2226.43	CONECTORES P/MEDICINA; USO: SIST CERRADO P/ASPIRACION, CONECTOR: 18 FR	CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION ADULTOS PARA TUBO OROTRAQUEAL (TOT) DE 14 FR : Lo especificado en el renglón. Presentación estéril, longitud no menor a 540 mm, conector en Y, adaptadores TE según referencia. Textura uniforme, transparente, graduada y con marca de seguridad. De punta roma con orificio y con uno o más orificios laterales. Con válvula de control de flujo.Adaptador con giro de 360 °. Codo cónico ubicado a 30 °, para la conexión del circuito ventilatorio. Puerto de infusión que permite lavado e irrigación y válvula unidireccional para prevenir la infiltración de secreciones y fugas de ventilación. Para uso único por paciente por 24 horas y luego desechar según protocolo institucional. Empaque individual en sobre.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
26	2.9.5-2226.32	CONECTORES P/MEDICINA; USO: SIST CERRADO P/ASPIRACION, CONECTOR: 16 FR	CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACION ADULTOS PARA TUBO OROTRAQUEAL (TOT) DE 16 FR :Lo especificado en el renglón. Presentación estéril, longitud no menor a 540 mm, conector en Y, adaptadores TE según referencia. Textura uniforme, transparente, graduada y con marca de seguridad. De punta roma con orificio y con uno o más orificios laterales. Con válvula de control de flujo.Adaptador con giro de 360 °. Codo cónico ubicado a 30 °, para la conexión del circuito ventilatorio. Puerto de infusión que permite lavado e irrigación y válvula unidireccional para prevenir la infiltración de secreciones y fugas de ventilación. Para uso único por paciente por 24 horas y luego desechar según protocolo institucional. Empaque individual en sobre.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
27	252.1723.46	ANTISEPTICOS LOCALES P/PERSONA; TIPO: MONODR. FORMA FARMACEUTICA: DOSIFICADOR, PRESENTACION: 500 mL, DROGA GENERICA: CLORHEXIDINA AL 4%	CLORHEXIDINA AL 4% C/DOSIFICADOR X 500 ML. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	UNIDAD

28	2.9.5-2226.8	CONECTORES P/MEDICINA; USO: OXIGENOTERAPIA, CONECTOR: CPAP WHISPER	CONECTOR FLEXIBLE PARA TRAQUEOTOMIA 14/30. TIPO DCD027. Cuerpo corrugado flexible posicionable con conectores rígidos con puerto luer. Espacio muerto 14ml colapsado y 30ml expandido, envase individual estéril. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
29	2.9.5- 466.4	CUBRECAMILLAS; TIPO: ELASTIZADA	CUBRECAMILLA - INFERIOR ELASTICADO DE 90 X 200 CM , elaborado en tela no tejida SMS de no menos de 40 gramos, de color azul. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
30	291-6951.290	LIMPIADORES; TIPO: DETERGENTE ENZIMATICO, PRESENTACION: ENVASE X 5 L, BIODEGRADABLE: SI	DETERGENTE LIQUIDO PENTAENZIMATICO X 5 LTS. Para instrumental quirúrgico, con proteasa, lipasa, amilasa, biocelulosa y proteasa fúngica modificada. De pH neutro tanto la solución concentrada como la dilución de uso, bacteriostático, atóxico, biodegradable, no iónico, no espumígeno, apto para lavado manual, mecánico y ultrasónico. Rendimiento aproximado de uso: 5.000 lts (5 ml/ litro de agua) durante 5 minutos. Presentación: envase bidon de 5 litros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR FOLLETO O MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
31	2.9.5-2225.50	ELECTRODOS P/MEDICINA; TIPO: C/SOPORTE, USO: MONITOREO CARDIACO, PIN: CON, AGUJA: SIN, DESCARTABLE: SI	ELECTRODO de MONITORIZACIÓN DESCARTABLE ADULTO, para uso médico en cardiología, con soporte de Micropore o espuma y adhesivo hipoalergénico. Deberá presentar adhesividad firme a la piel, por lo que el envase debe detentar Fecha de Vencimiento o Fabricación que asegure la posibilidad de su uso con todas las propiedades: adhesividad, conductividad y contacto al cable paciente. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

32	2.9.5-448.2	FRASCOS ESTERILES; PRESENTACION: EN CAJA, CAPACIDAD: 125 CM3, GRABADO: SIN, USO: BIOLOGICO	ENVASE DESCARTABLE ESTERIL X 125 ML TIPO ENVASE PARA RECOLECCIÓN DE ORINA. EMPAQUE DE LOS ENVASES INDIVIDUALES A GRANEL DEBERA SER EN CAJAS. para uso biológico, capaces de contener los volúmenes que se especifican en el renglón, con tapa a rosca de cierre hermético, en envase individual, estéril, con fecha de Vto. y lote. **Acondicionado en cajas de cartón rigido como empaque a granel que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades**. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
33	2.9.5-2204.1	GUIAS DE SUERO; USO: ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, AGUJA: SIN, MODELO: V14, TIPO: MACROGOTERO	EQUIPO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES PARENTERALES CON MACROGOTERO, TIPO V 14. Lo especificado en el renglón. Constará de: a) una tubuladura y cámara cuenta gotas con macrogotero de material plástico transparente y flexible (PVC) que permita un llenado rápido. b) un conector en "T" de material plástico duro, con sitio de inyección de látex siliconado para la administración de medicamentos, que no produzca perdida una vez retirada la aguja. e) dos conectores de material plástico duro en sus extremos, espiga plástica con filo y capuchón protector extraíble, para adaptar el sachet de solución parenteral uno y otro con ajuste Luer. d) El regulador de flujo podra ser de aluminio resistente e inquebrantable ante el manipuleo o con ruedita. la tubuladura de PVC deberá tener un largo no menor a 130cm y no mayor a150cm. Las uniones entre los componentes deberán ser inseparables, descartable estéril y apirógeno. Envasado en dos sobres plásticos herméticamente cerrado y de fácil apertura. Acondicionado en cajas de cartón rigido que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
34	2.9.5-3255.10	ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO: VAGINAL PEQUEÑO, PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: PLASTICO	ESPECULO VAGINAL - TAMAÑO CHICO. Elaborado en poliestireno cristal, a rosca, borde y superficie lisa, siliconado. Estéril, atóxico y descartable. Envasado individualmente en sobre hermético que asegure su conservación y acondicionado en cajas de no más de 100 U. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

35	2.9.5-3255.11	ESPECULOS DESCARTABLES; TIPO: VAGINAL MEDIO, PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: PLASTICO	ESPECULO VAGINAL - TAMAÑO MEDIANO. Elaborado en poliestireno cristal, a rosca, borde y superficie lisa, siliconado. Estéril, atóxico y descartable. Envasado individualmente en sobre hermético que asegure su conservación y acondicionado en cajas de no más de 100 U. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
36	2.5.8-5590.79	FILMS DE POLIETILENO; ESPESOR: 60 µm, ANCHO: 20 Cm, PRESENTACION: ROLLO X 100 M, USO: ESTERILIZAR	FILM DE POLIETILENO DE 50 MICRONES. ROLLO DE 20 CM DE ANCHO POR 100 METROS DE LARGO. TIPO BIOLENE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA O FOLLETO PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
37	2.9.5-7830.6	FILTROS HUMIDIFICADORES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: CHICO, USO: P/RESPIRADOR AUTOMATICO	FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF (INTERCAMBIADOR PASIVO DE HUMEDAD Y CALOR Y FILTRO BACTERIANO). FILTRO HUMIDIFICADOR HMEF-03 DIAMETRO 51 MM, VOLUMEN TIDAL 150-750 ML CON CONECTOR ANGULADO DE 15 MM. Filtro bacteriano/viral con humidificador pasivo, con espacio muerto reducido. Membrana filtrante electrostática e hidrofóbica (eficiencia de filtración 0,02µ). Componente humidificador pasivo, compuesto por una membrana higroscópica de celulosa tratada con cloruro de calcio, atrapa la humedad y temperatura del gas espirado por el paciente y la devuelve en cada inspiración. El puerto lateral para conexión al capnógrafo evita el ingreso de humedad al sistema de medición tomando los gases del aire espirado. Debe ser estéril (envasado por unidad), apirogeno, libre de látex. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

38	2.9.5-7830.5	FILTROS HUMIDIFICADORES; MATERIAL: PLASTICO, MEDIDA: GRANDE, USO: P/RESPIRADOR AUTOMATICO	FILTRO PARA RESPIRADOR HMEF (INTERCAMBIADOR PASIVO DE HUMEDAD Y CALOR Y FILTRO BACTERIANO). FILTRO HUMIDIFICADOR HMEF-01 DIAMETRO 62 MM, VOLUMEN TIDAL 200-1500ML CON CONECTOR DE 22/15 MM .Filtro bacteriano/viral con humidificador pasivo, con espacio muerto reducido. Membrana filtrante electrostática e hidrofóbica (eficiencia de filtración 0,02µ). Componente humidificador pasivo, compuesto por una membrana higroscópica de celulosa tratada con cloruro de calcio, atrapa la humedad y temperatura del gas espirado por el paciente y la devuelve en cada inspiración. El puerto lateral para conexión al capnógrafo evita el ingreso de humedad al sistema de medición tomando los gases del aire espirado. Debe ser estéril (envasado por unidad), apirogeno, libre de látex. Acondicionado en cajas que resistan estiba máxima de no menos de 6 unidades.DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
39	2.9.6-8875.417	REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO: INFECCION RESPIRATORIA, MARCA EQUIPO: DRAGUER, ELEMENTO: FILTRO VIRAL BACTERIOLOGICO , MODELO EQUIPO: GENERICO	FILTRO VIRAL BACTERIANO, con conexiones 22mm H/ 15mm M - 22mm M/ 15mm H, con puerto de muestreo Luer-Lock. Filtración por polipropileno electroestatico. Eficiencia de Filtración bactierial/viral 99,999%. Volumen corriente aproximado 300-1500ml. Debe ser estéril, apirogeno, libre de latex. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
40	2.9.5-2428.138	FILTROS P/LABORATORIO; TIPO FILTRO: VIRAL BACTERIOLOGIA, EFICIENCIA MINIMA: 99,99 %, MEDIDA: 30 mm, CALIDAD: OPTIMA, CABINAS: NO APLICA, USO: ESPIROMETRIA	FILTRO PARA ESPIROMETRIA ELIPTIC CONECTOR 1 - 0.46 CM/H2O/L/S@ 14 L/S 51 ml- 27,23 mm de diámetro interior x 30,18 mm de diámetro exterior, Expacio muerto elíptico de 51 ml Eficacia de filtración bacteriana del 99,9%, Eficacia de filtración de virus del 99,9 %, Resistencia al flujo 0,46 cm de H2O/L/S@14 L/S. TIPO WESTMED. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

41	2.9.5-6293.2	FRASCOS BROCALES; USO: JUNTAR DRENAJES, MATERIAL: PLASTICO, CAPACIDAD: 2,5 L, PRESENTACION: UNIDAD	FRASCO BROCAL DESCARTABLE, DE 2,5 LITROS. De material plástico capacidad máxima de 2500 ml, graduado, escala indeleble, con tapa a rosca. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
42	2.9.5-473.97	GASAS; TIPO: TUBULAR ESTERIL, MEDIDA: 10 X 10 Cm, PRESENTACION: ENVASE X 2	GASA HIDRÓFILA TUBULAR DOBLE DE 10 X 10 CMS. **ESTERIL.** SOBRE X 2 UNIDADES. Envase con testigo químico vapor impreso, conteniendo dos gasas hidrófilas tubulares dobles, esterilizadas, inicio de corte no menor a 30 x 30 cms, dobladas tamaño final 10 x 10 cms,calidad FNA VII Ed y Norma IRAM 7783, cerrado por termosellado rotulado, indicando fecha y proceso de esterilizacion, disponiendo todo el material en bolsa de polietileno cerrada como envase primario y en caja como envase secundario del bulto. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	SOBRE X 2 UNIDADES
43	2.9.5-473.13	GASAS; TIPO: HIDROFILA, MEDIDA: 36 X 1 M, UNIDAD VENTA:2 KILOS, PRESENTACION: 2 KILOS	GASA TUBULAR FNA VII ED, PIEZA. Medidas 36 m de largo X 1m de ancho. Peso no menor a los 2000 grs x pieza. Debera cumplir Calida F.A. VII Ed y Norma IRAM 7782. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
44	2.5.1.-9065.15	DESINFECTANTES Y DETERGENTES; PRINCIPIO ACTIVO: GLUTARALDEHIDO, CALIDAD: COMERCIAL, CONCENTRACION/PUREZA: 2 %, PRESENTACION: ENVASE X 5 L	GLUTARALDEHIDO 2% X 5 LITROS. para desinfección de instrumental, concentración no menor al 2 %, ; actividad no menor a 28 días. Debe cumplir con la Disposición Nº 4324/99.Con tiras reactivas para medición de la concentración de glutaraldehido activo. Presentación: bidón de 5 litros. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

45	2.9.5-1909.177	GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: CIRUGIA, TAMAÑO: 7, MATERIAL: LATEX DE CAUCHO NATURAL, PRESENTACION: PAR, ESTERIL: SI, TALCO: CON, DESCARTABLE: SI	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 7, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	PAR
46	2.9.5-1909.135	GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: ESTERIL, TAMAÑO: 6 1/2, MATERIAL: LATEX, PRESENTACION: UNIDAD	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 6 1/2, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	PAR
47	2.9.5-1909.178	GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: CIRUGIA, TAMAÑO: 7 1/2, MATERIAL: LATEX DE CAUCHO NATURAL, PRESENTACION: PAR, ESTERIL: SI, TALCO: CON, DESCARTABLE: SI	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nº 7 1/2, CAÑA LARGA -PARES de látex de caucho natural, anatómico, de acabado antideslizante, esteril, atóxico y apirógeno, resistente al estiramiento, con talco ó aditivo que permita un fácil estiramiento, terminación en borde rebatido dobladillo hecho de fábrica fijo, sin formaciones irregulares en su masa, salvo en zonas de tensión máxima. Deberán cumplir con las Normas y Estándares de calidad reconocidos. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	PAR

48	2.9.5.1909.179	GUANTES USO MEDICINAL; TIPO: CIRUGIA, TAMAÑO: 8, MATERIAL: LATEX DE CAUCHO NATURAL, PRESENTACION: PAR, ESTERIL: SI, TALCO: CON, DESCARTABLE: SI	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES ESTERIL Nro 8, PAR, CAÑA LARGA: Fabricado con látex natural de primera calidad, de color blanco. Esterilizado por rayos gamma. Con el extremo del puño rebordeado, anatómico, con los dedos curvados, según Normas ISO 9001:2000 - ISO 13485:2003 - ISO 10282 - ISO 11137. En cada sobre conteniendo Un par de guantes, deberá llevar impreso, número de lote, fecha de fabricación y esterilización, fecha de caducidad, número de talla. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	PAR
49	2.9.5-2157.7	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 10 mL, AGUJA: SIN, USO: SIN VALOR	JERINGA DESCARTABLE DE 2 ELEMENTOS DE 10 ML SIN AGUJA. Pico luer excentrico, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM. Acondicionadas en cajas de cartón duro de 100 unidades. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
50	2.9.5-444.34	HOJAS DE BISTURI; TIPO: ESTERIL DE ACERO AL CARBONO, Nº: 20, NUMERO: 20	HOJAS DE BISTURI Nº 20 – CAJA X 100 UNIDADES. Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturi, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo . DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100
51	2.9.5-444.33	HOJAS DE BISTURI; TIPO: DESCARTABLE, Nº: 22, NUMERO: 22	HOJAS DE BISTURI Nº 22– CAJA X 100 UNIDADES. Hoja cortante de acero al carbono con ranura para incorporar a mango de bisturi, envasadas individualmente en papel de aluminio anticorrosivo . DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO PARA SU APROBACIÓN.	CAJA X 100
52	2.9.5-2157.2	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD: 5 mL, AGUJA: 40/08, USO: SIN VALOR	JERINGA DESCARTABLE DE 3 ELEMENTOS DE 5 ML CON AGUJA 40/8, Pico luer excentrico con aguja, de fácil apertura, estéril. Deberán responder a Normas IRAM . Acondicionadas en cajas de cartón duro de no mas de 100 unidades. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

53	2.9.5-2181.10	LLAVES CONDUCTORAS DE VIAS; CANTIDAD DE VIAS: 3, MATERIAL: ESTERIL	LLAVE DE TRES VIAS DESCARTABLE CON ROSCA LUER LOCK descartable estéril y apirógena, con robinete de 360º de plástico, ajuste con pico luer lock, con flecha indicadora del sentido de flujo acondicionada en pouch individual. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
54	2.9.5-5972.9	MALLAS TUBULARES P/PROTESIS; MEDIDA: 25 X 2500 Cm, PRESENTACION: UNIDAD, MATERIAL: HILO DE ALGODON	MALLA TUBULAR DE 25 cm de ancho, tejida en algodón. Presentación: rollo de largo no menor a 25 mts. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT	ROLLO
55	2.9.5-2553.18	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM.; MEDIDA: 80 MM X 30 M	PAPEL EN ROLLO PARA ELECTROCARDIOGRAMA MEDIDAS 80 MM X 30 M. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
56	2.9.5-3021.11	PAÑOS ESTERILES; USO: HIGIENE DE PACIENTES, PRESENTACION: UNIDAD, DIMENSION: 30 X 20 Cm	PAÑO DESCARTABLE PARA BAÑO CORPORAL CON SOLUCION JABONOSA Y CLORHEXIDINA. Paño descartable antibacterial para la higiene y limpieza de todo el cuerpo, sin accion terapeutica, y que no requiera agua, ni enjuague. Hipoalergenico,libre de latex, pH neutro y libre de resinas. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACION	UNIDAD
57	2.9.5-2205.1	PROLONGADORES P/GUIA SUERO; USO: ADMINISTRACION DE SOLUCIONES, MODELO: PT26	PROLONGADOR DE PVC 1,50 MTS - TIPO PT 2615. Prolongador de PVC de 1,50mts de largo con conector luer macho con capuchón protector en un extremo y luer-lock hembra con tapa en el otro extremo, en envase plástico doble de cierre hermético estéril con fecha de vencimiento y lote. Medidas: longitud: 1,5 mts, diámetro externo: 5.0 mm DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

58	295-2554.62	PAPELES P/ESTERILIZACIÓN; TIPO: PAPEL GRADO MEDICO, PRESENTACION: 120 X 80 CM	RESMA DE PAPEL GRADO MEDICO PLANO DE 60 GRS/M2, 80 CM DE ANCHO Y 120 CM DE LARGO, COLOR BLANCO. RESMA X 250 UNIDADES O POR 20 KG. Porosidad controlada, apto para ser utilizado en Vapor, Oxido de Etileno y Calor Seco. Alta resistencia a la rotura en seco y en humedo. Fabricado segun Normas EN 868 Parte 3 (CE)- BS 6256 - IRAM 3108. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
59	295-2161.210	CATETERES/SONDAS; NUMERO: K225, TIPO: DRENAJE TORAXICO	SONDA PARA DRENAJE TORACICO TIPO K 225 - RADIOPACA. 26 FRENCH. De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicinal transparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 150 cm y su diámetro interno será de 6.20 a 6.60 mm. Poseerá un orificio lateral. Estéril, atóxica,libre de latex y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
60	295-2161.190	CATETERES/SONDAS; NUMERO: K-227, TIPO: TORACICA	SONDA PARA DRENAJE TORACICO TIPO K 227 - RADIOPACA. 40 FRENCH. De elastómero de silicona. Constituida por una tubuladura elaborada con elastómero de silicona apto para uso medicinal transparente, flexible, suave y de calibre uniforme. Su longitud deberá ser no menor de 180 cm y su diámetro interno será de 9,5 mm. Poseerá un orificio lateral. Estéril, atóxica,libre de latex y apiretógena. Envasada en dos sobres plásticos herméticamente cerrados, o en sobre pelable tipo Pouch, que garantice su conservación. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

61	295-2161.221	CATETERES/SONDAS; NUMERO 16 - TIPO FOLEY DOBLE VIA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA CON BALON NRO 16. Lo especificado en el renglón, de látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado a traumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias de conexión universal tipo embudo y una tercera con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
62	295-2161.222	CATETERES/SONDAS; NUMERO 18 - TIPO FOLEY DOBLE VIA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA CON BALON NRO 18. Lo especificado en el renglón, de látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeado atra umáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con dos vias dos de conexión universal tipo embudo y una tercera con válvula con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
63	295-2161.225	CATETERES/SONDAS; NUMERO: 22, TIPO: FOLEY DOBLE VIA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DOBLE VIA CON BALON NRO 22. Lo especificado en el renglón, de látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atra umáticos; balón rellenable resistente. Extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

64	295- 2161.192	CATETER/SONDA; NUMERO 18 - TIPO FOLEY TRIPLE VIA	SONDA VESICAL TIPO FOLEY TRIPLE VIA CON BALON NRO 18 : Lo especificado en el renglón, de látex siliconado extremo distal recto, con punta cilíndrica, con dos orificios laterales redondeados atraumáticos; balón rellenable resistente, extremo proximal con conexión universal tipo embudo y otra válvula de con conexión luer para el llenado del balón. Largo aproximado 40cm. Envase individual estéril de fácil apertura con nro de lote y vencimiento. Se deberá adjuntar muestra para su aprobación. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
65	2.9.5-931.20	TELAS ADHESIVAS, ANCHO: 2.50 Cm, LONG.DE CUERPO: 9,10 M, TIPO: MICROPORO	TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MICROPORE DE 2,5 CMS DE ANCHO. Cinta plástica micro perforada. Con adhesivo hipoalérgico en una de sus caras de fácil rasgado transversal, y resistente a los líquidos. Rollo deno menos de 9 mts de largo. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
66	2.5.2.5520-17	VASELINA; TIPO SOLIDA - PRESENTACION ENVASE X 60GR	VASELINA SOLIDA FRASCO X 60 GR. DEBE RESPONDER A FARMACOPEA ARGENTINA VII EDICION. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
67	295-461.1	VENDA USO MEDICO; TIPO CAMBRIC - MEDIDA 10	VENDAS TIPO CAMBRIC, MEDIDA: 10 cm Confeccionada con hilado 100 % algodón blanco de tejido de punto con cadenas entrelazadas, de manera tal que le confiera a lo largo, resistencia de tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo y a lo ancho la flexibilidad de un tejido de punto, con el objeto de brindar una mejor compresión y adherencia en su aplicación. Debe tener los bordes orillados para impedir su deshilachado. prentaciones: 10 cm x 3 m o ENVASE: Hermético e individual o condición biológica Aséptico e hipoalergénico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

68	295-461.3	VENDAS USO MEDICO; TIPO: CAMBRIC, MEDIDA: 5	VENDAS TIPO CAMBRIC, MEDIDA: 5 cm. Confeccionada con hilado 100 % algodón blanco de tejido de punto con cadenas entrelazadas, de manera tal que le confiera a lo largo, resistencia de tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo y a lo ancho la flexibilidad de un tejido de punto, con el objeto de brindar una mejor compresión y adherencia en su aplicación. Debe tener los bordes orillados para impedir su deshilachado. o Presentaciones: 5 cm x 3 m o ENVASE: Hermético e individual o condición biológica Aséptico e hipoalergénico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
69	295-461.4	VENDAS USO MEDICO; TIPO: CAMBRIC, MEDIDA: 7	VENDAS TIPO CAMBRIC, MEDIDA: 7 cm.Confeccionada con hilado 100 % algodón blanco de tejido de punto con cadenas entrelazadas, de manera tal que le confiera a lo largo, resistencia de tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo y a lo ancho la flexibilidad de un tejido de punto, con el objeto de brindar una mejor compresión y adherencia en su aplicación. Debe tener los bordes orillados para impedir su deshilachado. prentaciones: 7 cm x 3 m o ENVASE: Hermético e individual o condición biológica Aséptico e hipoalergénico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD
70	2.9.5-461.108	VENDAS USO MEDICO; TIPO: CAMBRIC, MEDIDA: 15	VENDAS TIPO: CAMBRIC, MEDIDA: 15 cm. Confeccionada con hilado 100 % algodón blanco de tejido de punto con cadenas entrelazadas, de manera tal que le confiera a lo largo, resistencia de tracción de la urdimbre de un tejido rectilíneo y a lo ancho la flexibilidad de un tejido de punto, con el objeto de brindar una mejor compresión y adherencia en su aplicación. Debe tener los bordes orillados para impedir su deshilachado. Presentaciones: 15 cm x 3 m o ENVASE: Hermético e individual o condición biológica Aséptico e hipoalergénico. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN.	UNIDAD

71	2.9.5-461.75	VENDAS USO MEDICO; TIPO: DE GASA, MEDIDA: 15 X 300 Cm	VENDA DE GASA TUBULAR, MEDIDA: 15 cm de ancho y no menos de 3 mts de largo. ESTERIL. Gasa absorbente de algodón, de acuerdo a Farmacopea Nacional Argentina VII Ed. Y Norma IRAM 7782. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANAMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD
72	2.9.5-461.133	VENDAS USO MEDICO; TIPO: DE GASA, MEDIDA: 20 X 200 Cm	VENDA DE GASA TUBULAR, MEDIDA: 20 cm de ancho y no menos de 3 mts de largo. ESTERIL . Gasa absorbente de algodón, de acuerdo a Farmacopea Nacional Argentina VII Ed. y Norma IRAM 7782. DEBERÁ CONTAR CON APROBACIÓN ANAMAT. DEBERA PRESENTAR MUESTRA PARA SU APROBACIÓN	UNIDAD

CAMPO DE MAYO, 30 de enero de 2026.

CR Farm RICARDO MATONTI
J Ser Farm- HMCM

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Bases Condic. Part.

Número: PLIEG-2026-82769838-APN-HMCM#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 27 de Agosto de 2026

Referencia: PROYECTO DE PBCP DE INSUMOS MEDICOS DE USO GENERAL Y PACIENTES AMBULATARIOS E INTERNADOS.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 71 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 10:10:34 -03:00

Adrian Augusto ARROYO
Sargento Primero
Hospital Militar Campo de Mayo
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.27 10:10:35 -03:00