Réglementation des produits de santé et dispositifs médicaux

Révision schématique

Dispositif et médicament

Pour distinguer un dispositif médical d’un médicament, examiner sa destination et son mode d’action principal.

Classification

Les classes I, IIa, IIb et III correspondent à des règles de risque.

Pansements

Le tableau du support attribuant automatiquement une classe à chaque famille de pansements est trop général.

Conformité et étiquetage

Le fabricant démontre la conformité et appose le marquage CE selon la procédure applicable ; un organisme notifié intervient dans les cas prévus.


Traçabilité et matériovigilance

La traçabilité permet de relier un dispositif et son utilisation, en particulier pour les implantables selon les exigences applicables.

Prescription et périmètre

La prescription infirmière de certains dispositifs ou pansements dépend des textes, de la situation et du cadre d’exercice.

Reconstruire le raisonnement



Questions et réponses

Un logiciel peut-il être un DM ? Oui, selon sa destination médicale.

CE signifie-t-il risque nul ? Non.

La famille commerciale suffit-elle à fixer une classe ? Non.

Sources et portée

UE B3 REGLEMENTATION DES PRODUITS DE SANTE.docx

Ressource Moodle correspondante

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/fra