Réglementation des produits de santé et dispositifs médicaux

Support de travail établi à partir des documents transmis. Le rattachement Moodle a été vérifié sur la liste des ressources ; les fichiers Moodle non récupérés et les commentaires audio ne sont pas déclarés intégralement contrôlés.

Cours et application

Dispositif et médicament

Pour distinguer un dispositif médical d'un médicament, examiner sa destination et son mode d'action principal. Un dispositif peut être un instrument, un implant ou un logiciel médical. La présence d'une substance ne suffit pas à le classer : le cadre réglementaire et l'action principale doivent être examinés.

Classification

Les classes I, IIa, IIb et III correspondent à des règles de risque. Invasivité, durée et finalité interviennent, mais une classe ne se déduit pas du seul nom d'une famille commerciale. Utiliser la destination revendiquée et les règles du règlement européen ; vérifier la documentation du dispositif.

Pansements

Le tableau du support attribuant automatiquement une classe à chaque famille de pansements est trop général. La règle 4 distingue notamment la fonction de barrière ou d'absorption, l'action sur le micro-environnement et certaines lésions profondes cicatrisant par seconde intention. Les dispositifs incorporant une substance médicamenteuse relèvent aussi d'autres règles. Ne pas mémoriser « alginate = classe III » comme règle universelle.

Conformité et étiquetage

Le fabricant démontre la conformité et appose le marquage CE selon la procédure applicable ; un organisme notifié intervient dans les cas prévus. Le CE n'est pas une garantie d'absence de tout risque. Lire identité, destination, conditions d'usage, stérilité, date, lot et identifiant lorsqu'ils sont requis.

Traçabilité et matériovigilance

La traçabilité permet de relier un dispositif et son utilisation, en particulier pour les implantables selon les exigences applicables. Devant un incident ou risque d'incident : sécuriser la personne, conserver les éléments utiles et suivre la procédure de signalement. Distinguer lot de production et numéro de série d'une unité.

Prescription et périmètre

La prescription infirmière de certains dispositifs ou pansements dépend des textes, de la situation et du cadre d’exercice. Ne pas étendre une liste ancienne à tout dispositif. Le document transmis porte principalement sur les dispositifs médicaux et seulement sur les diapositives indiquées ; il ne prouve pas la couverture de toute l’archive Moodle ni de l’audio.

Identifier la finalité et le cadre du produit

Un dispositif médical se reconnaît par la destination médicale revendiquée par son fabricant et par son action principale. Il peut s’agir d’un matériel simple, d’un implant ou d’un logiciel. La forme visible ne suffit donc pas à distinguer toutes les catégories de produits de santé.

Le médicament agit par des moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques selon sa définition. Un dispositif peut incorporer une substance tout en relevant d’un cadre spécifique. Il faut examiner le produit précis et la documentation ; la présence d’un ingrédient ne permet pas d’inventer son statut.

La classification des dispositifs utilise plusieurs règles. La durée de contact, l’invasivité, le site et la finalité sont des facteurs, mais ne constituent pas un tableau universel à quatre exemples. Les logiciels et certains dispositifs particuliers ont leurs propres règles. Une classe se vérifie dans le cadre réglementaire applicable.

Le support transmis porte sur les dispositifs médicaux et indique seulement certaines diapositives du cours. Les parties audio ou les autres produits de santé de l’archive ne sont donc pas reconstitués ici. La limite est conservée dans le suivi plutôt que de déclarer toute la capsule couverte.

Conformité usage et signalement


La conformité repose sur les obligations du fabricant et la procédure applicable au dispositif. Un organisme notifié intervient lorsque le cadre le prévoit. Il ne faut pas présenter le marquage CE comme une autorisation délivrée systématiquement par l'ANSM pour chaque dispositif.

Avant utilisation, vérifier la destination, les conditions de conservation, l'intégrité, les dates et les consignes. Pour un dispositif stérile, une rupture d'emballage modifie les conditions d'emploi. Un usage unique n'est pas transformé en réutilisable par une simple volonté de réduire les déchets.

Lot et numéro de série ont des fonctions différentes. Le lot relie un groupe de fabrication ; la série identifie une unité lorsque ce système est utilisé. Les identifiants et les informations nécessaires à la traçabilité doivent être reportés selon les exigences applicables à l'acte et au dispositif.

Devant une défaillance ou un incident suspecté, donner la priorité à la sécurité du patient, alerter, préserver le dispositif et les références utiles selon la procédure. La matériovigilance vise l'analyse et la prévention des risques ; elle ne remplace pas les soins immédiats. Les règles de remboursement et de prescription sont distinctes de la conformité.

Schéma et vérification des acquis



Questions et réponses

Un logiciel peut-il être un DM ? Oui, selon sa destination médicale.

CE signifie-t-il risque nul ? Non.

La famille commerciale suffit-elle à fixer une classe ? Non.

Sources et portée

UE B3 REGLEMENTATION DES PRODUITS DE SANTE.docx

Ressource Moodle correspondante

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj/fra