

Na osnovu člana 99. stav 4. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), člana 6. stav 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04 i člana 2. Uputstva o načinu izrade i postupku donošenja tehničkih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 35/06), na prijedlog Komiteta za tehničke propise Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa donosi

## **NAREDBU O NEAUTOMATSKIM VAGAMA**

### **Član 1.**

#### **(Predmet)**

Naredbom o neautomatskim vagama (u daljnjem tekstu: Naredba) se propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispuniti neautomatske vage (u daljnjem tekstu: vage) koje se stavljaju na tržište i/ili u upotrebu, postupci ocjenjivanja usklađenosti, te nadzor nad ispunjavanjem propisanih zahtjeva.

### **Član 2.**

#### **(Definicije)**

U smislu ove Naredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

- a) "vaga" je mjerni instrument koji služi za određivanje mase nekog tijela usljed djelovanja gravitacije na to tijelo. Vaga može služiti i za određivanje drugih veličina, količina, parametara ili karakteristika koje se odnose na masu;
- b) "neautomatska vaga" je vaga koja zahtijeva učešće rukovatelja tokom vaganja;
- c) "BAS standard" je bosanskohercegovački standard kojim se preuzima harmonizirani evropski standard;
- d) "imenovani organ za ocjenjivanje usklađenosti" (u daljnjem tekstu: imenovani organ) je organ za ocjenjivanje usklađenosti koji imenuje Institut za mjeriteljstvo BiH (u daljnjem tekstu: Institut). Imenovati se mogu certifikacijski organi, inspeksijski kontrolni organi, laboratorije ili drugi organi;
- e) "prijavljeni organ" je imenovani organ za ocjenjivanje usklađenosti koji Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prijavljuje Evropskoj komisiji za obavljanje postupaka ocjenjivanja usklađenosti i koji je Evropska komisija objavila u Službenom glasniku Evropske komisije i dodijelila mu odgovarajući identifikacijski broj.

### **Član 3.**

#### **(Upotreba vaga)**

U smislu odredbi ove Naredbe razlikuju se dvije kategorije upotrebe vaga:

- a) Prva kategorija upotrebe odnosi se na:
  - 1) određivanje mase u komercijalnim transakcijama;
  - 2) određivanje mase radi obračuna cestarine, carine, poreza, premije, kazne, naknade, odštete ili slične vrste plaćanja;
  - 3) određivanje mase radi primjene zakona ili propisa ili davanje stručnog mišljenja u toku sudskog postupka;
  - 4) određivanje mase u medicinskoj praksi odnosno vaganje pacijenata u svrhu pregleda, dijagnoze i liječenja;
  - 5) određivanje mase za pripremu lijekova po receptu u apotekama i određivanje mase u analizama koje se vrše u medicinskim i farmaceutskim laboratorijama;
  - 6) određivanje cijena na osnovu mase u svrhu direktne javne prodaje, kao i pripremanja pretpakiranih proizvoda;

- b) Druga kategorija upotrebe odnosi se na sve druge primjene izuzev onih koje su navedene u tački a) ovog člana.

#### Član 4.

(Stavljanje na tržište i u upotrebu)

- (1) Vage se mogu staviti na tržište samo ako ispunjavaju zahtjeve iz ove Naredbe.
- (2) Vage se smiju staviti u upotrebu za namjene iz člana 3. Tačka a) samo ako ispunjavaju zahtjeve iz ove Naredbe, te ako imaju znak usklađenosti utvrđen u članu 11. ove Naredbe.

#### Član 5.

(Osnovni zahtjevi)

- (1) Vage koje se upotrebljavaju u skladu s članom 3. tačka a) moraju ispunjavati osnovne zahtjeve iz Aneksa I. Ove Naredbe. (2) Ako vaga sadrži ili je priključena na uređaje, koji se ne koriste za namjene iz člana 3. tačka a), takvi uređaji ne podliježu osnovnim zahtjevima iz Aneksa I. ove Naredbe.

#### Član 6.

(Slobodan promet)

- (1) Ne smije se ometati stavljanje na tržište vaga koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Naredbe.
- (2) Ne smije se ometati stavljanje u upotrebu vaga za namjene iz člana 3. tačka a) koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Naredbe.

#### Član 7.

(Pretpostavka usklađenosti)

- (1) Pretpostavlja se da vage koje su izrađene u skladu s bosanskohercegovačkim standardima, kojima se preuzimaju harmonizirani evropski standardi (u daljnjem tekstu: BAS standardi), ispunjavaju osnovne zahtjeve iz Aneksa I. ove Naredbe.
- (2) Listu standarda iz stava (1) ovog člana objavljuje Ministarstvo u "Službenom glasniku BiH".

#### Član 8.

(Zaštitna klauzula)

- (1) Ako nadležni inspekcijski organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i entitetske institucije za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: nadležni organi) utvrde da vaga, koja ima znak usklađenosti iz Aneksa II. tačke 2., 3. i 4, ne ispunjava zahtjeve iz ove Naredbe, a u slučaju kada je pravilno postavljena i upotrebljava se za predviđenu namjenu, oni poduzimaju sve potrebne mjere i radnje za povlačenje takve vage s tržišta, zabranjuju ili ograničavaju njeno stavljanje na tržište i/ili u upotrebu.
- (2) Ako vaga koja ne ispunjava zahtjeve iz ove Naredbe nosi znak usklađenosti, nadležni organi poduzimaju potrebne mjere i radnje protiv pravnog ili fizičkog lica koje je neosnovano postavilo znak usklađenosti.
- (3) Nadležni organi obavještavaju Agenciju za nadzor nad tržištem BiH (u daljnjem tekstu: Agencija) i Institut o poduzetim mjerama i radnjama iz stavova (1) i (2) ovog člana, navodeći razloge za donošenje takvih mjera i posebno da li je neusklađenost posljedica:
  - a) neispunjavanja osnovnih zahtjeva iz člana 5., kada vaga nije u skladu sa standardima iz člana 7. (1);
  - b) nepravilne primjene standarda iz člana 7. (1);
  - c) nedostataka u standardima iz člana 7. (1) ove Naredbe.
- (4) Agencija obavještava Ministarstvo o poduzetim mjerama i radnjama iz stavova (1) i (2) ovog člana.

- (5) Ministarstvo obavještava države i međunarodne organizacije s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila bilateralne i multilateralne ugovore kojima je stvorena obaveza obavještavanja o poduzetim mjerama i radnjama iz stavova (1) i (2) ovog člana.

#### Član 9.

##### (Ocjenjivanje usklađenosti)

- (1) Usklađenost vaga s osnovnim zahtjevima iz Aneksa I. ove Naredbe se može potvrditi provođenjem jednog od sljedećih postupaka koje izabere podnositelj zahtjeva:
- a) ispitivanje tipa prema Aneksu II. tačka 1. kojeg prati: izjava o usklađenosti tipa (garancija kvaliteta proizvodnje) iz Aneksa II. tačka 2., ili verifikacija iz Aneksa II. tačka 3.
  - b) pojedinačna verifikacija prema Aneksu II. tačka 4. ove Naredbe.
- (2) Ispitivanje tipa iz stava (1) tačka a) ovog člana nije obavezno za vage koje ne koriste elektronske uređaje i vage čiji uređaji za mjerenje tereta ne koriste oprugu za uravnoteženje tereta.
- (3) Dokumenti i prepiske koji se odnose na postupke iz stava (1) ovog člana moraju biti na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine ili na jeziku koji je prihvatio imenovani organ.
- (4) Ako su vage predmet drugih propisa koji obuhvataju druge aspekte, a koji također predviđaju postavljanje znaka usklađenosti, taj znak pokazuje da se za te vage smatra da ispunjavaju i odredbe tih drugih propisa.
- (5) Ako jedan ili više propisa iz stava (4) ovog člana dopušta proizvođaču da za vrijeme prijelaznog perioda bira koja će rješenja primijeniti, znak usklađenosti označava usklađenost samo s propisima koje je primijenio proizvođač. U tom slučaju detalji o primijenjenim propisima, koji su objavljeni u "Službenom glasniku BiH", moraju biti navedeni u dokumentima, obavijestima ili uputama koje zahtijevaju ti propisi i koji se prilažu uz vage.

#### Član 10.

##### (Imenovani organi)

- (1) Direktor Instituta u skladu s članom 22. Zakonom o mjeriteljstvu / metrologiji BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01), imenuje organe za ocjenjivanje usklađenosti koji provode postupke iz člana 9. ove Naredbe, zajedno s posebnim zadacima za koje su ti organi imenovani i o tome obavještava Ministarstvo.
- (2) Pri ocjenjivanju organa iz stava (1) ovog člana primjenjuju se kriteriji navedeni u Aneksu V. ove Naredbe.
- (3) Za organe koji ispunjavaju kriterije za ocjenjivanje navedene u odgovarajućim BAS standardima pretpostavlja se da ispunjavaju kriterije utvrđene u Aneksu V. ove Naredbe.
- (4) Ministarstvo dodjeljuje identifikacijske brojeve imenovanim organima iz stava (1) ovog člana i objavljuje listu imenovanih organa u "Službenom glasniku BiH".
- (5) Direktor Instituta stavlja van snage rješenje o imenovanju ukoliko utvrdi da organ više ne ispunjava kriterije iz Aneksa V. ove Naredbe. Obavijest o povlačenju imenovanja organa dostavlja Ministarstvu, koje ga objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

#### Član 11.

##### (Znak usklađenosti)

- (1) Znak usklađenosti i obavezni dodatni podaci propisani u Aneksu IV. tačka 1. ove Naredbe, postavljaju se u jasno vidljivom, čitljivom i neizbrisivom obliku na vage za koje je utvrđena usklađenost.
- (2) Natpisi propisani u Aneksu IV. tačka 2. ove Naredbe se postavljaju u jasno vidljivom, čitljivom i neizbrisivom obliku na sve ostale vage.
- (3) Zabranjuje se postavljanje oznaka na vage koje mogu obmanuti treća lica u pogledu značenja i oblika znaka usklađenosti.

- (4) Dozvoljeno je postavljanje drugih oznaka na vage, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost i čitljivost znaka usklađenosti.

#### Član 12.

(Mjere i radnje nadležnih organa)

Ne dovodeći u pitanje član 8. ove Naredbe:

- (a) ako nadležni organi utvrde da je znak usklađenosti nepropisno postavljen, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: ovlašteni zastupnik) su obavezni da usklade vagu s odredbama koje se odnose na znak usklađenosti i postupe po nalogu nadležnog organa.
- (b) ako proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik ne postupi u skladu s tačkom a) ovog člana, nadležni organ mora poduzeti sve odgovarajuće mjere i radnje da ograniči ili zabrani stavljanje na tržište vage ili osigura njeno povlačenje s tržišta u skladu s postupcima navedenim u članu 8. ove Naredbe.

#### Član 13.

(Oznaka ograničavanja upotrebe uređaja)

- (1) Ako vaga, koja se upotrebljava u skladu s članom 3. tačka a) ove Naredbe, uključuje ili je povezana s uređajima koji nisu predmet ocjenjivanja usklađenosti iz člana 9. ove Naredbe, svaki od tih uređaja mora imati oznaku koja ograničava njenu upotrebu.
- (2) Oznaka iz stava 1. ovog člana se sastoji od velikog slova "M" odštampanog u crnoj boji na crvenoj četvrtastoj pozadini veličine najmanje 25 mm x 25 mm, sa dvije ukrštene dijagonale koje čine krst. Takva oznaka se mora postaviti na uređaje u jasno vidljivom i neizbrisivom obliku.

#### Član 14.

(Kontinuirano ispunjavanje zahtjeva)

Vage, koje imaju znak usklađenosti u skladu sa zahtjevima ove Naredbe, moraju i dalje ispunjavati te zahtjeve tokom upotrebe.

#### Član 15.

(Pravna zaštita)

Svaka odluka donesena u skladu s ovom Naredbom, kojom se zabranjuje ili ograničava stavljanje na tržište i/ili u upotrebu vaga ili se povlači s tržišta vaga, mora biti obrazložena i sadržavati pouku o pravnim lijekovima u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine.

### Prijelazne i završne odredbe

#### Član 16.

(Prestanak primjene ranijih propisa)

- (1) Danom početka primjene ove Naredbe prestaje se primjenjivati Pravilnik o metrološkim uslovima za mjerila mase - vage sa neautomatskim funkcioniranjem klase tačnosti I, II, III, IIII ("Službeni list SFRJ", br. 4/1987).
- (2) Vage koje imaju odobrenje tipa mjerila smiju se stavljati u upotrebu do isteka važenja Certifikata o odobrenju tipa mjerila.

#### Član 17.

(Ovlaštenja za certificiranje i ispitivanje)

- (1) Ovlaštenja za certificiranja i ispitivanja, izdata na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu ove Naredbe, ostaju na snazi do objave u "Službenom glasniku BiH" liste imenovanih organa prema odredbama ove Naredbe, a najkasnije do početka primjene ove Naredbe.
- (2) Nadzor nad radom organa iz stava (1) ovog člana provodi Institut.

- (3) Dokumenti o usklađenosti i oznake usklađenosti izdati u inostranstvu važe u Bosni i Hercegovini ako ispunjavaju odredbe člana 13. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti.

#### Član 18.

##### (Primjena znaka usklađenosti)

- (1) Do pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao znak usklađenosti koristi se "C" znak usklađenosti, oblika i proporcija propisanih u Aneksu VI. ove Naredbe.
- (2) Nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, kao znak usklađenosti koristi se evropski znak usklađenosti "CE", oblika i proporcija propisanih u Aneksu VI. a. ove Naredbe.
- (3) Nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, u ovoj Naredbi i odgovarajućim Aneksima se umjesto "izjava o usklađenosti" koristi "EZ izjava o usklađenosti", umjesto "ispitivanje tipa" koristi "EZ ispitivanje tipa", umjesto "nadzor" koristi "EZ nadzor" umjesto "verifikacija" koristi "EZ verifikacija", umjesto "pojedinačna verifikacija" koristi "EZ pojedinačna verifikacija", umjesto "certifikat o odobrenju tipa" koristi "EZ certifikat o odobrenju tipa".
- (4) Nakon pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji ili stupanja na snagu sporazuma o ocjenjivanju usklađenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, ocjenjivanje usklađenosti mogu izvršavati samo imenovani organi koji su prijavljeni Evropskoj komisiji u skladu s posebnim propisom. Na osnovu toga, u ovoj Naredbi i odgovarajućim aneksima se umjesto "imenovani organ" koristi "prijavljeni organ".

#### Član 19.

##### (Aneksi)

Sastavni dio ove Naredbe su Aneksi I., II., III., IV., V., VI. i VI. a.

#### Član 20.

##### (Stupanje na snagu)

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se po isteku dvije godine od dana stupanja na snagu ove Naredbe.

Broj 05-2-06-1661/11

9. juna 2011. godine

Sarajevo

Ministar

Mladen Zirojević, s.r.