

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR MALZEMELERİNİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI TALİMATI

Dok. No: KY.TL.**6.6/DM** Yayın Tarihi: 11.10.2013 Rev. No/Tarih: 02/01.11.2018 Sayfa No: 1/2

1.AMAÇ

Analiz/testlerde kullanılan laboratuvar malzemelerinin depolanması ve muhafazasındaki yöntemleri açıklamaktadır.

2. KAPSAM

Laboratuvar malzemelerinin depolanması ve muhafazasındaki yöntemlerin tamamını kapsar.

3. İLGİLİ DOKÜMANLAR

5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği

4. KISALTMALAR VE TANIMLAR

Kısaltma ve tanım kullanılmamıştır.

5.UYGULAMALAR

- 5.1 Depo Düzeninin Sağlanmasında Genel Kurallar
- a) Depodaki kimyasalları bağlı bulundukları sınıf kodu içerisinde yerleştiriniz.
- b) Kimyasal reaksiyona girecek kimyasalların birbirleriyle temas etmemesine dikkat ediniz.
- c) Kimyasalların depolandığı rafların duvara sabitlenmesini sağlayınız.
- d) Kimyasalları yer düzeyinde ve ulaşılamayacak kadar yükseklikte tutmayınız.
- e) Depolanması özel durum gerektiren kimyasalları özel kabinde muhafaza ediniz.
- f) Depodaki tüm kimyasalların olduğu bir envanter sistemi bulundurunuz.

5.2 Etiketleme

- a) Depoda bulunan her kimyasal maddeyi etiketleyiniz.
- b) Etiketlerin kolay çıkmayacak sekilde ve net okunmasını sağlayınız.
- 5.3 Depo Sorumlusunun Görevi ve Kayıt Sistemi
- a) Depoya resmi olarak bir depo sorumlusu ve yardımcısı atayınız.
- b) Depo sorumlusuna depoya giren kimyasal maddeleri takip ettiriniz.
- c) Depo sorumsunun bilgisi dışında giriş-çıkış yapılmamasını sağlayınız.
- d) 2 ayda bir depo temizliği yaptırınız.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Aydan ÇALIK	Akan GÜLMEZ
Kalite Yöneticisi	Daire Başkanı



MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR MALZEMELERİNİN DEPOLANMASI VE MUHAFAZASI TALİMATI

Dok. No: KY.TL.**6.6/DM** Yayın Tarihi: 11.10.2013 Rev. No/Tarih: 02/01.11.2018 Sayfa No: 2/2

5.4 Kimyasal Malzeme Depolama Şartları

- a) Deponun tüm birimlerden bağımsız olmasını sağlayınız.
- b) Gaz sızıntılarına karşı deponun iyi havalandırılmasını, depo zemininin sızdırmaz, dökülme ve sıçrama anında kimyasalın uzaklaşması ve su basmaması için yeterli eğime sahip olmasını sağlayınız.
- c) Kullanılan elektrik tesisatının yanmaya ve aside dayanıklı olmasını sağlayınız.
- d) İlgili uyarı levhalarının depoda bulunmasını sağlayınız.
- e) Depoda organik madde, asit ve oksitleyici maddelerin bir arada bulunmamasını sağlayınız.
- f) Depoya en az iki giriş-çıkış veriniz.
- g) Personeli hizmet içi eğitime tabi tutunuz.
- h) Kimyasal maddeleri söndürebilen yangın söndürme tertibatını sağlayınız.
- ı) Deformasyon uğramış olan kimyasal ve cam malzemeleri imha ediniz.

6. ARŞİV VE KAYITLAR

Arşiv ve kayıt işlemleri 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uygun olarak yapınız.

7. REVİZYONLAR

Revizyon No/Tarih	Sayfa No	Revizyon Nedeni
01/21.03.2017	2	5.4 maddesine ilave
02/01.11.2018	Tümü	Doküman numarasında değişiklik yapıldı.

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Aydan ÇALIK	Akan GÜLMEZ
Kalite Yöneticisi	Daire Başkanı