

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS

Ficha Técnica: 44247

Tipo Producto:	Dispositivo Médico	Criterio Técnico:	SI
Código Externo:		Especialidad:	Uso General
Clase de Riesgo:	B	Presentación:	UNIDAD
Nivel de Atención:	2		
Fecha Creación:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Última Actualización:	15 diciembre 2011	Acta No.:	
Nota Institución:			
Fecha Inhabilitada:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Inhabilitada por:			
Fecha Habilitada:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Nombre Genérico:	BOMBA INFUSORA PARA JERINGUILLA, HOMOLOGADA 24-8-06 Y 15-9-06		
Descripción:	Equipo para administrar medicamentos y soluciones intravenosas o nutrición parenteral en forma constante.		

Características y Especificaciones Técnicas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

1. Infusora para jeringuilla que administra solución a través de jeringuillas de 10cc o menos hasta 50cc o mayor.
2. Controlado por volumen o flujo.
3. Modo de funcionamiento continuo.
4. Panel frontal digital con programación de:
 - a. Marca
 - b. Administración de bolo.
 - c. Flujo.
5. Con capacidad de autocensar el tamaño de la jeringuilla
6. Que el equipo permita su uso con diversas marcas comerciales de jeringuillas.
7. Rango de programación de 0.1 a 1200 ml/hr.
8. Sistema de alarmas e indicadores de: mal funcionamiento, fin de infusión y oclusión.
9. Con batería recargable con respaldo mínimo de dos horas
10. Alimentación eléctrica 110-120V/60Hz.
11. Que incluya un clamp para colocación en atril

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS

Ficha Técnica: 44247

Observaciones:	<p>OBSERVACIÓN SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.5. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo: enfermeras y asistentes.6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y operación de 8 horas mínimo, al personal de Biomédica.7. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido.9. Tiempo de entrega de acuerdo a los requerimientos de la Unidad Ejecutora solicitado.10. Cumplir con los estándares internacionales de calidad y comercialización.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descripción de Garantías

Garantía en Años:	SI
Garantía en Piezas:	SI
Garantía en Mano de Obra:	SI

Requiere

Instalación:	SI
Mantenimiento:	SI
Catálogo en español:	SI
Manual en español:	SI
Capacitación:	SI
Accesorios:	