

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS

Ficha Técnica: 40068

Tipo Producto:		Criterio Técnico:	SI
Código Externo:	40068	Especialidad:	
Clase de Riesgo:		Presentación:	POR UNIDAD
Nivel de Atención:	2		
Fecha Creación:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Última Actualización:	12 septiembre 2008	Acta No.:	
Nota Institución:			
Fecha Inhabilitada:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Inhabilitada por:			
Fecha Habilitada:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Nombre Genérico:	CENTRAL DE MONITOREO PARA 10 MONITORES DE SIGNOS VITALES, HOMOLOGADO EL 25-08-05		
Descripción:	<p>Central de Monitores a color de 10 o más canales o camas, con las siguientes características y especificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla de alta resolución no menor de 15" y que sea compatible con los monitores existentes.</li> <li>- Que permita cambios del menú y límites de alarma Alarmas visible y audible.</li> <li>- Capacidad de identificar en la central, las arritmias y el segmento ST.</li> <li>- Los colores configurables para individualizar los pacientes o los parámetros o las ondas del paciente.</li> <li>- Capacidad de intercomunicación de las centrales mediante sistema de red alámbrica y/o inalámbrica.</li> <li>- Impresora de cuatro o más canales a la vez.</li> <li>- Que presente nivel de ayuda para las diferentes funciones.</li> <li>- Capacidad de incrementarse hasta 16 canales o camas</li> <li>- Mostrar gráficas de las tendencias de todos los parámetros monitorizados.</li> <li>- Tabulación de las tendencias durante 24 horas o más</li> </ul> <p>Documentos para revisar, los expedientes: 1 Antecedentes de uso o 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones: ///a. FDA o TUV o CSA o CE. y adicional UL o IEC o ISO9000 b. O que en el catalogo original conste las certificaciones solicitadas</p>		

Características y Especificaciones Técnicas:

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS

Ficha Técnica: 40068

Observaciones:	Observaciones para el pliego de cargos 1. Garantía no menor de dos (2) años en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación en la unidad peticionaria. 2. Manual de operación, funcionamiento y mantenimiento en español. / 3. Lista de partes y accesorios en español. / 5. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que se brinde cada tres (3) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, mientras dure la garantía. / 6. Entrenamiento al personal del rea que tendrá a su cargo la operación del equipo y de Biomédica, sobre su empleo y mantenimiento, sin costo adicional para la Institución. / 7. La empresa proveedora debe garantizar que el equipo en su totalidad sea nuevo no reconstruido, ni modificado. / 8. Certificar existencia de personal técnico capacitado en el mantenimiento y reparación del equipo, y la existencia de piezas de repuesto disponibles en el país.
----------------	--

Descripción de Garantías

Garantía en Años:	NO
Garantía en Piezas:	NO
Garantía en Mano de Obra:	NO

Requiere

Instalación:	
Mantenimiento:	
Catálogo en español:	SI
Manual en español:	
Capacitación:	
Accesorios:	