REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE SALUD

Comité Técnico Nacional Interinstitucional















Grupo: MEDICO - QUIRURGICO	
Tipo de Área: EQUIPOS	Ficha Técnica:

Tipo de Área: EQUIPOS		Ficha Técnica: 48766		
Código Externo:	02020350	Especialidad:		
Clase de Riesgo:	Α	Presentación:	POR UNIDAD	
Nivel de Atención:	3			
Fecha Creación:	*	Acta No.:		_
Nota Institución:				
Última Actualización:	03 junio 2011	Acta No.:		
Nota Institución:				
Fecha Inhabilitada:	*	Acta No.:		
Nota Institución:				
Inhabilitada por:				
Fecha Habilitada:	*	Acta No.:		
Nota Institución:				

Nombre Genérico: CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS HOMOLOGADA 7-6-07

Descripción: Cama de cuidados intensivos hidráulico o sin fin/ eléctrica/batería.

Características y Especificaciones Técnicas:

Fecha de Impresión: 29 de abril de 2015 17:09:55 Página: 1 de 3

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE SALUD

Comité Técnico Nacional Interinstitucional















Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS

Ficha Técnica: 48766

Con las siguientes características y especificaciones:

- 1. Con freno central para las cuatro ruedas y sistema direccional.
- 2. Controles eléctricos en ambos lados de la cama y que permita efectuar las funciones de la cama en ausencia de corriente mediante batería.
- 3. Sistema de Trendelemburg en un paso (emergencia) o progresivo
- 4. Interfase o hendidura para restringidor de pacientes.
- 5. Barandales laterales abatibles y seccionados que se oculten bajo el marco de la cama; con controles en la parte externa e internas para el paciente y la enfermera.
- 6. Porta bolsas de drenaje a ambos lados.
- 7. Posicionador de la litera: Trendelemburg y Trendelemburg reverso (movimiento entre 10 y 15 grados en inclinación), silla cardíaca o reclinable
- 8. CPR de emergencia eléctrico o manual.
- 9. Medidor de los grados de Trendelemburg y fowler
- 10. Protector contra golpes en las esquinas de la cama
- 11. Repisa para monitor.
- 12. Altura de la cama: rango de altura entre 17 pulgadas y 37 pulgadas.
- 13. Superficie radiolucente, capacidad de fluoroscopia y rayos X.
- 14. Paneles removibles en la cabecera y en el extremo de los pies.
- 15. Receptáculo: 4 receptáculos; uno en cada esquinas de la cama.
- 16. Dos (2) atriles telescópicos abatibles inoxidable permanente en la cabecera y que soporte bomba de infusión
- 17. Soporte o adaptador para el tanque de oxígeno: acepta tanques tamaño "E" o "D"
- 18. Balanza integrada de paciente: balanza precisa que permita el pesado sin retirar al paciente de la cama con lectura en libras y kilos.
- 19. El colchón de espuma de goma, forro de material impermeable, anti escara o reductor de presión, retardante al fuego, con tratamiento bactericida, con grosor de 6" como mínimo
- 20. Alimentación eléctrica 110-120 voltios/60 Hz.

Fecha de Impresión: 29 de abril de 2015 17:09:55 Página: 2 de 3

REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE SALUD

Comité Técnico Nacional Interinstitucional















Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Tipo de Área: EQUIPOS Ficha Técnica: 48766

Observaciones:

OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE:

- 1. Garantía de dos (2) años mínimo, en piezas y mano de obra, a partir de la fecha aceptación a satisfacción.
- 2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.
- 3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.
- 4. Presentar programa de mantenimiento preventivo y correctivo, que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el período de garantía.
- 5. Brindar entrenamiento de operación de 8 horas mínimo, al personal que tendrá a su cargo la operación del equipo.
- 6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 16 horas mínimo, al personal técnico de biomédica/mantenimiento.
- 7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
- 8. Certificación emitida por el fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo.
- 9. El tiempo de entrega debe ser establecido por la Unidad Ejecutora solicitante.

Descripción de Garantías

Garantía en Años: SI
Garantía en Piezas: SI
Garantía en Mano de Obra: SI
Requiere
Instalación: SI

Mantenimiento: SI

Catalogo en español: SI

Manual en español: SI

Capacitación: SI

Accesorios: SI

Fecha de Impresión: 29 de abril de 2015 17:09:55 Página: 3 de 3