


# Autoclave de mesa 23 L clase B

Biobase · BKMZB

Autoclave de vapor clase B de 23 litros para consultorios, odontología y centros de salud.

## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Marca | **Biobase** |
| Modelo | **BKMZB** |
| Origen | **China** |
| Código | **D-212** |

## CÁMARA Y CICLO

| | |
|---|---|
| Material de la cámara | **S30408** |
| Tamaño de la cámara | **φ 247 × 470 mm** |
| Rack | **1 rack con 3 bandejas** |
| Temperatura de trabajo | **121 / 134 °C** |
| Exactitud de temperatura | **0,1 °C** |
| Temperatura máxima de diseño | **150 °C** |
| Presión de trabajo | **0,23 MPa** |
| Presión de diseño | **-0,1 / 0,28 MPa** |
| Tiempo de esterilización | **Configurable de 1 a 60 minutos** |
| Tiempo de secado | **Configurable de 0 a 20 minutos, además de unos 7 minutos fijos** |

## TIEMPO TOTAL DEL CICLO

| | |
|---|---|
| Instrumental sólido · 134 °C | **15 a 20 min** |
| Instrumental sólido · 121 °C | **30 a 45 min** |
| Instrumental empacado · 134 °C | **30 a 45 min** |
| Instrumental empacado · 121 °C | **35 a 50 min** |
| Textiles · 134 °C | **35 a 45 min** |
| Textiles · 121 °C | **40 a 55 min** |
| Esterilización reforzada · 134 °C | **45 a 60 min** |
| Prueba B&D · 134 °C | **22 a 38 min** |
| Prueba Helix · 134 °C | **22 a 35 min** |
| Prueba de vacío | **15 a 20 min** |

Tiempos declarados por el fabricante en el manual de usuario.

## VACÍO, AGUA Y FILTROS

| | |
|---|---|
| Sistema de vacío | **Bomba de vacío de alta eficiencia, de serie** |
| Tanque de agua | **Abierto, incorporado, con tanque de agua residual también incorporado** |
| Capacidad del tanque | **3,5 L** |
| Consumo de agua | **0,5 a 2,5 L por ciclo** |
| Filtro de aire | **0,22 µm, eficiencia de filtración no menor al 99,5 %** |

## MANDO, PROGRAMAS Y REGISTRO

| | |
|---|---|
| Puerta | **Manual** |
| Pantalla | **LCD de 3,5 pulgadas** |
| Programas | **Instrumental sólido, instrumental empacado, textiles, esterilización reforzada, prueba B&D, prueba Helix y prueba de vacío** |
| Registro de ciclos | **Puerto USB de serie; impresora térmica opcional** |
| Protecciones | **Corte automático de energía por sobretemperatura y sobrepresión, dispositivo antiquemado en seco, alivio automático de presión, protección contra sobrecorriente y contra fugas, y enclavamiento de seguridad de la puerta** |

## INSTALACIÓN

| | |
|---|---|
| Alimentación | **AC 220 V, 50/60 Hz (estándar); AC 110 V, 50/60 Hz (opcional)** |
| Consumo | **1,95 kW** |
| Fusible | **F10A / 250 V** |
| Temperatura ambiente | **5 a 40 °C** |
| Humedad relativa | **Máximo 80 %, sin condensación** |
| Ruido | **Menor a 60 dB** |
| Altitud de operación | **El equipo requiere ajuste de altitud según el lugar de instalación. Por encima de 2000 m s. n. m. el fabricante indica reevaluar el efecto de esterilización.** |

## MEDIDAS Y PESO

| | |
|---|---|
| Dimensiones externas | **700 × 495 × 410 mm** |
| Peso neto | **53 kg** |
| Dimensiones de embalaje | **Ancho 610 × prof. 810 × alto 590 mm** |
| Peso bruto | **67 kg** |

Las tres medidas externas se publican sin indicar cuál es el ancho, cuál el fondo y cuál el alto: los dos documentos del fabricante se contradicen y lo estamos confirmando con él. Si necesitas el dato exacto para preparar el mueble, escríbenos y te lo confirmamos.

## ACCESORIOS ESTÁNDAR

- **Bandejas de aluminio**
- **Rack de instrumental**
- **Pinza portabandejas**
- **Tubo de drenaje**
- **Empaque de puerta de repuesto**
- **Fusible de repuesto**
- **Puerto USB**

## SE USA EN

- Consulta externa
- Odontología
- Odontología

**Sinergia Biomédica** · Servicios Integrales
Sinergia S.A.C. · RUC 20615862682
Pueblo Libre, Lima — Perú ·
logistica@sinergiabiomedica.pe · +51 908 704 131

sinergiabiomedica.pe
Precio y disponibilidad: consultar
Fuente: catálogo BIOBASE «Serie Class B» BKMZA/BKMZB y manual de usuario BIOBASE, versión 2022.08 (versiones en español). Especificaciones sujetas a cambios del fabricante.