# CellVerity — Kullanım Kılavuzu

*Eski adı: ICC CTCF Ölçer*

*Sürüm 2.1.0 · Erdal Balcan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi · MIT lisansı · DOI (tüm sürümler): 10.5281/zenodo.23860020*

Kaynak kod ve indirmeler: https://github.com/erdal-b-dot/cellverity · English guide: `USER_GUIDE.md`

---

# İçindekiler


1. Program ne yapar?
2. Kurulum
3. Görüntüleriniz nasıl olmalı?
4. Hızlı başlangıç (5 dakika)
5. Pencerenin bölümleri
6. Tek görüntü ölçmek — adım adım
7. Hücre sınırlarını elle düzeltmek
8. Bir klasörü toplu ölçmek
9. Sonuçlar, Excel ve otomatik kayıt
10. Grafik ve istatistik (gruplar arası karşılaştırma)
11. Fiji köprüsü ve yöntem doğrulaması
12. Uyarılar: ne anlama gelir, ne yapmalı?
13. Makale için: yöntem metni ve atıf
14. Sorun giderme
15. Teknik ayrıntılar

## 1. Program ne yapar?

Immunositokimya (ICC) floresan görüntülerinde **hücre başına CTCF** (Corrected Total Cell Fluorescence) ölçer:

> **CTCF = Integrated Density – (Hücre alanı × Background ortalaması)** (McCloy ve ark., 2014, *Cell Cycle* 13:1400–1412)

ImageJ'de elle yapılan iş akışını otomatikleştirir:

| ImageJ'de elle | Bu programda |
|---|---|
| Set Scale ile kalibrasyon | Ölçek çubuğu **ve üzerindeki değer** (20 µm, 50 µm) otomatik okunur |
| Her hücreyi Polygon ile çizmek | Hücreler FITC'den, değen hücreler DAPI çekirdeklerinden otomatik ayrılır |
| 3 background alanı çizip ölçmek | Hücrelerden uzak 3 kutu otomatik yerleşir (taşınabilir, elle eklenebilir) |
| Measure → Excel'e kopyalama → formül | Tablo, Excel, grup özeti, grafik ve istatistik tek tıkla |

**Ölçümler ImageJ/Fiji ile birebir aynıdır.** Aynı hücre sınırları verildiğinde Area, Mean, StdDev, Min, Max, IntDen ve RawIntDen değerleri Fiji'ninkiyle aynı çıkar (en büyük fark < 0.00001 %). Bunu programın içinden kendiniz de kontrol edebilirsiniz: **Fiji ▸ Fiji ile doğrula** (Bölüm 11).

Görüntüleriniz bilgisayarınızdan dışarı **hiçbir yere gönderilmez**; program internetsiz çalışır.

**Dil:** Arayüz bilgisayarınızın diline göre Türkçe ya da İngilizce açılır. Değiştirmek için **Görünüm ▸ Dil / Language** (yeniden başlatınca geçerli olur). Excel çıktısı her zaman İngilizcedir.

---

## 2. Kurulum

### 2.1 Hazır program (önerilen — Python gerekmez)

| Bilgisayar | İndirilecek dosya | En düşük sistem |
|---|---|---|
| Apple Silicon Mac (M1/M2/M3/M4) | `CellVerity_<sürüm>_mac_AppleSilicon.dmg` | macOS 12.3 |
| Intel Mac (ör. eski iMac) | `CellVerity_<sürüm>_mac_Intel.dmg` | macOS 12.0 (Monterey) |
| Windows 10/11 (64-bit) | `CellVerity_<sürüm>_Windows.zip` | Windows 10 |

> Mac'inizin işlemcisini öğrenmek için: Apple menüsü ▸ **Bu Mac Hakkında**. "Çip: Apple M…" yazıyorsa Apple Silicon, "İşlemci: Intel…" yazıyorsa Intel paketini kullanın. Monterey'de Apple Silicon paketi için **macOS 12.3 veya üstü** gerekir: Sistem Tercihleri ▸ Yazılım Güncelleme.

**Mac'te:** 1. `.dmg` dosyasına çift tıklayın → açılan pencerede **CellVerity** simgesini yandaki **Uygulamalar** klasörüne sürükleyin. Sonra pencereyi kapatıp Finder kenar çubuğundaki diski çıkarın (⏏). 2. **İlk açılışta** çift tıklamayın: uygulamaya **sağ tıklayın ▸ Aç ▸ Aç**. (Program Apple'a ücretli imzalatılmadığı için macOS "tanınmayan geliştirici" uyarısı verir; bu bir kez yapılır.) 3. "Hasarlı, Çöp Sepeti'ne taşıyın" uyarısı çıkarsa (internetten indirilen dosyalarda olur), Terminal'de bir kez şunu çalıştırın: `xattr -cr "/Applications/CellVerity.app"`

**Windows'ta:** 1. Zip'e sağ tıklayın ▸ **Tümünü ayıkla**. Klasörü örneğin `Belgeler` içine koyun (zip'in içinden çalıştırmayın). 2. `CellVerity.exe`'ye çift tıklayın. "Windows bilgisayarınızı korudu" çıkarsa **Ek bilgi ▸ Yine de çalıştır**. 3. Masaüstü kısayolu: exe'ye sağ tıklayın ▸ Gönder ▸ Masaüstü (kısayol oluştur).

**İndirme adresi:** https://github.com/erdal-b-dot/cellverity/releases (en yeni sürüm en üstte).

**Başka bir bilgisayara aktarmak:** paket dosyasını paylaşım bağlantısı, USB bellek ya da e-postayla (≈100 MB) gönderin, ya da yukarıdaki indirme adresini paylaşın. Yeni paket üretmek: kaynak kod klasöründe `./build_mac.sh` (Mac) / `build_windows.bat` (Windows).

### 2.2 Geliştirici kurulumu (kaynak koddan)

Python ortamıyla çalıştırmak isterseniz (güncellemeleri `git pull` ile almak için): - Mac: `./install_mac.sh`, sonra `./run_desktop.command` - Windows: `install_windows.bat`, sonra `start_desktop.bat`

### 2.3 Fiji (isteğe bağlı ama önerilir)

Fiji köprüsü (Bölüm 11) için Fiji'nin kurulu olması gerekir: https://imagej.net/software/fiji/downloads Program Fiji'yi şu yerlerde kendisi arar: `İndirilenler/Fiji`, `Uygulamalar/Fiji`, ana klasör (`~/Fiji`, `C:\Fiji`). Başka yerdeyse: **Fiji ▸ Fiji konumunu seç...** (bir kez seçilir, hatırlanır).

### 2.4 Eski tarayıcı sürümü (v1)

v1 (tarayıcıda açılan Streamlit sürümü) aynen çalışmaya devam eder. v1 ile v2 aynı hücre sınırlarında aynı sayıları verir; ancak **çekirdek algılama yöntemi farklı** olduğu için değen hücrelerde sınırlar biraz farklı çizilir (Bölüm 15). Bir çalışmanın tüm görüntülerini **aynı sürümle** ölçün.

---

## 3. Görüntüleriniz nasıl olmalı?

Program ne kadar iyi olursa olsun, ölçümün geçerliliği görüntüye bağlıdır.

**Mutlaka:** - **Ham, tek kanal görüntü.** Mikroskobun (cellSens vb.) doğrudan kaydettiği FITC görüntüsü. Photoshop'tan geçmiş, parlaklık/kontrast ayarlanmış ya da kanalları birleştirilmiş (**merge**) görüntüler CTCF için **kullanılamaz** — program bunları tanır ve uyarır. - **Karşılaştırılan tüm görüntüler aynı ayarla çekilmiş olmalı:** aynı objektif, **pozlama süresi**, kazanç (gain), lamba gücü, beyaz dengesi. Floresan sinyali pozlamayla orantılı artar: 1 s'lik görüntüdeki hücre 0.5 s'liktekinden ~2 kat parlak görünür. cellSens'te otomatik pozlamayı kapatın. Program pozlama süresini görüntüden (EXIF) okur, panelde ve Excel'de gösterir, farklı pozlamalar karışırsa uyarır. - **Aynı objektif.** 20× ile 40× görüntüleri birbiriyle karşılaştırmayın — program karışık objektif görürse uyarır. - **Doymuş (saturated) piksel olmamalı.** Program doymuş piksel sayısını her hücre için raporlar ("Doymuş px" sütunu).

**Önerilir:** - **Aynı alanın DAPI görüntüsü.** Birbirine değen hücreleri doğru ayırmak için şart (Uyarılar). - **Ölçek çubuğu görüntüde kalsın.** Program kalibrasyonu çubuktan okur (cellSens sağ alt köşe beyaz kutu). - **TIFF** kaydı JPEG'den iyidir (JPEG kayıplıdır). Aynı çalışmada tüm görüntüler aynı formatta olmalı.

**Test edilen ekipman:** Olympus BX43 floresan mikroskop, Olympus DP74 renkli kamera, cellSens Entry yazılımı. **DP74 notu:** Bu renkli kamerada FITC sinyali sarı-yeşil, DAPI ise **turkuaz** görünür. Program FITC'yi **yeşil (G) kanalından** ölçer; FITC/DAPI ayrımını parlak piksellerin mavi/kırmızı oranından yapar.

---

## 4. Hızlı başlangıç (5 dakika)

> Denemek için örnek görüntüler: repodaki `examples/` klasörü (beklenen sonuçlarıyla iki FITC + DAPI çifti, CC BY 4.0).

1. Programı açın.
2. Finder/Gezgin'de **FITC ve DAPI dosyalarını birlikte seçip** pencereye sürükleyin. Program hangisinin DAPI olduğunu rengine göre anlar.
3. Sağ panelde kontrol edin: **Kalibrasyon** (ör. 0.1449 µm/piksel, 20 µm, *etiketten okundu*), **Objektif**, **Hücre sayısı**, yeşil **"Hücre ayırma: DAPI çekirdekleri"** kutusu.
4. **Tüm hücreleri seç** (ya da ölçülecek hücrelere tıklayın — sarıya döner). Alttaki **Hücreler** sekmesinde CTCF görünür.
5. Sağ panelde **Grup / koşul** (ör. *Kontrol*) ve **Deney / tekrar** (ör. *1*) yazın → ➕ **Sonuç tablosuna ekle** (⌘↩ / Ctrl+Enter).
6. Sonraki görüntü: **⌘W** ile kapatın, yenisini sürükleyin, grubu değiştirin, ekleyin.
7. Bitince: **Excel'e kaydet** (⌘E) ve **Grafik...** (⌘G).

Çok görüntü varsa 4–6. adımlar yerine **Klasörü toplu ölç** (⌘B) kullanın (Bölüm 8).

---

## 5. Pencerenin bölümleri

| Bölüm | İçerik |
|---|---|
| **Menüler** | Dosya · Sonuçlar · Fiji · Düzelt · Görünüm · Yardım |
| **1. araç çubuğu** | FITC aç · DAPI aç · Görüntüleri kapat · Sığdır/Yakınlaştır/Uzaklaştır · **Görüntü:** FITC / DAPI / Birleşik · Çekirdek sınırları |
| **2. araç çubuğu** | **Sınır düzeltme:** Seç · Böl · Birleştir · Sil · Çiz · Geri al · Yinele — **Sonuçlar:** tabloya ekle · toplu ölç · Excel · Grafik · Fiji ile doğrula |
| **Görüntü alanı** | Fare tekerleği: yakınlaştır · Sürükle: kaydır · Tıkla: hücre seç |
| **Sağ panel** | Dosyalar, ölçek çubuğu, kalibrasyon, objektif, sayılar, hücre ayırma göstergesi, hücre seçimi, background ayarları, sonuçlar (grup, deney), çizgi açıklaması, görüntü parlaklığı |
| **Alt sekmeler** | Hücreler · Background kutuları · Biriken sonuçlar · Grup özeti |

**Görüntüdeki çizgiler:**

| Çizgi | Anlamı |
|---|---|
| Gri, numaralı | Programın bulduğu hücre sınırı |
| **Sarı** | Seçili (ölçülen) hücre |
| **Mor** | DAPI'den bulunan çekirdek sınırı |
| **Kırmızı kare** (BG1, BG2…) | Background kutusu |

**Görüntü parlaklığı** kaydırıcısı ve **Görüntü: FITC/DAPI/Birleşik** seçimi **yalnızca ekranı** değiştirir; ölçüm her zaman ham FITC (yeşil kanal) verisinden yapılır.

---

## 6. Tek görüntü ölçmek — adım adım

### 6.1 Görüntüleri açmak

- **Sürükle-bırak** (en kolay): FITC + DAPI'yi birlikte sürükleyin.
- **FITC aç... (⌘O)** ve **DAPI aç... (⌘D)** düğmeleri.
- Yanlış düğmeyle açarsanız (ör. mavi dosyayı "FITC aç" ile) program sorar: *"Bu bir DAPI görüntüsüne benziyor, DAPI olarak açılsın mı?"*
- **Yeni bir FITC açıldığında önceki alanın DAPI'si otomatik kaldırılır** (başka alanın çekirdekleri yanlış ayırmaya yol açar). Yeni alanın DAPI'sini de açın.
- **Görüntüleri kapat (⌘W):** pencereyi boşaltır; biriken sonuçlar korunur.

### 6.2 Kalibrasyonu kontrol etmek

Sağ panelde **Kalibrasyon** satırı kaynağı da söyler: - *etiketten okundu* — ölçek çubuğunun altındaki değer (20 µm, 50 µm) okundu. ✅ - *elle girildi* — **Ölçek çubuğu** kutusuna sizin yazdığınız değer. - *etiket OKUNAMADI, varsayıldı* — kırmızı uyarı çıkar; görüntüdeki değeri **Ölçek çubuğu** kutusuna yazın.

> ⚠️ Ölçek değeri yanlışsa **alan ve IntDen kat kat yanlış** çıkar (ör. 50 µm yerine 20 µm: 6.25 kat). Bu yüzden her yeni görüntüde kalibrasyon satırına bir göz atın.

DP74 + cellSens için bilinen değerler: **20 µm = 138 px → 0.1449 µm/px (40×)**; **50 µm = 172 px → 0.2907 µm/px (20×)**.

### 6.3 Hücre ayırma göstergesi

| Gösterge | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| 🟢 **DAPI çekirdekleri** | Değen hücreler çekirdeklere göre ayrıldı | — |
| 🟡 **Yalnızca şekil (değen hücre yok)** | DAPI yok ama gerek de yok | — |
| 🔴 **Yalnızca şekil — N değen hücre çifti** | Değen hücreler yalnız şekle göre bölündü (~%5 hata) | Aynı alanın DAPI'sini açın |
| 🔴 **DAPI bu FITC ile aynı alana ait görünmüyor** | Çekirdeklerin çoğu hücrelerin dışında | Doğru DAPI'yi açın (numaralar ardışık olsa bile alan farklı olabilir) |

### 6.4 Hücre seçmek

- Hücreye **tıklayın** → sarı olur, ölçülür; tekrar tıklayın → bırakılır.
- **Tüm hücreleri seç** / **Seçimi temizle**.
- Görüntü kenarında **kesilmiş** hücreleri ölçmeyin (alanları eksik ölçülür).

### 6.4.1 Kalite kontrol ve gerekçeli dışlama

- **Otomatik kalite kontrol (QC)** — sağ panelde *Kalite kontrolünden kalanları dışla* (varsayılan açık). Şu hücreler **turuncu** çizilir ve *Tüm hücreleri seç*te seçilmez:
- **doymuş piksel** içeren (CTCF olduğundan düşük ölçülür),
- **çekirdeksiz** ya da **birden çok çekirdekli** (çoğunlukla segmentasyon hatası → Böl/Birleştir),
- **çekirdeği kısmi**: hücrenin içindeki çekirdek alanı görüntüdeki medyanın < %30'u (kesik ya da yanlış ayrılmış hücre parçası),
- **piknotik çekirdek**: çekirdek alanı medyanın < %50'si **ve** DAPI parlaklığı medyanın > 1.5 katı (apoptotik çekirdek için **sezgisel** ölçüt; gözle kontrol edin).
- **Elle dışlama** — hücreye **sağ tıklayın** ▸ gerekçe seçin: *apoptotik / piknotik, mitotik, çakışık / ayrılamıyor, odak dışı, debris / hücre değil, diğer*. Hücre **kırmızı** çizilir. Geri almak için yine sağ tık ▸ *Dışlamayı kaldır* (ya da hücreye tıklayıp seçin).
- QC'den kalan bir hücreyi yine de ölçmek isterseniz üzerine tıklayıp seçin; bayrağı `QC_flags` sütununda kalır.
- Dışlanan her hücre gerekçesiyle Excel'in **Excluded_cells** sayfasına, sayıları **Exclusion_summary** sayfasına yazılır. Makalede "n hücre dışlandı (x doymuş, y apoptotik…)" diye raporlayabilirsiniz.
- Hücre seçimi ve örnekleme kuralları için önerilen yaklaşım: önceden tanımlı ölçüt, sistematik alan seçimi, grubu bilmeden (kör) dışlama, ≥ 3 bağımsız deney.

### 6.5 Background

- **Otomatik** (varsayılan): hücrelerden ≥ 40 piksel uzak, sinyal/debris içermeyen, hücrelere en yakın **3 kutu** (50×50 piksel). Boyut ve sayı sağ panelden değiştirilebilir.
- **Kutuları taşımak:** kutunun üzerine gelin (el imleci), basılı tutup sürükleyin. Bıraktığınız anda yeniden ölçülür. Otomatik bir kutuyu taşırsanız mod **Elle**'ye geçer, diğer kutular yerinde kalır.
- **Elle:** boş alana tıklayın → kutu eklenir; kutuya tıklayın → silinir. **Elle kutuları temizle**.
- Bir hücrenin üzerine taşan kutu kabul edilmez (eski yerine döner).
- Kutu başına değerler: alttaki **Background kutuları** sekmesi.

> ℹ️ **Background = 0 çıkıyorsa** kamera/cellSens koyu arka planı sıfıra kırpmıştır; CTCF = IntDen olur. Tüm görüntüler aynı ayarla çekildiyse karşılaştırma geçerlidir.

### 6.6 Sonuç tablosuna eklemek

- **Grup / koşul:** ör. *Kontrol*, *Ax 10 µM 24 sa*. Grafik ve istatistik bu etikete göre gruplar.
- **Deney / tekrar:** bağımsız deney (biyolojik tekrar) numarası: *1*, *2*, *3*… İstatistiği deney ortalamalarıyla yapmak için gerekir (Bölüm 10).

- ➕ **Sonuç tablosuna ekle (⌘↩).** Aynı görüntüyü yeniden eklerseniz eskisinin yerine geçer (iki kez sayılmaz).

---

## 7. Hücre sınırlarını elle düzeltmek

Otomatik sınırlar çoğu görüntüde iyidir; yoğun kümelerde, debris'te ya da sönük hücrelerde düzeltme gerekebilir. **2. araç çubuğu ▸ Sınır düzeltme**:

| Araç | Nasıl | Ne zaman |
|---|---|---|
| **Seç** | Normal mod | Hücre seçmek, kutu taşımak, kaydırmak |
| **Böl** | Yapışık hücrelerin üzerine **bir kenardan öbür kenara** çizgi çekin | İki (veya daha çok) hücre tek hücre sayıldıysa |
| **Birleştir** | Önce bir hücreye, sonra komşusuna tıklayın | Bir hücre ikiye bölündüyse |
| **Sil** | Bölgeye tıklayın | Debris ya da hücre olmayan bölge |
| **Çiz** | Hücre sınırını fareyle çizin; bırakınca kapanır | Kaçırılan hücre ya da kötü çizilmiş sınır (çizim, altındaki hücrelerin üzerine yazar) |
| **Geri al / Yinele** | ⌘Z / ⇧⌘Z (Windows: Ctrl+Z / Ctrl+Y), 30 adım | Her işlem geri alınabilir |

- Böl ve Çiz modlarında görüntüyü kaydırmak için ⌥ **Option (Windows: Alt)** tuşuna basılı tutup sürükleyin.
- Bölme ve birleştirmede **toplam alan korunur**.
- Düzeltmeler Excel'de **Manual_edits** sütununa yazılır (ör. *birleştir 1+2; böl 1*).
- Ölçek değeri değiştirilince görüntü yeniden analiz edilir ve **düzeltmeler sıfırlanır** (altta uyarı çıkar). Önce kalibrasyonu, sonra düzeltmeleri yapın.

---

# 8. Bir klasörü toplu ölçmek

**Sonuçlar ▸ Klasörü toplu ölç... (⌘B)**

## 8.1 Önerilen klasör düzeni

```
Deneyler/
  Deney_1/
    Kontrol/      ← FITC + DAPI görüntüleri
    Uygulama1/
    Uygulama2/
  Deney_2/
    Kontrol/
    ...
```

- **Grup** = görüntünün bulunduğu klasörün adı; **Deney** = onun bir üstündeki klasörün adı.
- Tek bir deney klasörünü seçerseniz (ör. `Deney_1`) deney adı o klasörün adı olur.
- İkisi de ölçmeden önce tabloda değiştirilebilir.

## 8.2 FITC–DAPI eşleştirme

Her FITC, **aynı klasörde ±3 numara içindeki** DAPI'ler arasından, **çekirdeklerin hücrelerle gerçekten örtüştüğü** olanla eşleştirilir. Örtüşme **şansa göre düzeltilmiş** bir skordur (1 = bütün çekirdekler hücre içinde, 0 = rastgele yerleşimden farksız); eşleşme için ≥ 0.5 gerekir. Ham oran kullanılsaydı, hücrelerin alanın yarısını kapladığı kalabalık görüntülerde başka alana ait bir DAPI bile %50 örtüşürdü. Ardışık numara her zaman aynı alan demek değildir — program bunu görüntünün kendisinden kontrol eder.

| Durum | Anlamı |
|---|---|
| 🟢 **hazır** | Çift bulundu (Örtüşme sütununda yüzde; **Pozlama** sütununda FITC'nin pozlama süresi — klasörde farklı pozlamalar varsa altta kırmızı uyarı çıkar) |
| 🟠 **DAPI yok** | Uygun DAPI bulunamadı; hücreler yalnız şekle göre ayrılacak |
| ⚪ **atlandı: kamera bilgisi yok** | Merge ya da yeniden kaydedilmiş görüntü |
| ⚪ **atlandı: işlenmiş görüntü** | Photoshop vb. ile kaydedilmiş |
| ⚪ **atlandı: FITC mi DAPI mi anlaşılamadı** | Renk belirsiz (ör. merge) |

| Durum | Anlamı |
| --- | --- |
| ⚪ **atlandı: eşleşmeyen DAPI** | Hiçbir FITC'ye ait olmayan DAPI |

### 8.3 Ölçüm

- İşaretli satırlar ölçülür; istemediklerinizin işaretini kaldırın.
- Her görüntüde **tüm hücreler** + **otomatik background** (sağ paneldeki kutu boyutu/sayısı).
- *Kalite kontrolünden kalanları dışla* işaretliyse QC'den kalan hücreler ölçüme girmez; kenara değenlerle birlikte gerekçesiyle **Excluded_cells** sayfasına yazılır ( `border` , `saturated` , `no_nucleus` , `partial_nucleus` , `multinucleate` , `pyknotic` ).
- **Kenara değen (kesik) hücreler** varsayılan olarak hariç tutulur.
- Excel'de **Selection** sütunu: *manual click* ya da *batch: all cells, edge excluded*.
- Toplu ölçümden sonra şüpheli görüntüleri kontrol edin (özellikle yoğun kümeler): **Biriken sonuçlar** sekmesinde bir satırın **üzerine gelince** hücrenin önizlemesi çıkar; **satıra tıklayınca** o görüntü DAPI'siyle açılır, tabloda kayıtlı hücreleri seçili gelir ve tıklanan hücre ortalanır. Sınırları düzeltip (Bölüm 7) ya da **Fiji ile doğrula**yıp **Sonuç tablosuna ekle** derseniz o görüntünün eski satırlarının yerine geçer.

---

# 9. Sonuçlar, Excel ve otomatik kayıt

## 9.1 Excel dosyasının sayfaları

| Sayfa | İçerik |
|---|---|
| **Cells** | Hücre başına tüm ölçümler ve bağlam bilgisi |
| **Group_summary** | Grup başına n, ortalama, SD, SEM, medyan, min, max (CTCF) |
| **Image_means** | Görüntü (alan) ortalamaları — GraphPad'e yapıştırmaya hazır |
| **Experiment_means** | Deney ortalamaları — yayın istatistiği için önerilen birim |
| **Background** | Kutu başına background ölçümleri |
| **Excluded_cells**, **Exclusion_summary** | Dışlanan hücreler ve gerekçeleri (otomatik QC / elle) |
| **Methods** | Formüller, yöntemler, atıf |
| **Validation**, **Validation_summary** | Elle (Fiji) vs otomatik karşılaştırma ve Bland–Altman özeti (varsa) |

## 9.2 Cells sayfasındaki önemli sütunlar

| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Area, Mean, StdDev, Min, Max, IntDen, RawIntDen | ImageJ ile aynı tanımlar |
| BG_Mean, CTCF, CTCF_per_Area | Background ortalaması, CTCF, CTCF/alan (= Mean – BG_Mean) |
| Saturated_px | Doymuş piksel sayısı (0 olmalı) |
| um_per_px, Scale_bar_um, Scale_source, Objective | Kalibrasyon ve kaynağı (label / user / default) |
| Exposure_s, ISO | Pozlama süresi ve kazanç (görüntünün EXIF bilgisinden; karşılaştırılan görüntülerde aynı olmalı) |
| BG_mode, BG_box_px, BG_n | Background yöntemi |
| Segmentation, Nucleus_method, DAPI_overlap, Touching_pairs | Hücre ayırma bilgisi |
| Selection, Manual_edits | Hücrelerin nasıl seçildiği, elle düzeltmeler |
| QC_flags, QC_pass, Nuclei_in_cell, Nucleus_area, Nucleus_DAPI_mean | Kalite kontrol bayrakları ve çekirdek özellikleri |

| Sütun | Anlamı |
|---|---|
| Fiji_check | Fiji ile doğrulandıysa sonuç |
| App_version, Timestamp | Program sürümü, tarih |

### 9.3 Diğer çıktılar

- **CSV** (Türkçe karakterler Excel'de doğru açılır).
- **ROI görüntüsü (PNG):** işaretli sınırlar ve kutularla.
- **ImageJ/Fiji karşılaştırma paketi (ZIP):** ölçülen kanal (TIFF) + ROI'ler (RoiSet.zip) + talimat (`NASIL_KULLANILIR.txt` / `HOW_TO_USE.txt`, ölçek değeriyle).

### 9.4 Kaybetmemek için

- **Otomatik kayıt:** her eklemeden sonra `Belgeler/CellVerity/otomatik_kayit.xlsx`. Program çökse ya da elektrik gitse bile kaybolmaz; yeniden açınca *"devam edilsin mi?"* diye sorar.
- **Önceki sonuçları aç (Excel)...:** kaydettiğiniz bir Excel'i yükleyip ölçmeye devam edin (aynı görüntü iki kez sayılmaz).
- Kaydedilmemiş sonuçla programı kapatırsanız kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

---

# 10. Grafik ve istatistik (gruplar arası karşılaştırma)

**Sonuçlar ▸ Grafik ve istatistik... (⌘G)**

| Ayar | Seçenekler |
|---|---|
| **Kontrol grubu** | Dunnett testinin ve normalizasyonun referansı (adı *Kontrol/Control/ilaçsız* ile başlayan grup otomatik seçilir) |
| **Değişken** | CTCF · CTCF_per_Area · Mean · IntDen · Area |
| **İstatistik birimi** | Hücre · Görüntü ortalaması · **Deney ortalaması (önerilen)** |
| **Çoklu karşılaştırma** | **Dunnett** (her grup kontrole karşı) · Tukey HSD (tüm çiftler) |
| **Grafik tipi** | Bar (ortalama ± SEM) · Box · Violin — hepsinde tek tek noktalar |
| **Grup sırası** | Sürükleyerek değiştirin (kontrol hep başta, gri) |
| Normalize | Kontrol ortalaması = 1 |
| Yıldızlar | GraphPad gösterimi: ns, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001, **** p<0.0001 |

**Testler:** 2 grup → Welch t-testi + Mann–Whitney U. 3+ grup → tek yönlü ANOVA + Kruskal–Wallis + Dunnett (veya Tukey).

## 10.1 Önemli: istatistik birimi (yalancı tekrar)

Aynı deneyden gelen hücreler birbirinden bağımsız değildir. Her hücreyi ayrı tekrar saymak **p değerini olduğundan küçük** gösterir (hakemlerin en sık yakaladığı hatalardan biri). Örnek (yapay veri, 3 deney × 3 görüntü × 6 hücre):

| Birim | n | Dunnett p (Uygulama vs Kontrol) |
|---|---|---|
| Hücre | 54 | 0.069 |
| Deney ortalaması | 3 | **0.62** |

**Öneri:** yayında istatistiği **bağımsız deney ortalamaları** (en az 3 deney) üzerinden yapın; hücre düzeyindeki noktaları grafikte gösterebilirsiniz. Program hücre düzeyinde test yaparsanız uyarır.

Dunnett p değerleri sayısal integrasyonla hesaplanır; program sabit tohum kullanır, **aynı veri her zaman aynı p'yi** verir.

Kaydet: grafik PNG (600 dpi), PDF, SVG; istatistik metni .txt.

---

# 11. Fiji köprüsü ve yöntem doğrulaması

**Fiji menüsü:**

## 11.1 Fiji ile doğrula (⌘⇧F)

Seçili hücreleri ve background kutularını **Fiji'nin kendi Measure motoruna arka planda** ölçtürür (Fiji penceresi açılmaz, ~5 saniye) ve sonuçları programınkilerle yan yana gösterir. Sonuç, görüntü sonuç tablosuna eklenince Excel'de **Fiji_check** sütununa yazılır (ör. *OK (1.54p99, max fark 3.3e-07 %)*). Seçim, kutu ya da sınır değişirse önceki doğrulama geçersiz sayılır.

## 11.2 Fiji'de aç

Fiji'yi arayüzüyle açar: görüntü, ölçek, ROI Manager'da tüm ROI'ler, Measure sonuçları. Dosyalar: `Belgeler/CellVerity/Fiji/<görüntü adı>/`.

## 11.3 Elle çizilmiş ROI'lerle karşılaştır (yöntem doğrulaması)

Programın otomatik sınırlarının elle çizime ne kadar yakın olduğunu ölçmek için (makale için önerilir):

1. Fiji'de FITC görüntüsünü açın. **Polygon** ya da **Freehand** aracıyla bir hücreyi çizin → **T** (ROI Manager'a ekle). Tüm hücreler için tekrarlayın.
2. ROI Manager ▸ **More »** ▸ **Save...** → `elle_RoiSet_<görüntü>.zip`
3. Programda aynı görüntüyü (ve DAPI'sini) açın → **Fiji ▸ Elle çizilmiş ROI'lerle karşılaştır...** → zip'i seçin.
4. Her elle ROI en çok örtüşen otomatik hücreyle eşleştirilir: alan farkı, CTCF farkı, **Dice** ve IoU (sınır örtüşmesi; 1 = tam).
5. ➕ **Doğrulama tablosuna ekle.** 3–5 görüntü (ayrık + değen hücreler, farklı koşullar) için tekrarlayın.
6. **Fiji ▸ Yöntem doğrulama tablosu ve Bland–Altman...:** dağılım grafiği + Bland–Altman (yüzde fark), ortalama fark (bias), %95 uyum sınırları, Pearson r, Lin CCC, Dice.

**Öneri:** ≥ 30 hücre, ≥ 3 görüntü. İsterseniz aynı hücreleri birkaç saat sonra yeniden çizin (gözlemci içi değişkenlik): otomatik–elle farkı, elle–elle farkından büyük değilse yöntem en az elle ölçüm kadar güvenilirdir.

---

# 12. Uyarılar: ne anlama gelir, ne yapmalı?

## 12.1 Görüntü açarken

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| *Görüntü yazılımla işlenmiş görünüyor (Adobe Photoshop...)* | Dosya bir görüntü programında yeniden kaydedilmiş | Mikroskobun ham çıktısını kullanın |
| *Kamera bilgisi (EXIF) yok* | Merge ya da yeniden kaydedilmiş görüntü | Ham tek kanal FITC'yi kullanın |
| *... bir DAPI görüntüsüne benziyor, DAPI olarak açılsın mı?* | Dosya rengi düğmeyle uyuşmuyor | Genellikle **Evet** |
| *FITC ve DAPI görüntülerinin boyutları farklı; DAPI kullanılmadı* | İki dosya aynı çekim değil | Doğru DAPI'yi açın |
| *Yeni FITC açıldı; aynı alanın DAPI'sini açın* | Önceki alanın DAPI'si kaldırıldı | Yeni alanın DAPI'sini açın |

## 12.2 Kalibrasyon ve hücre ayırma

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| 🔴 *Ölçek çubuğunun değeri okunamadı; 20 µm varsayıldı* | Etiket okunamadı | Görüntüdeki değeri **Ölçek çubuğu** kutusuna yazın |
| *Ölçek çubuğu bulunamadı — piksel birimi* | Çubuk yok | Alan piksel² cinsinden; karşılaştırmalar yalnız aynı büyütmede geçerli |
| 🔴 *Hücre ayırma: yalnızca şekil — N değen hücre çifti* | DAPI yok, değen hücreler var | Aynı alanın DAPI'sini açın |
| 🔴 *DAPI bu FITC ile aynı alana ait görünmüyor* | Çekirdeklerin çoğu hücre dışında | Doğru DAPI'yi açın |
| *Yeniden analiz edildi: önceki elle düzeltmeler sıfırlandı* | Ölçek vb. değişti | Düzeltmeleri yeniden yapın |

## 12.3 Background

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| ℹ️ *Kutulardaki tüm pikseller 0* | Kamera siyah seviyesi kırpılmış; CTCF = IntDen | Tüm görüntüler aynı ayarla çekildiyse sorun değil |

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| ⚠️ *Bazı kutularda sinyal/debris olabilir* | Kutuda parlak piksel var | Kutuyu sürükleyip temiz alana taşıyın |
| 🔴 *Background kutusu yok — CTCF hesaplanamaz* | Kutu yerleşecek boş alan yok / Elle modunda kutu yok | Kutu boyutunu küçültün ya da elle ekleyin |
| ⚠️ *Kutu bir hücreye taşıyor* | Kutu hücre üzerine konamaz | Biraz uzağa koyun |

### 12.4 Ölçüm tablosu

| Durum | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| **Doymuş px > 0** | Hücrede kameranın üst sınırına ulaşmış pikseller var → CTCF olduğundan **düşük** | Pozlamayı düşürerek yeniden çekin ya da o hücreyi dışarıda bırakın |

### 12.5 İstatistik

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| ⚠️ *Her hücre ayrı tekrar sayıldı (yalancı tekrar riski)* | n = hücre sayısı | Yayında **Deney ortalaması** birimini kullanın |
| ⚠️ *Farklı objektifler karışık (20×, 40×)* | Gruplar farklı büyütmede çekilmiş | Yalnız aynı objektifle çekilmiş görüntüleri karşılaştırın |
| ⚠️ *Görüntüler farklı pozlama süreleriyle çekilmiş* | Pozlama (ör. 0.5 s ve 1 s) farklı → CTCF değerleri karşılaştırılamaz | Aynı pozlama/kazanç/lamba ayarıyla çekilmiş görüntüleri karşılaştırın; toplu ölçümde farklı olanların işaretini kaldırın |
| ⚠️ *Grup içi değişkenlik sıfır* | Aynı değerler tekrar ediyor (aynı görüntü iki kez?) | Tabloyu kontrol edin; test güvenilmez |
| ℹ️ *Grup başına 2 deney: test gücü düşük* | n < 3 | En az 3 bağımsız deney |
| *İstatistik için her grupta en az … gerekir* | Yetersiz veri | Daha çok görüntü/deney ekleyin |
| ⚠️ *Az hücre: r ve CCC anlamsız* (doğrulama) | Bland–Altman için az hücre | ≥ 30 hücre, ≥ 3 görüntü |

### 12.6 Toplu ölçüm ve Fiji

| Uyarı | Anlamı | Ne yapmalı |
|---|---|---|
| 🟠 *DAPI yok (en iyi aday %…)* | Örtüşen DAPI bulunamadı | Doğru DAPI'yi klasöre koyun ya da şekle göre ayırmayı kabul edin |
| ⚪ *atlandı: …* | Bkz. 8.2 | — |
| *Fiji bulunamadı* | Fiji kurulu değil / farklı yerde | Fiji ▸ Fiji konumunu seç… |
| ⚠️ *Fark var* (Fiji doğrulaması) | Program ile Fiji farklı ölçtü (beklenmez) | Kalibrasyonu kontrol edin; sorunu bildirin |

---

## 13. Makale için: yöntem metni ve atıf

**Örnek yöntem metni (İngilizce, kendi ayarlarınıza göre düzenleyin):**

> Corrected total cell fluorescence (CTCF) was quantified as CTCF = integrated density – (cell area × mean background fluorescence) (McCloy et al., 2014) using CellVerity v2.1.0 (formerly ICC CTCF Ölçer; Balcan, 2026; https://doi.org/10.5281/zenodo.23884562), an open-source tool whose measurements are identical to ImageJ/Fiji for the same regions of interest (verified with Fiji 1.54p). Images were acquired on an Olympus BX43 fluorescence microscope with an Olympus DP74 camera (cellSens Entry); FITC fluorescence was measured on the green channel of the unprocessed images (40× objective, 0.145 µm/pixel; calibration read from the embedded scale bar). Cells were segmented from the FITC channel (Li threshold) and touching cells were separated by watershed seeded with DAPI-stained nuclei. Background was the mean of three 50 × 50 pixel cell-free regions per field. Cells touching the image border were excluded. Automatic boundaries were compared with manual Fiji tracing in n = … cells from … images (Bland–Altman bias …%, 95% limits of agreement … to …%; mean Dice …). Statistics were performed on the means of N = … independent experiments using one-way ANOVA followed by Dunnett's test versus control.

Excel'deki **Methods** sayfası ve **Cells** sayfasındaki *App_version, Nucleus_method, Scale_source, BG_box_px, BG_n, Selection, Manual_edits, Fiji_check* sütunları bu metni doldurmak için gereken bilgileri içerir.

**Atıf (kaynakçaya):**

> Balcan E. (2026). *CellVerity: verifiable per-cell fluorescence (CTCF) quantification for immunocytochemistry images* (Version 2.1.0) [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23884562

| DOI | Ne zaman kullanılır |
|---|---|
| **Kullandığınız sürümün DOI'si** (v2.1.0: 10.5281/zenodo.23884562) | Önerilen; okuyucu tam olarak sizin kullandığınız sürümü indirebilir |
| 10.5281/zenodo.23884562 | v2.1.0 (*CellVerity*) |
| 10.5281/zenodo.23860021 | v2.0.0 (*ICC CTCF Ölçer* adıyla yayımlandı) |
| 10.5281/zenodo.23860020 | Programın **tüm sürümleri** (concept DOI; her zaman en yeni sürüme yönlendirir) |

Ölçümde kullanılan sürüm Excel'deki **App_version** sütununda yazar; yeni bir sürümle ölçtüyseniz o sürümün DOI'sini Zenodo sayfasından alın (https://doi.org/10.5281/zenodo.23860020 → "Versions").

**Ayrıca CTCF yöntemi için: McCloy RA, Rogers S, Caldon CE, Lorca T, Castro A, Burgess A. (2014). Partial inhibition of Cdk1 in G2 phase overrides the SAC and decouples mitotic events. *Cell Cycle* 13(9):1400–1412. https://doi.org/10.4161/cc.28401**

## 14. Sorun giderme

| Sorun | Çözüm |
|---|---|
| Mac: *"tanınmayan geliştirici"* | Uygulamaya sağ tık ▸ Aç ▸ Aç (bir kez) |
| Mac: *"hasarlı, Çöp Sepeti'ne taşıyın"* | Terminal: `xattr -cr "/Applications/CellVerity.app"` |
| Mac (Apple Silicon, Monterey): açılmıyor | macOS'u 12.3 veya üstüne güncelleyin |
| Windows: *"bilgisayarınızı korudu"* | Ek bilgi ▸ Yine de çalıştır |
| Program açılırken uzun bekliyor | İlk açılışta yazı tipi önbelleği oluşturulur (bir kez, ~10–30 sn) |
| Hücre sayısı yanlış | Doğru düğmeyle mi açtınız (FITC/DAPI)? DAPI aynı alanın mı? Sınırları Bölüm 7 ile düzeltin |
| Yoğun kümede tek "hücre" | **Böl** aracı |
| Çekirdekler (mor çizgi) yanlış | **Görüntü: DAPI** görünümüne geçip kontrol edin; DAPI aynı alanın mı? |
| Değerler v1'den biraz farklı | v2'nin çekirdek algılaması farklı (Nucleus_method). Çalışma boyunca tek sürüm kullanın |
| Excel kaydedilemiyor | Dosya Excel'de açıksa kapatıp yeniden deneyin |
| Program kapandı / çöktü | Yeniden açın → *"devam edilsin mi?"* → Evet (otomatik kayıt) |
| Fiji köprüsü çalışmıyor | Fiji ▸ Fiji konumunu seç… ; Fiji'yi bir kez kendiniz açıp kapatın (ilk kurulum güncellemeleri) |
| Arayüz yanlış dilde | Görünüm ▸ Dil / Language, sonra yeniden başlatın |

Soru ve hata bildirimi: https://github.com/erdal-b-dot/cellverity/issues

---

## 15. Teknik ayrıntılar

**Ölçüm tanımları (ImageJ ile aynı):** - Area = piksel sayısı × (µm/piksel)² - IntDen = Area × Mean (kalibre birim); RawIntDen = piksellerin toplamı - StdDev = örneklem standart sapması (n – 1) - ROI kuralı: piksel merkezi çokgenin içindeyse dahil - CTCF = IntDen – Area × BG_Mean; CTCF_per_Area = Mean – BG_Mean

**Kalibrasyon:** cellSens ölçek çubuğu (sağ alt beyaz kutu) uzunluğu piksel olarak ölçülür; önce çubuk bulunur (üstü ve altı beyaz ince siyah çizgi), kutu çubuğun beyaz kenar boşluğundan ölçülür, altındaki sayı rakam şablonlarıyla okunur. 3534 floresan görüntüde (yazarın arşivi 3233 + geliştirme seti 301; iki farklı cellSens kutu stili) tamamı doğru okundu. Objektif = kamera piksel boyutu (DP74: 5.86 µm) ÷ µm/piksel.

**Hücre segmentasyonu:** FITC (G kanalı) Gauss yumuşatma → Li eşiği → kapanış, delik doldurma, küçük nesne eleme (< 50 µm²) → DAPI çekirdekleri tohum olarak watershed (DAPI yoksa mesafe dönüşümü).

**Çekirdek algılama (Nucleus_method):** | Yöntem | Sürüm | Açıklama | |---|---|---| | `otsu` | v1.0.0 | Otsu eşiği (DAPI'nin loş halesini de kapsar) | | `bright_core` | v2 ilk | 3 sınıflı Otsu'nun üst eşiği (sönük çekirdekleri kaçırır) | | **`local`** | **v2.0.0 varsayılan** | Otsu maskesi → yumuşatılmış DAPI tepelerinden watershed → her çekirdek kendi tepe parlaklığının yarısında kırpılır |

**Doğrulama sonuçları (2026-10-31 / 11-01):** - Fiji 1.54p ile aynı ROI'lerde Area/Mean/StdDev/Min/Max/IntDen/RawIntDen birebir aynı (Image_392: 5 ROI; Image_286, background ≠ 0: 54 ROI; en büyük fark < 0.00001 %). - Elle çizim (1 görüntü, 2 değen hücre — ön veri): Dice 0.943 / 0.938; CTCF farkı +2.3 % / +3.7 %. - 20× yoğun kümeler (Image_286/287): 47 çekirdek, 51 hücre.

**Program dosyaları:** `core.py` (ölçüm), `batch.py` (toplu), `report.py` (Excel, grafik, istatistik), `fiji.py` (Fiji köprüsü), `desktop.py` (arayüz), `i18n.py` + `locales/` (diller), `tests/test_core.py` (doğrulama testleri).