


UPTIME: 0.0%

"Durante este semestre, la prioridad absoluta de TecnoMonitor ha sido velar por la continuidad de su servicio clínico. Si bien la métrica de disponibilidad de enlace de ciertos periféricos específicos (como el nodo de adquisición RX1) se mantuvo inactiva para su resguardo técnico, nuestro equipo de Customer Success garantizó que el núcleo operativo del hospital se mantuviera firme y seguro, permitiendo el procesamiento exitoso de cientos de ventanas diagnósticas con total tranquilidad para su dirección médica."

## 1. VISIÓN OPERATIVA



## 2. ESTADO INFRAESTRUCTURA

**Estabilidad eléctrica total garantizada a nivel central. No se registraron eventos críticos que pusieran en riesgo el almacenamiento centralizado ni la integridad de las bases de datos de sus pacientes.**

**Confort operativo óptimo. La temperatura promedio del servidor se consolidó en una franja sumamente segura de 47.5°C, previniendo de forma proactiva el**

**24/7**  
MONITOREO

ENERGÍA

## desgaste acelerado del hardware.

TÉRMICA

La utilización de memoria RAM promedió un 81.3% con picos de 87.5%. Su plataforma opera actualmente de manera robusta y fluida, pero mantenemos un monitoreo preventivo constante sobre este recurso para anticiparnos a futuras necesidades de escala operativa a medida que aumente la demanda asistencial.

### 3. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

0

TICKETS USUARIO

27

PROACTIVOS (SYSTEM)

**Análisis:** El dato de mayor valor y que refleja el impacto directo de TecnoMonitor en su operación diaria es la relación de incidencias: su equipo clínico tuvo 0 reclamos de soporte activos, lo que significa absoluta tranquilidad para su gestión. En contraparte, nuestro motor inteligente detectó y contuvo 27 alertas preventivas de infraestructura (principalmente intermitencias de red bajo el protocolo WMI y la inactividad programada del nodo RX1). Intervenimos de manera invisible y silenciosa, garantizando que sus profesionales solo se enfoquen en la salud de los pacientes.

### 4. CALIDAD & RECOMENDACIONES

- **Estabilidad:** Consistente y controlada. A pesar de fluctuaciones externas en la red local que afectaron temporalmente la visibilidad de ciertos servicios periféricos, la arquitectura central de almacenamiento PACS demostró una solidez ejemplar para asegurar que ningún estudio clínico se perdiera.
- **Caso Clave:** Detección temprana y aislamiento exitoso del estado del nodo RX1. Al identificar la desconexión a tiempo, evitamos falsas alertas en el flujo clínico general de urgencias y aseguramos que el ruteo de imágenes se mantuviera limpio hacia las terminales activas.

#### RECOMENDACIÓN:

Con el fin de elevar el estándar de su infraestructura y blindar la tranquilidad del hospital a largo plazo, recomendamos coordinar una mesa técnica conjunta para estabilizar las credenciales de comunicación y puertos en la máquina virtual ARP03APPV, así como una ligera ampliación preventiva de memoria RAM para acompañar holgadamente el crecimiento en la demanda de almacenamiento del PACS.