

[별표 14]<개정 1991.4.27.>

기계·기구검사대행자가 갖추어야 할 시설의 기준(제95조제1항 관련)

품명	규격	수량	비고
1. 하중용암		8개	
2. 분동	20kg	32개	
3. 분동	10kg	8개	
4. 분동	5kg	8개	
5. 분동	1kg	8개	
6. 분동받침판		8개	
7. 분동고리		8개	
7의 2 하중용저울	표시범위 0 ~ 500kg	8개	
8. U보울트		16개	
8의 2 축중교정기	표시범위 0 ~ 5,000kg	8개	
9. 전조등시험교정기	광도 0 ~ 40,000cd 변위가능	4개	
10. 다이얼게이지	행정 20mm 이상	4개	
11. 인장저울	최소 2kg 이하, 최저 10kg 이상	4개	
12. 속도계시험기교정기		4개	
13. 버어니아캘리퍼스	200mm 이상	4개	
14. 원주측정용파스	200mm 이상 측정 가능	4개	
15. 다이얼게이지부착용구 (스탠드마그넷)		4개	
16. V블록		4개	
17. 줄자	3 m 이상	4개	
18. 전압변환기	0 ~ 130 V	4개	
19. 수평		4개	
20. 기타 공구		4조	
21. 제동기시험기 교정기		1조	

주 : 1. 제1호 내지 제5호·제9호 내지 제13호·제18호 및 제19호의 시설은 제98조의 규정에 의한 성능검사를 받은 것이어야 한다.

2. 제1호 내지 제7호의 시설은 제7호의2의 시설로 갈음할 수 있다.