

TAG	TAG GARANTIA.Q	SETOR	ÚLTIMA CALIBRAÇÃO	RESOLUÇÃO	INCERTEZA DO EQUIPAMENTO	FAIXA DE USO	INCERTEZA DEFINIDA PELA EMPRESA
TERMÔMETRO LASER							
33587	TL01	Expedição	30/08/2024	0.1°C	± 1.5°C (0 a 100°C) ±1.5% (100 a 550°C) ±3°C (-50 a 0°C)	(-)50 a 550°C	± 1.0°C
33586	TL02	Expedição	30/08/2024	0.1°C	± 1.5°C (0 a 100°C) ±1.5% (100 a 550°C) ±3°C (-50 a 0°C)	(-)50 a 550°C	± 1.0°C
33585	TL03	Expedição	30/08/2024	0.1°C	± 1.5°C (0 a 100°C) ±1.5% (100 a 550°C) ±3°C (-50 a 0°C)	(-)50 a 550°C	± 1.0°C
37124	TL04	Expedição	31008/2024	0.1°C	± 1.5°C (0 a 100°C) ±1.5% (100 a 550°C) ±3°C (-50 a 0°C)	(-)50 a 550°C	± 1.0°C

FAIXA DE USO NA EMPRESA	Nº CERTIFICADO
10 a - 25	33587/2024
10 a - 25	33586/2024
10 a - 25	33585/2024
10 a - 25	16321/2025