

 <b>Ministerio de Salud Pública</b>		<b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO</b>	
<b>MOBILIARIO CLINICO</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>			
<b>CÓDIGO DNES N°:</b>		<b>NEG-02-R12</b>	
<b>REVISIÓN:</b>		<b>DÉCIMO SEGUNDO</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>		<b>NEGATOSCOPIO</b>	
<b>VIGENTE DESDE:</b>		<b>1/1/2023</b>	
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>			
<b>ATRIBUTO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>Estructura / Dimensiones / Iluminación</b>			
Estructura		Acero inoxidable, o polipropileno, o plástico ABS.	
Material Panel frontal		Acrílico.	
Dimensiones referenciales		Alto: 45cm ± 10cm; Profundidad: 6cm ± 4cm; Largo: 40cm ± 7cm.	
Sistema de encendido		Control y balastro para encendido rápido (en caso de ser fluorescente).	
Sistema de sujeción de películas		Requerido.	
Tipo de iluminación		Lámpara o tubo o Led.	
Duración de luz		Mayor o igual a 3000 horas.	
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>			
Energía / Alimentación		110 -127 VAC / 60 Hz.	
Garantía técnica fabricante		Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien.	
Certificados de Calidad		Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO. Excepto en el caso de ser fabricación nacional.	