



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	GLU-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	MONITORES, PERSONALES, GLUCOSA	
TIPO:	PORTÁTIL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Pantalla para visualización de resultados	Requerido.
Rango de medición	Dentro del rango de 0 a 600 mg/dl o su equivalente
Método de funcionamiento	Mediante tiras reactivas
Volumen de muestra	≤ 10 µl
Tiempo de análisis	≤ 10 segundos
Capacidad de memoria	≥ 200 resultados
Apagado automático	Requerido.

Accesorios

Dispositivo de punción semiautomático	Uno (1) para la obtención de muestras de sangre.
Lancetas	Cuatro (4) cajas de mínimo 25 lancetas cada caja.

Consumibles

Tiras reactivas	Cuatro (4) frascos de mínimo 50 tiras reactivas cada frasco.
-----------------	--

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Batería/s recargable/s
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001