



OPTIFLUX 2000 F

- Declaration of conformity
- Konformitätserklärung
- Declaration de conformité
- Certificado de conformidad
- Declaração de conformidade
- Dichiarazione di conformità
- Verklaring van overeenstemming
- Deklaracja zgodności
- Prohlášení shody





DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DECLARATION DE CONFORMITE

KROHNE Altimeter, Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, The Netherlands

We declare herewith under sole responsibility that the product(s):
Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt / die Produkte:
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s):

OPTIFLUX 2000 F

electromagnetic flowmeters are in conformity with the protection requirements of Council Directives. The stipulated safety and public health safety requirements are fulfilled in accordance with the harmonized standards or mentioned technical specifications (as far as applicable):
magnetisch-induktive-Durchflussmessgeräte konform sind mit den Schutzzeilen der Richtlinien des Europäischen Parlaments. Der geforderte Sicherheits- und Gesundheitsschutz wird erfüllt in Übereinstimmung mit den harmonisierten Standards oder den angeführten technischen Normen (sofern zutreffend):
débitmètres électromagnétiques sont conformes avec les conditions de protection des directives du parlement européen. La protection de santé / sécurité exigée est réalisée en accord avec les normes harmonisées ou les spécifications techniques mentionnées (autant qu'applicable):

| Directive / Richtlinie / Directive | | harmonized Standards / harmonisierte Standards / normes harmonisées |
|------------------------------------|---|---|
| 2004/108/EC | EMC Directive EMV Richtlinie Directive CEM | EN 61326-1:2006 (EN 61326-2-3:2006) |
| 2006/95/EC | Low Voltage Directive Niederspannungs Richtlinie Directive Basse Tension | EN 61010-1:2001 |
| 97/23/EC | Pressure Equipment Directive Druckgeräterichtlinie Directive équipements sous pression | |

The equipment type plates contain due to these directives the following:
Die Kennzeichnung des Gerätes enthält entsprechend den zutreffenden Richtlinien folgende Angaben:
La plaque signalétique de l'équipement contient selon les directives les informations suivantes:

| | | Marking / Kennzeichnung / Repères | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|---|------------------|
| Directive Richtlinie Directive | Assessment Konformitätsbewertung Evaluation de conformité | EC Type Approval Reg. No Agrément de type CE | Category Kategorie Catégorie | Notified Body benannte Stelle Organisme notifié | No. N° Nr. |
| 2004/108/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. |
| 2006/95/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. |
| 97/23/EC | Module H | n.a. | I, II, III | Lloyd's Register Verification Ltd. | 0038 |
| | Art. 3.3 SEP | n.a. | Art. 3.3 | n.a. | n.a. |

The Netherlands, 11/2009

A.H. Boer
General Manager

KROHNE Altimeter, Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, The Netherlands, Tel.: +31 (0)78 6306 300, Fax: +31 (0)78 6306 390, www.krohne.com
ABN AMRO, Dordrecht acc. no. 48.20.00.465, IBAN: NL96ABNA 0482000465, BIC: ABNANL2A, Postbank, Den Haag acc. no. 53 22 62.
VAT/BTW: NL 003813204B01, Trade Register Dordrecht 23039351.



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

KROHNE Altimeter, Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, The Netherlands

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el / los producto(s):
Declaramos sob a nossa responsabilidade que o(s) produto(s):
Si dichiara, sotto la nostra totale responsabilità, che il prodotto / i prodotti:
OPTIFLUX 2000 F

medidores de vazão eletromagnéticos están en conformidad con los requerimientos de protección de las Directivas del Consejo. Reunen todos los requerimientos estipulados para la seguridad y salud pública de acuerdo a los estándares armonizados o mencionados en las especificaciones técnicas (en la medida de lo aplicable):
caudalímetros eletromagnéticos estão em conformidade com os requisitos de protecção do Parlamento Europeu. Os requisitos estipulados de segurança e saúde pública são cumpridos de acordo com as normas harmonizadas ou as especificações técnicas mencionadas (se aplicáveis):
misuratori di portata elettromagnetici sono conformi ai requisiti di protezione in accordo alle normative del Parlamento Europeo. Si adempie ai requisiti di sicurezza e salute pubblica in accordo alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche menzionate (se applicabili):

| Directiva / Directiva / Direttiva | | Estándares armonizados / Normas harmonizadas / norme armonizzate |
|-----------------------------------|--|--|
| 2004/108/EC | Directiva EMC Directiva EMC Direttiva EMC | EN 61326-1:2006 (EN 61326-2-3:2006) |
| 2006/95/EC | Directiva Bajo Voltaje Directiva Baixa Tensão Direttiva per basso voltaggio | EN 61010-1:2001 |
| 97/23/EC | Directiva Equipos a Presión Directiva Equipamentos sob pressão Direttiva per recipienti in pressione | |

La indicación en la placa del equipo contiene de acuerdo a estas directivas lo siguiente:
A indicação na placa do equipamento contém de acordo com estas directivas o seguinte:
La targa dello strumento contiene in accordo alle normative le seguenti informazioni:

| | | Indicación / Indicação / Targa | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|-------------------|------|
| Directiva Directiva Direttiva | Evaluación Verificação conformidade Valutazione | Tipo de aprobacón EC Aprovação do tipo CE Attestato tipo CE | Categoría Categoría Categoria | Organismo Organismo reconhecido Organismo notificato | No. No. Nr. | |
| 2004/108/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. | CE |
| 2006/95/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. | CE |
| 97/23/EC | Module H | n.a. | I, II, III | Lloyd's Register Verification Ltd. | 0038 | CE |
| | Art. 3.3 SEP | n.a. | Art. 3.3 | n.a. | n.a. | n.a. |

The Netherlands, 11/2009

A.H. Boer
General Manager



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
PROHLÁŠENÍ SHODY

KROHNE Altimeter, Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, The Netherlands

Hierbij verklaren we onder enige verantwoordelijkheid dat het product / de producten:
Nieteszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt(-y):
Prohlášíme na vlastní odpovědnost, že výrobek / výrobky:

OPTIFLUX 2000 F

elektromagnetische flowmeters in overeenstemming zijn met de beveiligingseisen van het Europees Parlement. Aan de vereiste veiligheids- en gezondheidsseisen is voldaan in overeenstemming met de geharmoniseerde normen of de technische specificaties (indien van toepassing):
przepływnicze elektromagnetyczne są zgodne z wymogami ochronnymi dyrektyw Rady. Przewidziane wymogi bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa zdrowia publicznego spełnione są zgodnie z normami zharmonizowanymi lub wzniarkowanymi specyfikacjami technicznymi (o ile ma to zastosowanie):
magneticko-indukční průtokoměry splňují požadavky směrníc Evropského parlamentu. Stanovené požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou splněny v souladu s harmonizovanými normami nebo uvedenými technickými specifikacemi (pokud se na daný výrobek vztahují):

| Richtlijn / Dyrektywa / Směrnice | | geharmoniseerde normen / normy zharmonizowane / harmonizované normy | |
|----------------------------------|---|---|--|
| 2004/108/EC | EMC richtlijn Dyrektywa EMC Směrnice EMC | EN 61326-1:2006 (EN 61326-2-3:2006) | |
| 2006/95/EC | Laagspanningsrichtlijn Dyrektywa niskonapięciowa Směrnice pro zař. nízkého napětí | EN 61010-1:2001 | |
| 97/23/EC | Richtlijn druksystemen Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych Směrnice pro tlaková zařízení | | |

De typeplaten van de apparatuur bevatten volgens deze richtlijnen het volgende:
Ze wziędu na powyższe dyrektywy tabliczki typu urządzeń zawierają następujące informacje:
Identifikační štítky přístrojů obsahují na základe směrníc následující údaje:

| | | Markering / Informacie / Identifikační | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|------------------|
| Richtlijn Dyrektywa Směrnice | Overeenstemmingsbeoordeling Ocena zgodności Shoda s | EG typegoedkeuring Zatwierdzenie typu EC EC certifikát typu | Categorie Kategoria Kategorie | aangemelde instantie Jednostka Notyfikowana Notifikovaná osoba | Nr. Nr. Č. |
| 2004/108/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. |
| 2006/95/EC | - | n.a. | | n.a. | n.a. |
| 97/23/EC | Module H | n.a. | I, II, III | Lloyd's Register Verification Ltd. | 0038 |
| | Art. 3.3 SEP | n.a. | Art. 3.3 | n.a. | n.a. |

The Netherlands, 11/2009

A.H. Boer
General Manager

KROHNE Altimeter, Kerkeplaat 12, 3313 LC Dordrecht, The Netherlands, Tel.: +31 (0)78 6306 300, Fax: +31 (0)78 6306 380, www.krohne.com
ABN AMRO, Dordrecht acc. no. 48.20.00.465, IBAN: NL96ABNA 0482000465, BIC: ABNANL2A, Postbank, Den Haag acc. no. 53 22 62.
VAT/BTW: NL 003813204B01, Trade Register Dordrecht 23039351.