

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	---

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
1	Suhu	<i>Incubator</i>	0 °C ~ 15 °C 15 °C ~ 50 °C	0.76 °C 0.86 °C	KAN pd-02.04 : 2019	
2	Suhu	<i>Oven</i>	50 °C ~ 190 °C	0.95 °C	KAN pd-02.04 : 2019	
3	Suhu	<i>Thermometer Display With Sensor</i>	-30 °C ~ 0 °C 0 °C ~ 150 °C 150 °C ~ 350 °C	1.1 °C 0.15 °C 0.51 °C	IK-NSI-KL-7.2-01 Rev.01	
4	Suhu	Termometer Cairan dalam Gelas	-20 °C ~ 0 °C 0 °C ~ 100 °C	0.82 °C 0.36 °C	IK-NSI-KL-7.2-02 Rev.01	
5	Suhu	Termometer Radiasi <i>Infrared Thermometer (emissivitas 1)</i> <i>Infrared Thermometer (emissivitas 0.95)</i> <i>Infrared Thermometer (emissivitas 0.95)</i>	30 °C ~ 150 °C 50 °C ~ 120 °C 120 °C ~ 500 °C	1.9 °C 2.0 °C 2.6 °C	IK-NSI-KL-7.2-06 Rev.01	
6	Massa	Timbangan	0 g ~ 10 g 10 g ~ 20 g 20 g ~ 40 g 40 g ~ 60 g 60 g ~ 80 g 80 g ~ 100 g 100 g ~ 120 g 120 g ~ 160 g 160 g ~ 180 g 180 g ~ 220 g	0.00014 g 0.00015 g 0.00020 g 0.00022 g 0.00025 g 0.00025 g 0.00032 g 0.00040 g 0.00048 g 0.00053 g	CSIRO : 2010 (Direct Comparison)	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	--

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
6	Massa	Timbangan (lanjutan)	220 g ~ 600 g 600 g ~ 1200 g 1200 g ~ 1800 g 1800 g ~ 2400 g 2400 g ~ 3000 g 3000 g ~ 3600 g 3600 g ~ 4200 g 4200 g ~ 4800 g 4800 g ~ 5400 g 5400 g ~ 6000 g 6 kg ~ 10 kg 10 kg ~ 15 kg 15 kg ~ 20 kg 20 kg ~ 25 kg 25 kg ~ 40 kg 40 kg ~ 50 kg 50 kg ~ 60 kg 60 kg ~ 70 kg 70 kg ~ 80 kg 80 kg ~ 120 kg 120 kg ~ 180 kg 180 kg ~ 240 kg 240 kg ~ 300 kg 300 kg ~ 360 kg	0.011 g 0.012 g 0.012 g 0.012 g 0.012 g 0.014 g 0.014 g 0.015 g 0.016 g 0.016 g 0.0091 kg 0.0091 kg 0.0092 kg 0.0092 kg 0.0093 kg 0.0094 kg 0.0095 kg 0.0095 kg 0.0095 kg 0.11 kg 0.11 kg 0.11 kg 0.11 kg	CSIRO : 2010 (Direct Comparison)	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	--

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
6	Massa	Timbangan (lanjutan)	360 kg ~ 420 kg 420 kg ~ 480 kg 480 kg ~ 540 kg 540 kg ~ 600 kg	0.11 kg 0.11 kg 0.11 kg 0.11 kg	CSIRO : 2010 (Direct Comparison)	
7	Tekanan	Vacum Gauge	-0.95 bar ~ 0 bar	0.018 bar	IK-NSI-KL-7.2.08	
8	Tekanan	Pressure Gauge (Pneumatic)	0 bar ~ 20 bar	0.0094 bar	DKD-R 6-1 : 2014	
9	Tekanan	Pressure Gauge (Hydraulic)	20 bar ~ 50 bar 50 bar ~ 100 bar 100 bar ~ 200 bar 200 bar ~ 400 bar 400 bar ~ 600 bar 600 bar ~ 800 bar 800 bar ~ 1000 bar	0.36 bar 0.38 bar 0.44 bar 0.44 bar 0.44 bar 0.48 bar 0.48 bar	DKD-R 6-1 : 2014	1 bar = 10 ⁵ Pa
10	Tekanan	Pressure Transmitter	-0.95 bar ~ 20 bar	0.018 bar	IK-NSI-KL-7.2.09	
11	Kelistrikan	DC Voltage Sources DC Power Supply, Documenting Process Calibrator	0 V ~ 1 V 1 V ~ 10 V 10 V ~ 30 V	0.00048 V 0.0029 V 0.0082 V	IK-NSI-KL-7.2-26	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	--

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
12	Kelistrikan	<i>DC Voltage Meter</i> <i>Documenting Process Calibrator</i>	1 mV ~ 50 mV 50 mV ~ 150 mV 150 mV ~ 300 mV 300 mV ~ 1000 mV 1 V ~ 10 V 10 V ~ 50 V 50 V ~ 150 V 150 V ~ 350 V	0.0060 mV 0.0097 mV 0.016 mV 0.040 mV 0.00034 V 0.0022 V 0.0057 V 0.017 V	SNSU PK.E.01: 2021	
		<i>DC Voltmeter, Multimeter</i>	1 mV ~ 50 mV 50 mV ~ 150 mV 150 mV ~ 300 mV 300 mV ~ 1000 mV 1 V ~ 10 V 10 V ~ 50 V 50 V ~ 150 V 150 V ~ 350 V 350 V ~ 1000 V	0.0060 mV 0.0094 mV 0.016 mV 0.040 mV 0.00034 V 0.0022 V 0.0057 V 0.017 V 0.039 V		

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	--

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
13	Kelistrikan	<i>DC Ampere Meter</i> <i>Documenting Process Calibrator</i> <i>DC Ammeter, Multimeter</i> <i>DC Clampmeter</i>	0 mA ~ 10 mA 10 mA ~ 100 mA 0 mA ~ 10 mA 10 mA ~ 100 mA 100 mA ~ 500 mA 500 mA ~ 1000 mA 1 A ~ 5 A 5 A ~ 30 A 1 A ~ 10 A 10 A ~ 50 A 50 A ~ 150 A 150 A ~ 500 A 500 A ~ 1000 A	0.00093 mA 0.013 mA 0.00093 mA 0.013 mA 0.13 mA 0.21 mA 0.0027 A 0.015 A 0.13 A 0.37 A 1.3 A 2.8 A 5.4 A	SNSU PK.E.01: 2021	
14	Kelistrikan	<i>DC Ampere Sources</i> <i>DC Power Supply, Documenting Process Calibrator</i>	1 mA ~ 4 mA 4 mA ~ 12 mA 12 mA ~ 24 mA	0.0074 mA 0.011 mA 0.015 mA	IK-NSI-KL-7.2-26	
15	Kelistrikan	<i>AC Voltage Meters</i> <i>Documenting Process Calibrator</i> f : 50 Hz	1 mV ~ 1 mV 1 mV ~ 10 mV 10 mV ~ 100 mV 100 mV ~ 500 mV 500 mV ~ 1000 mV 1 V ~ 10 V 10 V ~ 250 V	0.030 mV 0.033 mV 0.072 mV 0.36 mV 0.58 mV 0.0051 V 0.42 V	SNSU PK.E.01: 2021	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	--

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
15	Kelistrikan	AC Voltage Meters (lanjutan) AC Voltmeter, Multimeter f : 50 Hz	1 mV ~ 1 mV 1 mV ~ 10 mV 10 mV ~ 100 mV 100 mV ~ 500 mV 500 mV ~ 1000 mV 1 V ~ 10 V 10 V ~ 250 V 250 V ~ 500 V 500 V ~ 750 V 750 V ~ 1000 V	0.030 mV 0.033 mV 0.072 mV 0.36 mV 0.58 mV 0.0051 V 0.42 V 0.68 V 0.90 V 1.0 V	SNSU PK.E.01: 2021	
16	Kelistrikan	AC Ampere Meter AC Ammeter, Multimeter f : 50 Hz	10 mA ~ 10 mA 10 mA ~ 100 mA 100 mA ~ 500 mA 500 mA ~ 1000 mA 1 A ~ 5 A 5 A ~ 30 A	0.012 mA 0.13 mA 2.0 mA 2.3 mA 0.011 A 0.036 A	SNSU PK.E.01: 2021	
		AC Clampmeter f : 50 Hz	1 A ~ 10 A 10 A ~ 50 A 50 A ~ 150 A 150 A ~ 500 A 500 A ~ 1000 A	0.13 A 0.39 A 1.3 A 2.9 A 5.5 A	IK-NSI-KL-7.2-18	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

AMENDEMENT LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM LK 368 IDN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

AMD 1

Nama Laboratorium : PT NAM Sae Indonesia Alamat : Jl. Erlangga 2 Blok E No.48, PTI, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat Telepon : 021-82622955 Email : nam.sae@yahoo.com	Masa Berlaku 23 Februari 2022 hingga 22 Februari 2027 Amendemen ke-1: 21 Februari 2024
--	---

KEMAMPUAN KALIBRASI DAN PENGUKURAN (CMC) LABORATORIUM KALIBRASI

No.	Kelompok pengukuran	Jenis alat atau standar atau bahan yang dikalibrasi atau diukur	Rentang ukur	Ketidakpastian yang diperluas	Metode kalibrasi/ dokumen standar dan teknik yang digunakan	Keterangan
17	Kelistrikan	<i>DC Resistance Meter</i> <i>Ohmmeter, Multimeter</i>	0 Ω ~ 1 Ω 1 Ω ~ 10 Ω 10 Ω ~ 100 Ω 100 Ω ~ 1 kΩ 1 kΩ ~ 10 kΩ 10 kΩ ~ 100 kΩ 100 kΩ ~ 1 MΩ 1 MΩ ~ 10 MΩ 10 MΩ ~ 100 MΩ 100 MΩ ~ 1 GΩ	0.0059 Ω 0.0070 Ω 0.012 Ω 0.000092 kΩ 0.00092 kΩ 0.0051 kΩ 0.00016 MΩ 0.0045 MΩ 0.58 MΩ 0.012 GΩ	SNSU PK.E.01: 2021	
		<i>Insulation Tester</i>	1 MΩ ~ 1 MΩ 1 MΩ ~ 10 MΩ 10 MΩ ~ 100 MΩ 100 MΩ ~ 1 GΩ	0.0023 MΩ 0.35 MΩ 3.5 MΩ 0.035 GΩ	IK-NSI-KL-7.2-23	
18	Kelistrikan	<i>Power and Energy</i> <i>single phase wattmeter</i> 20 V, 0.3 A, PF 1, freq 50Hz 20 V, 2 A, PF 1, freq 50Hz 220 V, 2 A, PF 1, freq 50Hz 220 V, 3 A, PF 1, freq 50Hz	6 Watt 6 Watt ~ 40 Watt 40 Watt ~ 440 Watt 440 Watt ~ 660 Watt	0.79 Watt 0.79 Watt 1.0 Watt 3.4 Watt	IK-NSI-KL-7.2-22	

Amendemen lampiran sertifikat ini menggantikan lampiran sertifikat sebelumnya
(Lampiran Sertifikat LK 368 IDN, masa berlaku 23 Februari 2022 s/d 22 Februari 2027)

