

כלי מדידה

#	שם המכשיר	מספר סידורי	תאריך בדיקה	מועד הבא	מיקום	סטטוס
9	מטול פרופילים /ASH/ מיקרוסקופ	OMNI3-02	NA	לא נדרש כיול	חדר נקי	לא פעיל
53	מנדף כימי פחם פעיל/MAV UNI	NW-26A-00410	21/05/2026	21/05/2028	חדר שטיפות	תקין
20	מאזניים אלקטרוניים	2218601396	22/01/2026	22/01/2027	חדר שטיפה	תקין
2	אמבט נוזלים/ אולטרסוני-AC 200H	2017-038	25/06/2023	24/06/2026	חדר שטיפות	בקרוב
7	מכונת הלחמה (פאוצ'ים)	30120664	22/01/2026	22/01/2027	חדר נקי	תקין
35	VACUUM CHAMBER 4 /דליפת הליום	63371-1	NA	לא נדרש כיול	חדר מעבדת פיתוח	לא פעיל
21	מד לחץ אלקטרוני	P1	22/01/2026	22/01/2027	חנקו	תקין
24	מד לחץ משולב חדר נקי	NA	22/01/2026	22/01/2027	כניסה חדר נקי	תקין
14	מודד עוצמת לייזר/NOVA II	7Z01550	05/11/2025	05/11/2026	מחסן	תקין
50	Power and Energy סנסור עוצמת לייזר/ARIEL-V2	3188738	06/01/2026	06/01/2027	חדר ריתוך	תקין
12	תנור DFO-150	AI18072701-45	22/01/2026	22/01/2027	חדר שטיפה	תקין
28	רב מודד	C 222989034	29/01/2026	29/01/2027	משרד QC	תקין
23	מיקרוסקופ/ASH/מטול פרופילים	OMNI3-01	21/01/2026	21/01/2027	משרד QC	תקין
46	Power and Energy סנסור עוצמת לייזר/NOVA II	FL400A-BB-50780581	05/11/2025	05/11/2026	מחסן	תקין
19	אינקובטור	B-31	22/01/2026	22/01/2027	מחסן	תקין
31	בלאוור852D	11202230600547	21/05/2026	21/01/2027	חדר ריתוך	תקין
37	מד לחץ אלקטרוני/F0C1594EA7F4	2305251974302	04/02/2026	04/02/2027	חדר מעבדת פיתוח	תקין
17	מתמר מומנט	96229	14/11/2021	לא בשימוש(בעת הצורך יושמש באמצעות מד מומנט מכויל)	חדר בדיקות וליטוש	לא פעיל
16	מד זחית אלקטרוני /קליבר	A21016289	25/06/2023	לא בשימוש	חדרריתוך	לא פעיל

תקין	חדר שטיפות	22/01/2027	22/01/2026	221125067	מד לחות + טמפ'1-ITH	52
תקין	משרד QC	22/01/2027	22/01/2026	100633	מד זחית אלקטרוני /קליבר	48
לא פעיל	חדר חריצה	לא בשימוש	18/07/2024	0066645	מד זחית אלקטרוני /קליבר	10
לא פעיל	חדר מעבדת פיתוח	לא בשימוש	01/05/2024	2305251974304	מד לחץ אלקטרוניD9E406F54159	38
תקין	חדר QC	22/01/2027	22/01/2026	B17050265	מד זחית אלקטרוני /קליבר	5
תקין	חדרצבע	22/01/2027	22/01/2026	w-1-0220023002	מאזניים אלקטרוניים	11
תקין	משרד QC	27/01/2027	27/01/2026	20011989	מד מומנט אלקטרוני	40
תקין	חדר שטיפות	21/10/2029	21/05/2026	R0001474	טרמוקפל	1
תקין	חדר QC	21/01/2027	22/01/2026	H 5211502023	מכונת מדידה אופטית / מטול פרופילים	18
תקין	משרד QC	22/01/2027	22/01/2026	Zico/210909769	מד לחות טמפרטורה	33
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	A24259197	מד זחית אלקטרוני /קליבר	49
תקין	חדר סימון	22/01/2027	22/01/2026	T2256652	פלסת גרניט	43
תקין	חדר ריתור	28/01/2027	28/01/2026	RFL-1000T-001	מד לחץ מכני/דיספנסר	30
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	C1011224020	תנור OVEN-2	29
תקין	חדר ריתור	21/01/2027	22/01/2026	22122801	מד עובי/ חוגן אלקטרוני	39
תקין	חדרנקי	22/01/2027	22/01/2026	B21019951	מד זחית אלקטרוני /קליבר	15
תקין	חדר סימון	27/01/2027	27/01/2026	ABX22B0410	מד שיפוע אלקטרוני/ Inclinometer	45
לא פעיל	-	-	11/04/2024	TH1	מד לחות טמפרטורה	36
תקין	חדר QC	22/01/2027	22/01/2026	B18338087	מד זחית אלקטרוני /קליבר	6
תקין	חדר בדיקות וליטוש	14/01/2027	14/01/2026	Mark-10 3999902	מד כוח אלקטרוני/מכונת מתיחה	8
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	A24305393	מד זחית אלקטרוני /קליבר	47
תקין	חדר QC	22/01/2027	22/01/2026	B17432316	מד זחית אלקטרוני /קליבר	4
תקין	חדר הרכבות והלחמות	22/01/2027	22/01/2026	060203MATCAL	גשש טמפ' צד מלחם(מלחם)	44
בקרוב	חדר שטיפות	24/06/2026	25/06/2023	FF01104MF0014	אמבט נוזלים/ אולטרסוני-US CU-CA-27L	3
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	22122794	מד עובי/ חוגן אלקטרוני	41
תקין	משרד QC	22/01/2027	22/01/2026	124904	מד זחית אלקטרוני /קליבר	34
תקין	כניסה חדר נקי	22/01/2027	22/01/2026	חדר הלבשה	מד לחץ משולב	25
בקרוב	מחסן	24/06/2026	25/06/2023	FF011155F0004CLERN R000M	אמבט נוזלים/אולטרסוני	26

תק"ן	משרד QC	27/01/2027	27/01/2026	2207232373	מפתח פיתול / Torque Wrench	32
תק"ן	חדר שטיפות	22/01/2027	22/01/2026	221125034	מד לחות + טמפ'1-ITH	51
תק"ן	חדר מעבדת פיתוח	14/01/2027	14/01/2026	Mark-10EQ-005	מד כוח אלקטרוני/מכונת מתיחה	42
תק"ן	כניסה חדר נקי	22/01/2027	22/01/2026	TH-1	מד לחות טמפרטורה	22
תק"ן	מחסן	29/05/2028	29/03/2026	331632696	מדחס/קולט אוויר	13
לא פעיל	חדר מעבדת פיתוח	06/03/2026מכשיר תקול- בטיפול	06/03/2024	HLD2001034	מכשיר ואקום / דליפת הליום	27