

כלי מדידה

#	שם המכשיר	מספר סידורי	תאריך בדיקה	מועד הבא	מיקום	סטטוס
48	מד זחית אלקטרוני /קליבר	100633	21/05/2026	21/07/2028	משרד QC	תקין
15	מד זחית אלקטרוני /קליבר	B21019951	22/01/2026	22/01/2027	חדרנקי	תקין
24	מד לחץ משולב חדר נקי	NA	22/01/2026	22/01/2027	כניסה חדר נקי	תקין
12	תנור DFO-150	AI18072701-45	22/01/2026	22/01/2027	חדר שטיפה	תקין
46	Power and Energy סנסור/עוצמת לייזר Sensor NOVA II	FL400A-BB-50780581	21/05/2026	21/09/2029	מחסן	תקין
6	מד זחית אלקטרוני /קליבר	B18338087	22/01/2026	22/01/2027	חדר QC	תקין
37	מד לחץ אלקטרוני F0C1594EA7F4	2305251974302	04/02/2026	04/02/2027	חדר מעבדת פיתוח	תקין
18	מכונת מדידה אופטית / מטול פרופילים	H 5211502023	22/01/2026	21/01/2027	חדר QC	תקין
5	מד זחית אלקטרוני /קליבר	B17050265	22/01/2026	22/01/2027	חדר QC	תקין
25	מד לחץ משולב	חדר הלבשה	22/01/2026	22/01/2027	כניסה חדר נקי	תקין
23	מיקרוסקופ ASH/מטול פרופילים	OMNI3-01	21/01/2026	21/01/2027	משרד QC	תקין
40	מד מומנט אלקטרוני	20011989	27/01/2026	27/01/2027	משרד QC	תקין
38	מד לחץ אלקטרוני D9E406F54159	2305251974304	01/05/2024	לא בשימוש	חדר מעבדת פיתוח	לא פעיל
19	אינקובטור	B-31	22/01/2026	22/01/2027	מחסן	תקין
42	מד כוח אלקטרוני/מכונת מתיחה	Mark-10EQ-005	14/01/2026	14/01/2027	חדר מעבדת פיתוח	תקין
35	VACUUM CHAMBER 4 דליפת הליום	63371-1	NA	לא נדרש כיול	חדר מעבדת פיתוח	לא פעיל
17	מתמר מומנט	96229	14/11/2021	לא בשימוש(בעת הצורך יושמש באמצעות מד מומנט מכיול)	חדר בדיקות וליטוש	לא פעיל
45	מד שיפוע אלקטרוני/ Inclinometer	ABX22B0410	27/01/2026	27/01/2027	חדר סימון	תקין
34	מד זחית אלקטרוני /קליבר	124904	22/01/2026	22/01/2027	משרד QC	תקין

תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	A24305393	מד זחית אלקטרוני /קליבר	47
תקין	מחסן	05/11/2026	05/11/2025	7Z01550	מודד עוצמת לייזר/NOVA	14
תקין	חדר שטיפות	01/04/2027	27/04/2026	NW-26A-00410	מנדף כימי פחם פעיל/MAV UNI	53
בקרוב	מחסן	24/06/2026	25/06/2023	FF011155F0004CLERN ROOM	אמבט נוזלים/אולטרסוני	26
תקין	חדר בדיקות וליטוש	14/01/2027	14/01/2026	Mark-10 3999902	מד כוח אלקטרוני/מכונת מתיחה	8
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	A24259197	מד זחית אלקטרוני /קליבר	49
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	22122794	מד עובי/ חוגן אלקטרוני	41
בקרוב	חדר שטיפות	24/06/2026	25/06/2023	FF01104MF0014	אמבט נוזלים/ אולטרסוני-US CU-CA-27L	3
פג תוקף	חדר מעבדת פיתוח	06/03/2026	06/03/2024	HLD2001034	מכשיר ואקום / דליפת הליום	27
תקין	חדרצבע	22/01/2027	22/01/2026	w-1-0220023002	מאזניים אלקטרוניים	11
לא פעיל	חדר חריצה	לא בשימוש	18/07/2024	0066645	מד זחית אלקטרוני /קליבר	10
תקין	חדר ריתור	27/01/2027	27/01/2026	11202230600547	בלאורD852	31
תקין	משרד QC	27/01/2027	27/01/2026	2207232373	מפתח פיתול / Torque Wrench	32
תקין	חדר QC	22/01/2027	22/01/2026	B17432316	מד זחית אלקטרוני /קליבר	4
תקין	חדר סימון	22/01/2027	22/01/2026	T2256652	פלטת גרניט	43
תקין	חדר ריתור	21/01/2027	22/01/2026	22122801	מד עובי/ חוגן אלקטרוני	39
תקין	חנקו	22/01/2027	22/01/2026	P1	מד לחץ אלקטרוני	21
תקין	כניסה חדר נקי	22/01/2027	22/01/2026	TH-1	מד לחות טמפרטורה	22
תקין	חדר ריתור	06/01/2027	06/01/2026	3188738	Power and Energy סנסור/ Sensor לייזר/ARIEL-V2	50
תקין	חדר ריתור	22/01/2027	22/01/2026	C1011224020	תנור OVEN-2	29
תקין	חדר הרכבות והלחמות	22/01/2027	22/01/2026	060203MATCAL	גשש טמפ' + צד מלחם(מלחם)	44
תקין	חדר שטיפות	22/01/2027	22/01/2026	221125034	מד לחות + טמפ' ITH-1	51
בקרוב	חדר שטיפות	24/06/2026	25/06/2023	2017-038	אמבט נוזלים/ אולטרסוני-AC 200H	2
תקין	חדר נקי	21/01/2027	22/01/2026	OMNI3-02	מטול פרופילים /ASH/ מיקרוסקופ	9
תקין	משרד QC	22/01/2027	22/01/2026	Zico/210909769	מד לחות טמפרטורה	33
תקין	משרד QC	29/01/2027	29/01/2026	C 222989034	רב מודד	28

תק"ן	חדר שטיפה	22/01/2027	22/01/2026	2218601396	מאזניים אלקטרוניים	20
לא פעיל	-		11/04/2024	TH1	מד לחות טמפרטורה	36
תק"ן	חדר שטיפות	19/10/2026	19/10/2025	R0001474	טרמוקפל	1
תק"ן	חדר נקי	22/01/2027	22/01/2026	30120664	מכונת הלחמה (פאוצ'ים)	7
תק"ן	חדר שטיפות	22/01/2027	22/01/2026	221125067	מד לחות + טמפ'1-ITH	52
לא פעיל	חדר ריתור	לא בשימוש	25/06/2023	A21016289	מד זחיח אלקטרוני /קליבר	16
תק"ן	חדר ריתור	28/01/2027	28/01/2026	RFL-1000T-001	מד לחץ מכני/דיספנסר	30
תק"ן	מחסן	29/05/2028	29/03/2026	331632696	מדחס/קולט אוויר	13

