

Ficha Técnica	
FICHA TÉCNICA GAZE ESTÉRIL MEDTEXTIL	Versão: 002 Emissão: JAN/ 2023 Atualização: FEV/ 2024

Informações

❖ Caracterização e Apresentação do Produto:

Compressa de gaze estéril Ultra têxtil, 09, 11 e 13 fios, 8 camadas, 5 dobras, 7.5 cm X 7.5 cm (fechada) e 15 cm X 30 cm (aberta) envelopes com 10 unidades cada, em tecido 100% algodão, insípido, inodoro, esterilizado a gás óxido de etileno comercializados com informações de validade, lote, data de fabricação, responsável técnico e dados da empresa fabricante, em caixas de 4,4kg (9 fios); 4,75kg (11 fios) e ou 5,2kg (13 fios) nas dimensões de 40cm x 35cm x 50cm.



Registro e Regulamentação:

Registro de Notificação de Materiais para uso em saúde / ANVISA nº: 82373639003.
Classificação Nível II (Médio Risco).



Classificação Fiscal:

Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários, PIS/CONFIS: Simples Nacional.



Instruções de Uso:

Vide em Embalagem e disponível diretamente no site da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351008821202259/?cnpj=40357820000150>

❖ **Precauções e Advertências:**

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.

❖ **Armazenamento e Transporte:**

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco e fresco protegido de poeira e umidade.

❖ **Código NCM:**

3005.9090

❖ **Código de Barras:**

09 Fios: 7898969753081

11 Fios: 7898969753098

13 Fios: 7898969753104

Visando sempre atender aos padrões de qualidade preconizados pela ANVISA bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, estamos dispostos a fazer quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários dos nossos produtos.



Responsabilidade Técnica / Gestão da Qualidade

Rua Y Dois, 355, **Distrito Industrial**, João Pessoa – Paraíba

58082-025 • **83 3233-9798**

contato@medtextil.com • @medtextil.com

Responsável técnico: Flodoaldo Andrade Camêlo

CRF-PB: 8447