

Ficha Técnica	
FICHA TÉCNICA CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL - MEDTEXTIL	Versão: 001 Emissão: JAN/2023 Atualização: FEV/2024

Informações

❖ Caracterização e Apresentação do Produto:

Compressa Campo Cirúrgico Estéril com fio radiopaco Ultra têxtil, 25 cm X 28 cm, 4 camadas em tecido 100% algodão, envelopes com 2 e ou 5 unidades cada, insípido, inodoro, esterilizado a gás óxido de etileno, contendo entre 20 e 25 fios/cm², disponível nas gramaturas 13gr, 15gr, 17gr e 20gr. Comercializados com informações de validade, lote, data de fabricação, responsável técnico e dados da empresa fabricante.

❖ Registro e Regulamentação:

Registro de Notificação de Materiais para uso em saúde / ANVISA nº: 82373639005.
Classificação Nível II (Médio Risco).

❖ Classificação Fiscal:

Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários.

❖ Instruções de Uso:

Vide em Embalagem e disponível diretamente no site da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:
<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351049883202211/?cnpj=40357820000150>

❖ **Precauções e Advertências:**

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.

❖ **Armazenamento e Transporte:**

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco, fresco e protegido de poeira e umidade.

❖ **Código NCM:**

3005.9090

❖ **Código de Barras:**

Envelopes com 2 unidades: 7898969753289

Envelopes com 5 unidades: 7898969753074

Visando sempre atender aos padrões de qualidade preconizados pela ANVISA bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, estamos dispostos a fazer quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários dos nossos produtos.



Responsabilidade Técnica / Gestão da Qualidade

Rua Y Dois, 355, **Distrito Industrial**, João Pessoa – Paraíba

58082-025 • **83 3233-9798**

contato@medtextil.com • @medtextil.com

Responsável técnico: Flodoaldo Andrade Camêlo

CRF-PB: 8447