

Ficha Técnica	
FICHA TÉCNICA CAMPO CIRÚRGICO NÃO ESTÉRIL MEDTEXTIL	Versão: 002 Emissão: JAN/ 2023 Atualização: FEV/ 2024

Informações

❖Caracterização e Apresentação do Produto:

Compressa Campo Cirúrgico não Estéril com fio radiopaco Ultra têxtil, 45 cm X 50 cm, 4 camadas em tecido 100% algodão, embalagens com 50 unidades cada, insípido, inodoro, comercializados com informações de validade, lote, data de fabricação, responsável técnico e dados da empresa fabricante, em caixas de 7,8kg nas dimensões de 40cm x 35cm x 50cm.

❖Registro e Regulamentação:

Registro de Notificação de Materiais para uso em saúde / ANVISA nº: 82373639006.
Classificação Nível II (Médio Risco).

❖Classificação Fiscal:

Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, curativos (pensos), esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários, PIS/CONFIS: Simples Nacional.

❖Instruções de Uso:

Vide em Embalagem e disponível diretamente no site da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351049873202285/?cnpj=40357820000150>

❖ **Precauções e Advertências:**

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada, aberta ou úmida. O produto é de uso único, a sua reutilização é proibida. Após o uso deve ser descartado em local apropriado.

❖ **Armazenamento e Transporte:**

O produto deve ser armazenado e transportado em local limpo, seco e fresco protegido de poeira e umidade.

❖ **Código NCM:**

3005.9090

❖ **Código de Barras:**

Embalagens com 50 unidades: 7898969753067

Visando sempre atender aos padrões de qualidade preconizados pela ANVISA bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, estamos dispostos a fazer quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários dos nossos produtos.



Responsabilidade Técnica / Gestão da Qualidade