

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.STEC.169 – Página 1/3	
Título do Documento	DESATIVAÇÃO E DEVOLUÇÃO AO PATRIMÔNIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Emissão: 22/04/2026	Próxima revisão: 22/04/2028
		Versão: 01	

1. OBJETIVO(S)

Padronizar o fluxo de desativação e baixa de Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH) no HU-UFGD.

2. DEFINIÇÕES

- **GETS:** Sistema de registro e controle de bens utilizado pelo Setor de Engenharia Clínica do HU-UFGD.
- **OS:** Ordem de Serviço, encaminhada pelo requisitante, solicitando a manutenção corretiva do bem, emitida por meio do sistema GETS.
- **REQUISITANTE:** Pessoa responsável pelo preenchimento da Ordem Serviço por meio do sistema GETS.
- **CHECKLIST:** Lista de verificação de itens ou tarefas que devem ser verificados e confirmados para garantir que os processos sejam executados de forma correta, completa e padronizada.
- **PTDT** – Parecer Técnico de Desativação.
- **UPAT** – Unidade de Patrimônio do HU-UFGD.
- **STEC** – Setor de Engenharia Clínica do HU-UFGD.

3. MATERIAL

- Computador com acesso a Internet.

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

a. Surgimento da Demanda

Durante as atividades de gerenciamento e manutenção de tecnologias médicas podem surgir avaliações diagnósticas que comprometem a usabilidade dos equipamentos médicos. O Setor de Engenharia Clínica realiza manutenções programadas e corretivas nos equipamentos. Quando verificado que o equipamento não possui mais condições operacionais e/ou viabilidade de conserto, será solicitada a desativação do bem.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.STEC.169 – Página 2/3	
Título do Documento	DESATIVAÇÃO E DEVOLUÇÃO AO PATRIMÔNIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Emissão: 22/04/2026	Próxima revisão:
		Versão: 01	22/04/2028

b. Categorias dos equipamentos médicos

De acordo com a norma do patrimônio 001/2024, alguns equipamentos médicos não se enquadram como bens permanentes, e sim como bens móveis não ativáveis.

c. Bens permanentes

Quando for indicado pela equipe de manutenção a necessidade de desativação de um bem através de ordem de serviço no sistema GETS. Deverá ser elaborado e impresso um Parecer Técnico de Desativação. Este parecer classifica a desativação do bem de acordo com os seguintes critérios: Ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável.

A Chefia do Setor de Engenharia Clínica deverá assinar o PTDT e solicitar a assinatura do responsável do órgão ou pela carga patrimonial do bem para ciência de desativação.

O equipamento poderá ficar disponível para o setor de engenharia clínica para retirada de peças ou ser devolvido à unidade de patrimônio para realização de destinação final.

Caso o bem fique disponível para retirada de peças, a unidade de patrimônio deverá ser comunicada, pois existe um risco de descaracterização do bem para acompanhamento e monitoramento até a data de devolução definitiva à UPAT.

Em caso de devolução definitiva à unidade de patrimônio, a informação deve constar no processo SEI de número 23529.018148/2025-11 junto com Formulário de Movimentação Interna de Bens Patrimoniais e sendo anexado a OS de desativação do bem.

Posteriormente o setor de engenharia clínica deverá incluir no plano de substituição de bens futura aquisição do equipamento desativado e que possui necessidade assistencial.

d. Bens móveis não ativáveis

Os bens móveis não ativáveis serão classificados no GETS conforme classificação contábil como categoria “acessórios”, diferenciando-os dos bens permanentes. Quando for indicado pela equipe de manutenção a necessidade de desativação de um bem móvel não ativável através de ordem de serviço no sistema GETS. Deverá ser elaborado e impresso um Parecer Técnico de Desativação. Este parecer classifica a desativação do bem de acordo com os seguintes critérios: Ocioso, recuperável, antieconômico e irrecuperável.

A Chefia do Setor de Engenharia Clínica deverá assinar o PTDT e solicitar a assinatura do responsável do órgão ou pela carga patrimonial do bem para ciência de desativação.

Por se tratar de bens consumíveis em sua maioria, por exemplo Bomba de Ordenha, Cabos de Laringoscópio, Cabos de Otoscópio, Oftalmoscópio, Esfigmomanômetros, Transdutores. Esses itens não possuem plaqueta de patrimônio e devem ser realizada a segregação dos mesmos em container específico para descarte/destinação final junto a cooperativa contratualizada com a instituição para reciclagem e destinação final de lixo eletrônico. O PTDT gerado será vinculado a

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.STEC.169 – Página 3/3	
Título do Documento	DESATIVAÇÃO E DEVOLUÇÃO AO PATRIMÔNIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	Emissão: 22/04/2026	Próxima revisão:
		Versão: 01	22/04/2028

Ordem de Serviço do equipamento e deverá ser comunicado ao Setor de Abastecimento Farmacêutico e Unidade de Planejamento para inclusão no plano anual de aquisição do setor para fins de reposição para às áreas assistencias.

e. Acompanhamento

O UPAT e o STEC deverão acompanhar o processo para fins de rastreabilidade da informação dos bens permanentes, zelando pela conservação do patrimônio institucional de equipametros médicos.

5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	09/03/2026	Elaboração do Documento

Elaboração Ronivon dos Santos Sampaio Camila Beatriz Souza de Medeiros	Data: 09/03/2026
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 07/04/2026
Aprovação João Fernandes Guimarães Júnior – Chefe da DLIH Danielly Vieira Caprano – Gerente Administrativa	Data: 23/03/2026 Data: 22/04/2026

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.004121/2026-14