## Tabela paquímetro digital

Bloco-padr ão (mm)	td (mm)	s ou u (mm)	Coef. t de Student	P¹ (mm)	td+P (mm)	td-P (mm)
24	24,0	0,012	3,307	0,04	24,04	23,96
100	100,02	0,006	3,307	0,02	100,04	100,0
1,49	1,5	0,01	3,307	0,03	1,53	1,47
12,5	12,5	0,015	3,307	0,05	12,55	12,45
1,001	1,01	0	3,307	0	1,01	1,01

## Tabela paquímetro analogico de plastico

Bloco-padrão (mm)	td (mm)	s ou u (mm)	Coef. t de Student	P¹ (mm)	td+P (mm)	td-P (mm)
24	24,1	0	3,307	0	24,1	24,1
100	100,1	0	3,307	0	100,1	100,1
1,49	1,34	0,11	3,307	0,36	1,7	0,98
12,5	12,5	0	3,307	0	12,5	12,5
1,001	1,06	0,083	3,307	0,27	1,33	0,79

## Tabela paquímetro analogico de metal

Bloco-padrão (mm)	td (mm)	s ou u (mm)	Coef. t de Student	P¹ (mm)	td+P (mm)	td-P (mm)
24	24,0	0	3,307	0	24,0	24,0
100	100,0	0	3,307	0	100,0	100,0
1,49	1,5	0	3,307	0	1,5	1,5
12,5	12,5	0	3,307	0	12,5	12,5
1,001	1,00	0	3,307	0	1,00	1,00