



2021 Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein

Página 1 de 1

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

N° O.T.: 307-13989-1 - SUPLEMENTARIO

Objeto: Balanza para pesar camiones, de capacidad máxima 49900 kg, mínima división 20 kg, clase III, de tipo electrónica.

Fabricante / Importador: Receptor: PESAR / Indicador: LATORRE

Modelo: Receptor: PPM-951 / Indicador: LE 100 1 Número de serie: Receptor: 510067 / Indicador: 510067

Código de aprobación de modelo: Receptor ML-UU-001.813/2013 / Indicador BF.60-1933

Precintos Nº: Placa de identificación del Indicador: (a) 1066951, Placa de identificación del Receptor: (a)

1073492, Indiador (a) P07153-P07152, Cajas de Ecualizacion (a) P07154-P07155.

Ubicación del instrumento: Ingreso a Planta - Av Las Rosas 190 de la localidad de San Nicolas, provincia de Buenos Aires.

Determinación Verificación del cumplimiento con la Reglamentación Metrológica y Técnica

requerida: correspondiente a la Resolución ex S.E.C. y N.E.I. N° 2307/1980.

Conclusión: En la tabla siguiente figuran las verificaciones efectuadas y las conclusiones obtenidas.

Párrafos de la Reglamentación Metrológica y Técnica, Resolución 2307/80		Satisface	No satisface	No aplicable
9	Errores de indicación	$\sqrt{}$		
11.1.1	Desvíos entre resultados			$\sqrt{}$
13.4.2.1	Excentricidad	$\sqrt{}$		
14.1.2.	Fidelidad	$\sqrt{}$		
14.2.2.1.2.	Movilidad	$\sqrt{}$		
A.3.2.2.	Efecto máximo del dispositivo de puesta a cero	V		

La balanza satisface los requisitos reglamentarios.

Fecha de la verificación:12 de marzo de 2021Fecha de emisión:26 de abril de 2021Fecha de vencimiento:12 de marzo de 2022

Los registros de verificación se encuentran archivados en el INTI.

Las mediciones involucradas en este certificado están vinculadas a los patrones de medida mantenidos en el INTI según la legislación vigente, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Jsuario: MoviPort SA

Av Las Rosas 190

San Nicolas - Provincia de Buenos Aires

Los resultados consignados se refieren a la muestra recibida y el INTI declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. Está prohibida la reproducción parcial del presente certificado



www.inti.gob.ar consultas@inti.gob.ar 0800 444 4004 1 INTIArg

@intiargentina









República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas Informe gráfico

	m	rn	•

Referencia: 307-13989-1 - SUPLEMENTARIO

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.