












ТАМПОНУВАННЯ РАНИ ТА НАКЛАДАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО БАНДАЖА

...Продовження




Якщо кровотеча не зупинилась:

(а) Якщо використано гемостатичний бинт – вийміть його та проведіть повторне тампонування новим гемостатичним бинтом, починаючи від КРОКУ 3.




(b) Якщо використано звичайний бинт чи інший матеріал - додайте ще один і утримуйте тиск на рану (впродовж наступних 3 хв), поки кровотеча не зупиниться.



ВИЙМІТЬ компресійний бандаж з упаковки.




РОЗМІСТІТЬ подушечку бандажа над раною або поверх накладеної пов'язки, продовжуючи застосовувати прямий тиск.




Щільно ОБЕРНІТЬ еластичний бинт бандажа навколо кінцівки, переконавшись, що краї подушечки повністю покриті ним (див. примітку нижче).


ПРИМІТКА ДО КРОКУ 11: Якщо бандаж має пластиковий елемент для тиску, проведіть еластичний бинт крізь отвір елемента та розверніть еластичний бинт у зворотному напрямку над пластиковим елементом для тиску, таким чином притиснувши його до подушечки.



ЗАКРІПІТЬ липучкою або застібкою останній оберт бандажа.



ПЕРЕВІРТЕ стан кровообігу нижче місця накладання компресійного бандажа, визначивши наявність дистального пульсу.



ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 13: Якщо шкіра в ділянці нижче компресійного бандажа стала холодною на дотик, синюшною або втратила чутливість, або якщо дистальний пульс більше не визначається, можливо, бандаж накладено занадто туго, і його слід послабити та накласти знову; якщо виникла кровотеча, можливо, потрібно буде накласти турнікет на кінцівку або вузловий турнікет.



