











## КОНВЕРСІЯ ТУРНІКЕТА

## Продовження...




Щільно обмотайте компресійний/еластичний бандаж навколо кінцівки, зосередивши тиск на рані та переконавшись, що краї подушечки покриті.

примітка до кроку 8: Якщо бандаж має пластиковий елемент для тиску, просуньте еластичну стрічку крізь нього, туго затягніть і оберніть стрічку в зворотному напрямку через верхню частину пластикового елемента, притискаючи його до подушечки.



3адокументуйте всі результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.



Закріпіть кінці бандажа за велкро липучки або зафіксуйте гачком на останньому оберті бандажа.



Повільно послабте турнікет (не швидше, ніж за одну хвилину); спостерігайте за бандажем на предмет відновлення кровотечі.

**ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10:** Виконайте конверсію турнікета в межах 2 годин після його накладання, якщо це можливо, але не знімайте турнікет, який був накладений понад 6 годин тому.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 10: Якщо кровотеча відновилася, затягніть початковий турнікет, переконавшись, що кровотеча зупинена, а дистальний пульс відсутній.