

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

филиал Ново-Иркутская ТЭЦ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на Толщиномер лакокрасочных покрытий

№ п/п	Параметр	Значение	Предлагаемый аналог (заполняется участником конкурса)
1	Самокалибровка	да	
2	Принцип измерения	вихретоковый и магнитоиндукционный	
3	Элементы питания	AAA	
4	Диапазон измерений, мкм	0-1300	
5	Диаметр минимальной площади, мм	6	
6	Min радиус закругления, мм	1,5	
7	Max точность, мкм	2	
	Min отклонение	3 %	
	Точность, мкм	0,1	
	Замер на цветных металлах (Al)	да	
	Замер на черных металлах (Fe)	да	
	Работа с оцинкованным кузовом	да	
	Рабочая температура, °C	от -20 до +50 °C	
	Рабочая влажность, %	от 20 до 90 %	
8	Упаковка	Чехол	
9	Комплектация	Толщиномер – 1 шт; Руководство по эксплуатации – 1 шт; Калибровочная пластина (железо) – 1 шт; Калибровочная пластина (алюминий) – 1 шт; Калибровочные пленки; Чехол – 1 шт.	

Особые условия: Параметры должны соответствовать заявленным в ОЛ. Все предлагаемые аналоги согласовывать с техническими специалистами Н-ИТЭЦ. Для рассмотрения предлагаемого ТМЦ предоставить на согласование заполненный ОЛ с указанием характеристик в крайнем правом столбце.

Начальник ОКС

Инженер по оборудованию ОКС

Невидимов А.С.

Маньзей К.В.