

Техническое задание
поставка Ультразвуковой камеры «HERTZINNO НАЗТ» переносной, прошедший
первичную поверку, в базовой комплектации с дополнительными элементами по-
ставки или аналог с эквивалентными характеристиками
для ООО ЭН+ Инженерный центр

Требования к техническим характеристикам товара	Параметры характеристик	Количество
Серийно производимая Ультразвуковая акустическая камера HERTZINNO НАЗТ является портативным промышленным акустическим прибором, который фокусирует ультразвук и переносит его на изображение. Акустическая камера предназначена для технических инспекций промышленных предприятий. Камера использует принцип графической визуализации ультразвука в реальном времени и позволяет обнаруживать частичные разряды, неисправности механического оборудования и утечки газа и подсоса воздуха в вакуумных системах.		1 шт.
Технические характеристики		
Количество микрофонов	144	
Динамический диапазон	-30дБ ~ 120 дБ	
Дальность обнаружения	0.3 м ~ 210 м	
Оптическая камера	13MP	
Поле зрения	72°±3°	
Память	Встроенная 128 Гб	
Разрешение изображения	4К (3840*2160)	
Частота кадров	30 кадр/с	
Цифровое увеличение	1/2/4/8x	
Запись видео	5 минут	
Время работы аккумулятора	До 4 часов	
Уровень защиты	IP54	
Вес	< 1 кг	
Габариты	342.5 мм* 167 мм* 89.9 мм	
Диапазон рабочей температуры	-20°С ~ 50 °С	
Диапазон хранения	-30°С ~ 85 °С	
Влажность	10% -95%	
Разрешение тепловизионного модуля	640*512	
Диапазон температуры	-20°С ~ 550°С	

Поле зрения	32.9°x26.6°	
Пространственное разрешение	0.92 мрад	
Тепловая чувствительность (NETD)	≤40 мК	
модуль обнаружения	Тепловизионный модуль с ИК-матрицей высокого разрешения	
Обработка данных	С помощью искусственного интеллекта AI	
микрофонная решетка	MEMS с многорежимным позиционированием	
Визуализация акустического поля	+	
Обнаружение частичного разряда	+	
Автоматическая настройка параметров	+	
Многоцелевое измерение	+	
Анализ измерений в программном обеспечении HERTZINNO Acoustic Analyzer	+	
Обнаружение несколько источников звука	+	
Регистрация ИК-изображения	+	
Обнаружение утечек газа и подсоса воздуха в вакуумных системах	+	
Обнаружение механических неисправностей	+	
Хранение информации в формате фото и видео	+	
Выбор области измерения	+	
Создание отчетов	+	
Лазерный дальномер	+	
Дополнительные элементы поставки:		
Программное обеспечение HERTZINNO Acoustic Analyzer		1

Требования к документации:

Наличие нормативно - технической документации на русском языке (при наличии):

- паспорта,
- руководства по эксплуатации,
- методики поверки
- свидетельства о первичной метрологической поверке
- копии имеющихся сертификатов: сертификат об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и др.

Требования к поставке и сопровождению оборудования:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2023 года.

Поставка Товара должна осуществляться до места поставки оборудования с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию:

Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания оборудования 12 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Требования к упаковке и маркировке товара:

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара

должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Подготовил:

Начальник СНИТО _____  А.И. Хвисков

Контактный телефон 8(3952)792-078; 8-902-560-96-08

E-mail hviskov_ai1@irkutskenergo.ru

Согласовано:

Главный инженер _____  О.И. Гаврилюк