



ПОЖАРНАЯ ОХРАНА «ИРКУТСКЭНЕРГО»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЖАРНАЯ ОХРАНА «ИРКУТСКЭНЕРГО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Ультразвуковой Дефектоскоп

Область применения: прибор, предназначенный для выявления дефектов и определения их координат в металлических и пластмассовых изделиях и конструкциях методами неразрушающего контроля.



Технические характеристики:

Назначение	Дефектоскоп
Метод измерения	Ультразвуковой
Прибор в госреестре	Да
Поверка	Есть
Число независимых каналов	2
Рабочие частоты ультразвука	1,5 - 15 МГц
Пределы изменения усиления приёмного тракта	0 - 84 дБ

664043 Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 65, Почтовый адрес: 664043 Иркутск, а/я 38

Тел.: (395-2)790-076,795-018,795-038,037,039,031

Факс: (395-2) 795-040. E-mail: office_poie@irkutskenergo.ru; <http://www.irkutskenergo.ru>

ОКПО 77636702, ОГРН 1053827057240, ИНН/КПП 3827020320/381201001

Глубина регулировки ВРЧ	84 дБ
Диапазон настройки скоростей ультразвука в материалах	1 - 12000 м/с с шагом кратным 1
Диапазон толщины изделия (по стали) прямым преобразователем	4 - 2400 мм
Диапазон глубины залегания дефектов (по стали) прямым преобразователем	4 - 180 мм
Предел допускаемой основной погрешности измерения толщины (по стали) прямым преобразователем, не более	$\pm(0,01 \cdot X + 0,2)$ мм, где X - измеренное значение толщины изделия
Предел допускаемой основной погрешности измерения глубины залегания дефектов (по стали) прямым преобразователем, не более	$\pm(0,01 \cdot H + 0,2)$ мм, где H - измеренное значение глубины залегания дефектов
Диапазон рабочих температур	от -20°C до +45°C
Время работы от встроенной аккумуляторной батареи	не менее 6 ч
Средняя наработка на отказ, не менее	18000 ч
Габаритные размеры электронного блока	100x68x26мм
Масса электронного блока	165 г
Вывод информации на внешние устройства	Wifi, Bluetooth, USB
Функции	ВРЧ, АРК, огибающая
Автоматическая, полуавтоматическая калибровка	Скорость звука, задержка в призме, угол ввода
Гарантийный срок работы прибора	2 года с момента поставки


Комплектация:

- Электронный блок дефектоскопа с зарядным устройством
- Планшет с установленным программным обеспечением
- Соединительный кабель lemo-lemo 1,2 м одинарный
- Преобразователь П121-50-70
- Паспорт и руководство по эксплуатации

Условия поставки:

Место поставки – г. Иркутск ул. Бульвар Рябикова, д.65.

Заместитель начальника ИТС



Алексеев И.И.