

**Техническое задание на поставку
Стробоскопического тахометра Testo 477 или эквивалент с аналогичными
характеристиками для ООО «ЭН+ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»**

Требования к техническим характеристикам товара	Параметры характеристик	Количество
Стробоскопический тахометр, прошедший первичную поверку		1 шт
Технические характеристики:		
Эксплуатация и производительность		
Частотный диапазон	30 – 300 000 вспышек в минуту	
Точность	0,02 % (± 1 знак)	
Разрешение	± 1	
Питание	Элементы питания типоразмера AA	
Время работы	Не менее 5 ч	
Период гарантии	2 года	
Комплект поставки:		
Стробоскопический тахометр		1 шт
Кейс для хранения и переноски		1 шт
Элементы питания		1 комп

Требования к документации:

Наличие нормативно - технической документации на русском языке (при наличии):

- паспорта,
- руководства по эксплуатации,
- свидетельство о поверке.

Требования к поставке и сопровождению оборудования:

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовленным не ранее 2026 года.

Поставка Товара должна осуществляться до места поставки оборудования с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию:

Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания оборудования 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.

Требования к упаковке и маркировке товара:

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар - международным стандартам упаковки.

Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с действующими международными стандартами и требованиями ГОСТ.

Подготовил:

Инженер-технолог 2 категории ЦУ СНИТО _____  А.В. Василевский

Контактный телефон 8(3955)501-369; 8-950-128-21-78

Е-mail VasilevskiyAV@enplus-engcenter.ru

Согласовано:

Главный инженер _____  О.И. Гаврилюк