

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-04/737683

Дата подачи уведомления: 04.08.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРОЛЁВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

Адрес электронной почты: mz_krlvgb_oz@mosreg.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 512-61-95

Место нахождения: 141070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЁВ, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, Д. 24

ИНН: 5018000184

ОГРН: 1035003374262

Наименование продукции: Поставка систем для переливания инфузионных растворов, крови и кровезаменителей в 2027 году

Код ОКПД2: 32.50.50.190

Код ТН ВЭД: 9018 90 500 1 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скintiграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения: инструменты и оборудование, прочие: аппаратура для переливания крови: системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов

Количество найденных аналогов: Более 100



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	КТРУ		32.50.50.000-00234
2	Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования.		соответствие
3	Трансфузионная игла		полимерная
4	Регулятор тока жидкости		роликовый
5	Длина соединительной трубки	мм	> 1300 и ≤ 1800
6	Диаметр инъекционной иглы	мм	≥ 0,3 и ≤ 0,8