

СОГЛАСОВАНО

**Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

_____/_____
« ____ » _____ 202_ г.

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	КТРУ/ОКПД2
1	2	3
1	Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования	32.50.50.190- 00002842
2	Диализатор для гемодиализа с полыми волокнами, одноразового использования	32.50.50.190- 00002842

--	--	--

В соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 1 статьи 17 Закона «О предоставлении услуг отдельными видами юридических лиц» и

Наименование характеристики
4
Описание
Площадь поверхности мембраны
Материал мембраны
Коэффициент ультрафильтрации
Объем заполнения кровью
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по мочеvine в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по креатинину в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по фосфату в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по витамину B12 в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Стерильный
Описание по КТРУ:
Площадь поверхности мембраны
Материал мембраны
Коэффициент ультрафильтрации

Объем заполнения кровью
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по мочеvine в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по креатинину в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по фосфату в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Номинальное (без учета отклонений) значение клиренса по витамину B12 в минуту в соответствии с инструкцией по эксплуатации при $Q_d = 500$ мл/мин, $Q_b = 300$ мл/мин
Стерильный

пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875
настоящим Заказчик декларирует факт отсутствия на террито

Характеристики товара

Значение характеристики	Единица измерения характеристики
5	6
Фильтр, который функционирует как искусственная почка и, как правило, используется в системе гемодиализа для удаления примесей/жидкости из крови пациента. Как правило, состоит из цилиндрических контейнеров с множеством расположенных продольно полуволоконных капиллярных трубок (например, из полимера, модифицированной целлюлозы), через которые проходит кровь. Стенки трубки функционируют как полупроницаемая мембрана, допускающая проход крупных молекул в диализат за пределами трубок для удаления. Это изделие одноразового использования.	
≥ 1.6 и ≤ 1.8	Квадратный метр
Синтетика	
≥ 70 и ≤ 91	мл/час мм.рт.ст.
≥ 101 и ≤ 106	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 280 и ≤ 286	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 267 и ≤ 272	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 263 и ≤ 268	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 177 и ≤ 190	Кубический сантиметр; миллилитр
Соответствие	
Фильтр, который функционирует как искусственная почка и, как правило, используется в системе гемодиализа для удаления примесей/жидкости из крови пациента. Как правило, состоит из цилиндрических контейнеров с множеством расположенных продольно полуволоконных капиллярных трубок (например, из полимера, модифицированной целлюлозы), через которые проходит кровь. Стенки трубки функционируют как полупроницаемая мембрана, допускающая проход крупных молекул в диализат за пределами трубок для удаления. Это изделие одноразового использования.	
≥ 1.9 и ≤ 2.1	Квадратный метр
Синтетика	
≥ 70 и ≤ 75	мл/час мм.рт.ст.

≥ 115 и ≤ 125	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 285 и ≤ 290	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 270 и ≤ 280	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 270 и ≤ 280	Кубический сантиметр; миллилитр
≥ 190 и ≤ 210	Кубический сантиметр; миллилитр
Соответствие	

"О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующим

УТВЕРЖДАЮ

Бюджетное учреждение ХМАО – Югры «Окружная
клиническая больница»

_____ /
" __ " _____ 202_ г.

Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге	Количество товара	Единица измерения
7	8	9	10
Значения характеристики не может изменяться участником		400	шт
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Значения характеристики не может изменяться участником			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Значения характеристики не может изменяться участником			
Значения характеристики не может изменяться участником		2800	шт
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
Значения характеристики не может изменяться участником			
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			

Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
Значения характеристики не может изменяться участником		

ов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, и потребности заказчика, указанными в Описании объекта закупки (приложение к извещению).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат 03f8ef51c7e84b4b19884033b1cc0ff4
Владелец **Панов Игорь Дмитриевич**
Действителен с 04.09.2025 12:18
по 28.11.2026 12:18
Дата подписи 12.08.2026 10:15

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат 00ec6288e17d69ad528afec4750f917d3c
Владелец **Саитов Роман Хамитович**
Действителен с 16.07.2025 10:37
по 09.10.2026 10:37
Дата подписи 12.08.2026 10:17