

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(г. ПЕНЗА)

ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пенза)

440071 г. Пенза, ул. Стасова д. 6,
тел./факс (8412)41-23-11/(8412)41-23-77

E-mail: cardio-penza@yandex.ru

ОКПО 83913867 ОГРН 1085835000822

ИНН/КПП 5835075661/583501001

Исх № 1236 от 25.08.2026
На № _____ от _____

Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
125039, г. Москва, Пресненская наб.,
д. 10, стр. 2 (Башня 2)

Уведомление об отсутствии закупаемого товара
в реестре российской промышленной продукции

В соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта а) пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в связи с тем, что согласно пункту 31 Правил формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, состава сведений, включаемых в реестр, порядка включения таких сведений в реестр и исключения их из реестра, в том числе размещения таких сведений в государственной информационной системе промышленности, и порядка предоставления сведений, включенных в реестр, утв. постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719, в реестр российской промышленной продукции не включаются сведения о характеристиках продукции, включенной в данный реестр, направляем в Минпромторг России настоящее уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции:

№ п.п.	Сведения уведомления	
1	Информация о Заказчике	Заказчик: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пенза) Место нахождения: 440071, г. Пенза, ул. Стасова,6 Почтовый адрес: 440071, г. Пенза, ул. Стасова,6 Адрес электронной почты: cardio-penza@yandex.ru Номер контактного телефона: +7 (8412) 23-46-69, 23-46-15
2	Информация о товаре, потребность в	Наименование товара: Дозатор жидких средств бытовой

	котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции	
		Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 25.99.12.112
		Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза 7323 93 000 0
		Характеристики товара: согласно прилагаемому описанию объекта закупки

Приложение: описание объекта закупки с характеристиками товара, потребность в котором имеется у Заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции, на 3 л. в 1 экз.

Заместитель главного врача по медицинской части



Д.Б. Шутов

Описание объекта закупки с характеристиками товара,
потребность в котором имеется у Заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной
продукции

№ п/п	Наименование товара	Ед. Изм.	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара	
			Наименование характеристики	Значение характеристики
1.	Дозатор жидких средств бытовой КТРУ 25.99.12.112- 00000127	шт.	Общие требования:	
			Материал корпуса	Металл
			Наличие напольной стойки в комплекте	Нет
			Наличие тактильных обозначений	Нет
			Объем, миллилитр	> 800 и ≤ 1000
			Питание	От батареек
			Тип	Автоматический (сенсорный)
			Тип дозируемого средства	Дезинфицирующее средство/Мыло
			Тип подачи жидких средств	Капля
			Тип размещения	На стену
			Габариты корпуса дозатора (ширина), мм	≥ 90 и ≤ 95
			Габариты корпуса дозатора (высота с учетом рычага), мм	≥ 330 и ≤ 340
			Габариты корпуса дозатора (глубина), мм	≥ 130 и ≤ 135
			Дозатор поставляется без флакона прямоугольного сечения	Соответствие
			Конструкция должна обеспечивать легкую разборку и сборку дозатора, снятие со стены без использования дополнительных инструментов или помощи специалистов	Соответствие
			Для работы дозатора должны использоваться элементы питания напряжением 7,5 Вольт постоянного тока	Соответствие
			На верхней части дозатора должен быть рычаг для работы в ручном режиме при отказе элементов питания	Соответствие
			Дозатор должен обеспечивать без прикосновения к любой части дозатора, как однократное дозирование, так и дополнительную (до 4-х порций) подачу жидкости	Соответствие
			Наличие звукового сигнала, позволяющего оценить состояние элементов питания	Наличие
			Наличие не менее 2 фотоэлементов	Наличие
			Обязательно наличие на помпе регулирующего устройства для одномоментной подачи порций растворов от 0,75 до 1,5 мл	Наличие
			Насос с всасывающей трубкой (помпа)	Соответствие
			Помпа должна быть выполнена из нержавеющей стали, позволяющей проводить обеззараживание любыми моющими и дезинфицирующими средствами (за исключением абразивных и хлорсодержащих)	Соответствие
			Помпа должна иметь силиконовый уплотнительный колпачок	Соответствие
			Замена помпы должна осуществляться без снятия дозатора со стены за счет поднятия носика	Соответствие
			Наличие крепежной планки на задней стороне дозатора для снятия со стены	Соответствие
2.	Дозатор жидких средств бытовой КТРУ 25.99.12.112- 00000128	шт.	Общие требования:	
			Материал корпуса	Металл
			Наличие напольной стойки в комплекте	Нет
			Наличие тактильных обозначений	Нет
			Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр	> 800 и ≤ 1000
			Тип	Механический (нажимной)
			Тип дозируемого средства	Дезинфицирующее средство

			Тип механического дозатора	Локтевой
			Тип подачи жидких средств	Капля
			Тип размещения	На стену
			Габариты корпуса дозатора (ширина), мм	≥ 94 и ≤ 95
			Габариты корпуса дозатора (высота без учета рычага), мм	≥ 282 и ≤ 287
			Габариты корпуса дозатора (глубина), мм	≥ 90 и ≤ 95
			Дозатор поставляется без флакона прямоугольного сечения	Соответствие
			Рычаг должен быть изготовлен из нержавеющей стали	Соответствие
			Конструкция должна обеспечивать легкую разборку и сборку дозатора, снятие со стены без использования дополнительных инструментов или помощи специалистов	Соответствие
			Насос с всасывающей трубкой (помпа)	Наличие
			Помпа должна быть выполнена из пластика, позволяющего проводить обеззараживание любыми моющими и дезинфицирующими средствами (за исключением абразивных и хлорсодержащих)	Соответствие
			Помпа должна иметь прижимную пружину	Соответствие
			Замена помпы должна осуществляться без снятия дозатора со стены	Соответствие
			Наличие крепежной планки на задней стороне дозатора для снятия со стены	Соответствие
3.	Дозатор жидких средств бытовой КТРУ 25.99.12.112-00000128	шт.	Общие требования:	
			Материал корпуса	Металл
			Наличие напольной стойки в комплекте	Нет
			Наличие тактильных обозначений	Нет
			Объем, Кубический сантиметр;^миллилитр	> 800 и ≤ 1000
			Тип	Механический (нажимной)
			Тип дозируемого средства	Дезинфицирующее средство
			Тип механического дозатора	Локтевой
			Тип подачи жидких средств	Капля
			Тип размещения	На стену
			Описание: стационарный настенный дозатор для подачи дозированных порций растворов различной вязкости (антисептиков, жидкого мыла, крема) из флаконов прямоугольного сечения	Соответствие
			Габариты корпуса дозатора (ширина), мм	≥ 94 и ≤ 95
			Габариты корпуса дозатора (высота без учета рычага), мм	≥ 282 и ≤ 287
			Габариты корпуса дозатора (глубина), мм	≥ 90 и ≤ 95
			Дозатор поставляется без флакона прямоугольного сечения	Соответствие
			Рычаг должен быть изготовлен из нержавеющей стали	Соответствие
			Конструкция должна обеспечивать легкую разборку и сборку дозатора, снятие со стены без использования дополнительных инструментов или помощи специалистов	Соответствие
			Насос с всасывающей трубкой (помпа)	Наличие
			Помпа должна быть выполнена из пластика, позволяющего проводить обеззараживание любыми моющими и дезинфицирующими средствами (за исключением абразивных и хлорсодержащих)	Соответствие
			Помпа должна иметь прижимную пружину	Соответствие
			Замена помпы должна осуществляться без снятия дозатора со стены	Соответствие
			Наличие крепежной планки на задней стороне дозатора для снятия со стены	Соответствие
			В комплект к дозатору входит универсальная рама (панель)	Соответствие
			Рама (панель) крепится на стену и/или стойку	Соответствие
			Рама (панель) изготовлена из нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм, с порошковым покрытием	Соответствие

			красного цвета	
			Отверстия в раме полностью подходят для крепления дозатора без дополнительного сверления	Соответствие
4.	Дозатор жидких средств бытовой КТРУ 25.99.12.112-00000128	шт.	Высота рамы (панели), мм	≥ 310 и ≤ 340
			Ширина рамы (панели), мм	≥ 145 и ≤ 300
			Общие требования:	
			Материал корпуса	Металл
			Наличие напольной стойки в комплекте	Нет
			Наличие тактильных обозначений	Нет
			Объем, Кубический сантиметр; ^миллилитр	> 800 и ≤ 1000
			Тип	Механический (нажимной)
			Тип дозируемого средства	Дезинфицирующее средство
			Тип механического дозатора	Локтевой
			Тип подачи жидких средств	Капля
			Тип размещения	На стену
			Описание: стационарный настенный дозатор для подачи дозированных порций растворов различной вязкости (антисептиков, жидкого мыла, крема) из флаконов прямоугольного сечения	Соответствие
			Габариты корпуса дозатора (ширина), мм	≥ 94 и ≤ 95
			Габариты корпуса дозатора (высота без учета рычага), мм	≥ 282 и ≤ 287
			Габариты корпуса дозатора (глубина), мм	≥ 90 и ≤ 95
			Дозатор поставляется без флакона прямоугольного сечения	Соответствие
			Рычаг должен быть изготовлен из нержавеющей стали	Соответствие
			Конструкция должна обеспечивать легкую разборку и сборку дозатора, снятие со стены без использования дополнительных инструментов или помощи специалистов	Соответствие
			Насос с всасывающей трубкой (помпа)	Наличие
			Помпа должна быть выполнена из пластика, позволяющего проводить обеззараживание любыми моющими и дезинфицирующими средствами (за исключением абразивных и хлорсодержащих)	Соответствие
			Помпа должна иметь прижимную пружину	Соответствие
			Замена помпы должна осуществляться без снятия дозатора со стены	Соответствие
			Наличие крепежной планки на задней стороне дозатора для снятия со стены	Соответствие
			В комплект к дозатору входит лоток для сбора капель	Соответствие
			Лоток представляет собой раму со съемным пластиковым поддоном	Соответствие
			Габариты рамы (высота), мм	≥ 370 и ≤ 380
			Габариты поддона (длина), мм	≥ 170 и ≤ 190