

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733670

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к свойствам изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком,двухслойные
6	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	$\geq 250.0 \leq 260.0$
7	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	$\geq 0,11$
8	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
9	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	$\geq 50.0 \leq 100.0$
10	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	≥ 12
11	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком
12	Количество компонентов внутреннего покрытия	Штука	≥ 2
13	Обработка внутренней поверхности изделия		Увлажняющее покрытие, Полимерное покрытие, Коллоидная вытежка из овсяного зерна

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733661

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к свойствам изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком,двухслойные
6	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	$\geq 240.0 \leq 260.0$
7	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	$\geq 0,11$
8	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
9	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	$\geq 50.0 \leq 100.0$
10	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	≥ 12
11	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком
12	Количество компонентов внутреннего покрытия	Штука	≥ 3
13	Обработка внутренней поверхности изделия		Увлажняющее покрытие с Алое Вера, Полимерное покрытие, Витамин Е

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733656

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к свойствам изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком,двухслойные
6	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	$\geq 250.0 \leq 260.0$
7	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	$\geq 0,11$
8	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
9	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	$\geq 50.0 \leq 100.0$
10	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	≥ 12
11	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком
12	Класс потенциального риска		2А
13	Количество компонентов внутреннего покрытия	Штука	≥ 3
14	Обработка внутренней поверхности изделия		Увлажняющее покрытие с Алое Вера, Полимерное покрытие, Витамин Е

 государственная
информационная система
промышленности

 фрп Фонд Развития
Промышленности

 МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733640

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к свойствам изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком,Универсальная форма с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев
6	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	$\geq 240,0 \leq 400,0$
7	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	$\geq 0,11$
8	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
9	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	$\geq 50,0 \leq 100,0$
10	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	≥ 12
11	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733648

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к стерильности изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком,двухслойные
6	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	>=240.0<=245.0
7	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	>=0,11
8	Класс потенциального риска		2A
9	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
10	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	>=50.0<=100.0
11	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	>=12
12	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком
13	Количество компонентов внутреннего покрытия	Штука	>=2
14	Обработка внутренней поверхности изделия		Полимерное покрытие, Протеины шелка

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-31/733511

Дата подачи уведомления: 31.07.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "МОРОЗОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"

Адрес электронной почты: KuzminaVD1@zdrav.mos.ru

Номер контактного телефона: +7 (977) 601-58-81

Место нахождения: 119049, Г.МОСКВА, ПЕР. 4-Й ДОБРЫНИНСКИЙ, Д. 1/9

ИНН: 7705039232

ОГРН: 1027739783620

Наименование продукции: Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные

Код ОКПД2: 22.19.60.119

Код ТН ВЭД: 4015 12 000 1 Одежда и принадлежности к одежде (включая перчатки, рукавицы и митенки) из вулканизированной резины, кроме твердой резины, для различных целей: перчатки, рукавицы и митенки: используемые для медицинских, хирургических, стоматологических или ветеринарных целей: хирургические

Количество найденных аналогов: 40

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Размер		XS,S,M,L,XL
2	Материал		Нитрильный латекс (нитрил)
3	Требования к стерильности изделия		Нестерильный
4	Область применения		Для создания защитного барьера пациента и персонала во время обследования и лечения пациента или для других санитарных целей
5	Конструктивные особенности		Без опудривания;Манжета с валиком
6	Требования к свойствам изделия		Защита от агрессивных химических сред;Устойчивость к цитостатикам
7	Длина перчатки от кончика среднего пальца до края манжеты	Миллиметр	$\geq 240.0 \leq 260$
8	Одинарная толщина среднего пальца перчатки текстурированной	Миллиметр	≥ 0.11
9	Класс потенциального риска		$\geq 2A$
10	Тип поверхности		Текстурированная по всей рабочей поверхности
11	Количество перчаток в упаковке	Пара (2 шт.)	$\geq 50.0 \leq 100.0$
12	Минимальный остаточный срок годности на дату поставки	Месяц	≥ 12
13	Требования к упаковке		Одноразовый блок с окошком
14	Количество компонентов внутреннего покрытия	Штука	≥ 1
15	Обработка внутренней поверхности изделия		Полимерное покрытие

ГИ государственная
информационная система
промышленности

ФРП Фонд Развития
Промышленности

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ