

Приложение № _____

к Контракту № _____

от «__» _____ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Электронный аукцион на поставку расходного материала для отделений учреждения (РЛ-26111-1)
ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского ДЗМ»

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Электронный аукцион на поставку расходного материала для отделений учреждения (РЛ-26111-1) ГБУЗ «НИИ СП им Н.В. Склифосовского ДЗМ»

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.02.10.44.02
- ТОВАРЫ/ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ/ТЕКСТИЛЬ И ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ/КОМПЛЕКТЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ

1.3. Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Количество товаров: согласно Приложению 1

1.6. Срок поставки товаров:

- в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные Заказчиком в заявке, составленной по форме согласно Приложению 2.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Форма заявки».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку текстильных и полимерных медицинских изделий (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес

электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию с учетом требований, установленных в настоящем Техническом задании.

2.5. Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам Заказчика, составленным по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным в заявке. Форму связи о факте получения заявки Поставщиком определяет Заказчик.

2.6. В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также эксплуатационная документация на товар, соответствующая требованиям акта, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

2.8. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты фактической поставки товара.

2.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами или за его счет.

2.10. Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. В случае выявления недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Поставщику на устранение выявленных недостатков.

2.11. В случае если в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию наименование товара содержит указание на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

2.12. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- копии регистрационных удостоверений на поставляемый товар или информацию о

наличии записи в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающей факт государственной регистрации медицинского изделия для медицинского применения, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.5 настоящего Технического задания, заверенные Поставщиком;

- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.6 настоящего Технического задания;
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя (изготовителя) товара.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Технического задания и Контракта в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

3.2. Срок годности на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара.

3.3. Минимальный остаточный срок годности товара на дату поставки должен соответствовать сроку, указанному в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.2. В соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, поставляемый товар должен быть разрешенным для обращения на территории Российской Федерации и зарегистрированным в порядке, предусмотренном актом, указанным в пункте 6.5 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Маркировка товара должна содержать информацию, указанную в Контракте с учетом требований актов, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Технического задания.

5.2. Маркировка стерильных и нестерильных медицинских изделий должна обеспечивать возможность разграничения идентичных или схожих видов медицинских изделий.

5.3. Маркировка должна быть нанесена на товар. В случае невозможности нанесения непосредственно на товар, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку

для каждой единицы товара, и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.

5.4. Маркировка может быть дополнена информацией о товаре в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрихкодов.

5.5. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к конкретному производителю (изготовителю) товара.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. "Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза".

6.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них".

6.3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

6.4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.5. Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

6.6. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 N 181н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия".

Перечень объектов закупки

1. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Держатель для шнура; Лента клеющая; Простыня на инструментальный стол; Простыня с липким краем; Простыня с отверстием; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 2 ШТ. Длина впитывающей зоны: Больше или равно 50 CM. Длина впитывающей зоны чехла: $\geq$ 80 CM. Длина держателя для шнура: Больше или равно 17 CM. Длина ленты клеящей: Больше или равно 50 CM. Длина отверстия: Больше или равно 30 CM. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 CM. Длина простыни с липким краем: Больше или равно 80 CM. Длина простыни с отверстием: Больше или равно 225 CM. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 CM. Длина чехла на инструментальный стол: $\geq$ 140 CM. Количество держателей для шнура в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество ленты клеящей в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ.	1000 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Количество простыней с липким краем в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней с отверстием: Больше или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Больше или равно 4 ШТ. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Материал впитывающей зоны: Нетканый. Материал простыни с липким краем: Нетканый. Материал простыни с отверстием: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность впитывающей зоны, г/м2: Больше или равно 104. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность простыни с липким краем, г/м2: Больше или равно 74. Плотность простыни с отверстием, г/м2: Больше или равно 54. Плотность салфетки впитывающей, г/м2: Больше или равно 40. Ширина впитывающей зоны: Больше или равно 50 CM. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 CM. Ширина держателя для шнура: ≥ 4 CM. Ширина ленты клеящей: Больше или равно 5 CM. Ширина отверстия: Больше или равно 19 CM. Ширина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 160 CM. Ширина простыни с липким краем: Больше или равно 70 CM. Ширина простыни с отверстием: Больше или равно 280 CM. Ширина салфетки впитывающей: Больше или равно 30 CM. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 CM. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на			
---	--	--	--

инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Двухслойный. Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен. Требования к свойствам простыни с отверстием: Операционная пленка; Мешок для сбора жидкости.			
2. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Лента клеющая; Простыня на инструментальный стол; Простыня с отверстием; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 2 ШТ. Длина впитывающей зоны: Больше или равно 70 CM. Длина впитывающей зоны чехла: >= 80 CM. Длина ленты клеящей: Больше или равно 50 CM. Длина отверстия: Больше или равно 25 CM. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 CM. Длина простыни с отверстием: Больше или равно 315 CM. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 CM. Длина чехла на инструментальный стол: >= 140 CM. Количество ленты клеящей в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество отверстий на простыне: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта:	1200 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Большее или равно 1 ШТ. Количество простыней с отверстием: Большее или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Большее или равно 4 ШТ. Количество слоев: 3. Количество слоев впитывающей зоны: 3. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Большее или равно 1 ШТ. Материал впитывающей зоны: Нетканый. Материал простыни с отверстием: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Большее или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Большее или равно 50. Плотность впитывающей зоны, г/м2: Большее или равно 104. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м2: Большее или равно 50. Плотность простыни с отверстием, г/м2: Большее или равно 74. Плотность салфетки впитывающей, г/м2: Большее или равно 40. Ширина впитывающей зоны: Большее или равно 70 СМ. Ширина впитывающей зоны чехла: Большее или равно 70 СМ. Ширина ленты клеящей: Большее или равно 5 СМ. Ширина отверстия: Большее или равно 10 СМ. Ширина простыни на инструментальный стол: Большее или равно 160 СМ. Ширина простыни с отверстием: Большее или равно 210 СМ. Ширина салфетки впитывающей: Большее или равно 30 СМ. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 СМ. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Двухслойный.			
---	--	--	--

Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен. Требования к свойствам простыни с отверстием: Вставки; Операционная пленка.			
3. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Простыня операционная, тип 1; Простыня с отверстием; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 3 ШТ. Длина впитывающей зоны: Больше или равно 80 CM. Длина впитывающей зоны чехла: >= 80 CM. Длина отверстия: Больше или равно 40 CM. Длина простыни операционной, тип 1: Больше или равно 200 CM. Длина простыни с отверстием: Больше или равно 290 CM. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 CM. Длина чехла на инструментальный стол: >= 140 CM. Количество простыней операционных, тип 1 в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней с отверстием: Больше или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество слоев простыни операционной, тип 1: 2. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Материал впитывающей зоны: Нетканый.	2700 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Материал простыни с отверстием: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность впитывающей зоны, г/м2: Больше или равно 60. Плотность простыни операционной, тип 1, г/м2: $\geq 50 \leq 60$. Плотность простыни с отверстием, г/м2: Больше или равно 54. Плотность салфетки впитывающей, г/м2: Больше или равно 40. Ширина впитывающей зоны: Больше или равно 60 СМ. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 СМ. Ширина отверстия: Больше или равно 32 СМ. Ширина простыни операционной, тип 1: Больше или равно 160 СМ. Ширина простыни с отверстием: Больше или равно 230 СМ. Ширина салфетки впитывающей: Больше или равно 30 СМ. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 СМ. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни операционной, тип 1: Ламинированный гидрофильный спанбонд. Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен. Требования к свойствам простыни с отверстием: Липкий край; Операционная пленка; Карманы.			
4. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок

Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Лента клеющая; Мешок для ног; Простыня для операций с U-образным вырезом; Простыня на инструментальный стол; Простыня на операционный стол с липким краем, тип 3; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 3 ШТ. Вырез: U-образный. Длина П-образного U-образного выреза: ≥ 95 CM. Длина впитывающей зоны: Больше или равно 140 CM. Длина впитывающей зоны чехла: ≥ 80 CM. Длина ленты клеящей: Больше или равно 50 CM. Длина мешка для ног: ≥ 55 CM. Длина простыни для операций с П-образным или U-образным вырезом: ≥ 200 CM. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 CM. Длина простыни на операционный стол с липким краем, тип 3: Больше или равно 300 CM. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 CM. Длина чехла на инструментальный стол: ≥ 140 CM. Количество ленты клеящей в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество мешков для ног в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней для операций с П-образным или U-образным вырезом в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней на операционный стол с липким краем, тип 3 в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Больше или равно 4 ШТ.	510 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.
--	--------------------	--	--

Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Материал впитывающей зоны: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность впитывающей зоны, г/м2: Больше или равно 104. Плотность мешка для ног, г/м2: $\geq 54 \leq 60$. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность простыни на операционный стол с липким краем, тип 3, г/м2: $\geq 74 \leq 80$. Плотность простыни с вырезом, г/м2: Больше или равно 74. Плотность салфетки впитывающей, г/м2: Больше или равно 40. Ширина П-образного или U-образного выреза: ≥ 6.5 CM. Ширина впитывающей зоны: Больше или равно 80 CM. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 CM. Ширина ленты клеящей: Больше или равно 5 CM. Ширина мешка для ног: ≥ 35 CM. Ширина простыни для операций с П-образным или U-образным вырезом: Больше или равно 200 CM. Ширина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 160 CM. Ширина простыни на операционный стол с липким краем, тип 3: Больше или равно 160 CM. Ширина салфетки впитывающей: Больше или равно 30 CM. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 CM. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Липкий край по периметру выреза простыни для операций с П-образным или U-образным вырезом; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на			
---	--	--	--

инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Нетканый. Материал простыни на операционный стол с липким краем, тип 3: Трехслойный. Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен.			
5. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Держатель для шнура; Простыня для гинекологии с отверстием; Простыня на инструментальный стол; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 2 ШТ. Длина впитывающей зоны: Больше или равно 80 CM. Длина впитывающей зоны чехла: >= 80 CM. Длина держателя для шнура: Больше или равно 30 CM. Длина отверстия: Больше или равно 32 CM. Длина простыни для гинекологии: >= 250 CM. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 CM. Длина чехла на инструментальный стол: >= 140 CM. Количество держателей для шнура в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество отверстий на простыне: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней для гинекологии с отверстием в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта:	500 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Большее или равно 1 ШТ. Количество слоев: 2. Количество слоев впитывающей зоны: 1. Материал впитывающей зоны: Нетканый. Материал простыни для гинекологии: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность впитывающей зоны, г/м2: Больше или равно 60. Плотность простыни для гинекологии, г/м2: $\geq 54 \leq 60$. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Ширина впитывающей зоны: Больше или равно 60 СМ. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 СМ. Ширина держателя для шнура: ≥ 2 СМ. Ширина отверстия: Больше или равно 40 СМ. Ширина простыни для гинекологии: Больше или равно 230 СМ. Ширина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 160 СМ. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 СМ. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Липкий край по периметру отверстия простыни для гинекологии с отверстием; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Двухслойный. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен.			
6. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица)	Адрес	Срок

	измерения)		
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Лента клеющая; Простыня для ТУР с отверстиями и сборным карманом; Простыня на инструментальный стол; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 1 ШТ. Длина впитывающей зоны чехла: ≥ 80 CM. Длина ленты клеящей: Больше или равно 50 CM. Длина простыни для ТУР: ≥ 180 CM. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 CM. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 CM. Длина чехла на инструментальный стол: ≥ 140 CM. Количество ленты клеящей в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество отверстий на простыне: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней для ТУР с отверстиями и сборным карманом в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество слоев: 2. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Материал простыни для ТУР: Нетканый. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Плотность простыни для ТУР, г/м2: Больше или равно 54. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно	200 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

50. Плотность салфетки впитывающей, г/м2: Больше или равно 40. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 CM. Ширина ленты клеящей: Больше или равно 5 CM. Ширина отверстия: Больше или равно 5 CM. Ширина простыни для ТУР: ≥ 75 CM. Ширина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 160 CM. Ширина салфетки впитывающей: Больше или равно 30 CM. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 CM. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Двухслойный. Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен.			
7. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Лента клеющая; Мешок для ног; Простыня для артроскопических операций; Простыня на инструментальный стол; Салфетка впитывающая; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 1 ШТ. Диаметр эластичной манжеты: Больше или равно 5 CM. Длина впитывающей зоны чехла: ≥ 80 CM. Длина ленты клеящей: Больше или равно 100 CM.	350 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Длина мешка для ног: ≥ 55 СМ. Длина простыни для артроскопических операций: Больше или равно 410 СМ. Длина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 200 СМ. Длина салфетки впитывающей: Больше или равно 40 СМ. Длина чехла на инструментальный стол: ≥ 140 СМ. Количество ленты клеящей в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество мешков для ног в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней для артроскопических операций в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество салфеток впитывающих в составе комплекта: Больше или равно 4 ШТ. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м²: Больше или равно 50. Плотность мешка для ног, г/м²: $\geq 50 \leq 54$. Плотность простыни для артроскопических операций, г/м²: Больше или равно 68. Плотность простыни на инструментальный стол, г/м²: Больше или равно 50. Плотность салфетки впитывающей, г/м²: Больше или равно 40. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 СМ. Ширина ленты клеящей: Больше или равно 5 СМ. Ширина мешка для ног: ≥ 35 СМ. Ширина простыни для артроскопических операций: Больше или равно			
---	--	--	--

235 CM. Ширина простыни на инструментальный стол: Больше или равно 160 CM. Ширина салфетки впитывающей: Больше или равно 30 CM. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 CM. Эластичная манжета: Больше или равно 2 ШТ. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Карман для сбора и отвода жидкости простыни для артроскопических операций; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни для артроскопических операций: Трехслойный. Материал простыни на инструментальный стол: Нетканый. Материал салфетки впитывающей: Спанлейс. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен.			
8. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Простыня на инструментальный стол; Чехол на инструментальный стол. Впитывающая зона: Больше или равно 1 ШТ. Длина впитывающей зоны чехла: ≥ 80 CM. Длина чехла на инструментальный стол: ≥ 140 CM. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество чехлов на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ.	4500 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Плотность впитывающей зоны чехла на инструментальный стол, г/м2: Больше или равно 50. Ширина впитывающей зоны чехла: Больше или равно 70 CM. Ширина чехла на инструментальный стол: ≥ 80 CM. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Нетканый. Материал чехла на инструментальный стол: Полиэтилен.			
9. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Держатель для шнура; Простыня на инструментальный стол; Чехол для шнура и трубок. Длина держателя для шнура: Больше или равно 17 CM. Длина чехла: Больше или равно 250 CM. Количество держателей для шнура в составе комплекта: Больше или равно 2 ШТ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество чехлов для шнура и трубок в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Материал чехла: Прозрачный полиэтилен. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или	10000 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

равно 18 МЕС. Толщина пленки, микрон: Больше или равно 40. Ширина держателя для шнура: ≥ 2 СМ. Ширина чехла: Больше или равно 15 СМ. Материал простыни на инструментальный стол: Нетканый.			
10. Набор белья для осмотра/хирургических процедур, стерильный, одноразового использования			
Обоснование дополнительных характеристик включение характеристик Товара обусловлено отсутствием описания товара в позиции КТРУ. Характеристики Товара установлены в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ			
Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для использования при проведении медицинских процедур. Состав комплекта: Простыня на инструментальный стол; Чехол на оборудование. Впитывающая зона: Больше или равно 1 ШТ. Длина чехла: Больше или равно 190 СМ. Количество простыней на инструментальный стол в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Количество чехлов на оборудование в составе комплекта: Больше или равно 1 ШТ. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 18 МЕС. Ширина отверстия: Больше или равно 5 СМ. Ширина чехла: Больше или равно 120 СМ. Конструктивные особенности: Впитывающая зона чехла на инструментальный стол; Мешок с отворотом по краю верхней (рабочей) стороны чехла на инструментальный стол. Материал простыни на инструментальный стол: Нетканый.	800 (Штука)	г.Москва, пл.Сухаревская Большая, д.3, стр.21	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.



Форма заявки

Кому: _____

Заявка № _____

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от «___» ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименование адресата	Срок/дата поставки

подпись _____ инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон _____

Дата/время _____