

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка изделий медицинского назначения «Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования» для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ».

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Поставка изделий медицинского назначения «Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования» для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ»..

1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.02.10.35.55.01 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ МЕДИЦИНСКИЕ/МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УРОЛОГИИ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ И ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ/РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К АППАРАТАМ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ (МАГИСТРАЛИ С НАБОРАМИ)

1.3. Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4. Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.5. Количество товаров: согласно Приложению 1 и заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.6. Срок поставки товаров:

- в пределах сроков, установленных Приложением 1, и в сроки, установленные в заявке, направляемой Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2.

1.7. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
- Приложение 2. – «Форма заявки».

2. Стандарт товаров

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку расходных материалов для урологии (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.4. Товар должен быть поставлен в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, с учетом требований, установленных в настоящем Техническом задании.

2.5. Поставка товара осуществляется:

- партиями по заявкам, направляемым Заказчиком Поставщику по форме, установленной Приложением 2 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты поставки товара, указанной в заявке. Поставка товара осуществляется Поставщиком в количестве и ассортименте, а также в сроки и по адресам, указанным в заявке. Поставщик посредством электронной почты в течение 2 (двух) часов с момента получения заявки подтверждает факт ее получения.

2.6. В комплект поставки товара должны входить все необходимые материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, а также техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара, соответствующая требованиям акта, указанного в пункте 6.6 настоящего Технического задания.

2.7. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) и должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

2.8. Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты фактической поставки товара.

2.9. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на складе Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами и (или) за его счет.

2.10. Передачу товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право контроля комплектности, качества и ассортимента товара. Уполномоченный представитель обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия. В случае выявления Заказчиком недостатков, такие недостатки актируются, а товар возвращается Поставщику для устранения выявленных недостатков.

Заказчик вправе отказать Поставщику в приеме партии товара в момент поставки в случае, если:

- партия товара доставлена вне времени приемки товара;
- товарно-сопроводительные документы не оформлены;
- товарно-сопроводительные документы представлены не в полном объеме;

- товарно-сопроводительные документы оформлены ненадлежащим образом;
- поставка товара осуществляется с нарушением ассортимента, комплектности или количества;
- нарушена или повреждена упаковка или маркировка (к повреждениям упаковки также относятся: наличие подтеков, мокрая упаковка, упаковка, имеющая надрывы, помятости).

2.11. В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную документацию и электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации должен включать:

- копии регистрационных удостоверений на поставляемый товар или информацию о наличии записи в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающей факт государственной регистрации медицинского изделия для медицинского применения, в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.5 настоящего Технического задания, заверенные Поставщиком;
- сертификат соответствия (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации);
- декларацию о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);
- документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с требованиями актов, указанных в пунктах 6.2, 6.6 настоящего Технического задания;
- оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и производителя (изготовителя) товара.

3. Объем и сроки гарантий качества

3.1. Качество товара должно соответствовать техническим условиям производителей (изготовителей) товара, требованиям настоящего Технического задания и Контракта.

3.2. Срок годности на товар должен быть не менее срока, установленного производителем (изготовителем) товара.

3.3. Минимальный остаточный срок годности товара на дату поставки должен соответствовать сроку, указанному в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» настоящего Технического задания.

4. Требования к безопасности товара

4.1. Соответствие товара требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Соответствие качества и безопасности товара должно быть подтверждено сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и/или подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.2. В соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, поставляемый товар должен быть разрешенным для обращения на территории Российской Федерации и зарегистрированным в порядке, предусмотренном актом, указанным в пункте 6.5 настоящего Технического задания.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1. Маркировка товара должна соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.1, 6.2 настоящего Технического задания.

5.2. Маркировка должна быть нанесена на товар. В случае невозможности нанесения непосредственно на товар, маркировка (частично или полностью) может быть нанесена на упаковку для каждой единицы товара и (или) на групповую упаковку, и (или) на инструкцию по применению.

5.3. Маркировка может быть дополнена информацией о товаре в машиночитаемом формате, в том числе с использованием радиочастотной идентификации или штрихкодов.

5.4. Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке товара. Маркировка упаковки должна обеспечивать возможность определения типа, наименования и принадлежности к конкретному производителю (изготовителю) товара.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1. "Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза" (Заключено в г. Москве 23.12.2014).

6.2. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 12.02.2016 N 27 "Об утверждении Общих требований безопасности и эффективности медицинских изделий, требований к их маркировке и эксплуатационной документации на них".

6.3. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

6.4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.5. Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 N 1684 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий".

6.6. Приказ Минздрава России от 11.04.2025 N 181н "Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия".

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования

Обоснование дополнительных характеристик В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик применяет дополнительное техническое описание объекта закупки.

Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для экстракорпоральной детоксикации крови; Для циркуляции крови с антикоагуляцией гепарином. Вариант исполнения: CVVHD EMiC2. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Общий объем заполнения артериальной и венозной магистралей: Больше или равно 276 CM3; МЛ. Площадь поверхности мембраны: $\geq 1.7 \leq 1.8$ M2. Скорость фильтрации, от эффективного потока крови: Больше или равно 10 %. Тип использования: Одноразовый. Требования к стерильности изделия: Стерильный. Совместимость: Аппарат Multifiltrate (Мультифильтрат). Требования к комплектации: Воздушная ловушка на венозной части магистрали; Воздушная ловушка на артериальной части магистрали.	600 (Штука)	Город Москва, Коммунарка район, поселок Коммунарка, улица Сосенский Стан, дом 8, строение 6	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

2. Набор трубок для гемодиализа, одноразового использования

Обоснование дополнительных характеристик В связи с отсутствием характеристик и их значений в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) и необходимостью полного и объективного описания объекта закупки с учетом статьи 33 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик применяет дополнительное техническое описание объекта закупки.

Характеристики	Объем (единица измерения)	Адрес	Срок
Область применения: Для экстракорпоральной детоксикации крови; Для регионарной цитратно кальциевой антикоагуляции в режиме CVVHD. Вариант исполнения: Ci-Ca CVVHD EMiC2. Минимальный остаточный срок годности на дату поставки: Больше или равно 12 МЕС. Общий объем заполнения артериальной и венозной магистралей: Больше или равно 276 CM3; МЛ.	139 (Штука)	Город Москва, Коммунарка район, поселок Коммунарка, улица Сосенский	с 1-го по 365-й календарный день с даты заключения контракта.

Площадь поверхности мембраны: $\geq 1.7 \leq 1.8$ M2. Скорость фильтрации, от эффективного потока крови: Больше или равно 10 %. Тип использования: Одноразовый. Требования к стерильности изделия: Стерильный. Совместимость: Аппарат Multifiltrate (Мультифильтрат). Требования к комплектации: Воздушная ловушка на венозной части магистрали; Воздушная ловушка на артериальной части магистрали.		Стан, дом 8, строение 6	
---	--	----------------------------	--

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № _____

на поставку товара

На основании Контракта № _____ от «__» ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку
следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в соответствии с Контрактом)	Характеристики (в соответствии с Контрактом)	Объем	Единица измерения	Адрес поставки товара	Наименовани е адресата	Срок/дата поставки
подпись			инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон			Дата/время	