

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-11/749257

Дата подачи уведомления: 11.08.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Адрес электронной почты: ks@ekpc-info.ru

Номер контактного телефона: +7 (343) 374-33-73

Место нахождения: 620049, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.9, -, -

ИНН: 6660055529

ОГРН: 1026604954012

Наименование продукции: Контур дыхательный, одноразового использования

Код ОКПД2: 32.50.13.190

Код ТН ВЭД: 9019 20 000 0 Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура: аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

Количество найденных аналогов: Более 100



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Тип трубки		Гладкостенная
2	Назначение		Искусственная вентиляция лёгких
3	Внутренний диаметр дыхательной трубки	мм	≥ 10 и ≤ 14.5
4	Длина дыхательной трубки	см	≥ 150
5	Совместимость		с аппаратами ИВЛ Acutronic Fabian HFO, ИВЛ SLE 6000 с возможностью работы в режиме высокочастотной вентиляции, имеющимися в эксплуатации у Заказчика
6	Камера увлажнителя малого объема с автоматическим заполнением		наличие
7	Комплектация		Камера увлажнителя, подогрев линии вдоха, трубка для подключения к увлажнителю, подогрев линии выдоха, линия подачи воды, тест-колпачок, держатель контура, линия мониторинга давления, Y-образный коннектор
8	T-образный адаптер с портом для подключения линии введения оксида азота		наличие
9	Количество эластомерных адаптеров 11мм-12мм	шт	≥ 2
10	Кольца жесткости на линии вдоха и выдоха		наличие
11	Количество держателей/фиксаторов дыхательного контура	шт	≥ 2
12	Максимальная емкость воды в камере увлажнителя	см[3*]; мл	≥ 180
13	Инспираторный шланг разъёмный		наличие
14	Длина модульного шланга на пациента	м	≥ 1.2
15	Длина провода нагрева модуля аппарата	м	≥ 0.9
16	Экспираторный шланг с встроенным в стенки шланга проводом нагрева		наличие
17	Длина линии соединения увлажнителя с аппаратом ИВЛ	см	≥ 65
18	Длина линии вдоха и выдоха	см	≥ 1.7
19	Идентификационная наклейка для фиксации даты установки дыхательного контура пациенту		наличие