

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-03-20/461103
Дата подачи уведомления: 20.03.2026
Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МОЗГА И НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
Почтовый адрес: 117513, Г.МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, Д. 1, СТР. 10,
Адрес электронной почты: zakupki@fccps.ru
Номер контактного телефона: +7 (495) 280-19-65
Место нахождения: 117513, Г.МОСКВА, УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА, Д. 1, СТР. 10,
ИНН: 7728434750
ОГРН: 1187746642302
Наименование продукции: Оклюзионная баллонная система
Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
Код ТН ВЭД: 9018 31 900 9 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения: шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты: шприцы, с иглами или без игл: прочие: прочие
Количество найденных аналогов: Более 100
☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Гидрофильное покрытие баллона	наличие	
2	Диаметр баллона	≥ 3.76 и ≤ 4	мм
3	Длина баллона	≥ 10 и ≤ 15	мм
4	Длина шфта	150	см
5	Совместимый проводник	≤ 0.014	дюйм
6	Диаметр проксимального сегмента шфта, F	≤ 2.8	фр
7	Диаметр дистального сегмента шфта, F	≤ 2.2	фр