



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕДИЦИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.Ф. ЛЫБА –
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)

ул. Маршала Жукова, д.10, г. Обнинск, Калужская область, 249031
☎ (495) 956-14-39, (484) 399-30-25, 394-43-06, факс: (495) 956-14-40, (484) 399-30-52
E-mail: [nmrc@nmrc.obninsk.ru](mailto:nmrcc@nmrc.obninsk.ru) Интернет: www.nmrcc.nmics.ru
ОКПО 22901376, ОГРН 1027739623031, ИНН/КПП 7714042070/402543001

№ 03-16-2174 от 04.09.2026
на № _____ от _____

В Министерство промышленности и торговли

Российской Федерации
125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,
стр. 2 (Башня 2)

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

В соответствии с требованиями абзаца 4 подпункта а) пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в связи с отсутствием в реестре Российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, направляем настоящее уведомление:

Информация о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции	
Наименование товара:	Роботизированная система позиционирования Дека стола пациента Устройство быстросъемного соединения системы позиционирования пациента
Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):	26.60.11.130
Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза	9022
Характеристики товара:	Согласно прилагаемому описанию объекта закупки (Приложение)

Заместитель директора по административной работе _____

/Сатаров К.И./

Исп. Бзынина Н.А.
8 484 3993144

Описание объекта закупки (Техническое задание)

№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код ОКПД2	Позиция КТРУ	Ед. изм.	Количество в ед. изм.	№ п/п по поз.	Наименование характеристики	Тип характеристики	Тип значения	Значение характеристики	Единица измерения характеристик и (по ОКЕИ)	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии
1	Роботизированная система позиционирования	26.60.11.130		Штука	1	1	Роботизированная система позиционирования	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Система предназначена для позиционирования пациента в положении лежа, обеспечивает субмиллиметровую точность укладки и фиксации пациента при проведении сеансов облучения
						3	Габаритная длина	количественная	диапазон	≤ 1900	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет минимальную площадь монтажной зоны и габариты проемов для вноса оборудования.
						4	Габаритная ширина	количественная	диапазон	≤ 700	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет минимальную ширину монтажной зоны и проходов для доступа.
						5	Габаритная высота	количественная	диапазон	≤ 900	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет минимальную высоту помещения и возможность размещения под сопрягаемым оборудованием.
						6	Масса роботизированной системы позиционирования	количественная	диапазон	≤ 1800	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет нагрузку на опорную поверхность и необходимость использования подъемных средств при монтаже.
						7	Номинальное напряжение питания роботизированной системы позиционирования	количественная	диапазон	380	В	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает совместимость с электрической сетью Заказчика без применения дополнительных трансформаторов.
						8	Частота сети 50/60 Гц, роботизированной системы позиционирования	качественная		соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает корректную работу импульсных источников питания и электродвигателей в условиях различных энергосистем.
						9	Номинальная мощность роботизированной системы позиционирования	количественная	диапазон	≤ 22,5	кВт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет предельную нагрузку на питающую линию и необходимый номинал защитных автоматов.
						10	Количество управляемых осей роботизированной системы позиционирования	количественная	конкретное значение	6	шт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает полную коррекцию положения рабочего органа по трем линейным и трем угловым координатам.
						11	Вращение вокруг вертикальной оси (J1) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 235		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задает угловой диапазон поворота основания, определяющий сектор досягаемости в горизонтальной плоскости.
						12	Наклон в продольной плоскости (J2) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 220		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задает угловой диапазон наклона, необходимый для изменения высоты и вылета рабочего органа.
						13	Выдвижение/втягивание (J3) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 35		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задает угловой диапазон локтевого сустава, определяющий изменение радиуса досягаемости и обход препятствий.
						14	Поворот вокруг продольной оси (J4) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задает угловой диапазон вращения запястья, обеспечивающий ориентацию рабочего органа относительно продольной оси.
						15	Наклон в поперечной плоскости (J5) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 35		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задает угловой диапазон наклона запястья, обеспечивающий ориентацию рабочего органа в поперечной плоскости.

16	Вращение вокруг вертикальной оси (J6) роботизированной системы позиционирования, градус	качественная		± 180		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Задаёт полный угловой диапазон вращения выходного фланца вокруг вертикали для финишной ориентации.
17	Безопасное положение при отключении питания роботизированной системы позиционирования	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает фиксацию всех осей при потере питания для исключения самопроизвольного перемещения под действием внешних сил.
18	Регулировка угловой скорости и ускорения роботизированной системы позиционирования	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Позволяет адаптировать динамику движения под изменяющуюся нагрузку и требуемые условия перемещения.
19	Макс. угловая скорость: J1–J6 роботизированной системы позиционирования, град/сек	количественная	диапазон	≥ 12		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает заданную производительность перемещений по всем осям без превышения допустимых динамических нагрузок.
20	Поперечное смещение (изоцентр на 0 мм от базы робота) роботизированной системы позиционирования, мм	качественная		± 2350		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Определяет максимальный рабочий ход по поперечной координате относительно вертикальной оси основания.
21	Минимальное вертикальное смещение	количественная	диапазон	≥ 500 и ≤ 550	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Задаёт рабочий диапазон по высоте для приведения рабочего органа в заданную вертикальную зону.
22	Максимальное вертикальное смещение	количественная	диапазон	≥ 1650 и ≤ 1700	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Задаёт рабочий диапазон по высоте для приведения рабочего органа в заданную вертикальную зону.
23	Минимальное продольное смещение (изоцентр на 1950 мм от базы робота)	количественная	диапазон	≥ 1000 и ≤ 1100	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет максимальный рабочий ход по продольной координате при заданном вылете консоли.
24	Максимальное продольное смещение (изоцентр на 1950 мм от базы робота)	количественная	диапазон	≥ 3400 и ≤ 3500	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет максимальный рабочий ход по продольной координате при заданном вылете консоли.
25	Вращение вокруг вертикальной оси (изоцентр), градус	качественная		± 95		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает угловой диапазон поворота рабочего органа вокруг вертикали для ориентации в горизонтальной плоскости.
26	Наклон (тангаж и крен) относительно изоцентра, град	качественная		± 5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает минимальный диапазон угловых коррекций в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
27	Точность, мм	качественная		$\pm 0,5$		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает повторяемое совмещение расчетных и фактических координат рабочего органа.
28	Безопасная рабочая нагрузка с компенсацией датчика силы/момента	количественная	диапазон	≥ 285 и ≤ 290	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет максимальную массу, при которой система сохраняет управляемость, а датчики корректируют выходные моменты двигателей.
29	Протокол передачи данных	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает цифровой обмен информацией с внешними управляющими системами и прием команд позиционирования.
30	Руководство по установке	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Наличие технической документации для корректного монтажа и калибровки системы.
31	Блок управления	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обусловлено потребностью заказчика
32	Габаритная длина блока управления	количественная	диапазон	≤ 650	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет глубину монтажной стойки или шкафа для размещения блока.

						33	Габаритная ширина блока управления	количественная	диапазон	≤ 770	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет ширину монтажного места и совместимость с посадочными размерами стойки.
						34	Габаритная высота блока управления	количественная	диапазон	≤ 1050	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет вертикальное пространство для установки блока и вентиляционные зазоры.
						35	Масса блока управления	количественная	диапазон	≤ 110	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет нагрузку на полку или монтажную поверхность при установке блока.
						36	Умный пульт для программирования контроллера	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает ручное управление осями, ввод параметров и диагностику без подключения внешнего компьютера.
2	Дека стола пациента	26.60.11.130	-	штука	1	1	Дека стола пациента	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает эргономичное размещение пациента на всей длине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
						2	Габаритная длина деки стола пациента	количественная	диапазон	≥ 2000	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает эргономичное размещение пациента на всей длине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
						3	Габаритная ширина деки стола пациента	количественная	диапазон	≤ 530	мм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает эргономичное размещение пациента по ширине и безопасное перемещение в рабочих зонах роботизированной системы позиционирования.
						4	Безопасная рабочая нагрузка деки стола пациента	количественная	диапазон	≥ 285	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет максимальную нагрузку без возникновения деформаций или разрушений
						5	Материал деки стола пациента рентгенопрозрачный углепластик, эквивалент поглощения рентгеновского излучения ≤ 20 мм	качественная		соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает возможность прохождения терапевтического пучка через деку с минимальным влиянием на распределение дозы
						6	Система индексации положения средств иммобилизации деки стола пациента	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает необходимую фиксацию и позиционирование пациента
3	Устройство быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	26.60.11.130	-	Штука	1	1	Устройство быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает оперативное соединение основного и ответного модуля
						2	Тип конструкции устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	качественная		Фланцевый быстросъемный автоматический интерфейс		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечивает оперативное соединение основного и ответного модуля
						3	Безопасная рабочая нагрузка устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	количественная	диапазон	≥ 285	кг	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Определяет максимальную нагрузку без возникновения деформаций или разрушений
						4	Динамический момент нагрузки по осям, устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	количественная	диапазон	≥ 300	Нм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает механическую прочность, жесткость соединения между декой стола и оконечным фланцем роботизированной системы, точность позиционирования и надежность фиксации во время движения

						5	Статический момент нагрузки устройства быстросъемного соединения системы позиционирования пациента	количественная	диапазон	≥ 450	Нм	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает механическую прочность, жесткость соединения между декой стола и оконечным фланцем роботизированной системы, точность позиционирования и надежность фиксации
						6	Тип механизма запираения	качественная		электромеханический, пневматический или гидравлический		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечивает надежную фиксацию основного и ответного модуля