

Описание объекта закупки

№ п/п	Наименование товара	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара				Единица измерения по ОКЕИ
		Наименование показателя	Единица измерения показателя	Значения показателей	Обоснование необходимости использования показателей	
1	Магистраль соединительная для введения рентгеноконтрастного вещества	Вариант исполнения		Витая	В соответствии с КТРУ	Штука
		Длина трубки	Сантиметр	≥ 105.0 и ≤ 150.0	В соответствии с КТРУ	
		Форма коннектора		Т-образная	В соответствии с КТРУ	
		Тип коннектора		Луерлок	В соответствии с КТРУ	
		Максимально допустимое давление	Килопаскаль	> 2000	В соответствии с КТРУ	
		Внутренний диаметр соединительной магистрали	Миллиметр	≥ 1,5	Обусловлено требованиями технической документации производителя оборудования	
		Совместимость с системой инъекционной MEDRAD Salient, вариант исполнения: двухъемкостный инжектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления		Соответствие	Данное оборудование имеется у заказчика	
2	Магистраль соединительная для введения рентгеноконтрастного вещества	Вариант исполнения		Витая	В соответствии с КТРУ	Штука
		Длина трубки	Сантиметр	≥ 105.0 и ≤ 150.0	В соответствии с КТРУ	
		Форма коннектора		Прямая	В соответствии с КТРУ	
		Тип коннектора		Луерлок	В соответствии с КТРУ	
		Максимально допустимое давление	Килопаскаль	>2000	В соответствии с КТРУ	
		Совместимость с системой инъекционной MEDRAD Salient, вариант исполнения: двухъемкостный инжектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления		Соответствие	Данное оборудование имеется у заказчика	

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 года № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заказчиком декларируется факт отсутствия на территории Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 1580e203df8789de74a59246dd2ad5b3

Владелец **Ильина Ирина Сергеевна**

Действителен с 10.03.2026 15:03

по 03.06.2027 15:03

Дата подписи 21.08.2026 09:32

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 1580e203df8789de74a59246dd2ad5b3

Владелец **Ильина Ирина Сергеевна**

Действителен с 10.03.2026 15:03

по 03.06.2027 15:03

Дата подписи 06.09.2026 18:05