

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-11/749290

Дата подачи уведомления: 11.08.2026

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

Адрес электронной почты: ks@ekpc-info.ru

Номер контактного телефона: +7 (343) 374-33-73

Место нахождения: 620049, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.9, -, -

ИНН: 6660055529

ОГРН: 1026604954012

Наименование продукции: Контур дыхательный, одноразового использования

Код ОКПД2: 32.50.13.190

Код ТН ВЭД: 9019 20 000 0 Устройства для механотерапии; аппараты массажные; аппаратура для психологических тестов для определения способностей; аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура: аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура

Количество найденных аналогов: Более 100

☒ Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Тип трубки		Гофрированная
2	Назначение		Искусственная вентиляция лёгких
3	Внутренний диаметр дыхательной трубки	мм	≥ 10 и $\leq 14,5$
4	Длина дыхательной трубки	см	≥ 100
5	Т-образный коннектор с возможностью регулировки положительного давления в конце выдоха (ПДКВ)		наличие
6	Т-образная часть		с двойным шарниром, с коннектором 15 мм
7	Комплектация		Клапан сброса давления, тест-колпачок
8	Совместимость		с аппаратом ИВЛ Neoruff, имеющимся в эксплуатации у Заказчика