



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕДИЦИНСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.Ф. ЦЫБА –
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЛОГИИ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МРНЦ ИМ. А.Ф.ЦЫБА – ФИЛИАЛ ФГБУ «НМИЦ РАДИОЛОГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

ул. Маршала Жукова, д.10, г. Обнинск, Калужская область, 249031
☎ (495) 956-14-39, (484) 399-30-25, 394-43-06, факс: (495) 956-14-40, (484) 399-30-52
E-mail: mrnc@mrnc.obninsk.ru Интернет: www.mrnc.obninsk.ru
ОКПО 22901376, ОГРН 1027739623031, ИНН/КПП 7714042070/402543001

№ 03-16-1970 от 11.08.2026

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации
125039, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,
стр. 2 (Башня 2)

**Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре Российской промышленной
продукции**

В соответствии с требованиями абзаца 4 подпункта а) пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и в связи с отсутствием в реестре Российской промышленной продукции товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, направляем настоящее уведомление:

Информация о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре Российской промышленной продукции	
Наименование товара:	Набор ангиографический
Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):	32.50.50.190
Код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического союза	9018390000
Характеристики товара:	Согласно прилагаемому описанию объекта закупки (Приложение)

Заместитель директора
по административной работе

Исп. Мышко В.С.
(48439) 9-30-10

К.И. Сатаров

Описание объекта закупки с характеристиками товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре Российской промышленной продукции.

Наименование товара, работы, услуги	Код ОКПД.2	Позиция КТРУ	Ед. изм.	Количество в ед. изм.	№ п/п по поз.	Наименование характеристики	Тип характеристики	Тип значения	Значение	Единица измерения характеристик (по ОКПД.2)	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии
Набор ангиографический	32.50.50.190	00001378	штука	3200	1	Магистраль соединительная для удлинения инфузионной магистрали в условиях использования перфузионной техники (шприцевые насосы или инъекторы). Прозрачная линия, выполненная из материалов, не содержащих латекса, фталатов и устойчивых к изломам и перегибам. Коннекторы Луер-Лок (male/female) с защитными колпачками	Качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обоснование совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
					2	Устойчива к давлению	Количественная	Диапазон	≥ 4	Бар	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для обеспечения соответствующих физических свойств
					3	Объем заполнения внутренней полости	Количественная	Диапазон	$\geq 1,2$	Милли литр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
					4	Внешний диаметр	Количественная	Диапазон	$\geq 1,2$ и $\leq 1,5$	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
					5	Внутренний диаметр	Количественная	Диапазон	$\geq 1,0$ и $\leq 1,2$	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
					6	Длина	Количественная	Диапазон	≥ 1500 и ≤ 1600	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
					7	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократного использования	Качественная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
Набор ангиографический	32.50.50.190	00001378	штука	100	1	Совместимость с системой инъекционной MEDRAD Vistron, имеющейся у заказчика	Качественная		Соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обоснование совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика

2	Объем шприца	Количес- твенная	Конкретное значение	200	Милли литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
3	Игла для набора	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для набора рентгеноконтрастного вещества и (или) физиологического раствора
4	Максимальное расчетное давление составных частей, psi	Количес- твенная	Диапазон	≥ 200 и ≤ 355		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
5	Комплектация: Шприц-колба – 1 шт.; Трубка соединительная – 1 шт.; Трубка для быстрого заполнения – 1 шт.	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
6	Общая длина соединительной трубки	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1500 и ≤ 1600	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
7	Внешний диаметр соединительной трубки	Количес- твенная	Диапазон	$\leq 3,0$	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
8	Внутренний диаметр соединительной трубки	Количес- твенная	Диапазон	$\geq 1,5$	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
9	Используемые материалы не содержат латекс	Качестве- нная		Соответ- ствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
10	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции).
11	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Для полного введения контрастного препарата с применением инъекционной системы MEDRAD® Spectris Solaris IP, имеющейся у заказчика	Качестве- нная		Соответ- ствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Максимальное расчетное давление составных частей, psi	Количес- твенная	Диапазон	≥ 325 и ≤ 355		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования, и требованиями производителя оборудования

3	Комплекция. Шприц для контрастного вещества – 1 шт.; Шприц для физиологического раствора – 1 шт. Трубка соединительная низкого давления с интегрированным переходником-коннектором, разделяющим соединительную трубку на 2 канала - 1шт; Игла для набора физиологического раствора и рентгеноконтрастного вещества – 2шт. Объем шприца для контрастного вещества	Количес- твенная	Конкретное значение	65	Милли литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Необходимые состав набора для проведения процедуры
4	Объем шприца для физиологического раствора	Количес- твенная	Конкретное значение	115	Милли литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требование к допустимому объему шприца для контрастного вещества, которое указано в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
5	Длина трубки соединительной	Количес- твенная	Диапазон	≥2250 и ≤2438	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требование к допустимому объему шприца для физиологического раствора, которое указано в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
7	Используемые материалы не содержат латекс	Качестве- нная	Соответ- ствие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
8	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качестве- нная	Наличие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции)
9	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качестве- нная	Наличие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Для болосного введения контрастного препарата с применением инъекционной системы NEMOTO NEMOTO Dual Shot, имеющейся у заказчика	Качестве- нная	Соответ- ствие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечение совместности с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Объем шприца для контрастного вещества и физиологического раствора	Количес- твенная	Конкретное значение	100	Милли литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
3	Максимальное предельное давление составных частей набора, psi	Количес- твенная	Диапазон	≥ 300 и ≤ 330		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования и требованиями производителя оборудования

4				Комплектация: Шприц с поршнем для контрастного вещества – 1 шт. Грубка соединительная витого типа - 1 шт.; Устройство для набора (шип) для наполнения контрастом - 1шт.	Качественная	Наличие	Значение	Необходимые состав набора для проведения процедуры
5				Длина трубки соединительной системы инъекционной витого типа	Количественная	Диапазон	Миллиметр	Характеристика и требование к товару, которые отсчитываются потребностям Заказчика
6				Внутренний диаметр соединительной трубки	Количественная	Диапазон	Миллиметр	Характеристика и требование к товару, которые отсчитываются потребностям Заказчика
7				Используемые материалы не содержат латекс	Качественная		Соответствие	Предупреждение аллергических реакций
8				На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качественная		Наличие	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции).
9				Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократного использования	Качественная		Наличие	Характеристика и требование к товару, которые отсчитываются потребностям Заказчика
1	200			Для болюсного введения контрастного препарата с применением инъекционной системы NEMOTO Netmoto Dual Shot, имеющейся у заказчика	Качественная		Соответствие	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2				Максимальное предельное давление составных частей набора, psi	Количественная	Диапазон	≥ 300 и ≤ 330	Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования, и требованиями производителя оборудования
3				Комплектация: Шприц с поршнем для контрастного вещества – 1 шт; Шприц с поршнем для физиологического раствора – 1 шт; Y-образный коннектор с интегрированной линией пациента - 1 шт; Противовозвратный клапан на Y-образном коннекторе – 1 шт; Грубка быстрого наполнения – 1 шт; Устройство для набора (шип) для наполнения контрастом - 2шт.	Качественная		Наличие	Необходимые состав набора для проведения процедуры
4				Объем наполнения шприца для контрастного вещества	Количественная	Диапазон	≥ 100 и ≤ 120	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию

Набор ангиографический

штука

200

32.50.50.190-00001378

32.50.50.190

5	Объем наполнения шприца для физиологического вещества	Количес- твенная	Диапазон	≥ 190 и ≤ 200	Милли литр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
6	Длина трубки соединительной системы инъекционной	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1500 и ≤ 1600	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
7	Внутренний диаметр витой трубки	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1,5	Милли метр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
8	Клапан обратного хода на Y-коннекторе	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1	Штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Предотвращает ретроградный ток из кровяного русла.
9	Используемые материалы не содержат латекс	Качестве- нная		Соответ- ствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
10	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции)
11	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качестве- нная		Наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Для болосного введения контрастного препарата с применением инъекционной системы NEMOTO Nemoto Dual Shot, имеющейся у заказчика	Качестве- нная		Соответ- ствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Объем шприца	Количес- твенная	Конкретное значение	200	Милли литр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию
3	Клапан обратного хода на Y-коннекторе	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1	Штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Предотвращает ретроградный ток из кровяного русла.
4	Максимальное предельное давление составных частей набора, psi	Количес- твенная	Диапазон	≥ 300 и ≤ 330		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования, и требованиями производителя оборудования

Набор
ангиографич-
еский

32.50.50.1
90

32.50.50.190-
00001378

штукa

200

5	Комплектация. Шприц с поршнем для контрастного вещества – 1 шт. Трубка соединительная витого типа - 1 шт.; Устройство для набора (шип) для наполнения контрастом 1 шт.	Качественная	Наличие	Значение	Необходимые состав набора для проведения процедуры
6	Длина трубки соединительной витого типа	Количественная	Диапазон	Миллиметр ≥1500 и ≤1600	Требования которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию, исключает снижение скорости потока, влияет на усиление контрастности
7	Внутренний диаметр витой трубки	Количественная	Диапазон	Миллиметр ≥ 1,5	Требования эксплуатационной документации производителя оборудования
8	Используемые материалы не содержат латекс	Качественная	Соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
9	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качественная	Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции)
10	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократового использования	Качественная	Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Совместимость с системой инъекционной MEDRAD® Salient, имеющейся у заказчика	Качественная	Соответствие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Максимальное предельное давление составных частей набора, psi	Количественная	Диапазон ≥ 300	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования, и требованиями производителя оборудования
3	Комплектация Трубка соединительная низкого давления системы инъекционной с фильтром – 1 шт. Защитный колпачок Luet на концах трубки – 2 шт.	Качественная	Наличие	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Необходимые состав набора для проведения процедуры
4	Длина трубки соединительной низкого давления	Количественная	Диапазон ≥1500 и ≤1600	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требования которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию, исключает снижение скорости потока, влияет на усиление контрастности

5	Внешний диаметр трубки	Количес- твенная	Диапазон	$\leq 3,0$	Милли метр	Требования эксплуатационной документации производителя оборудования
6	Внутренний диаметр трубки	Количес- твенная	Диапазон	$\geq 1,5$	Милли метр	Требования эксплуатационной документации производителя оборудования
7	Используемые материалы не содержат латекс	Качестве- нная		Соответс- ствие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
8	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качестве- нная		Наличие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для подтверждения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции).
9	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократового использования	Качестве- нная		Наличие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Совместимость с системой инъекционной Netoto, имеющейся у заказчика	Качестве- нная		Соответс- ствие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Максимальное предельное давление составных частей набора, psi	Количес- твенная	Диапазон	≥ 300		Характеристика максимального предельного давления, задаваемого функционалом оборудования, и требованиями производителя оборудования
3	Комплектация: Интегрированный переходник-коннектор Y-типа, разделяющий соединительную трубку на 2 канала - 1 шт. Противовозвратный клапан на Y-образном коннекторе - 2 шт. Защитный колпачок на концах линии - 3 шт.	Качестве- нная		Наличие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Необходимые состав набора для проведения процедуры
4	Длина трубки	Количес- твенная	Диапазон	≥ 1500 и ≤ 1600	Милли метр	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
5	Внутренний диаметр трубки	Количес- твенная	Диапазон	$\geq 1,5$	Милли метр	Требования эксплуатационной документации производителя оборудования
6	Используемые материалы не содержат латекс	Качестве- нная		Соответс- ствие	Значение характеристик не может изменяться участником закупки	Предупреждение аллергических реакций
		32.50.50.1 90	32.50.50.190- 00001378	штука	2100	
Набор ангиографический						

7	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Качественная	Наличие	Значение	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции)
8	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качественная	Наличие	Значение	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Совместимость с системой инъекционной Medrad Salient, имеющейся у заказчика. Предназначение: для доставки контрастного препарата с соблюдением заданных параметров автоматической инъекции рентгенконтрастного вещества. Не содержит латекса (для снижения риска аллергических реакций). Маркировка упаковки на русском языке, содержащая информацию о наименовании МИ в соответствии с действующим регистрационным удостоверением, размерах/объемах МИ, о производителе, сроке годности.	Качественная	Соответствие	Значение	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Общая длина витой магистральной	Количественная	Диапазон	Миллиметр	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
3	Максимальное расчётное давление, psi	количественная	Диапазон	≥300	Для обеспечения соответствующих физических свойств
4	Используемые материалы не содержат латекс	Качественная	Соответствие	Значение	Предупреждение аллергических реакций
5	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качественная	Наличие	Значение	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
1	Совместимость с инъекционной системой Medrad Salient, имеющейся у заказчика. Маркировка упаковки на русском языке, содержащая информацию о наименовании МИ в соответствии с действующим регистрационным удостоверением, размерах/объемах МИ, о производителе, сроке годности	Качественная	Соответствие	Значение	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Объем шприца	Количественная	Конкретное значение	Миллилитр	Требования к допустимому объему шприца, которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию

3	Комплектация: Шприц-колба для рентгеноконтрастных/магнитоконтрастных веществ - 1 шт.; трубка быстрого наполнения, присоединяемая к шприцу, для заполнения системы - 1 шт.	Наличие	Значение	Необходимые состав набора для проведения процедуры
4	Максимальное расчётное давление, psi	Диапазон	≥300	Для обеспечения соответствующих физических свойств
5	Предельная скорость введения контрастного вещества, мл/с	Диапазон	≥ 9,0	Параметр напрямую влияет на корректность работы иньектора с заданным оператором протоколом (предусмотрено инструкцией по использованию иньектора).
6	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократового использования	Наличие	Значение	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика
7	На индивидуальной упаковке информация о наименовании производителя товара и/или товарного знака, срока годности, номера партии (лота)	Наличие	Значение	Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции (во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции).
1	Совместимость с системой Angiogram ILLUMENA, имеющейся у заказчика	Соответствие	Значение	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
2	Объём шприца для контрастного вещества	Конкретное значение	150 Милли литр	Обусловлено значениями технической документации, одобренными представителем производителя оборудования
3	Максимальное расчётное давление составных частей набора, psi	Диапазон	≥ 1200	Обусловлено значениями технической документации, одобренными представителем производителя оборудования
4	Материал не содержит латекс	Соответствие	Значение	Для исключения аллергических реакций
5	Комплектация: Шприц для контрастного вещества - 1 шт.; трубка быстрого наполнения, для заполнения системы - 1 шт.	Наличие	Значение	Необходимые состав набора для проведения процедуры
6	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для однократового использования	Наличие	Значение	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика

Набор ангиографический

32.50.50.190-00001378

штука 100

Набор ангиографич еский 32.50.50.1 90 32.50.50.190- 00001378 штука 100	Совместимость с системой инъекционной MEDTRON, имеющейся у заказчика		Качественная характеристика	Соответствие	Значение	Обеспечение совместимости с оборудованием, имеющимся у заказчика
	2	Объём шприца	Количественная	Конкретное значение	Милли литр	Обусловлено значениями технической документации, одобренными представителем производителя оборудования
	3	Максимальное расчетное давление составных частей набора, psi	Количественная	Диапазон	≥ 300	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	4	Комплектация: Шприц для контрастного вещества - 1 шт.; Линия пациента витого типа - 1 шт.; Трубка быстрого наполнения - 1 шт.	Качественная		Наличие	Необходимые состав набора для проведения процедуры
	5	Длина линии пациента	Количественная	Диапазон	≥ 1500 и ≤ 1600	Требования которые указаны в технической и эксплуатационной документации к оборудованию, исключает снижение скорости потока, влияет на усиление контрастности
	6	Внутренний диаметр линии	Количественная	Диапазон	$\geq 1,5$	Требования эксплуатационной документации производителя оборудования
	7	Материал изготовления не содержит латекс	Качественная		Соответствие	Для исключения аллергических реакций
	8	Стерильно. Индивидуально упаковано. Для одноразового использования	Качественная		Наличие	Характеристика и требование к товару, которые отвечают потребностям Заказчика