

СОГЛАСОВАНО
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника контрактной службы
БУ "Нижевартовская городская поликлиника"

" " 2026г.

Р.А. Елагина
" " 2026г.

Описание объекта закупки «Поставка наборов базовых для внутривенных вливаний»

Тип объекта закупки									Товары			Вид требования	Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	КТРУ/ОКПД2	Характеристики товара, работы, услуги						Количество товара (объем работы, услуги)	Единица измерения	Обоснование включения дополнительной информации и сведений о товаре, работе, услуге		
1	2	3	№ п/п (характеристики)	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Тип характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке				10	11
1	Набор базовый для внутривенных вливаний	32.50.50.00-00234	1	Диаметр инъекционной иглы	≥ 0.3 и ≤ 0.8	Миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	49 000	Штука	—	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами	
			2	Длина соединительной трубки	$> 1\,300$ и $\leq 1\,800$	Миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			—		
			3	Регулятор тока жидкости	роликовый	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		

			4	Трансфузионная игла	полимерная	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		
			5	Игла, соединенная с капельницей	Двухканальная полимерная	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			Соответствие ГОСТ 25047-2023		
			6	Воздушный канал полимерной иглы оборудован высокопористой гидрофобной мембраной	Наличие	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			Для очистки поступающего в иглу воздуха		
			7	Используемые материалы изготовления трубки и капельной камеры	Медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			С целью обеспечения безопасности пациента		
			8	Фильтр с диаметром пор, мкм	≥ 15	—	Качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			Для обеспечения требований безопасности инфузий		
			9	Роликовый зажим	Наличие	—	Качественная	Значение характеристик			Для возможности		

							ики не может изменяться участником закупки			плавной регулировки потока, позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения		
			10	Эластичный инъекционны й узел	Наличие	—	Качественна я	Значение характерист ики не может изменяться участником закупки		Для обеспечения возможности проведения дополнительны х болюсных инъекций, позволяет вводить до 6 инъекций без потери герметичности		
			11	Коннектор “Луер”	Адаптирован к инъекционны м иглам, периферическ им и центральный венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом	—	Качественна я	Значение характерист ики не может изменяться участником закупки		С целью универсальност и применения изделия		
			12	Трехгранная лазерная заточка иглы, изготовленно й по	Наличие	—	Качественна я	Значение характерист ики не может изменяться		С целью обеспечения безболезненно го и менее травматического		

				тонкостенной технологии				участником закупки			введения инъекционной иглы		
			13	Индивидуальная стерильная упаковка	Наличие	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			ГОСТ Р ИСО 14937-2012		
2	Набор базовый для внутривенных вливаний	32.50.50.00 0-00210	1	Диаметр инъекционной иглы	≥ 0.3 и ≤ 0.8	Миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	1 000	Штука	—	Ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами	
			2	Длина соединительной трубки	$> 2\,300$ и $\leq 6\,000$	Миллиметр	Количественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			—		
			3	Регулятор тока жидкости	роликовый	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		
			4	Трансфузионная игла	полимерная	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			—		

			5	Игла, соединенная с капельницей	Двухканальная полимерная	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			Соответствие ГОСТ 25047-2023		
			6	Воздушный канал полимерной иглы оборудован высокопористой гидрофобной мембраной	Наличие	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			Для очистки поступающего в иглу воздуха		
			7	Используемые материалы изготовления трубки и капельной камеры	Медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов (DEHP / DOP Free).	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			С целью обеспечения безопасности пациента		
			8	Фильтр с диаметром пор, мкм	≤ 5	—	Качественная	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			Для обеспечения требований безопасности инфузий и обеспечения высокой степени фильтрации препаратов (кровезаменителей, солевых и коллоидных растворов) с удалением частиц более 5 мкм		
			9	Роликовый	Наличие	—	Качественная	Значение			Для		

				зажим			я	характеристики не может изменяться участником закупки			возможности плавной регулировки потока, позволяет вводить растворы с заданной скоростью от капельного до струйного истечения		
			10	Эластичный инъекционный узел	Наличие	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			Для обеспечения возможности проведения дополнительных болюсных инъекций, позволяет вводить до 6 инъекций без потери герметичности		
			11	Коннектор “Луер”	Адаптирован к инъекционным иглам, периферическим и центральным венозным катетерам, другим медицинским изделиям с аналогичным портом	—	Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			С целью универсальности и применения изделия		
			12	Трехгранная лазерная заточка иглы, изготовленно	Наличие	—	Качественная	Значение характеристики не может			С целью обеспечения безболезненного и менее		

				й по тонкостенной технологии				изменяться участником закупки			травматического введения инъекционной иглы		
			13	Индивидуаль ная стерильная упаковка	Наличие	—	Качественна я	Значение характерист ики не может изменяться участником закупки			ГОСТ Р ИСО 14937-2012		

Заведующий аптечным пунктом

Радыгина Н.Б.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00e03a0d2e899da447b89dbb5c0f7c5e59

Владелец **Елагина Регина Альбертовна**

Действителен с 01.10.2025 15:11

по 25.12.2026 15:11

Дата подписи 30.07.2026 13:40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00ec6288e17d69ad528afec4750f917d3c

Владелец **Сайтов Роман Хамитович**

Действителен с 16.07.2025 10:37

по 09.10.2026 10:37

Дата подписи 30.07.2026 14:03

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00c24517059d4dc901b1dfddb241504db1

Владелец **Бережной Артем Геннадьевич**

Действителен с 16.02.2026 12:37

по 12.05.2027 12:37

Дата подписи 17.08.2026 15:48